

MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 09:15 horas del día 7 de mayo de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTA: DÑA. MARI CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCALES: D. ANTONIO GALIANO BELLÓN
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO
Subdirector Económico Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)


SECRETARIA: DÑA. ALICIA GUERRERO FUENTES
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de asistencia.
No se producen.
2. EXPEDIENTE PA 1268/2025 SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO, PARA LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

- 2.1 Análisis de la subsanación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (sobre electrónico nº1) presentados en el expediente.



Iniciada la Sesión en la Plataforma del Portal del Gestor del Sistema de relaciones electrónicas en materia de contratación ("SIREC") y transcurrido el plazo de tres días naturales concedidos para la subsanación de los defectos observados en la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos (sobre electrónico nº1), por la Presidenta de la Mesa se verifica que la documentación presentada por los licitadores, ha entrado en el plazo requerido.

A continuación, se procede a la apertura del sobre electrónico de Subsanación de la documentación presentada por los licitadores, ACP ELECTROMEDICINA, S. L., BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L., GRUPO R QUERALTO, S. A, OFITEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.L, PENTAX MEDICAL IBERIA, S.A.U., RADIAPROT, S.L. y SOCIAL MOBEL S.L. y a su posterior comprobación de que la misma se ajusta a la documentación que se acordó requerir, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2026 (ACTA MESA_25_06_PA_1268_2025).

Analizada la documentación, la Mesa acuerda por unanimidad, ADMITIR a la licitación del expediente a todas las empresas, por aportar la documentación en tiempo y forma a excepción de la mercantil GRUPO R QUERALTO, S. A, que no aporta documentación en tiempo y forma, acordando la Mesa excluirla de la licitación.

Por todo lo anteriormente expuesto, las empresas admitidas a la licitación son:

EMPRESA	NIF
ACP ELECTROMEDICINA, S. L.	B91786616
BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.	B86801495
CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, S.A.	A28058337
CASTRO Y CERDAN MEDICAL, S.L.	B10065837
DIMOCLIN, S.L.	B11734233
Iberian Care 2016, S.L.	B87583019
INSANEX, S.L	B06232094
INSTRUMEDIC, S.L.	B19542141
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA, S.A.	A78936606
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA, S.A.	A78936606
OFICACERES, S.L.	B10065837
OFITEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S. L.	B23629041
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	A08214157
OLYMPUS IBERIA, S.A.U.	A08214157
PENTAX MEDICAL IBERIA, S.A.U.	A82866591
PRIM, S.A.	A28165587
QUERMED, S.A.	A28549541
RADIAPROT, S.L.	B85824621
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.	B60805769
SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	A80776867
SOCIAL MOBEL S.L.	B37518685

2.2 Acto de apertura del sobre electrónico nº3 de criterios de evaluación automáticos del expediente.

Por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura electrónica del sobre nº3, (criterios de evaluación automáticos del expediente) de los licitadores admitidos que se adjunta como Anexo I a este Acta.


Finalmente, la Mesa acuerda remitir la documentación electrónica contenida en los sobres a la Comisión Técnica, de las empresas admitidas, para la emisión del preceptivo Informe Técnico.

2.3 Si procede, lectura y aprobación del Acta.


El Acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09:30 horas del 7 de mayo de 2026 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.
LA PRESIDENTA



LA SECRETARIA



BAREMACIÓN DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS												
SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO Y MOBILIARIO CLINICO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN - CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAEN												
IP Española: P.A.S. 12682026 - Procedimiento Abierto Simplificado - Criterios exclusivamente automáticos (art 143 y 148 LCSP)												
Baja anormal (carries colectivas): OE = 50% media aritmética actividad Y a 80% del resto de puntos (art 148 LCSP)												
Baja anormal (un sólo ítem): OE = máx 25 unidades porcentuales presupuesto base licitación Y a 80% del resto de puntos (art 148 LCSP)												

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA LOTE 1		OFERTA ECONÓMICA LOTE 2		OFERTA ECONÓMICA LOTE 3		OFERTA ECONÓMICA TOTAL		A.2 AMPLIACIÓN GARANTÍA (máx. 10 pts) 6 años+10 años+1
----	--------------------	-------------------------	--	-------------------------	--	-------------------------	--	------------------------	--	--

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.2 AMPLIACIÓN DEL GARANTÍ A (máx. 10 pts) 6 años+10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE. DE (0 A 40 PUNTOS)										
		sin IVA	con IVA		Años totales	REGISTRO DE HASTA 3 ISÓTOPOS SH=10 pts / NO=0 pts	REGISTRO DE HASTA 3 ISÓTOPOS SH=10 pts / NO=0 pts	INCORPORACIÓN DE UNA UNIDAD DE CONTROL (7 años) DE GRADO MÉDICO CON PANTALLA TÁCTIL SH=10 pts / NO=0 pts	DETECCIÓN DE ISÓTOPOS COMPATIBLE CON: F-18, Ga-68, Cu-107 Y FULL RANGE SH=10 pts / NO=0 pts	BATERÍA CON UNA DURACIÓN DE HASTA 15 HORAS SH=10 pts / NO=0 pts	ESTERILIZABLE POR PLASMA GAS SIN NECESIDAD DE EXTRAER LA BATERÍA SH=10 pts / NO=0 pts				
LOTE 4 - EQUIPO CIRUGÍA RADIOLUJADA CON SONDA DE DETECCIÓN GAMMA (1 UO)					---										
1	RADAPHOT SL	20.621,00 €	27.371,41 €	3 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV --- menor precio sin IVA) ---		22.621,00 €	27.371,41 €											0	
Presupuesto base licitación (por IVA) --- Unidades porcentuales + unidad baja anormal ---		23.905,00 €		6,39%											

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		AMPLIACIÓN DE GARANTÍA (0 hasta 10 pts) 6 años+10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE. DE (0 A 60 PUNTOS)											
		sin IVA	con IVA		Alta técnica	Sistema de iluminación RGB LED con posibilidad de modificación de la temperatura de la luz facilitando la visualización y contraste en cada tipo de cirugía SH=9 pts / NO=0 pts	Regulación independiente del zoom y enfoque en origen principal y secundario, pudiendo vincular o desvincular ambos a preferencia de los cirujanos SH=9 pts / NO=0 pts	Posibilidad de asistente quirúrgico con imagen de referencia y datos biométricos y proceso totalmente autónomo por parte del cirujano, controlable desde el panel SH=9 pts / NO=0 pts	Empaquetadura con frenos electromagnéticos y botones programables SH=9 pts / NO=0 pts	Sistema integrado de grabación que permita grabar de forma dual directamente a pendrive externo y a la vez en el disco duro del sistema integrado SH=8 pts / NO=0 pts	Posibilidad de conectar el microscopio directamente con el Servicio Técnico del fabricante para soporte técnico remoto que permite reducir los tiempos de respuesta y aumentar los tiempos de disponibilidad del equipo, permitiendo incluso la instalación en remoto de futuras licencias o actualizaciones SH=8 pts / NO=0 pts	Cámara de vídeo con foco independiente SH=8 pts / NO=0 pts				
LOTE 5 - MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLOGÍA (1 UO)				---												
1	CARL ZEISS MEDITE BIERA SA	214.000,00 €		258.940,00 €	3 años	5	0	9	9	5	0		0			
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV --- menor precio sin IVA) ---		214.000,00 €		258.940,00 €												
Presupuesto base licitación (por IVA) --- Unidades porcentuales + unidad baja anormal ---		214.876,03 €		0,44%												

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.2 AMPLIACI ÓN GARANTÍ A (máx. 10 pts) 6 años+10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE: DE (0 A 40 PUNTOS)												
		sin IVA	con IVA		Años totales	ARCO EN C: POSER AL MENOS 4 FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS SH=5 pts / NO=0 pts	ARCO EN C: UN MAYOR RANGO DE ANGULACIÓN SH=5 pts / NO=0 pts	GENERADOR DE 25 KW CUMPLIENDO LA NORMATIVA IEC 60881-2 S4 E IC 60813 SH=5 pts / NO=0 pts	TUBO DE RAYOS: FOCO GUEISO DE 6,5 MM O INFERIOR SH=5 pts / NO=0 pts	TUBO DE RAYOS: MAYOR CAPACIDAD DE DISIPACIÓN TÉRMICA DEL ANODO INJUNIM SH=5 pts / NO=0 pts	DETECTOR PLANO: BOTONES PARA LOS FRENOS EN LA CARCASA DEL DETECTOR SH=5 pts / NO=0 pts	DETECTOR PLANO: ACCONONAMIENTO DE LA LUZ LASER DESDE LA CARCASA DEL DETECTOR SH=4 pts / NO=0 pts	DETECTOR PLANO: TECNOLOGÍA CMOS EN EL DETECTOR SH=5 pts / NO=0 pts	SISTEMA DIGITAL DE IMAGEN: MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE IMAGENES SH=5 pts / NO=0 pts	SISTEMA DIGITAL DE IMAGEN: BRILO MAXIMO DE LAS PANTALLAS DE LA ESTACIÓN DE VIZUALIZACIÓN 1000 CDMS O SUPERIOR SH=5 pts / NO=0 pts	TRATAMIENTO DE IMAGEN: SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELECTROFISIOLÓGIA A QUE PERMITE CONTROLAR EL DIBUJO DE LA IMAGEN SH=5 pts / NO=0 pts	TRATAMIENTO DE IMAGEN: VALORARA QUE EL SISTEMA TRABAJE EN BASE A WINDOWS 10 SH=5 pts / NO=0 pts
		LOTE 6 - ANGIOGRÁFO (1 UO)											---				
1	BIEMENS HEALTHCARE SL	206.000,00 €		249.260,00 €	5 años	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV --- menor precio sin IVA) ---		206.000,00 €		249.260,00 €													
Presupuesto base licitación (por IVA) --- Unidades porcentuales + unidad baja anormal ---		206.811,57 €		0,39%													

BAREMACIÓN DE CRITERIOS AUTOMÁTICOS									
· SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO · HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR · CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN									
Nº Expediente: P.A.S. 1268/2026 · Procedimiento Abierto Simplificado · Criterios exclusivamente automáticos (art.145 y 146 LCSP)									
				Baja anormal (varios licitadores): OE < 50% media aritmética admitidas Y ≥ 80% del resto de puntos (art.149 LCSP)					

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.1 OFERTA ECONÓMICA (máx. 30 pts) P = 30 x [OV / OE]	A.2 AMPLIACIÓN GARANTÍA A (máx. 10 pts) 6 años=10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE: DE (0 A 60 PUNTOS)				
		sin IVA	con IVA		Años totales	Compatible con diferentes cabezales de cámara 4k, videolaparoscopios 3D con resolución 4 k - SI=20 pts / NO=0 pts	VISIÓN PICTURE IN PICTURE, EN TIEMPO REAL - SI=10 pts / NO=0 pts	Insuflador que permita conectar diferentes tubos de insuflación, y calentador, humidificación y aspiración de humos con filtro ULPA y HEPA SI=10 pts / NO=0 pts	Fuente de luz sin láser, tanto en modo luz blanca como en modo fluorescencia SI=10 pts / NO=0 pts	Interconexión de todos los elementos que forman la torre, basada en tecnología TCP/IP para comunicación segura entre dispositivos (Médicos) - SI=10 pts / NO=0 pts
LOTE 7 TORRE DE CIRUGÍA				30	—	20	10	10	10	10
1	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A.	72.000,00 €	87.120,00 €	30,00	6 años	20	10	10	10	10
2	OLYMPUS IBERIA, SA UNIPERSONAL	78.429,64 €	94.899,86 €	27,54	6 años	20	10	10	10	10
3	SISTEMAS TÉCNICOS ENDOSCOPIOS SAS	75.000,00 €	90.750,00 €	28,80	5 años	20	10	10	0	10
4	PRIM SA	86.350,00 €	104.483,50 €	25,01	6 años	20	10	10	10	10
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV — menor precio sin IVA) →		72.000,00 €	87.120,00 €							
MEDIA ARITMÉTICA (sin IVA) — 50% de la media = umbral baja anormal →		77.944,91 €	38.972,45 €							

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.1 OFERTA ECONÓMICA (máx. 30 pts) P = 30 x [OV / OE]	A.2 AMPLIACIÓN GARANTÍA A (máx. 10 pts) 6 años=10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE: DE (0 A 60 PUNTOS)		
		sin IVA	con IVA		Años totales	Regulación en altura 60-98cm - SI=20 pts / NO=0 pts	Carga Segura Certificada 225 kg o superior - SI=20 pts / NO=0 pts	Colchón con capa superior de espuma viscoelástica SI=20 pts / NO=0 pts
LOTE 8 CAMILLAS HIDRÁULICAS (8 UD)				30	—	20	20	20
1	DIMOCLIN SL	9.352,00 €	11.315,92 €	29,64	6 años	20	20	20
2	INSTRUMEDIC SL	9.320,00 €	11.277,20 €	29,75	4 años	20	20	0
3	OFICACERES SL	9.241,12 €	11.181,76 €	30,00	6 años	20	20	20
4	SOCIAL MOBEL S.L.	9.280,00 €	11.228,80 €	29,87	6 años	20	20	20
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV — menor precio sin IVA) →		9.241,12 €	11.181,76 €					
MEDIA ARITMÉTICA (sin IVA) — 50% de la media = umbral baja anormal →		9.298,28 €	4.649,14 €					

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.1 OFERTA ECONÓMICA (máx. 30 pts) P = 30 × [OV / OE]	A.2 AMPLIACIÓN GARANTÍA A (máx. 10 pts) 6 años=10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE: DE (0 A 60 PUNTOS)			
		sin IVA	con IVA		Años totales	Motor eléctrico controlado mediante un mando perimetral accionado por el pie desde ambos lados de la camilla- SI=20 pts / NO=0 pts	Carga máxima de seguridad superior a 200kg- SI=20 pts / NO=0 pts	Colchón con capa superior de espuma viscoelástica SI=20 pts / NO=0 pts	
LOTE 9 CAMILLA ELÉCTRICA ARTICULADA (2 UD)				30	—	20	20	20	
1	DIMOCLIN SL	2.100,00 €	2.541,00 €	18,86	6 años	20	20	20	
2	INSTRUMEDIC SL	1.976,00 €	2.390,96 €	20,04	4 años	20	20	0	
3	IBERIAN CARE 2016 S.L.	1.320,00 €	1.597,20 €	30,00	4 años	20	20	20	
4	OFICACERES SL	1.944,28 €	2.352,58 €	20,37	6 años	20	20	20	
5	SOCIAL MOBEL S.L.	2.100,00 €	2.541,00 €	18,86	6 años	20	20	20	
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV — menor precio sin IVA) →		1.320,00 €	1.597,20 €						
MEDIA ARITMÉTICA (sin IVA) — 50% de la media = umbral baja anomal →		1.888,06 €	944,03 €						

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.1 OFERTA ECONÓMICA (máx. 30 pts) P = 30 × [OV / OE]	A.2 AMPLIACIÓN GARANTÍA (máx. 10 pts) 6 años=10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE: DE (0 A 60 PUNTOS)			
		sin IVA	con IVA		Años totales	Inclusión de soporte palo suero- SI=15 pts / NO=0 pts	Inclusión de soporte rollo de papel desechable- SI=15 pts / NO=0 pts	Inclusión de set de ruedas retráctiles- SI=15 pts / NO=0 pts	Inclusión de set de cubetas (o recipiente de recogida) inoxidable SI=15 pts / NO=0 pts
LOTE 10 CAMILLA GINECOLÓGICA(3 UD)				30	—	15	15	15	15
1	DIMOCLIN SL	6.897,00 €	8.345,37 €	29,73	6 años	15	15	15	15
2	INSTRUMEDIC SL	6.834,00 €	8.269,14 €	30,00	4 años	0	15	15	15
3	OFICACERES S.L.	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IBERIAN CARE 2016 S.L. (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV — menor precio sin IVA) →		6.834,00 €	8.269,14 €						
MEDIA ARITMÉTICA (sin IVA) — 50% de la media = umbral baja anomal →		6.865,50 €	3.432,75 €						

(*) Las características técnicas de la camilla ginecológica ofertada, según ficha técnica aportada no cumplen el requisito de altura máxima exigida.

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.1 OFERTA ECONÓMICA (máx. 30 pts) P = 30 × [OV / OE]	A.2 AMPLIACIÓN GARANTÍA (máx. 10 pts) 6 años=10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE: DE (0 A 60 PUNTOS)				
		sin IVA	con IVA		Años totales	Tarjeta gráfica dedicada: inclusión de una tarjeta gráfica de alto rendimiento compatible con el monitor con al menos 8gb ddr6 y displayport - SI=20 pts / NO=0 pts	Función KVM (keyboard-video-mouse): capacidad integrada de conmutar sin esfuerzo entre dos estaciones de trabajo con un solo teclado, ratón y monitor- SI=10 pts / NO=0 pts	Sensor de presencia: debe incluir un sensor que apague la pantalla cuando no se detecte movimiento para reducir el consumo de energía y mejorar la seguridad SI=10 pts / NO=0 pts	Sensor de luminancia automática: debe ajustar el brillo de la pantalla a la luz ambiental para reducir la fatiga visual SI=10 pts / NO=0 pts	Soporte ergonómico: debe permitir el ajuste de inclinación, altura y giro - SI=10 pts / NO=0 pts
LOTE 11 MONITOR DE DIAGNÓSTICO PRIMARIO+TARJETA GRÁFICA				30	—	20	10	10	10	10
1	ACP ELECTROMEDICINA SL	13.500,00 €	16.335,00 €	27,78	6 años	20	10	0	10	10
2	OFITEL SOLUCIONES TECNOLOGICAS SLU	12.500,00 €	15.125,00 €	30,00	6 años	20	10	10	10	10
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV — menor precio sin IVA) →		12.500,00 €	15.125,00 €							
MEDIA ARITMÉTICA (sin IVA) — 50% de la media = umbral baja anomal →		13.000,00 €	6.500,00 €							

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.1 OFERTA ECONÓMICA (máx. 30 pts) P = 30 × [OV / OE]	A.2 AMPLIACIÓN GARANTÍA (máx. 10 pts) 6 años=10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE: DE (0 A 60 PUNTOS)			
		sin IVA	con IVA		Años totales	Tipo de láser con longitud de onda de 1064 nm para garantizar mayor profundidad de tratamiento- SI=10 pts / NO=0 pts	Sistema de scanning robotizado, selección de parámetros y control ergonómico, rápido y sencillo- SI=30 pts / NO=0 pts	Medición de la distancia del haz del láser al paciente- SI=10 pts / NO=0 pts	Medición continua de la temperatura del tejido mediante termografía (visualización en pantalla) SI=10 pts / NO=0 pts
LOTE 12 LASER ALTA INTENSIDAD PARA REHABILITACIÓN (1UD)				30	—	10	30	10	10
1	BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA SL	14.500,00 €	17.545,00 €	30,00	6 años	10	30	10	10
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV — menor precio sin IVA) →		14.500,00 €	17.545,00 €						
MEDIA ARITMÉTICA (sin IVA) — 50% de la media = umbral baja anomal →		14.500,00 €	7.250,00 €						

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.1 OFERTA ECONÓMICA (máx. 30 pts) P = 30 × [OV / OE]	A.2 AMPLIACIÓN GARANTÍA (máx. 10 pts) 6 años=10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE: DE (0 A 60 PUNTOS)		
		sin IVA	con IVA		Años totales	DOS DE LOS MONITORES DESCRITOS DEBEN DE CONTAR CON MÓDULO WIFI PARA PODER CONECTAR LA CENTRAL DE MONITORIZACIÓN MINDRAY/BENEVISION - SI=30 pts / NO=0 pts	Compatibilidad con la central existente en el servicio mindray/benevision - SI=20 pts / NO=0 pts	Deberá disponer para el cálculo de la FC de un módulo específico de análisis de 4 derivaciones de ECG mejorando la precisión en la detección del ritmo y reduciendo las alarmas generadas por artefactos SI=10 pts / NO=0 pts
LOTE 13 MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS (6UD)				30	—	30	20	10
1	INSANEX SL	16.500,00 €	19.965,00 €	24,55	4 años	30	20	10
2	OFICACERES S.L.	14.352,84 €	17.366,94 €	28,22	6 años	0	0	10
3	QUERMED SA	13.500,00 €	16.335,00 €	30,00	6 años	0	0	10
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV — menor precio sin IVA) →		13.500,00 €	16.335,00 €					
MEDIA ARITMÉTICA (sin IVA) — 50% de la media = umbral baja anomal →		14.784,28 €	7.392,14 €					

Nº	EMPRESA LICITADORA	OFERTA ECONÓMICA		A.1 OFERTA ECONÓMICA (máx. 30 pts) P = 30 × [OV / OE]	A.2 AMPLIACIÓN GARANTÍA A (máx. 10 pts) 6 años=10	A.3 OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS SEGÚN LOTE: DE (0 A 60 PUNTOS)		
		sin IVA	con IVA		Años totales	COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS MANGUITOS VBM - SI=20 pts / NO=0 pts	Inclusión de un manguito adicional- SI=20 pts / NO=0 pts	Bloqueo de seguridad. Para reducir el riesgo de desinflado involuntario del manguito y evitar el peligro de una repentina pérdida de ivra (anestesia regional intravenosa) SI=20 pts / NO=0 pts
LOTE 14 TORNIQUETE ISQUEMIA (2 UD)				30	—	20	20	20
1	CASTRO Y CERDAN MEDICAL SL	8.596,00 €	10.401,16 €	27,85	3 años	20	0	20
2	OFICACERES S.L.	8.558,10 €	10.355,30 €	27,97	6 años	0	20	0
3	QUERMED SA	7.980,00 €	9.655,80 €	30,00	6 años	20	20	20
OFERTA MÁS VENTAJOSA (OV — menor precio sin IVA) →		7.980,00 €	9.655,80 €					
MEDIA ARITMÉTICA (sin IVA) — 50% de la media = umbral baja anormal →		8.378,03 €	4.189,02 €					