

Nº TOTAL CRITERIOS A INFORMAR	28					
VALORACIÓN	RECUENTO IMPORTANCIA LICITADOR 1	RECUENTO IMPORTANCIA LICITADOR 2	RECUENTO IMPORTANCIA LICITADOR 3	RECUENTO IMPORTANCIA LICITADOR 4	RECUENTO IMPORTANCIA LICITADOR 5	RECUENTO IMPORTANCIA LICITADOR 6
Básica	1	4	0	0	0	0
Mejorada	8	11	0	0	0	0
Notable	7	10	0	0	0	0
Sobresaliente	12	3	0	0	0	0
RECUENTO Nº TOTAL CRITERIOS A INFORMAR POR LICITADOR	28	28	0	0	0	0

SOBRESALIENTE	NOTABLE	MEJORADA	BÁSICA	NO CUMPLE	
S	N	M	B	X	
100%	40%	15%	0%	ELIMINADO	
LOTE			Nº	1	Sala multifuncional RX

VALORACIÓN	CLASIFICACIÓN DE OFERTAS	REPARTO PUNTOS POR CLASIFICACIÓN DE OFERTAS	PUNTUACIÓN INDIVIDUAL SEGÚN % (S, N, M, B)	TOTAL DE PUNTOS LICITADOR 1 SOBRE EL NÚMERO TOTAL LÍNEAS A INFORMAR	TOTAL DE PUNTOS LICITADOR 2 SOBRE EL NÚMERO TOTAL LÍNEAS A INFORMAR	TOTAL DE PUNTOS LICITADOR 3 SOBRE EL NÚMERO TOTAL LÍNEAS A INFORMAR	TOTAL DE PUNTOS LICITADOR 4 SOBRE EL NÚMERO TOTAL LÍNEAS A INFORMAR	TOTAL DE PUNTOS LICITADOR 5 SOBRE EL NÚMERO TOTAL LÍNEAS A INFORMAR	TOTAL DE PUNTOS LICITADOR 6 SOBRE EL NÚMERO TOTAL LÍNEAS A INFORMAR
Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mejorada	5,00	0,18	0,03	0,21	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Notable	15,00	0,54	0,21	1,50	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Sobresaliente	25,00	0,89	0,89	10,71	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,43	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00

PUNTUACIÓN TOTAL NO AUTOMÁTICA DEL EXPEDIENTE	25
---	----

OJO, las únicas celdas que puedo variar son las que aparecen en verde claro

LICITADOR	LICITADOR 1		LICITADOR 2		LICITADOR 3		LICITADOR 4	
	PHILIPS		SIEMENS					
PUNTUACIÓN TOTAL NO AUTOMÁTICO POR LICITADOR PONDERADA SOBRE LA CELDA G19		12,43		5,12		0,00		0,00
BÁSICA	0,00		0,00		0,00		0,00	
MEJORADA	0,21		0,29		0,00		0,00	
NOTABLE	1,50	12,43	2,14	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00
SOBRESALIENTE	10,71		2,68		0,00		0,00	

LÍNEA CARACTERÍSTICA EN ANEXO 2	DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA EN ANEXO 2	VALORACIÓN (S, N, M, B, X)	EXCLUIDO	PUNTOS	VALORACIÓN (S, N, M, B, X)	EXCLUIDO	PUNTOS	VALORACIÓN (S, N, M, B, X)	EXCLUIDO	PUNTOS	VALORACIÓN (S, N, M, B, X)	EXCLUIDO	PUNTOS
7	Potencia nominal mínima de salida 80kW. Valorándose mayor potencia. Indicar en kW para su valoración.	N		0,21	N		0,21			0			0
8	Posibilidad de trabajar en modo radiodiagnóstico y fluoroscopia. Indicar modos de trabajo para su valoración.	M		0,03	M		0,03			0			0
14	Programación automática de parámetros preconfigurados y/o configurables por el usuario, que permitan conseguir una mejor calidad de imagen y menor dosis. Indicar número de parámetros y programas configurables para su valoración.	S		0,89	M		0,03			0			0
18	Emisor plano o filamento. Indicar tecnología del emisor para su valoración.	S		0,89	S		0,89			0			0
19	Triple foco con selección automática. Según la cantidad de señal recibida en el detector, selección automática del foco con mejor compromiso entre calidad de imagen y potencia necesaria. Indicar tamaños de focos en mm para su valoración.	M		0,03	N		0,21			0			0
20	Indicar potencias mínimas de salida en kW según foco para su valoración. Capacidad de almacenamiento térmico del ánodo. Indicar en MHU para su valoración Indicar potencias mínimas de salida en kW según foco para su valoración	M		0,03	N		0,21			0			0
21	Tiempo mínimo de exposición de 1 ms. Valorándose tiempos inferiores. Indicar en ms para su valoración.	M		0,03	N		0,21			0			0
22	Capacidad de almacenamiento térmico del ánodo. Indicar en MHU para su valoración	S		0,89	M		0,03			0			0
23	Capacidad de almacenamiento térmico del conjunto ánodo-coraza. Indicar en MHU para su valoración	S		0,89	M		0,03			0			0
27	Dimensiones al menos de 30 x 40 cm. Indicar en cm para su valoración.	B		0,00	B		0,00			0			0
28	Con tamaño máximo del pixel de 200 µm. Indicar en µm para su valoración.	N		0,21	N		0,21			0			0
29	Con un mínimo de 3 campos de visión reales. Indicar los campos de visión en cm distinguiendo entre reales y en los que se aplica zoom digital para su valoración.	S		0,89	N		0,21			0			0
30	Eficiencia de detección cuántica, DQE ≥ 60%. Indicar en % para su valoración.	M		0,03	M		0,03			0			0
31	Profundidad de adquisición ≥ 14 bits. Indicar en bits valorándose mayores niveles de grises.	M		0,03	N		0,21			0			0
33	Tablero flotante multidireccional con desplazamiento motorizado y bajo nivel de atenuación. Indicar nivel de atenuación en mm Al para su valoración.	N		0,21	M		0,03			0			0
35	Con sistema de frenado de movimientos preciso. Indicar sistema de frenado para su valoración.	S		0,89	B		0,00			0			0
36	Con capacidad de carga de paciente ≥ 200 kg. Indicar en kg para su valoración.	S		0,89	M		0,03			0			0
37	Altura mínima del tablero respecto al suelo. Indicar en cm para su valoración.	M		0,03	N		0,21			0			0
43	Con pedal móvil para disparo de fluoroscopia y radiografía. Indicar sistema de conexión de dicho pedal, inalámbrica o por cable. Valorable conexión inalámbrica.	S		0,89	N		0,21			0			0
44	Con posibilidad de colocación en carro móvil para su desplazamiento por la sala sin restricciones dando la posibilidad de maximizar la distancia del personal respecto a la fuente de radiación. Indicar si dicho carro se incluye o no en la oferta para su valoración.	N		0,21	M		0,03			0			0
45	Dos monitores TFT/LCD/LDM de visualización de al menos 19" para su colocación en el interior de la sala de exploración colgados de suspensión de techo móviles que cubran cualquier ubicación de trabajo del operador en la sala. Indicar ángulo de visión y tamaño en pulgadas de dichos monitores para su valoración.	S		0,89	M		0,03			0			0
47	Resolución mínima de cada monitor de 1.280 x 1.024 píxeles. Indicar resolución en píxeles para su valoración.	N		0,21	S		0,89			0			0
48	Dos monitores TFT/LCD de visualización de al menos 19" con una resolución mínima de 1.280 x 1.024 píxeles con alto contraste. Indicar resolución en píxeles para su valoración.	S		0,89	M		0,03			0			0
51	Medidor del producto dosis-área y/o medidor de la dosis cutánea incidente. Indicar la posibilidad de uno o los dos para su valoración.	M		0,03	M		0,03			0			0
52	Sistema de control de dosis. Indicar detalladamente para su valoración.	N		0,21	N		0,21			0			0
53	Sistema de reducción de dosis. Indicar detalladamente para su valoración.	S		0,89	S		0,89			0			0
60	Rango de adquisición de imágenes en función del sistema de adquisición en imágenes por segundo. Indicar en ips para su valoración. Permitirá el procesado, visualización y almacenamiento digital	N		0,21	B		0,00			0			0
68	Se incluirá en la documentación técnica propuesta de implantación en sala donde queden definidas cada una de las ubicaciones de todos los elementos que componen el sistema para su correcto funcionamiento teniendo en cuenta desplazamientos, ángulos de giro, acometida eléctrica, ubicación de SAI (tanto del equipo como del de la sala)..... Valorable.	S		0,89	B		0,00			0			0