

**RESOLUCIÓN DE CORRECCIÓN DE ERRORES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO OBSTETRICO/TOCO CARDIOGRAFICO PARA PARITORIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA MERCED DE OSUNA PERTENECIENTE AL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA, ADSCRITO A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.**

**EXPEDIENTE P.A. 4/2026**

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.** - Con fecha 15/01/2026 se dicta Resolución de acuerdo de inicio del expediente.

**SEGUNDO.** - Con fecha 12/05/2026 se dicta Resolución de aprobación del PCAP, del PPT, del expediente, del procedimiento y del gasto.

**TERCERO.** - Con fecha 20/05/2026 se publica la licitación de dicho expediente en el Perfil del Contratante del SAS, y en el DOUE. Estableciendo la fecha límite de presentación de ofertas el día 2/06/2026 a las 15:00 horas.

**CUARTO.** - Se advierte con posterioridad a la publicación en el Perfil del Contratante, la existencia del siguiente error material, de hecho, o aritméticos:

En el Anexo B al cuadro resumen, Criterios de adjudicación, apartado Criterios automáticos (40 puntos), se ha repetido el mismo cuadro de valoración, SISTEMA DE TELEMETRIA OBSTÉTRICA, en los apartados siguientes:

- SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE OBSTERICO/TOCOCARDIOGRAFICO
- CARDIOTOCOGRAFO

Cuando solo debería aparecer en el primero. Por tanto, debe corregirse el Anexo B al cuadro resumen, Criterios de adjudicación, de la siguiente forma:

**Donde dice:**

| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE OBSTÉTRICO/TOCOCARDIOGRAFICO           |                                                                                                                                              | SI/NO | PAG | Puntuación |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|
| A - CENTRAL DE TELEMETRIA                                        |                                                                                                                                              |       |     |            |
| Se valorarán las siguientes características técnicas del equipo: |                                                                                                                                              |       |     |            |
| A-1                                                              | Tiene capacidad de vigilancia para trazas de trillizos en el mismo sector de paciente. La identificación se hace mediante código de colores. |       |     | 0,615      |
| A-2                                                              | Tiene integración de los usuarios con el directorio activo del hospital, con la posibilidad de identificación única de los profesionales.    |       |     | 0,615      |



|      |                                                                                                                                                                                                 |  |  |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| A-3  | Captura una traza sin conexión de Red, para posteriormente ser exportada al volver a conectar el equipo.                                                                                        |  |  | 0,615 |
| A-4  | Visualiza, maneja y registra de los datos desde una misma interfaz.                                                                                                                             |  |  | 0,615 |
| A-5  | Exporta datos discretos de trazas fetales en documento visualizable en tabla Excel.                                                                                                             |  |  | 0,615 |
| A-6  | Identificación al paciente y su episodio en cualquier momento del registro (tanto antes como después del parto) sin pérdida de datos.                                                           |  |  | 0,615 |
| A-7  | Tiene posibilidad de asistencia remota para atención de averías, soporte y configuración en tiempo reducido.                                                                                    |  |  | 0,615 |
| A-8  | Tiene anonimización de pacientes (o uso de alias) en cumplimiento de la LOPD.                                                                                                                   |  |  | 0,615 |
| A-9  | Es compatibilidad con monitor STAN Neoventa.                                                                                                                                                    |  |  | 0,615 |
| A-10 | Tiene conectividad bidireccional entre la central y los monitores fetales vía Ethernet/LAN.                                                                                                     |  |  | 0,615 |
| A-11 | Tiene visualización e interacción desde la central de partos con la pantalla del monitor fetal vía LAN. Pantalla remota.                                                                        |  |  | 0,615 |
| A-12 | Tiene visualización de demográficos de paciente en pantalla de monitor fetal una vez conectado a central de partos. Esto ayuda a la identificación del paciente por parte del personal clínico. |  |  | 0,615 |
| A-13 | Diferencia entre modos de alarma anteparto e intraparto                                                                                                                                         |  |  | 0,615 |
| A-14 | Tiene alarmas maternas en central de partos (PNI).                                                                                                                                              |  |  | 0,615 |
| A-15 | Tiene exportación de datos discretos de monitorización de paciente y envío al HIS para su posterior uso por parte de este (p.e. elaboración de Hoja de Parto).                                  |  |  | 0,615 |
| A-16 | Certificación con (otros) Sistemas de Información Hospitalaria.                                                                                                                                 |  |  | 0,615 |
| A-17 | Capacidad de ampliación para conexión con sistema de explotación de datos/elaboración de informes personalizados y cuadro de mandos(Business Intelligence).                                     |  |  | 0,615 |
|      |                                                                                                                                                                                                 |  |  |       |
|      | <b>B - SISTEMA DE TELEMETRIA OBSTÉTRICA</b>                                                                                                                                                     |  |  |       |
|      | Se valorarán las siguientes características técnicas del equipo:                                                                                                                                |  |  |       |
| B-1  | Transductores de baja frecuencia para una mejor medición/penetración.                                                                                                                           |  |  | 0,615 |
| B-2  | Transductores de US, TOCO, y ECG/PIU con grado protección IP68.                                                                                                                                 |  |  | 0,615 |
| B-3  | Duración de la batería de al menos 5 h.                                                                                                                                                         |  |  | 0,615 |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| B-4   | Identifica los tipos de señales diferenciadas, es decir, conocer, por ejemplo, si la frecuencia fetal viene del transductor inalámbrico o del alámbrico.                                                                                                                               |  |  | 0,615 |
| B-5   | Tiene verificación intermodulación de canales: Monitorización continua de frecuencia materna y comparación con frecuencia fetal para evitar cruce de señales.                                                                                                                          |  |  | 0,615 |
| B-6   | Capta señal materna (pulso materno) desde transductor de TOCO sin necesidad de sensor de SpO2 y/o PNI. El transductor de toco debe ser capaz de medir externamente y tener conector para Electrodo fetal y catéter presión intrauterina. Además, podrá ver la onda de ECG de la madre. |  |  | 0,615 |
| B-7   | Conectividad bidireccional mediante protocolo LAN con sistema de gestión centralizado.                                                                                                                                                                                                 |  |  | 0,615 |
| B-8   | Las conexiones de transductores (inteligentes) podrán ser en cualquiera de los puertos de carga.                                                                                                                                                                                       |  |  | 0,615 |
| B-9   | La conexión de la telemetría podrá realizarse en cualquier puerto inteligente del equipo.                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,615 |
| B-10  | Con capacidad para trillizos.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 0,615 |
| B-11  | La telemetría debe verse integrada en el mismo equipo( en la pantalla) para evitar acumulación de cables y equipos en el entorno UTPR.                                                                                                                                                 |  |  | 0,615 |
| B-12  | Acceso desde en remoto desde la central de partos. Por ejemplo, para poner a cero la línea base de TOCO.                                                                                                                                                                               |  |  | 0,615 |
| B-13  | Puede usar telemetrías con parches desechables en la misma base de las telemetrías inalámbricas.                                                                                                                                                                                       |  |  | 0,615 |
| B-14  | Distancia de recepción de las señales hasta 100m.                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 0,615 |
| B-15  | Duración de las baterías: Hasta 8 h en transductores inalámbricos y 16h en transductor sin cinturón                                                                                                                                                                                    |  |  | 0,615 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |       |
|       | <b>C - CARDIOTOCOGRFO</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |
|       | Se valorarán las siguientes características técnicas del equipo:                                                                                                                                                                                                                       |  |  |       |
| C - 1 | Pantalla táctil de 6 pulgadas o superior. Configuración de la pantalla y teclas de acceso directo a funciones más habituales. Pantalla en modo Standby(Espera).                                                                                                                        |  |  | 0,615 |
| C - 2 | Memoria interna del equipo. Se valorará: horas de almacenamiento, hasta 2 h , hasta 4 h , hasta 7 h .                                                                                                                                                                                  |  |  | 0,615 |
| C - 3 | Monitorización Externa de la madre: SpO2, PNI, ECG, y frecuencia cardíaca materna.                                                                                                                                                                                                     |  |  | 0,615 |
| C - 4 | Transductores de baja frecuencia para una mejor medición/penetración.                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 0,615 |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| C - 5  | Capacidad de ampliación de prueba no estresante de Dawes-Redman en el monitor fetal.                                                                                                                                                                                                         |  |  | 0,615 |
| C - 6  | Batería para transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 0,615 |
| C - 7  | Verificación intermodulación de canales: Monitorización continua de frecuencia materna y comparación con frecuencia fetal para evitar cruce de señales.                                                                                                                                      |  |  | 0,615 |
| C - 8  | Captación de señal materna(pulso materno) desde transductor de TOCO sin necesidad de sensor de SpO2 y/o PNI. El transductor de toco debe ser capaz de medir externamente y tener conector para Electrodo fetal y catéter presión intrauterina. Además, podrá ver la onda de ECG de la madre. |  |  | 0,615 |
| C - 9  | Tarjeta de conexión para transmisión de datos a central de monitorización obstétrica, tanto por protocolo RS232 como LAN. Conectividad bidireccional mediante protocolo LAN con sistema de gestión centralizado.                                                                             |  |  | 0,615 |
| C - 10 | Las conexiones de transductores (inteligentes) podrán ser en cualquiera de los puertos de entrada.                                                                                                                                                                                           |  |  | 0,615 |
| C - 11 | Conectable a telemetría inalámbrica conectable con un solo cable al monitor. Con capacidad para trillizos.                                                                                                                                                                                   |  |  | 0,615 |
| C - 12 | La telemetría debe verse integrada en el mismo equipo para evitar acumulación de cables y equipos en el entorno UTPR.                                                                                                                                                                        |  |  | 0,615 |
| C - 13 | Acceso desde en remoto desde la central de partos. Esto permite controlar el monitor y acceder en remoto a cualquier punto del menú del monitor fetal.                                                                                                                                       |  |  | 0,615 |
| C - 14 | Capacidad de ver trillizos en el mismo monitor, es decir, en la misma pantalla y exportar esos datos a la central de monitorización en el mismo sector.                                                                                                                                      |  |  | 0,615 |
| C - 15 | Pantalla abatible para una mejor visualización.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,615 |
| C - 16 | Aparato con refrigeración pasiva: NO VENTILADOR, para evitar problemas de infecciones y suciedad                                                                                                                                                                                             |  |  | 0,615 |
| C - 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,615 |
|        | 19.3 SISTEMA DE TELEMETRIA OBSTÉTRICA                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |       |
|        | Se valorarán las siguientes características técnicas del equipo:                                                                                                                                                                                                                             |  |  |       |
| C - 20 | El mismo sistema podrá disponer de parches desechables para pacientes que lo necesiten                                                                                                                                                                                                       |  |  | 0,615 |
| C - 21 | Transductores de baja frecuencia para una mejor medición/penetración.                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 0,615 |
| C - 22 | Transductores de US, TOCO, y ECG/PIU con grado protección IP68.                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,615 |
| C - 23 | Duración de la batería de al menos 5 h.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 0,615 |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
| C - 24 | Identificación de los tipos de señales diferenciadas, es decir, conocer, por ejemplo, si la frecuencia fetal viene del transductor inalámbrico o del alámbrico.                                                                                                                              |  |  | 0,615 |
| C - 25 | Verificación intermodulación de canales: Monitorización continua de frecuencia materna y comparación con frecuencia fetal para evitar cruce de señales.                                                                                                                                      |  |  | 0,615 |
| C - 26 | Captación de señal materna(pulso materno) desde transductor de TOCO sin necesidad de sensor de SpO2 y/o PNI. El transductor de toco debe ser capaz de medir externamente y tener conector para Electrodo fetal y catéter presión intrauterina. Además, podrá ver la onda de ECG de la madre. |  |  | 0,615 |
| C - 27 | Conectividad bidireccional mediante protocolo LAN con sistema de gestión centralizado.                                                                                                                                                                                                       |  |  | 0,615 |
| C - 28 | Las conexiones de transductores (inteligentes) podrán ser en cualquiera de los puertos de carga.                                                                                                                                                                                             |  |  | 0,615 |
| C - 29 | La conexión de la telemetría podrá realizarse en cualquier puerto inteligente del equipo.                                                                                                                                                                                                    |  |  | 0,615 |
| C - 30 | Con capacidad para trillizos.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 0,615 |
| C - 31 | La telemetría debe verse integrada en el mismo equipo( en la pantalla) para evitar acumulación de cables y equipos en el entorno UTPR.                                                                                                                                                       |  |  | 0,615 |
| C - 32 | Acceso desde en remoto desde la central de partos. Por ejemplo, para poner a cero la línea base de TOCO.                                                                                                                                                                                     |  |  | 0,615 |
| C - 33 | Poder usar telemetrías con parches desechables en la misma base de las telemetrías inalámbricas.                                                                                                                                                                                             |  |  | 0,615 |
| C - 34 | Distancia de recepción de las señales hasta 100m.                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 0,615 |
| C - 35 | Duración de las baterías: Hasta 8 h en transductores inalámbricos y 16h en transductor sin cinturón                                                                                                                                                                                          |  |  | 0,640 |

|       |    |
|-------|----|
| TOTAL | 40 |
|-------|----|

**Debe decir:**

| SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE OBSTÉTRICO/TOCOCARDIOGRÁFICO           |                                                                                                                                              | SI/NO | PAG | Puntuación |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|
| A - CENTRAL DE TELEMETRÍA                                        |                                                                                                                                              |       |     |            |
| Se valorarán las siguientes características técnicas del equipo: |                                                                                                                                              |       |     |            |
| A-1                                                              | Tiene capacidad de vigilancia para trazas de trillizos en el mismo sector de paciente. La identificación se hace mediante código de colores. |       |     | 0,8333     |



|      |                                                                                                                                                                                                 |  |  |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| A-2  | Tiene integración de los usuarios con el directorio activo del hospital, con la posibilidad de identificación única de los profesionales.                                                       |  |  | 0,8333 |
| A-3  | Captura una traza sin conexión de Red, para posteriormente ser exportada al volver a conectar el equipo.                                                                                        |  |  | 0,8333 |
| A-4  | Visualiza, maneja y registra de los datos desde una misma interfaz.                                                                                                                             |  |  | 0,8333 |
| A-5  | Exporta datos discretos de trazas fetales en documento visualizable en tabla Excel.                                                                                                             |  |  | 0,8333 |
| A-6  | Identificación al paciente y su episodio en cualquier momento del registro (tanto antes como después del parto) sin pérdida de datos.                                                           |  |  | 0,8333 |
| A-7  | Tiene posibilidad de asistencia remota para atención de averías, soporte y configuración en tiempo reducido.                                                                                    |  |  | 0,8333 |
| A-8  | Tiene anonimización de pacientes (o uso de alias) en cumplimiento de la LOPD.                                                                                                                   |  |  | 0,8333 |
| A-9  | Es compatibilidad con monitor STAN Neoventa.                                                                                                                                                    |  |  | 0,8333 |
| A-10 | Tiene conectividad bidireccional entre la central y los monitores fetales vía Ethernet/LAN.                                                                                                     |  |  | 0,8333 |
| A-11 | Tiene visualización e interacción desde la central de partos con la pantalla del monitor fetal vía LAN. Pantalla remota.                                                                        |  |  | 0,8333 |
| A-12 | Tiene visualización de demográficos de paciente en pantalla de monitor fetal una vez conectado a central de partos. Esto ayuda a la identificación del paciente por parte del personal clínico. |  |  | 0,8333 |
| A-13 | Diferencia entre modos de alarma anteparto e intraparto                                                                                                                                         |  |  | 0,8333 |
| A-14 | Tiene alarmas maternas en central de partos (PNI).                                                                                                                                              |  |  | 0,8333 |
| A-15 | Tiene exportación de datos discretos de monitorización de paciente y envío al HIS para su posterior uso por parte de este (p.e. elaboración de Hoja de Parto).                                  |  |  | 0,8333 |
| A-16 | Certificación con (otros) Sistemas de Información Hospitalaria.                                                                                                                                 |  |  | 0,8333 |
| A-17 | Capacidad de ampliación para conexión con sistema de explotación de datos/elaboración de informes personalizados y cuadro de mandos(Business Intelligence).                                     |  |  | 0,8333 |
|      |                                                                                                                                                                                                 |  |  | 0,8333 |
|      | <b>B - SISTEMA DE TELEMETRIA OBSTÉTRICA</b>                                                                                                                                                     |  |  | 0,8333 |
|      | Se valorarán las siguientes características técnicas del equipo:                                                                                                                                |  |  |        |
| B-1  | Transductores de baja frecuencia para una mejor medición/penetración.                                                                                                                           |  |  | 0,8333 |
| B-2  | Transductores de US, TOCO, y ECG/PIU con grado protección IP68.                                                                                                                                 |  |  | 0,8333 |



|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| B-3                                                              | Duración de la batería de al menos 5 h.                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 0,8333 |
| B-4                                                              | Identifica los tipos de señales diferenciadas, es decir, conocer, por ejemplo, si la frecuencia fetal viene del transductor inalámbrico o del alámbrico.                                                                                                                               |  |  | 0,8333 |
| B-5                                                              | Tiene verificación intermodulación de canales: Monitorización continua de frecuencia materna y comparación con frecuencia fetal para evitar cruce de señales.                                                                                                                          |  |  | 0,8333 |
| B-6                                                              | Capta señal materna (pulso materno) desde transductor de TOCO sin necesidad de sensor de SpO2 y/o PNI. El transductor de toco debe ser capaz de medir externamente y tener conector para Electrodo fetal y catéter presión intrauterina. Además, podrá ver la onda de ECG de la madre. |  |  | 0,8333 |
| B-7                                                              | Conectividad bidireccional mediante protocolo LAN con sistema de gestión centralizado.                                                                                                                                                                                                 |  |  | 0,8333 |
| B-8                                                              | Las conexiones de transductores (inteligentes) podrán ser en cualquiera de los puertos de carga.                                                                                                                                                                                       |  |  | 0,8333 |
| B-9                                                              | La conexión de la telemetría podrá realizarse en cualquier puerto inteligente del equipo.                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,8333 |
| B-10                                                             | Con capacidad para trillizos.                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 0,8333 |
| B-11                                                             | La telemetría debe verse integrada en el mismo equipo( en la pantalla) para evitar acumulación de cables y equipos en el entorno UTPR.                                                                                                                                                 |  |  | 0,8333 |
| B-12                                                             | Acceso desde en remoto desde la central de partos. Por ejemplo, para poner a cero la línea base de TOCO.                                                                                                                                                                               |  |  | 0,8333 |
| B-13                                                             | Puede usar telemetrías con parches desechables en la misma base de las telemetrías inalámbricas.                                                                                                                                                                                       |  |  | 0,8333 |
| B-14                                                             | Distancia de recepción de las señales hasta 100m.                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 0,8333 |
| B-15                                                             | Duración de las baterías: Hasta 8 h en transductores inalámbricos y 16h en transductor sin cinturón                                                                                                                                                                                    |  |  | 0,8333 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |        |
| <b>C - CARDIOTOCOGRFO</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |        |
| Se valorarán las siguientes características técnicas del equipo: |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |        |
| C - 1                                                            | Pantalla táctil de 6 pulgadas o superior. Configuración de la pantalla y teclas de acceso directo a funciones más habituales. Pantalla en modo Standby(Espera).                                                                                                                        |  |  | 0,8333 |
| C - 2                                                            | Memoria interna del equipo. Se valorará: horas de almacenamiento, hasta 2 h , hasta 4 h , hasta 7 h .                                                                                                                                                                                  |  |  | 0,8333 |
| C - 3                                                            | Monitorización Externa de la madre: SpO2, PNI, ECG, y frecuencia cardíaca materna.                                                                                                                                                                                                     |  |  | 0,8333 |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
| C - 4  | Transductores de baja frecuencia para una mejor medición/penetración.                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 0,8333 |
| C - 5  | Capacidad de ampliación de prueba no estresante de Dawes-Redman en el monitor fetal.                                                                                                                                                                                                         |  |  | 0,8333 |
| C - 6  | Batería para transporte.                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 0,8333 |
| C - 7  | Verificación intermodulación de canales: Monitorización continua de frecuencia materna y comparación con frecuencia fetal para evitar cruce de señales.                                                                                                                                      |  |  | 0,8333 |
| C - 8  | Captación de señal materna(pulso materno) desde transductor de TOCO sin necesidad de sensor de SpO2 y/o PNI. El transductor de toco debe ser capaz de medir externamente y tener conector para Electrodo fetal y catéter presión intrauterina. Además, podrá ver la onda de ECG de la madre. |  |  | 0,8333 |
| C - 9  | Tarjeta de conexión para transmisión de datos a central de monitorización obstétrica, tanto por protocolo RS232 como LAN. Conectividad bidireccional mediante protocolo LAN con sistema de gestión centralizado.                                                                             |  |  | 0,8333 |
| C - 10 | Las conexiones de transductores (inteligentes) podrán ser en cualquiera de los puertos de entrada.                                                                                                                                                                                           |  |  | 0,8333 |
| C - 11 | Conectable a telemetría inalámbrica conectable con un solo cable al monitor. Con capacidad para trillizos.                                                                                                                                                                                   |  |  | 0,8333 |
| C - 12 | La telemetría debe verse integrada en el mismo equipo para evitar acumulación de cables y equipos en el entorno UTPR.                                                                                                                                                                        |  |  | 0,8333 |
| C - 13 | Acceso desde en remoto desde la central de partos. Esto permite controlar el monitor y acceder en remoto a cualquier punto del menú del monitor fetal.                                                                                                                                       |  |  | 0,8333 |
| C - 14 | Capacidad de ver trillizos en el mismo monitor, es decir, en la misma pantalla y exportar esos datos a la central de monitorización en el mismo sector.                                                                                                                                      |  |  | 0,8333 |
| C - 15 | Pantalla abatible para una mejor visualización.                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,8333 |
| C - 16 | Aparato con refrigeración pasiva: NO VENTILADOR, para evitar problemas de infecciones y suciedad                                                                                                                                                                                             |  |  | 0,8333 |

|       |    |
|-------|----|
| TOTAL | 40 |
|-------|----|

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.** - El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en





cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos”.

**SEGUNDO.** - El artículo 132 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, establece que los Órganos de Contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad.

**TERCERO.** - De conformidad con el artículo 136.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de ofertas y solicitudes de participación, de forma que todos los posibles interesados en la licitación puedan tener acceso a toda la información necesaria para elaborar estas...”.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación, esta Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, como Órgano de Contratación, y en uso de sus atribuciones,

#### **ACUERDA**

**PRIMERO.** - Modificar el contenido de los pliegos en los términos indicados en el apartado “Cuarto” de “Antecedentes” de la presente resolución.

**SEGUNDO.** - Dado que el plazo de presentación de ofertas finaliza el día 2/06/2026 a las 15:00 horas, para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas, se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el día 9/06/2026 a las 15:00 horas.

**TERCERO.** - Publicar la presente resolución en el Perfil del Contratante en la forma prevista en el artículo 135 de la LCSP.

**LA DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO**

|                         |                               |                                                                                                                   |            |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| NIEVES ROMERO RODRIGUEZ |                               | 27/05/2026                                                                                                        | PÁGINA 9/9 |
| VERIFICACIÓN            | BndJANNJTMJ92HLZCB3BHB5FDX6PU | <a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a> |            |