

**ANEXO I PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO PARA SALAS DE REHABILITACIÓN PERTENECIENTES A DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR, CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PA 22/26)**

| LOTES | GC     | NOMBRE                                   | DESTINOS                        | DISTRIBUCIÓN        | UNIDADES | TOTAL UNIDADES | PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                           |
|-------|--------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | E04924 | Equipo de Ondas de Choque                | Distrito Sanitario Córdoba      | C.S. Aeropuerto     | 1        | 8              | - Pantalla táctil.                                                                |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Levante Sur    | 1        |                | - Rango de energía de 1 a 6 bares.                                                |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Poniente       | 1        |                | - Frecuencia de trabajo 1-22Hz                                                    |
|       |        |                                          | Distrito Sanitario Guadalquivir | C.S. Montoro        | 1        |                | - Protocolos preestablecidos y protocolos definidos por el usuario                |
|       |        |                                          |                                 | C.S. La Carlota     | 1        |                | - Con carro de transporte                                                         |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Posadas        | 1        |                | - Modo continuo y pulsado                                                         |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Fuente Palmera | 1        |                | - Modo intensidad variable                                                        |
|       |        |                                          |                                 | C.S. La Sierra      | 1        |                |                                                                                   |
| 2     | A84915 | Terapia de estimulación TENS dos canales | Distrito Sanitario Córdoba      | C.S. Córdoba Centro | 10       | 100            | - Electroestimulador profesional de dos canales con gama de corrientes TENS Y EMS |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Poniente       | 10       |                | - Frecuencia: 0,3-150 Hz                                                          |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Aeropuerto     | 10       |                | - Potencia: 120mA por canal                                                       |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Levante Sur    | 10       |                | - Electrodo autoadhesivos                                                         |
|       |        |                                          | Distrito Sanitario Guadalquivir | C.S. Montoro        | 10       |                | - Ancho de pulso: 45-450 µs                                                       |
|       |        |                                          |                                 | C.S. La Carlota     | 10       |                |                                                                                   |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Posadas        | 10       |                |                                                                                   |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Bujalance      | 10       |                |                                                                                   |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Fuente Palmera | 10       |                |                                                                                   |
|       |        |                                          |                                 | C.S. La Sierra      | 10       |                |                                                                                   |
| 3     | D36755 | Baño de parafina                         | Distrito Sanitario Córdoba      | C.S. Córdoba Centro | 1        | 9              | - Baño de parafina de acero inoxidable con carcasa exterior aislada               |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Poniente       | 1        |                | - Rango de temperatura de 0°C a 90°C CAMBIAR                                      |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Aeropuerto     | 1        |                | - Tanque de gran tamaño que permita inmersión mano, muñeca, pie, tobillo y codo.  |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Levante Sur    | 1        |                |                                                                                   |
|       |        |                                          | Distrito Sanitario Guadalquivir | C.S. Montoro        | 1        |                |                                                                                   |
|       |        |                                          |                                 | C.S. La Carlota     | 1        |                |                                                                                   |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Posadas        | 1        |                |                                                                                   |
|       |        |                                          |                                 | C.S. Fuente Palmera | 1        |                |                                                                                   |
|       |        |                                          |                                 | C.S. La Sierra      | 1        |                |                                                                                   |
|       |        |                                          |                                 |                     |          |                |                                                                                   |

| LOTES | GC     | NOMBRE                    | DESTINOS                        | DISTRIBUCIÓN        | UNIDADES | TOTAL UNIDADES | PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | E04167 | Equipo de radiofrecuencia | Distrito Sanitario Córdoba      | C.S. Poniente       | 1        | 8              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 320 W de POTENCIA</li> <li>- Modulable de 480 a 520 KHz</li> <li>- Protocolos predefinidos y enciclopedia terapéutica</li> <li>- Control de impedancia dinámico</li> <li>- Base de datos para pacientes</li> <li>- Aplicadores ergonómicos con control de contacto</li> <li>- Con carro de transporte</li> <li>- Pantalla táctil a color</li> </ul> |
|       |        |                           |                                 | C.S. Aeropuerto     | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                           |                                 | C.S. Levante Sur    | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                           | Distrito Sanitario Guadalquivir | C.S. Montoro        | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                           |                                 | C.S. La Carlota     | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                           |                                 | C.S. Posadas        | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                           |                                 | C.S. Fuente Palmera | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5     | C55554 | Bicicleta estática        | Distrito Sanitario Córdoba      | C.S. La Sierra      | 1        | 4              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Controlador de frecuencia cardiaca por contacto</li> <li>- Regulador de POTENCIA</li> <li>- Estructura semi-inclinada</li> <li>- Pedaleo en ambos sentidos</li> <li>- Energía autogenerada, no necesita estar conectada</li> </ul>                                                                                                                  |
|       |        |                           |                                 | C.S. Córdoba Centro | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                           |                                 | C.S. Poniente       | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                           | Distrito Sanitario Guadalquivir | C.S. Aeropuerto     | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |        |                           |                                 | C.S. Posadas        | 1        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Córdoba, a fecha de la firma digital

LA JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA  
DISTRITOS CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR