

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ACUERDO MARCO POR EL QUE SE FIJAN LAS CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL ESPECÍFICO DE VENTILACIÓN Y MONITORIZACIÓN CARDIORESPIRATORIA, CON DISPONIBILIDAD DE USO DE LOS EQUIPOS PARA TODOS LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA (CPC-SE), MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO ABIERTO Y PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS.

PAAM 98/2024

1. EL OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir las condiciones que se deberán cumplir para el suministro de material específico de ventilación y monitorización cardiorespiratoria, para todos los centros adscritos a la Central Provincial de Compras del Servicio Andaluz de Salud para la provincia de Sevilla, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, complementando lo dispuesto en este pliego y en el Cuadro Resumen.

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS

En el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas figura la denominación genérica de los artículos para cada lote objeto de licitación donde se establecen los consumos estimados y la unidad de medida.

Las características técnicas de los bienes objeto de licitación aparecen detalladas en el Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud. Todos los productos ofertados deberán cumplir con los requerimientos técnicos y de calidad expresamente exigidos en el mismo y por la normativa nacional e internacional sobre la materia y contar con las licencias, autorizaciones y demás condiciones que las disposiciones vigentes exigen al diseño, fabricación, acondicionamiento, etiquetado y comercialización del mismo.

Otras especificaciones técnicas de los artículos:

Lote 1 SU.PC.SANI.01.10.13.100007 ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO Y CAMARA HUMIDIFICACION

Aplicar presión positiva continua en la vía aérea, tanto en CPAP, como en BIPAP.

Disponiendo de bases Respironics: BIPAP Vison, V60, Trilogy-Wilamed se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Diámetro y medida de las conexiones 22m/15f - 22f

Lote 5 E68271 CAPNOGRAFIA: CARTUCHO ATRAPA AGUA-Equipo compatible:Respirador drager con tecnologia RFID;

Disponiendo de respirador Drager se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Lote 6 SU.PC.SANI.01.10.12.100007 CAPNOGRAFÍA: LÍNEA DE MUESTREO Y ADAPTADOR

Tipo y medida de las conexiones: 15m-22h.

Tecnología microstream (necesario menor volumen de CO2 espirado).

Adulto.

Lote 7 SU.PC.SANI.01.10.12.100007 CAPNOGRAFÍA: LÍNEA DE MUESTREO Y ADAPTADOR

Tipo y medida de las conexiones: 15m-22h.

Tecnología microstream (necesario menor volumen de CO2 espirado).

Pedriátrico.

Lote 8 SU.PC.SANI.01.10.12.101000 CAPNOGRAFIA: LINEA DE MUESTREO

Diametro Interno:1,2.

Longitud 300 cm (+/-5%).

Luer lock macho por los dos lados.

Lote 9 SU.PC.SANI.01.10.99.110000 CARTUCHO ATRAPA AGUA

Disponiendo de equipo anestesia familia Carescape se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Lote 10 SU.PC.SANI.01.10.99.110000 CARTUCHO ATRAPA AGUA

Disponiendo de equipo anestesia GE Módulo Mini se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Lote 11 E66094 CARTUCHO CAL SODADA-Eq. compatible:Respirador drager con tecnologia RFID;

Disponiendo de repirador Drager se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Lote 12 F77873 CARTUCHO P/ CAPTURA DE GASES ANESTESICOS HALOGENADOS.

El precio de licitación incorpora los sensores compatibles, unidad de control de nivel de llenado y la gestión de los residuos.

Lote 13 A45776 CIRCUITO RESPIRADOR CUNA REANIMACION P/ neonatos-GC

Disponiendo de cuna disponible modelo Resuscitaire de transporte se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Lote 17 F60548 CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22 m-22h;Equipo asociado:Vitae 40;Longitud

Disponiendo de respirador de transporte Vitae 40 se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Adulto.

Longitud 200 cm (+/- 2%).

Lote 18 SU.PC.SANI.01.10.09.200002 CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR

Disponiendo de respirador Oxilog 3000 se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Tipo de conexión:22h-22m/15h.

Polietileno u otro material.

Para ventilación mecánica por respirador de transporte con válvula espiratoria y sensor de



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

flujo y control de PEEP.
Longitud 150 cm o superior.

Lote 19 F35695 CIRCUITO RESPIRADOR TRANSPORTE CON VALVULA ESPIRATORIA Y SENSOR-Tipo de conexión:22h-22m;Equipo asociado:MEDUMAT

Disponiendo de respirador Medumat se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).
Longitud 200 cm (+/- 2%)

Lote 21 B48171 CIRCUITO VENTILACION MANUAL CON BALON / adultos-Longitud del tubo: [180-200];Volumen del balón:[2000-2000];

Longitud de al menos 180cm.

Lote 24 E69469 ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE-Equipo compatible:Corpuls;

Disponiendo de monitor Corpuls se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).
Adulto.

Lote 25 SU.PC.SANI.01.10.20.501000 ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE

Adulto.

Compatible con Physiocontrol Lifepak.

Disponiendo de monitor Physiocontrol Lifepak se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).
Libre látex.

Lote 26 SU.PC.SANI.01.10.20.500002 ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE /pediatrico

Pediatrica.

Compatible con Physiocontrol Lifepak.

Disponiendo de monitor Physiocontrol Lifepak se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).
Libre látex.

Lote 41 F96480 NEBULIZADOR DE MALLA VIBRATORIA Y ADAPTADOR-TAMAÑO ADAPTADOR:Adulto;DIÁMETRO NEBULIZADOR:[22-23];

Para administrar el tratamiento de inhalación.

Incluye los dispositivos para el cuidado intensivo y emergencias para mejorar la terapia respiratoria, permitiendo que la medicación se administre de forma más eficiente y rápida en pacientes ventilados o con respiración espontánea, sin necesidad de abrir el circuito.

Accesorios necesarios para la conseguir una nebulización eficiente (elemento en T, elementos de tratamiento de inhalación, ...).

Tal como viene siendo habitual en este tipo de materiales, se encuentra incluido en los precios de licitación, la disponibilidad de uso de los nebulizadores malla vibratoria compatibles en perfecto estado de uso y elementos necesarios para su uso, al menos en 115 unidades. La incorporación de nuevos servicios podrá variar estas necesidades en +/- 10%. Se incluye también el mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el centro. La oferta incluirá las instrucciones y sus características, que serán tenidas en cuenta.



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Lote 46 SU.PC.SANI.01.10.12 MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA

Sensor CO2 y flujo para monitor.

Disponiendo de equipos de anestesia de General Electric se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Adulto.

Kit espirometría, tubo 2 metros de longitud.

Lote 47 SU.PC.SANI.01.10.12 MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA

Sensor CO2 y flujo para monitor.

Disponiendo de equipos de anestesia de General Electric se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Adulto.

Kit espirometría, tubo 3 metros de longitud.

Lote 48 SU.PC.SANI.01.10.12 MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA

Sensor CO2 y flujo para monitor.

Disponiendo de equipos de anestesia QNRG+ metabolic se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Adulto.

Tubo de espirometría de 2 metros de longitud.

Lote 49 E66099 SENSOR FLUJO PARA RESPIRADOR-Equipo compatible:Respirador drager con tecnología RFID

Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Lote 50 F73411 SET DE POLIGRAFÍA RESPIRATORIA C/SENSOR MANDIBULO-FRONTAL

Sin hacer una relación exhaustiva el set se compondrá al menos de gafa nasal y dos adhesivos. Cable.

Sensor de apertura mandibular, reutilizable, polígrafo de diagnóstico de apnea de sueño para análisis, elementos y accesorios necesarios para la realización de la prueba.

Control de valores para analizar los hábitos del sueño del paciente y su fragmentación.

Desinfección de bajo nivel.

El set licitado cubre las pruebas de al menos 10 pacientes.

Lote 51 C26208 SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto-Equipo compatible:Tecnología DATEX-OHMEDA;

Debe incorporar los accesorios, cables intermedios y elementos necesarios tecnología Datrex-Ohmeda.

Lote 52 D84087 SET ELECTRODOS DIAGNÓSTICO P/EKG C/CABLES-Tamaño:adulto;TIPO DE CONEXION DEL ELECTRODO:hembra;

Registro de datos en pacientes con monitorización cardíaca.

Incorpora adaptador, accesorios y elementos necesarios compatible con equipo para Hemodinámica de Philips.

Adulto.

Longitud mínima del cable 175 cm.

Libre látex.

Lote 55 SU.PC.SANI.01.10.15.000002 INSPIROMETRO DE INCENTIVO C/ REGULADOR PRESION

Central Provincial de Compras de Sevilla
Hospital Universitario Virgen del Rocío
Avda. Manuel Siurot, s/n 41013 Sevilla



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Tratamiento y prevención del colapso alveolar y estimulación del esfuerzo para lograr la evitación.

Lote 65 B38895 ALARGADERA OXIGENO-Longitud:[0-600];

Longitud de 180 cm a 210 cm.

Lote 66 E52255 SENSOR PULSIOXIMETRIA ADHESIVO P/MEDIR SATURACIÓN/ HEMOGLOBINA/METAHEMOGLOBINA/adulto-Equipo compatible: Tecnología MASIMO;

Debe incorporar los accesorios, cables intermedios y elementos necesarios tecnología Masimo compatible.

Adulto, pediátrico y neonatal, al menos 1000 mediciones.

Carcasa protectora, funda para transportarlos y los cables intermedios

En la actualidad se dispone de 10 monitores compatibles. Deben permitir la medición de hemoglobina (de forma incruenta) con rango de medición 8 - 17 g/dl. Dotado de batería recargable de litio con autonomía de 6 horas. Tiempo de medición rápida (30 segundos). Sensor de alarmas como baja perfusión u otro elemento de interferencia (uñas pintadas, ...).

La oferta deberá incorporar el mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el Servicio de Electromedicina del centro. La oferta debe incluir la disponibilidad de uso de +/- 10% de equipos para la incorporación de nuevos servicios.

Lote 67 E78079 ELECTRODO DESFIBRILACION TRANSCUTANEA C/CABLE /pediatrico-Equipo compatible:Corpuls;

Disponiendo de monitor Corpuls se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Lote 69 F39902 GEL CONDUCTOR 5 ML.

Asegurar un contacto adecuado entre la piel y el sensor de Capnografía Transcutánea (PCO2 - PO2 - SPO2 - PR).

Gel de contacto de alta densidad incluido en un frasco de plástico con tapón.

Solución de alta viscosidad.

Libre de látex.

Lote 70 SU.PC.SANI.01.10.13.100007 ACCESORIO CPAP Y BIPAP: CIRCUITO RESPIRATORIO Y CAMARA HUMIDIFICACION

Ramal. Sensor de flujo y temperatura calentador externo, con la base humidificadora. con cable para calentar el aire en el circuito y otro que para medir la temperatura y flujo.

Disponiendo de bases humidificadoras Fisher & Paykel Healthcare MR850 se precisa de material fungible compatible y asociada a la terapia respiratoria. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Los precios licitados incorporar los accesorios necesarios para la realización de la técnica (no se contempla mal uso).

Lote 71 SU.PC.SANI.01.10.09.000008 CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDAR C/ SISTEMA HUMIDIFICACIÓN ACTIVA/ neonatos

Doble ramal calefactado (dos ramales).

Flujo por minuto >4 L.

Ventilación alta frecuencia.

Medidas de los conectores: 22h -12m.

Disponiendo de bases humidificadoras Fisher & Paykel Healthcare MR850 se precisa de material fungible compatible y asociada a la terapia respiratoria. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Los precios licitados incorporar los accesorios necesarios para la realización de la técnica



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

(no se contempla mal uso).

**Lote 72 SU.PC.SANI.01.10.09.000007 CIRCUITO RESPIRADOR ESTANDARD C/
HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIA / adultos**

Ramal secundario (dos ramales).

Volumen del balón:[0-2500].

Conectores:22h-22h.

Disponiendo de bases humidificadoras Fisher & Paykel Healthcare MR850 se precisa de material fungible compatible y asociada a la terapia respiratoria. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Los precios licitados incorporar los accesorios necesarios para la realización de la técnica (no se contempla mal uso).

Lote 73 SU.PC.SANI.01.10.13 ARTÍCULOS PARA TERAPIAS CPAP y BIPAP

Accesorio CPAP y BIPAP: circuito respiratorio y cámara humidificación.

Kit circuito respiratorio VNI y ramal calentado, con cable calentador externo para el caso de uso de circuito de doble ramal cuando se hace VI en el ramal espiratorio.

Disponiendo de bases humidificadoras Fisher & Paykel Healthcare 950AEU se precisa de material fungible compatible y asociada a la terapia respiratoria. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

Los precios licitados incorporar los accesorios necesarios para la realización de la técnica (no se contempla mal uso).

**Lote 74 F88807 MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA CON CANAL INTUBACIÓN AÉREA-
Talla:[2.5-2.5];**

Ventilación en cirugía de corta duración o en los casos de pacientes que, necesitando respiración asistida, no puedan ser intubados. Extremo proximal con conexión al respirador y extremo distal especialmente diseñado para adaptarse sobre la laringe, gracias a un sistema de almohadillado insuflable desde el exterior. Barras de retención de la epiglotis.

**Lote 75 F66768 EQUIPO MEDICIÓN ÓXIDO NÍTRICO ESPIRADO-Nº de usos que contiene el
sensor:[100-100];**

Sensor y filtros (desechables) para al menos 100 mediciones.

Agrupación 01.- Alto flujo adulto.

**Lote 76 SU.PC.SANI.01.10.14.000001 Sonda nasal oxígeno silicona tipo gafas para
ALTO FLUJO/ adulto**

Tamaño de la cánula nasal pequeño.

Conexión distal a presión.

Flujo elevado.

**Lote 77 SU.PC.SANI.01.10.14.000001 Sonda nasal oxígeno silicona tipo gafas para
ALTO FLUJO/ adulto**

Tamaño de la cánula nasal mediano.

Conexión distal presión.

Flujo elevado.

**Lote 78 SU.PC.SANI.01.10.14.000001 Sonda nasal oxígeno silicona tipo gafas para
ALTO FLUJO/ adulto**

Tamaño de la cánula nasal grande.

Conexión distal a presión.

Flujo elevado.



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Lote 79 SU.PC.SANI.01.10.14.200007 ACCESORIO ALTO FLUJO CIRCUITO RESPIRATORIO Y CÁMARA HUMIDIFICACIÓN CON ADAPTADOR P/ NEBULIZACIÓN

Aplicar presión positiva continua en la vía aérea en terapia de alto flujo con posibilidad de administrar terapia nebulizadora a través de la cámara.

Conexión distal y proximal: cierre de seguridad.

Tamaño: adulto.

Lote 80 SU.PC.SANI.01.10.14.200000 ACCESORIO ALTO FLUJO CIRCUITO RESPIRATORIO Y CÁMARA HUMIDIFICACIÓN

Aplicar presión positiva continua en la vía aérea en alto flujo.

Tubo y cámara con adaptador para nebulizador. Cámara humidificadora puerto de conexión para los nebulizadores de malla vibratoria.

Sensor Temperatura interno, conexión distal cierre seguridad, conexión proximal cierre seguridad.

Tamaño adulto.

Lote 81 SU.PC.SANI.01.10.14.100000 Sonda TRAQUEOTOMÍA OXIGENO PARA ALTO FLUJO

Conexión distal a presión.

Humidificación reduciendo la condensación en pacientes pediátricos y adultos durante terapias respiratorias hipoxémica.

Cánulas con conexión distal cierre de seguridad.

Disponiendo en la actualidad de los equipos de alto flujo Airvo se precisa de material fungible compatible. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).

En la actualidad se dispone al menos de 100 equipos de alto flujo. La oferta deberá incorporar el mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el Servicio de Electromedicina del centro. La oferta debe incluir la disponibilidad de uso de +/- 10% de equipos de alto flujo para la incorporación de nuevos servicios.

Los precios licitados incorporar los accesorios necesarios para la realización de la técnica (no se contempla mal uso).

Agrupación 02.- Alto flujo pediátrico.

Lote 82 SU.PC.SANI.01.10.14.000002 Sonda NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO/ pediátrico

Tamaño canula nasal mediano.

Conexión distal cierre de seguridad.

Lote 83 SU.PC.SANI.01.10.14.000002 Sonda NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO/ pediátrico

Tamaño canula nasal grande (XL).

Conexión distal Cierre seguridad.

Lote 84 SU.PC.SANI.01.10.14.200000 ACCESORIO ALTO FLUJO CIRCUITO RESPIRATORIO Y CÁMARA HUMIDIFICACIÓN

Aplicar presión positiva continua en la vía aérea en alto flujo.

Sensor temperatura externo.

Conexión distal con cierre de seguridad.

Conexión específica para las cánulas nasales.

Tamaño neonato.



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Lote 85 SU.PC.SANI.01.10.14.000003 SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO/ neonatos

Para la administración de oxígeno directamente en las fosas nasales a alto flujo con un máximo de 8L/min en paciente neonata.
Pequeño.

Lote 86 SU.PC.SANI.01.10.14.000003 SONDA NASAL OXIGENO SILICONA TIPO GAFA PARA ALTO FLUJO/ neonatos

Para la administración de oxígeno directamente en las fosas nasales a alto flujo con un máximo de 8L/min en paciente neonata.
Mediano.

Agrupación 03.- Broncoscopios flexibles.

Lote 87 SU.PC.SANI.01.10.08.300006 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE

Diámetro: [2.0-3.0].
Campo de visión: [110.0-125.0].

Lote 88 SU.PC.SANI.01.10.08.300006 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE

Diámetro: [3.0-4.1]
Campo de visión: [80.0-120.0]

Lote 89 SU.PC.SANI.01.10.08.300006 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE

Diámetro: [4,5-5.5].
Campo de visión: [80.0-120.0]

Lote 90 SU.PC.SANI.01.10.08.300006 BRONCOSCOPIO FLEXIBLE

Diámetro: [5.5-6.0]
Campo de visión: [80.0-120.0]

Tal como viene siendo habitual en este tipo de materiales, se encuentra incluido en los precios de licitación, la disponibilidad de uso de los sistemas de visualización compatibles y elementos necesarios (en su caso baterías, fuente luz led,...) en perfecto estado de uso. En la actualidad se dispone al menos de 30 unidades. La incorporación de nuevos servicios podrá variar estas necesidades en +/- 10%. Se incluye también el mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el Servicio de Electromedicina del centro. La oferta incluirá las instrucciones y sus características, que serán tenidas en cuenta.

Agrupación 04.- Videolaringoscopio portátil con sistema intubación difícil y pantalla integrada.

Lote 91 D39076 PALA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO-Tipo de pala:mackinson (curva);Tamaño:3;

Lote 92 D39077 PALA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO-Tipo de pala:mackinson (curva);Tamaño:4;

Lote 93 F29064 PALA HIPER ANGULADA P/ VIDEOLARINGOSCOPIO-Tamaño de la pala:[3-3];

Las distintas palas con los distintos tamaños facilitan la introducción del tubo orotraqueal en casos de ser por vía aérea difícil y reintubaciones.

Pala adaptada al mango del videolaringoscopio.



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Óptica que transmite la imagen, con punto de iluminación.

Tal como viene siendo habitual en este tipo de materiales, se encuentra incluido en los precios de licitación, la disponibilidad de uso de los sistemas de visualización compatibles y elementos necesarios (baterías, fuente luz led alta intensidad, mango,...) en perfecto estado de uso. En la actualidad se dispone al menos de 110 unidades. La incorporación de nuevos servicios podrá variar estas necesidades en +/- 10%. Se incluye también el mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el Servicio de Electromedicina del centro. La oferta incluirá las instrucciones y sus características, que serán tenidas en cuenta.

Agrupación 05.- Sensor de pulsioximetría tipo tira adhesiva digital Tecnología Nellcor.

Lote 94 D36183 SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto-Equipo compatible:Tecnología NELLCOR;

Lote 95 D40942 SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato-Equipo compatible:Tecnología NELLCOR;

Lote 96 C26211 SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / pediátrico-Equipo compatible:Tecnología NELLCOR;

Dotados de cables intermedios.

Tal como viene siendo habitual en este tipo de materiales, se encuentra incluido en los precios de licitación, la disponibilidad de uso de los monitores de pulsioximetría compatibles y elementos necesarios en perfecto estado de uso. En la actualidad se dispone al menos de 625 unidades. La incorporación de nuevos servicios podrá variar estas necesidades en +/- 10%. Se incluye también el mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el Servicio de Electromedicina del centro. La oferta incluirá las instrucciones y sus características, que serán tenidas en cuenta.

Agrupación 06.- Monitorización transcutanea continua.

Lote 97 SU.PC.SANI.01.10.99.100002 EQ. MEMBRANAS PARA MONITOR TRANSCUTANEO DE PO2 Y PCO2

Equipo compuesto por accesorios para monitor transcutaneo de PO2 y PCO.

Lote 98 SU.PC.SANI.01.10.12.900001 ANILLO FIJACIÓN SENSOR TRANSCUTANEO

Fijación del sensor para asegurar una lectura óptima de los parámetros monitorizados.

Lote 99 SU.PC.SANI.01.10.99.150000 GAS DE CALIBRACION MONITOR TRANSCUTANEO PO² y PCO²

Calibración del monitor, adaptable al monitor a calibrar.

Lote 100 SU.PC.SANI.01.10.12 MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA

Clip de oreja para la sujeción del sensor del equipo de medición transcutánea de PCO₂, SPO₂ y FC.

Libre látex.

La oferta debe incluir gel conductor compatible con la técnica.

Disponiendo de monitor transcutáneo continuo se precisa de material fungible compatible y asociada a la prueba de monitorización. Deberá aportarse en la oferta, certificado de compatibilidad (fabricante, organismo homologado, ...).



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

En la actualidad se dispone al menos de 9 monitores. La oferta deberá incorporar el mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el Servicio de Electromedicina del centro. La oferta debe incluir la disponibilidad de uso de +/- 12% de monitores para la incorporación de nuevos servicios.

Agrupación 07.- Videolaringoscopio para intubación difícil.

Lote 101 SU.PC.SANI.01.10.08.300007 PALA C/ CAMARA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO

Anchura de la pala:(0-11]

Óptica que transmite la imagen, con un punto de iluminación, anchura de la pala 11 milímetros.

Lote 102 SU.PC.SANI.01.10.08.300007 PALA C/ CAMARA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO

Anchura de la pala:(0-11]

Óptica que transmite la imagen, con un punto de iluminación, anchura de la pala 10 milímetros.

Lote 103 SU.PC.SANI.01.10.08.300007 PALA C/ CAMARA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO

Anchura de la pala:(0-11];

Óptica que transmite la imagen, con un punto de iluminación, anchura de la pala 9 milímetros.

Lote 104 E99447 PALA C/ CAMARA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO-Anchura de la pala:(11-12];

Anchura de la pala 12 milímetros.

Óptica que transmite la imagen, con un punto de iluminación.

Lote 105 E99533 PALA C/ CAMARA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO-Anchura de la pala:(12-14];

Anchura de la pala entre 13-14 milímetros.

Óptica que transmite la imagen, con un punto de iluminación.

Lote 106 E99532 PALA C/ CAMARA PARA VIDEOLARINGOSCOPIO-Anchura de la pala:(14-16];

Anchura de la pala entre 14-15 milímetros.

Óptica que transmite la imagen, con un punto de iluminación.

Tal como viene siendo habitual en este tipo de materiales, se encuentra incluido en los precios de licitación, la disponibilidad de uso de los sistemas de visualización alta resolución compatibles y elementos necesarios (en su caso monitor, fuente de luz,...) en perfecto estado de uso, al menos en 6 unidades. La incorporación de nuevos servicios podrá variar estas necesidades en +/- 10%. Se incluye también el mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el Servicio de Electromedicina del centro. La oferta incluirá las instrucciones y sus características, que serán tenidas en cuenta.

Agrupación 08 .- Mascarilla facial para CPAP y BIPAP con valvula / adulto.

Lote 107 SU.PC.SANI.01.10.13.120000 MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto

Tamaño: grande.

Lote 108 SU.PC.SANI.01.10.13.120000 MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

VALVULA / adulto

Tamaño: mediana.

Lote 109 SU.PC.SANI.01.10.13.120000 MASCARILLA FACIAL PARA CPAP Y BIPAP CON VALVULA / adulto

Tamaño: pequeña.

Las mascarillas deben disponer de válvula anti asfixias.

Uso en terapias corta duración.

Sin fugas.

Agrupación 12.- Kit ventilación nasal presión positiva (PAP).

Lote 126 F95000 KIT VENTILACION NASAL PRESION POSITIVA (PAP)-Tamaño de la mascarilla:Mediana;Conexión muestreo CO2:No;

Lote 127 F94999 KIT VENTILACION NASAL PRESION POSITIVA (PAP)-Tamaño de la mascarilla:Grande;Conexión muestreo CO2:No;

Ventilación positiva durante todo el proceso anestésico y reanimación. Crea un sello al colocarse sobre la nariz del paciente para dirigir el gas anestésico, el aire y/o el oxígeno a las vías respiratorias superiores durante la atención anestésica.

Kit compuesto al menos por: mascarilla nasal con puerto suplementario de oxígeno, correa con velcro, puerto de circuito estándar que permite conexión a todo equipamiento de anestesia, codo con toma de oxígeno y válvula APL, dos tubos adicionales para conexión a caudalímetro y bolsa de reservorio de 2 litros

Agrupación 13.- Mascarilla laríngea doble vía con canal intubación aérea.

Lote 128 F88943 MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA CON CANAL INTUBACIÓN AÉREA-Talla:[1-1];

Lote 129 F88944 MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA CON CANAL INTUBACIÓN AÉREA-Talla:[1.5-1.5];

Lote 130 F88945 MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA CON CANAL INTUBACIÓN AÉREA-Talla:[2-2];

Lote 131 F65381 MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA CON CANAL INTUBACIÓN AÉREA-Talla:[3-3];

Lote 132 F65383 MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA CON CANAL INTUBACIÓN AÉREA-Talla:[4-4];

Lote 133 F65384 MASCARILLA LARINGEA DOBLE VIA CON CANAL INTUBACIÓN AÉREA-Talla:[5-5];

Mascarillas para la ventilación en cirugía de corta duración o en los casos de pacientes que, necesitando respiración asistida, no puedan ser intubados. Extremo proximal con conexión al respirador y extremo distal especialmente diseñado para adaptarse sobre la laringe, gracias a un sistema de almohadillado insuflable desde el exterior. Barras de retención de la epiglotis.

Agrupación 14.- Laringoscopio óptico de urgencia fuera del medio quirúrgico.



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Lote 134 B38647 LARINGOSCOPIO OPTICO-Tipo de pala:Macintosh (curva);Tamaño:3;

Lote 135 E53153 LARINGOSCOPIO OPTICO-Tipo de pala:Macintosh (curva);Tamaño:2;

Lote 136 E73408 LARINGOSCOPIO OPTICO-Tipo de pala:Macintosh (curva);Tamaño:1;

Video laringoscopios para intubaciones de rutina, óptica reutilizable, cuyo precio de licitación incorpora accesorios (baterías, wifi, cable, base de carga, ...), sistema de visualización completo.

Agrupación 16.- Equipo completo para CPAP con sistema abierto sin válvula PEEP.

Lote 144 B39971 EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO SIN VÁLVULA PEEP-Tamaño:grande

Lote 145 B40730 EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO SIN VÁLVULA PEEP-Tamaño:mediano

Lote 146 B40732 EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO SIN VÁLVULA PEEP-Tamaño:pequeño

Para aplicar presión positiva continua en la vía aérea, en la fase espiratoria (CPAP), ventilación no invasiva por el modo (CPAP), uso en paciente con PEEP bajas., edema pulmonar agudo cardiogénico, prevención de atelectasias postoperatorias, destete.

Conjunto compuesto al menos por: mascarilla facial de CPAP, arnés de fijación para mascarilla facial. sistema abierto que conectado a O2 y manómetro, tubuladura.

Dispositivo que proporciona una presión positiva continua en las vías respiratorias.

Pacientes con ventilación espontánea que permite mantener en las vías respiratorias una presión superior a la atmosférica durante todo el ciclo respiratorio.

Agrupación 17.- Sensor pulsioximetría tipo tira adhesiva digital. Masimo.

Lote 147 C56435 SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / adulto-Equipo compatible:Tecnología MASIMO;

Lote 148 C56411 SENSOR PULSIOXIMETRIA TIPO TIRA ADHESIVA DIGITAL / neonato-Equipo compatible:Tecnología MASIMO;

En la actualidad se dispone de 260 monitores compatibles. Incluye accesorios compatibles necesarios. La oferta deberá incorporar mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el Servicio de Electromedicina del centro. La oferta debe incluir la disponibilidad de uso de +/- 10% de equipos para la incorporación de nuevos servicios.

Agrupación 19.- Sistema completo para CPAP con sistema abierto con valvula PEEP.

Lote 156 F36488 EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO CON VALVULA PEEP-Tamaño:grande

Lote 157 F36489 EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO CON VALVULA PEEP-Tamaño:mediano

Para aplicar presión positiva continua en la vía aérea, en la fase espiratoria (CPAP), paciente con PEEP bajas, aplicar presión positiva de flujo a través de caudalímetro o toma de gases de la



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

canalización.

Compuesto al menos por: mascarilla, arnés, válvula PEEP, filtro, tubuladura, nebulizador.

Agrupación 20.- Sistema completo para CPAP con sistema abierto sin válvula PEEP con Nebulizador y Anillo Regulador.

Lote 158 F40585 EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO SIN VÁLVULA PEEP con Nebulizador y Anillo Regulador-Tamaño:grande

Lote 159 F40586 EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO SIN VÁLVULA PEEP con Nebulizador y Anillo Regulador-Tamaño:mediano

Lote 160 F61138 EQUIPO COMPLETO PARA CPAP CON SISTEMA ABIERTO SIN VÁLVULA PEEP con Nebulizador y Anillo Regulador-Tamaño:pequeño

Para aplicar presión positiva continua en la vía aérea, en la fase espiratoria (CPAP), uso en paciente con PEEP bajas, *Ventilación no invasiva por el modo C.P.A.P, edema pulmonar agudo cardiogénico), hipoxemia, destete.

Compuesto al menos por: mascarilla facial, arnés de fijación para mascarilla facial, sistema abierto que conectado a O2 y manómetro hace la función de válvula de PEEP, tubuladura, nebulizador y anillo regulador de FiO2

Agrupación 21.- Sistema evaluador de la inflamación de vías respiratorias no invasivo.

Lote 161 F63945 SU.PC.SANI.01.10.15.012000 EQUIPO MEDICIÓN OXIDO NÍTRICO ESPIRADO-Nº de usos que contiene el sensor:[300-300];
Sensor y filtros (desechables) para al menos 300 mediciones.

Lote 162 G15694 SU.PC.SANI.01.10.15.012000 EQUIPO MEDICIÓN OXIDO NÍTRICO ESPIRADO-Nº de usos que contiene el sensor:[500-500];
Sensor y filtros (desechables) para al menos 500 mediciones.

Lote 163 SU.PC.SANI.01.10.15 Artículos para pruebas de función respiratoria
Oliva, tubo y filtro en una caja de al menos 10 unidades.
Adultos

Lote 164 SU.PC.SANI.01.10.15 Artículos para pruebas de función respiratoria
Oliva, tubo y filtro en una caja de al menos 10 unidades.
Pediátrico

Los precios licitados incorporar los accesorios necesarios (cables, sistemas de evacuación de la inflamación de vías respiratorias no invasivo compatibles con los productos licitados, ...). No se contempla mal uso.

Tal como viene siendo habitual en este tipo de materiales, se encuentra incluido en los precios de licitación, la disponibilidad de uso de los monitores para el control de la inflamación de las vías respiratorias compatibles y elementos necesarios (en su caso baterías, cables,...) en perfecto estado de uso. En la actualidad se dispone al menos de 14 unidades. La incorporación de nuevos servicios podrá variar estas necesidades en +/- 10%. Se incluye también el mantenimiento, reparaciones y sustitución por uno similar en el caso de que no se solucione la avería previamente comunicada, en un plazo máximo de 72 horas desde su comunicación según el procedimiento establecido por el Servicio de Electromedicina del centro. La oferta incluirá las instrucciones y sus características, que serán tenidas en cuenta.



Agrupación 22.-Mascarilla facial para CPAP y BIPAP con válvula / adulto Terapias larga duración.

Lote 165 SU.PC.SANI.01.10.13 Artículos para terapias CPAP y BIPAP

Mascarilla facial
Para CPAP Y BIPAP
Con válvula.
Adulto.
Tamaño: grande.

Lote 166 SU.PC.SANI.01.10.13 Artículos para terapias CPAP y BIPAP

Mascarilla facial
Para CPAP Y BIPAP
Con válvula.
Adulto.
Tamaño: mediana.

Lote 167 SU.PC.SANI.01.10.13 Artículos para terapias CPAP y BIPAP

Mascarilla facial
Para CPAP Y BIPAP
Con válvula.
Adulto.
Tamaño: pequeña.

Las mascarillas deben disponer de válvula anti asfixias.

Sin fugas.

Mascarillas bajo nariz para terapias larga duración, que minimice el riesgo de úlceras por presión.

Para aquellas agrupaciones y/o lotes que incluyan mantenimiento, para su correcto entendimiento y consiguiente cumplimiento se adjunta como anexo "Cláusulas Equipamiento Electromédico" al presente pliego.

3. REQUISITOS BÁSICOS

El expediente se licita por lotes y agrupaciones de lotes. Los lotes que forman parte de una agrupación deberán ofertarse de manera unificada, es decir, las empresas que liciten a una agrupación deberán presentar ofertas en todos los lotes de la agrupación. Serán excluidas las proposiciones que no presenten oferta a alguno de los lotes incluidos en una agrupación.

Los cables intermedios y las roturas o desgaste de equipos debido al uso correrán a cuenta de la empresa/s adjudicataria/s.

El Código de Identificación del Producto (Código CIP) identifica de manera unívoca al producto con el Código del Catálogo del SAS y el GC al que ha quedado adscrito, y que emite el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud de forma automática, y sin previa evaluación, una vez que la empresa ha completado el procedimiento de inscripción.



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

Dado que los productos objeto de licitación corresponden a Código del Catálogo del SAS para cuya adquisición se ha declarado la obligatoriedad de uso del Código CIP, para poder participar en el presente procedimiento es imprescindible disponer de éste, previo a la adjudicación.

Para la identificación de los productos ofertados, la presentación de ofertas y las transacciones, de los productos se identificará por su denominación comercial, referencia de fabricante, Código CIP, GC correspondiente y, en su caso, Código GS1 (EAN) asignado al producto.

Toda aquella empresa cuya oferta sea considerada la más ventajosa económicamente y antes de la Resolución de Adjudicación, deberá actualizar el FACTOR DE EQUIVALENCIA en el Catálogo de Bienes y Servicios del SAS, de cada CIP propuesto para la adjudicación.

4. FORMACIÓN

Se debe incluir en las ofertas la formación, si es preciso, al personal que se determine para el correcto uso de los productos, entregándose sin cargo el material docente necesario para su formación.

Después de esta formación y al menos durante las dos primeras sesiones, el especialista de producto debe acompañar al personal sanitario para solventar posibles dudas durante el desarrollo de las mismas.

5. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA Y LOGÍSTICA.

Sin perjuicio de las condiciones particulares, el adjudicatario se someterá en la ejecución de su contrato a las condiciones generales de compra y logística siguientes:

- **PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN**

Para las transacciones comerciales, el adjudicatario deberá operar a través del portal de compras en Internet que, en su caso, implante el Servicio Andaluz de Salud. En su defecto los canales de comercialización derivados de la ejecución del presente contrato serán los ordinarios.

El inicio del suministro deberá efectuarse una vez formalizado el contrato mediante los pedidos efectuados desde las distintas Unidades de Compras y Suministros de los centros peticionarios vinculados a este expediente.

Renovación Tecnológica: En caso de renovación tecnológica la empresa adjudicataria se compromete a sustituir los artículos objeto del contrato en las mismas condiciones del lote a sustituir.

- **LOGÍSTICA, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.**

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos derivados de la aplicación de los criterios de logística, distribución y entrega de los productos, que se fijan en el presente contrato.

En el albarán de entrega del pedido, y en su caso en el envase y/o embalaje del producto, además de los preceptivos, deberán figurar obligatoriamente los datos de identificación que se citan en el apartado 'Identificación de los productos ofertados' del presente pliego (denominación y referencia comercial del producto suministrado), en el formato que se determine por el Servicio Andaluz de Salud.

No se aceptarán los albaranes que no se ajusten a lo especificado en los Pliegos y anexos que rigen el presente contrato.



El material, con los portes pagados hasta destino, deberá ser entregado en el Almacén Central de la Central Provincial de Compras de Sevilla, o en su caso, en los almacenes de consumo de los distintos centros del expediente, que se indiquen en los correspondientes pedidos.

- **CONDICIONES DE EMBALAJE DE LA MERCANCÍA.**

El proveedor indicará el tipo de envase o embalaje de transporte empleado, que, con carácter general, se basarán en Unidades de Envío/Recepción normalizadas y homogéneas.

Los envases con etiquetado en el que figure: denominación del artículo, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial.

Las unidades de Envío/Recepción paletizadas utilizarán la paleta estándar “europaleta” de 800 x 1200 mm.

Las alturas máximas admisibles (altura de la paleta incluida) para las unidades de carga sobre paleta 800 x 1200 mm. Son 1,15 metros, 1,45 metros y 1,80 metros. Para las unidades de carga sobre media paleta de 800 x 600 mm. La altura máxima admisible es de 1,30 metros.

El incumplimiento de estas condiciones señaladas incluida la altura máxima puede llevar a paralizar la recepción de las mercancías y poner en riesgos la seguridad de los profesionales, por ello es necesario su cumplimiento. En caso de incumplimiento, puede ser devuelta la mercancía o también se puede recepcionar penalizando conforme se indica en el cuadro resumen por los trabajos necesarios realizados para su adaptación.

6. ASPECTOS AMBIENTALES.

El adjudicatario adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental comunitaria, estatal, autonómica y local vigente que sea de aplicación a los trabajos contratados.

El adjudicatario, deberá cumplir los procedimientos y protocolos de cualquiera de los centros peticionarios adscritos a la Central Provincial de Compras Sanitarias de Sevilla (en adelante el Centro), que le sean aplicables.

El adjudicatario responderá de cualquier incidente por él causado. El Centro se reserva el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por el incumplimiento de sus obligaciones de carácter ambiental.

Para evitar tales incidentes, el adjudicatario adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las buenas prácticas de gestión, en especial las relativas a evitar vertidos líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera y el abandono de cualquier tipo de residuo, con extrema atención a la correcta manipulación de los residuos peligrosos.

Sobre la persona designada por el adjudicatario recaerá la responsabilidad de la observación de estas condiciones de carácter ambiental. Dicho responsable podrá ser requerido por el Centro ante cualquier incidencia de carácter ambiental.

- **OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES DEL ADJUDICATARIO**

Estas obligaciones se incluyen al amparo de lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud, en particular el procedimiento PGA 8.1.1.



“PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL”, cuyo objeto es establecer las pautas a seguir por el SIGA-SAS a nivel corporativo y a nivel del Centro, para la minimización de los aspectos ambientales derivados de los bienes y servicios utilizados así como la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo a los contratistas.

El adjudicatario deberá cumplir los procedimientos y protocolos del Centro que le sean aplicables así como aquellos requisitos específicos definidos por el Centro. Dichos documentos les podrán ser entregados directamente o bien deberán hacer la descarga del “Área del Hospital-Estructura y organización-Gestión ambiental” de la página web del Hospital U. Virgen del Rocío (www.huvr.es), donde se encuentran actualizados y accesibles para permitir su conocimiento y su cumplimiento.

Además, el adjudicatario se hace responsable de cualquier incidente medioambiental por él producido, quedando el Centro liberado de toda la responsabilidad que del mismo se derive. En consecuencia, el adjudicatario, con carácter general, adoptará las medidas preventivas exigidas en cada caso; en especial las relativas al vertido de líquidos indeseados, emisiones contaminantes a la atmósfera, abandono de cualquier clase de residuos; muy en especial prestará extrema atención a la correcta gestión y manipulación de los clasificados como peligrosos.

En razón de lo anteriormente expuesto, el adjudicatario adoptará cuantas medidas exija el estricto cumplimiento de las prescripciones establecidas en la vigente legislación medioambiental, que sean de aplicación.

La Dirección del Centro se reserva el derecho de recabar del adjudicatario la demostración de que el personal de su plantilla cuenta con la cualificación exigible para el eficaz desarrollo de sus funciones.

Las prácticas a las que se compromete el adjudicatario, sin ánimo de exhaustividad ni carácter excluyente de otras que pudieran señalarse, serán las siguientes:

- I.- Recoger, Segregar, no Mezclar y Gestionar con Gestor Autorizado conforme a la legislación vigente aquellos residuos producidos, especialmente los Residuos Peligrosos.
- II.- Mantener limpia la zona de trabajo.
- III.- Prevenir las fugas, derrames y contaminación del suelo, arquetas o cauces, con prohibición de la realización de cualquier vertido no autorizado.
- IV.- No hacer fuegos, baldeos o limpiezas fuera de los lugares establecidos.
- V.- Suministrar información inmediata al personal del Centro sobre cualquier incidente ambiental que se produzca en el curso de la obra o trabajo que se le confía.

El adjudicatario queda responsabilizado y comprometido a facilitar al Centro inmediata información sobre cualquier incidente medioambiental que pudiera producirse durante el desarrollo de los trabajos y funciones que le quedan confiados.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones medioambientales exigidas, la Dirección del Centro, conforme al contrato establecido, podrá repercutir sobre el adjudicatario el coste económico, directo o indirecto, que de tal incumplimiento se derive.

Con el fin de evidenciar la correcta gestión de sus residuos, debe el adjudicatario aportar copia de su Registro de Productor de Residuos, así como de aquella documentación relacionada con la recogida de los residuos producidos como consecuencia de su actividad en nuestras instalaciones (ejemplo: residuos peligrosos de envases, aceites minerales, filtros contaminados, trapos contaminados, etc.), en caso de que proceda.

• REQUISITOS AMBIENTALES.



PRODUCTO	REQUISITOS AMBIENTALES
Adquisición de sustancias químicas	Se evaluará y controlará: • El contenido en sustancias peligrosas de los productos suministrados. • La posibilidad de suministrar productos concentrados, ya que supone la utilización de envases de menor volumen, lo que conlleva una reducción en la generación de residuos. • La posibilidad de proveer productos sustitutivos de carácter biodegradable. • La posibilidad de retirada de los residuos de envases por parte del proveedor. • La forma de suministro de los productos y los residuos de envases que como consecuencia se generen. • La necesidad de enviar las Fichas de Seguridad del Producto para una correcta manipulación y almacenamiento de los mismos, así como las Especificaciones Técnicas y Composición. De todos los reactivos o productos químicos, debe facilitarse: • La “Ficha de datos de seguridad”, así como indicación de la inocuidad o peligrosidad de los productos generados y de los residuos de desecho y recomendaciones de la empresa en cuanto a su eliminación, tratamiento o reciclaje. • Si el residuo generado está catalogado como peligroso, la empresa ofertante deberá proceder a su caracterización • Si por el contrario, los residuos no estuviesen catalogados como peligrosos según la normativa aplicable, la empresa ofertante indicará cómo reconducirlo a la red, previa certificación del organismo que tenga asignada esa competencia en el ámbito local. • Consideraciones relativas a la eliminación de los productos y en



PRODUCTO	REQUISITOS AMBIENTALES
	su caso de los envases. • Informaciones relativas al transporte. • Información de la reglamentación vigente en relación con el producto. • Cualquier otra información de interés.
Adquisición de productos envasados	Posibilidad de aportar los productos: • En envases retornables, de gran capacidad. • Sin envases ni embalajes superfluos. • Con envases fácilmente segregables, reciclables y que no deriven en residuos peligrosos.
En la compra de equipos	Se evaluará y controlará: • Si se han tenido en cuenta criterios ambientales en su diseño (eco-etiqueta, estudio ciclo de vida, etc.). • El nivel de eficiencia energética del equipo / instalación en condiciones normales. • Las posibles medidas de ahorro de que dispone (apagado automático, modo bajo consumo, hibernación, etc.). • La compra de equipos modulares o reparables, que se puedan reparar o sustituir módulos en lugar de tener que adquirir equipos nuevos. • Los residuos que genera la instalación / equipo y sus características. Posibilidad de aportar información sobre: • Los aspectos ambientales asociados al equipo / instalación. • Las medidas correctivas aplicadas para disminuir el impacto



Junta de Andalucía

Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Servicio Andaluz de Salud

PRODUCTO	REQUISITOS AMBIENTALES
	ambiental del equipo / instalación. • Los potenciales accidentes, averías, funcionamiento en condiciones anormales (parada / arranque) y sus efectos sobre el medio ambiente. • El mantenimiento a llevar a cabo sobre la instalación.

Conocido y aceptado por la empresa licitadora