MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 08:30 horas del día 2 de junio de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

PRESIDENTA: DÑA. MARI CARMEN MERINO CASTRO
Directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

VOCALES: DÑA. MARTA PEREZ HIDALGO CORREA
Letrada de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO
Subdirector Económico Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén
(Asistencia presencial)

SECRETARIA: DÑA. ALICIA GUERRERO FUENTES
Técnico de Función Administrativa
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión

ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de asistencia.
   No se producen.

2. EXPEDIENTE AM 124/2026 SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.07 MATERIAL GENÉRICO DE DRENAJE: BOLSAS, EQUIPOS Y TUBOS, PARA LOS CENTROS SANITARIOS VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

   2.1 Análisis del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica.

   En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

2.2 Si procede, acto de apertura del sobre electrónico nº3 de criterios de evaluación automáticos del expediente.

No procede.

2.3 Valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

No procede.

2.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la empresa licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

No procede.

2.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El Acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 08:45 horas del 2 de junio de 2026 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DEL SUBGRUPO 01.07 MATERIAL GENÉRICO DE DRENAJES: BOLSAS EQUIPOS Y TUBOS PARA LOS CENTROS SANITARIOS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE JAÉN

Expediente: A.M. 124/2026

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y las muestras presentadas por los licitadores, que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1.-Composición de la Comisión Técnica Provincial

D. Antonio Bravo Cerro. Jefe UGC Cirugía Torácica HUJ.

Dña Encarnación Cuesta Caballero. Supervisora Radiología HUJ.

Dña. Isabel Jiménez López. Supervisora Cirugía Gral. HUJ.

Dña. María Alarcón Mata. Jefa Bloque Hospitalización HUJ.

A continuación, se detallan **las Empresas que concurren, Agrupaciones y Lotes a los que licitan**:

EMPRESAS	AGRUPACIÓN	LOTES
AMEBIL, S.L	S.A.	35
AMEVISA,S.A	1 2	1, 2 3, 4
ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	1 3 S.A.	1, 2 5, 6 36
BALMUNG MEDICAL HANDEL GmbH	1	1, 2
BM2 HEALTH,S.L.	2 3 5 S.A.	3, 4 5, 6 9,10 31, 49
C.V. MEDICA, S.L.	3	5, 6
CAHNOS, S.L	1 2	1, 2 3, 4
CALVO IZQUIERDO SL	1	1, 2
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	S.A.	32, 33, 37, 38, 39
COOK ESPAÑA S.L	11 S.A.	26, 27 57, 61, 62
COVACA SA	1 S.A.	1, 2 31
GARRIC MÉDICA, S.L	1	1, 2
GRIFOLS MOVACO, S.A	S.A.	42, 43, 44
HOLLISER IBÉRICA S.A	S.A.	40
HOSPITAL HISPANIA, S.L.	S.A.	58, 59
IBERIAN CARE 2016 S.L	1 3	1, 2 5, 6
ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L	5	9, 10

IMEOS,SL	12	28, 29, 30
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	3 6 S.A.	5, 6 11, 12, 13 31, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
JOLFAMAR XXI, S.L.	1 2 3	1, 2 3, 4 5, 6
JUVAZQUEZ, S.L.	1 S.A	1, 2 31
LELEMAN SL	12	28, 29, 30
LOGISALUS,S.L.	1 2 S.A	1, 2 4 31
MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	12 S.A.	28, 29, 30 62
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	1 2 3 9	1, 2 3, 4 5, 6 22, 23
MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	11 12	26, 27 28, 29, 30
PALEX MEDICAL S.A.	1 3 6 11 12 S.A	1, 2 5, 6 11, 12, 13 26, 27 28, 29, 30 41, 47, 49
PRIM, S.A.	9 10 S.A.	22, 23 24, 25 60
PRODUCTOS HOSPITALARIOS SOLERA, S. L.	S.A.	58, 59
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	1 3	1, 2 5, 6
SOMEPHARM IBERIA S.L	3	5, 6
TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	1 S.A.	1, 2 49

A continuación, se detallan **las Empresas, Agrupaciones y Lotes que No se Valoran**, y causas que lo motivan:

EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
JOLFAMAR XXI, S.L.	1	1	El lote 2 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
BALMUNG MEDICAL HANDEL GmbH	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
CAHNOS, S.L	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
COVACA SA	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
GARRIC MÉDICA, S.L	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
IBERIAN CARE 2016 S.L	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
JUVAZQUEZ, S.L.	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
LOGISALUS,S.L.	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
PALEX MEDICAL S.A.	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	1	2	El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
AMEVISA,S.A	2	4	El lote 3 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
BM2 HEALTH,S.L.	2	4	El lote 3 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
CAHNOS, S.L	2	4	El lote 3 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
JOLFAMAR XXI, S.L.	2	4	El lote 3 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
LOGISALUS,S.L.	2	4	No licita al lote 3 de la Agrupación.
ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	3	6	El lote 5 de la Agrupación es No Adecuado.
BM2 HEALTH,S.L.	3	6	El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
C.V. MEDICA, S.L.	3	6	El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
IBERIAN CARE 2016 S.L	3	6	El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	3	6	El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.

JOLFAMAR XXI, S.L.	3	6	El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
PALEX MEDICAL, S.A.	3	6	El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	3	6	El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
SOMEPHARM IBERIA S.L	3	6	El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
BM2 HEALTH,S.L.	5	10	El lote 9 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	6	12, 13	El lote 11 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
PALEX MEDICAL, S.A.	11	27	El lote 26 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
IMEOS,SL	12	29, 30	El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
LELEMAN SL	12	29, 30	El lote 28de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	12	29, 30	El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
PALEX MEDICAL, S.A.	12	29, 30	El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO AUTOMÁTICA

1. VALORACIÓN TÉCNICO-FUNCIONAL DE LOS ARTÍCULOS: 0 - 50 PUNTOS

La valoración técnico-funcional del producto se efectuará atendiendo a la documentación técnica y a las muestras aportadas por los licitadores. Las prestaciones ofertadas se entenderán como mínimas garantizadas.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

VALORACIÓN FUNCIONAL:

NIVEL VALORACION FUNCIONAL

En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

1.- **Calidad del material**: En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.

Escala de puntuación:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

2.- **Facilidad de utilización**: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

3.- **Seguridad de resultados**: En este parámetro de valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.

Escala de puntuación:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
15 puntos.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
6 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

4.- **Eficacia en el resultado**: Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 5 puntos.

Escala de valoración:
MUY ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración. **5 puntos**.
ADECUADO: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.
2 puntos.
ACEPTABLE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejoras respecto al parámetro objeto de valoración.
0 Puntos.

Umbral mínimo:

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios No Automáticos basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

En cualquier caso, se considerará No Adecuada:

- Aquellos artículos que no cumplen las prescripciones técnicas establecidas.

- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.

- Aquellos artículos no asociados a los GCs ó al código S.A.S objeto de licitación.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES

Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)

- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, o bien no cumpla o sea inadecuado, se entenderá que

aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.

- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

A continuación, se detallan las Empresas y Lotes que **no superan el Umbral Mínimo,** y causas que lo motivan:

EMPRESAS	AGRUPACIÓN	LOTES	CAUSAS
ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
BALMUNG MEDICAL HANDEL GmbH	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
CAHNOS, S.L	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
COVACA SA	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las

			características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
GARRIC MÉDICA, S.L	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
IBERIAN CARE 2016 S.L	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
JUVAZQUEZ, S.L.	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
LOGISALUS, S.L.	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

PALEX MEDICAL, S.A.	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	1	1	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
JOLFAMAR XXI, S.L.	1	2	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
AMEVISA,S.A	2	3	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evite el acodamiento de la misma, por lo que en el resto de parámetros la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

BM2 HEALTH,S.L.	2	3	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evite el acodamiento de la misma, por lo que en el resto de parámetros la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
CAHNOS, S.L	2	3	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evite el acodamiento de la misma, por lo que en el resto de parámetros la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
JOLFAMAR XXI, S.L.	2	3	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evite el acodamiento de la misma, por lo que en el resto de parámetros la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
BM2 HEALTH,S.L.	3	5	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Fácil de utilizar, por el sistema anti acodamiento. Presenta un colgador plástico poco resistente y pinza de clampado poco ergonómica, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
C.V. MEDICA, S.L.	3	5	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Fácil de utilizar, porque presenta buena adaptación para realizar el circuito cerrado. La referencia licitada presenta una pinza poco ergonómica y con dificultad al clampado,

			por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
IBERIAN CARE 2016 S.L	3	5	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta buena adaptación para realizar el circuito cerrado y pinza de clampado poco ergonómica, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	3	5	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta buena adaptación para realizar el circuito cerrado y pinza de clampado poco ergonómica, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
JOLFAMAR XXI, S.L.	3	5	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta buena adaptación para realizar el circuito cerrado y pinza de clampado poco ergonómica, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
PALEX MEDICAL, S.A.	3	5	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Fácil de utilizar, con sistema anti acodamiento. La referencia licitada presenta una pinza poco ergonómica y con dificultad al clampado, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	3	5	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada presenta una pinza poco

			ergonómica y con dificultad al clampado y dificultad para realizar el circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
SOMEPHARM IBERIA S.L	3	5	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada presenta una pinza poco ergonómica y con dificultad al clampado y dificultad para realizar el circuito cerrado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
BM2 HEALTH,S.L.	5	9	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada presenta dificultad al ajuste en el frasco, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	6	11	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada presenta un tamaño pequeño de orificios, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
PALEX MEDICAL, S.A.	11	26	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Presenta dificultad para enrollar el hilo y tamaño de los orificios de drenaje pequeño, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
IMEOS,SL	12	28	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la

			esterilidad. Fácil de utilizar, con tamaño de los orificios grande que maximizan el drenaje. Presenta dificultad para enrollar el hilo, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
LELEMAN SL	12	28	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, con buen sistema de retención del hilo que evita que se pueda enredar tras ser enrollado. Presenta tamaño de los orificios de drenaje pequeño y pueden producir obstrucción del catéter, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	12	28	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, con tamaño de los orificios grande que maximizan el drenaje. Presenta dificultad para enrollar el hilo, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
PALEX MEDICAL, S.A.	12	28	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, con tamaño de los orificios de drenaje grande. Presenta dificultad para enrollar el hilo, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	S.A.	31	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia

			licitada se despega con facilidad y presenta poca superficie de pegado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
JUVAZQUEZ, S.L.	S.A.	31	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada se despega con facilidad y presenta poca superficie de pegado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
BM2 HEALTH,S.L.	S.A.	31	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada se despega con facilidad y presenta poca superficie de pegado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
LOGISALUS,S.L.	S.A.	31	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada se despega con facilidad y presenta poca superficie de pegado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
PALEX MEDICAL, S.A.	S.A.	49	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. El sello de agua no es estanco, favoreciendo la evaporación del agua, y no se presenta montado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	S.A.	49	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, se presenta ya montado. El sello de agua no es estanco, favoreciendo la evaporación del agua, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
PRODUCTOS HOSPITALARIOS SOLERA, S. L.	S.A.	58	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. No incluye instrumental, paños, guantes, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
PRODUCTOS HOSPITALARIOS SOLERA, S. L.	S.A.	59	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, ergonómico. La referencia licitada no presenta sistema identificativo de vacío, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas solicitadas y no presenta mejoras.
MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	S.A.	62	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada presenta un sistema de fijación dificultoso y poco ergonómico, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

A continuación, de detallan Empresas y Lotes que, se consideran **No Adecuado** y causas que lo motivan:

EMPRESAS	AGRUPACIONES	LOTES	CAUSAS
ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	3	5	La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. Envía bolsa de orina conectada al dispositivo de cámara rígida que no corresponde a ésta referencia, sino a la referencia del lote 6, por lo que el lote 5 está incompleto.
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	S.A.	41	La referencia licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas, presenta una bolsa de 800 ml que no es lo solicitado.

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I.

En Jaén, a 3 de 06 de 2026.

D. Antonio Bravo Cerro. Jefe UGC Cirugía Torácica HUJ.

Dña. Encarnación Cuesta Caballero. Supervisora radiología HUJ.


Dña. Isabel Jiménez López. Supervisora Cirugía Gral. HUJ.

Dña. María Alarcón Mata. Jefa Bloque Hospitalización HUJ.

AGRUPACIÓN	LOTE	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	GENÉRICO DE CENTRO	DENOMINACIÓN	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS	EMPRESA	REFERENCIA	Calidad del Material 15-6-0	Facilidad de Utilización 15-6-0	Seguridad de Resultados 15-6-0	Eficacia en el Resultado 5-2-0	Total Puntuación	Pasa el Umbral Mínimo	Observaciones
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	AMEVISA,S.A	COLVAX	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, con conexión adaptable para hacer circuito cerrado y preservar así la esterilidad de la orina, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	UB2000-NS	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	BALMUNG MEDICAL HANDEL GmbH	GT028-200	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	CAHNOS, S.L	N3A-90	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	COVACA SA	BE2001	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.







1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	CALVO IZQUIERDO SL	23200	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, con conexión adaptable para hacer circuito cerrado y preservar así la esterilidad de la orina, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	GARRIC MÉDICA, S.L	20015200	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	IBERIAN CARE 2016 S.L	N3B2-90-2000-NE	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	JOLFAMAR XXI, S.L.	450171							No se valora. El lote 2 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	JUVAZQUEZ, S.L.	CT1510201	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	LOGISALUS,S.L.	53.077.21.090	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	690230	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	405855	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	JKSU2000VT	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	1	SU.PC.SANI.01.07.00.000001	B45165	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc.- CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	850401-000000...	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	AMEVISA,S.A	COLVAXST	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con conexión adaptable para hacer circuito cerrado y preservar así la esterilidad de la orina, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	UB2000-S								No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	BALMUNG MEDICAL HANDEL GmbH	GT028-200S								No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	CAHNOS, S.L	N3A-90								No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	COVACA SA	BE2000								No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.

1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	CALVO IZQUIERDO SL	23202	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con conexión adaptable para hacer circuito cerrado y preservar así la esterilidad de la orina, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	GARRIC MÉDICA, S.L	20018							No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	IBERIAN CARE 2016 S.L	N3B2-90-2000							No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	JOLFAMAR XXI, S.L.	41910	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada no dispone de conexión adaptable para hacer circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros,la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	JUVAZQUEZ, S.L.	CT1515201							No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.

1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	LOGISALUS,S.L.	53.077.22.090							No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	690220							No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	PALEX MEDICAL S.A.	405857							No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	4.011.555							No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
1	2	SU.PC.SANI.01.07.00.0 04000	B42025	BOLSA ORINA CON GRIFO VACIADO Y VALVULA ANTIRRETORNO 2000cc./ ESTERIL-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, válvula antirretorno y grifo de vaciado. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado estéril. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	850407-000000							No se valora. El lote 1 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.

2	3	SU.PC.SANI.01.07.00.006000	E29315	BOLSA DE IRRIGACION-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. con punto de inyección para toma de muestras sin agujas. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	AMEVISA,S.A	COL4CCG....	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evite el acodamiento de la misma, por lo que en el resto de parámetros la oferta cumple las caracterísiticas técnicas establecidas y no presenta mejoras.
2	3	SU.PC.SANI.01.07.00.006000	E29315	BOLSA DE IRRIGACION-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. con punto de inyección para toma de muestras sin agujas. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	BM2 HEALTH,S.L.	004019G1AC23	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evite el acodamiento de la misma, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las caracterísiticas técnicas establecidas y no presenta mejoras.
2	3	SU.PC.SANI.01.07.00.006000	E29315	BOLSA DE IRRIGACION-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. con punto de inyección para toma de muestras sin agujas. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	CAHNOS, S.L	KJDB03B-4000	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evite el acodamiento de la misma, por lo que en el resto de parámetros la oferta cumple las caracterísiticas técnicas establecidas y no presenta mejoras.
2	3	SU.PC.SANI.01.07.00.006000	E29315	BOLSA DE IRRIGACION-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. con punto de inyección para toma de muestras sin agujas. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	JOLFAMAR XXI, S.L.	33910	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evite el acodamiento de la misma, por lo que en el resto de parámetros la oferta cumple las caracterísiticas técnicas establecidas y no presenta mejoras.
2	3	SU.PC.SANI.01.07.00.006000	E29315	BOLSA DE IRRIGACION-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. con punto de inyección para toma de muestras sin agujas. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	690240	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, con refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evita acodamiento de la misma, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

2	4	SU.PC.SANI.01.07.00.000003	E29311	BOLSA DE IRRIGACION / ESTERIL-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. Con punto de inyección para toma de muestras. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	AMEVISA,S.A	COL4CCGS							No se valora. El lote 3 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
2	4	SU.PC.SANI.01.07.00.000003	E29311	BOLSA DE IRRIGACION / ESTERIL-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. Con punto de inyección para toma de muestras. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	BM2 HEALTH,S.L.	004011G1AC23							No se valora. El lote 3 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
2	4	SU.PC.SANI.01.07.00.000003	E29311	BOLSA DE IRRIGACION / ESTERIL-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. Con punto de inyección para toma de muestras. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	CAHNOS, S.L	KJDB03B-4000S							No se valora. El lote 3 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
2	4	SU.PC.SANI.01.07.00.000003	E29311	BOLSA DE IRRIGACION / ESTERIL-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. Con punto de inyección para toma de muestras. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	JOLFAMAR XXI, S.L.	83910							No se valora. El lote 3 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
2	4	SU.PC.SANI.01.07.00.000003	E29311	BOLSA DE IRRIGACION / ESTERIL-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. Con punto de inyección para toma de muestras. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	LOGISALUS,S.L.	53.711.05.000							No se Valora. No licita al lote 3 de la Agrupación.

2	4	SU.PC.SANI.01.07.00.0 00003	E29311	BOLSA DE IRRIGACION / ESTERIL-CAPACIDAD:[4000-5000);	Bolsa con tubo conectable a la sonda uretral, con válvula antirretorno y grifo de vaciado. Con punto de inyección para toma de muestras. Dos aberturas superiores reforzadas para anclaje al colgador. Graduación impresa imborrable. Material plástico. Envase individual, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Método de esterilización. - Fecha de caducidad. - Referencia comercial.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	690250	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con refuerzo en extremo proximal de la bolsa que evita acodamiento de la misma, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA-Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	UB2000							No Adecuado. La referencia licitada no cumple las características técnicas establecidas. Envía bolsa de orina conectada al dispositivo de cámara rígida que no corresponde a ésta referencia, sino a la referencia del lote 6, por lo que el lote 5 está incompleto.
3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA-Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	BM2 HEALTH,S.L.	25039743	15	6	0	0	21	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Fácil de utilizar, por el sistema antiacodamiento. Presenta un colgador plastico poco resistente y pinza de clampado poco ergonómica, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las caracteristicas técnicas establecidas y no presenta mejoras.
3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA-Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	C.V. MEDICA, S.L.	7100010	15	6	0	0	21	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Fácil de utilizar, porque presenta buena adaptación para realizar el circuito cerrado. La referencia licitada presenta una pinza poco ergonómica y con dificultad al clampado, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA-Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	IBERIAN CARE 2016 S.L	500-URMTR-10	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta buena adaptación para realizar el circuito cerrado y pinza de clampado poco ergonómica, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA- Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	VIKYD09	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta buena adaptación para realizar el circuito cerrado y pinza de clampado poco ergonómica, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA- Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	JOLFAMAR XXI, S.L.	34913	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada no presenta buena adaptación para realizar el circuito cerrado y pinza de clampado poco ergonómica, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA- Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	690500-N	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, con refuerzo en el extremo proximal de la bolsa antiacodamiento, con pinza de clampado muy ergonómica, colgador muy resistente y sistema adaptado para hacer el circuito cerrado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA- Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	UM500	15	6	0	0	21	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura.Fácil de utilizar, con sistema antiacodamiento. La referencia licitada presenta una pinza poco ergonómica y con dificultad al clampado, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000	B42232	SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA- Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	CU-JB-2500ML	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada presenta una pinza poco ergonómica y con dificultad al clampado y dificultad para realizar el circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

3	5	SU.PC.SANI.01.07.00.2 01000		SISTEMA RECOLECCION DIURESIS HORARIA-Volumen de la cámara:[500-1000); Conector toma de muestra:si;	Dispositivo con cámara rígida y tubo de salida conectado a una bolsa de orina. Rebosadero para el caso de llenado total de la cámara. Filtro de aire antibacteriano e hidrófobo. Válvula de vaciado simultáneo de todas las cámaras. Conector rígido con toma de muestra y pinza de cierre. Material plástico. Envasado, no estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - La referencia comercial.	SOMEPHARM IBERIA S.L	KYD11	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada presenta una pinza poco ergonómica y con dificultad al clampado y dificultad para realizar el circuito cerrado, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	UB2000-B							No se valora. El lote 5 de la Agrupación es No Adecuado.
3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	BM2 HEALTH,S.L.	84077181							No se valora. El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	C.V. MEDICA, S.L.	7100011							No se valora. El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	IBERIAN CARE 2016 S.L	500-URMTR-10-BR2-NE							No se valora. El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.

3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	VIKYD09EBF							No se valora. El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	JOLFAMAR XXI, S.L.	34914							No se valora. El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	690500-BAG	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar, con conector que permite el cambio sin fugas ni contaminación, adaptado para hacer el circuito cerrado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	UM500R							No se valora. El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARIOS S.L.	CU-PC-LT-2000ML							No se valora. El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
3	6	SU.PC.SANI.01.07.00.2 10000	B58474	BOLSA RECAMBIO PARA URINOMETRO-CAPACIDAD:[300-2500);	Bolsa sin línea, adaptable a la salida del urinómetro. Material plástico. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote. - Referencia comercial.	SOMEPHARM IBERIA S.L	KYD11EBF							No se valora. El lote 5 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.

4	7	SU.PC.SANI.01.07.05.100006		BOLSA RECAMBIO PARA ASPIRADOR ELECTRICO-Solidificador:No; CAPACIDAD:[1-2); VALVULA ANTIRREFLUJO:si;	Bolsa para aspirador eléctrico, soldada hermética a la tapa Tapa equipada con conectores que permiten la conexión del recipiente de recolección con la línea de aspiración y con el paciente. Material polipropileno, plástico.... Equipo compatible universal. Envasado Unitario donde aparezca: - Referencia de fabricante - Denominación comercial - Método de esterilización - Fecha de caducidad - Nº lote. Equipo compatible universal.									No ofertas
4	8	SU.PC.SANI.01.07.05.100006		BOLSA RECAMBIO PARA ASPIRADOR ELECTRICO-Solidificador:No;CAPACIDAD:[2-3);VALVULA ANTIRREFLUJO:si;	Bolsa para aspirador eléctrico, soldada hermética a la tapa Tapa equipada con conectores que permiten la conexión del recipiente de recolección con la línea de aspiración y con el paciente. Material polipropileno, plástico.... Equipo compatible universal. Envasado Unitario donde aparezca: - Referencia de fabricante - Denominación comercial - Método de esterilización - Fecha de caducidad - Nº lote. Equipo compatible universal.									No ofertas.
5	9	SU.PC.SANI.01.07.05.101000	D47960	BOLSA RECAMBIO PARA ASPIRADOR PARED-CAPACIDAD:[2-3); VALVULA ANTIRREFLUJO:no;	Bolsa soldada herméticamente a la tapa. Tapa equipada con conectores que permiten la conexión del recipiente de recolección con la línea de aspiración y con el paciente. Material plástico. Equipo compatible: Sistemas de vacío de hasta 40 kpa (300 mm Hg). Envasado con etiquetado en el que figure: - Número del lote. - Denominación del artículo - Referencia comercial. - Fecha de caducidad.	BM2 HEALTH,S.L.	05TD0405	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. La referencia licitada presenta dificultad al ajuste en el frasco, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
5	9	SU.PC.SANI.01.07.05.101000	D47960	BOLSA RECAMBIO PARA ASPIRADOR PARED-CAPACIDAD:[2-3); VALVULA ANTIRREFLUJO:no;	Bolsa soldada herméticamente a la tapa. Tapa equipada con conectores que permiten la conexión del recipiente de recolección con la línea de aspiración y con el paciente. Material plástico. Equipo compatible: Sistemas de vacío de hasta 40 kpa (300 mm Hg). Envasado con etiquetado en el que figure: - Número del lote. - Denominación del artículo - Referencia comercial. - Fecha de caducidad.	ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L	43027-01	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar,con sello de anillo de la bolsa que asegura firmemente la tapa del tubo al frasco y maximiza el poder de vacío, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
5	10	SU.PC.SANI.01.07.05.101000	D47962	BOLSA RECAMBIO PARA ASPIRADOR PARED-CAPACIDAD:[2-3); VALVULA ANTIRREFLUJO:si;	Bolsa soldada herméticamente a la tapa. Tapa equipada con conectores que permiten la conexión del recipiente de recolección con la línea de aspiración y con el paciente. Material plástico. Equipo compatible: Sistemas de vacío de hasta 40 kpa (300 mm Hg) . Envasado con etiquetado en el que figure: - Número del lote. - Denominación del artículo. - Referencia comercial - Fecha de caducidad.	BM2 HEALTH,S.L.	05TD0859							No se valora. El lote 9 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.

5	10	SU.PC.SANI.01.07.05.101000	D47962	BOLSA RECAMBIO PARA ASPIRADOR PARED-CAPACIDAD:[2-3); VALVULA ANTIRREFLUJO:si;	Bolsa soldada herméticamente a la tapa. Tapa equipada con conectores que permiten la conexión del recipiente de recolección con la línea de aspiración y con el paciente. Material plástico. Equipo compatible: Sistemas de vacío de hasta 40 kpa (300 mm Hg) . Envasado con etiquetado en el que figure: - Número del lote. - Denominación del artículo. - Referencia comercial - Fecha de caducidad.	ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L	G902A52	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura. Muy fácil de utilizar,con sello de anillo de la bolsa que asegura firmemente la tapa del tubo al frasco y maximiza el poder de vacío, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
6	11	SU.PC.SANI.01.07.06.400011	B40059	EQUIPO DRENAJE ASPIRATIVO MULTIPERFORADO POR VACIO MANUAL CIRCUITO CERRADO-TROCAR:si;Diámetro del cateter:[10-10];CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[100-250);	El equipo consta de: - Sonda de drenaje y extremo distal multiperforado y línea radiopaca. - Receptor con válvula de seguridad antireflujo, alargadera con conexión luer-lock y clamp de cierre. Con bolsa con válvula antirreflujo conectada a receptor. Material, Plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	KSDS200RPD10C	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada presenta un tamaño pequeño de orificios , por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
6	11	SU.PC.SANI.01.07.06.400011	B40059	EQUIPO DRENAJE ASPIRATIVO MULTIPERFORADO POR VACIO MANUAL CIRCUITO CERRADO-TROCAR:si;Diámetro del cateter:[10-10];CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[100-250);	El equipo consta de: - Sonda de drenaje y extremo distal multiperforado y línea radiopaca. - Receptor con válvula de seguridad antireflujo, alargadera con conexión luer-lock y clamp de cierre. Con bolsa con válvula antirreflujo conectada a receptor. Material, Plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	21293	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, por el sistema de fuelle muy ergonómico y buen tamaño de orificios de drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
6	12	SU.PC.SANI.01.07.06.400011	B38836	EQUIPO DRENAJE ASPIRATIVO MULTIPERFORADO POR VACIO MANUAL CIRCUITO CERRADO-TROCAR:si;Diámetro del cateter:[14-14];CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[100-250);	El equipo consta de: - Sonda de drenaje y extremo distal multiperforado y línea radiopaca. - Receptor con válvula de seguridad antireflujo, alargadera con conexión luer-lock y clamp de cierre. Con bolsa con válvula antirreflujo conectada a receptor. Material, Plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	KSDS200RPD14G							No se valora. El lote 11 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
6	12	SU.PC.SANI.01.07.06.400011	B38836	EQUIPO DRENAJE ASPIRATIVO MULTIPERFORADO POR VACIO MANUAL CIRCUITO CERRADO-TROCAR:si; Diámetro del cateter:[14-14]; CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[100-250);	El equipo consta de: - Sonda de drenaje y extremo distal multiperforado y línea radiopaca. - Receptor con válvula de seguridad antireflujo, alargadera con conexión luer-lock y clamp de cierre. - Con bolsa con válvula antirreflujo conectada a receptor. Material, Plástico. - Receptor fuelle y bolsa con diferentes capacidad. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	21295	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, por el sistema de fuelle muy ergonómico y buen tamaño de orificios de drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

6	13	SU.PC.SANI.01.07.06.400011	B40002	EQUIPO DRENAJE ASPIRATIVO MULTIPERFORADO POR VACIO MANUAL CIRCUITO CERRADO-TROCAR:si; Diámetro del cateter:[18-18]; CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[100-250);	El equipo consta de: - Sonda de drenaje y extremo distal multiperforado y línea radiopaca. - Receptor con válvula de seguridad antireflujo, alargadera con conexión luer-lock y clamp de cierre. - Con bolsa con válvula antirreflujo conectada a receptor. Material, Plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	KSD5200RPD18G							No se valora. El lote 11 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
6	13	SU.PC.SANI.01.07.06.400011	B40002	EQUIPO DRENAJE ASPIRATIVO MULTIPERFORADO POR VACIO MANUAL CIRCUITO CERRADO-TROCAR:si; Diámetro del cateter:[18-18]; CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[100-250);	El equipo consta de: - Sonda de drenaje y extremo distal multiperforado y línea radiopaca. - Receptor con válvula de seguridad antireflujo, alargadera con conexión luer-lock y clamp de cierre. - Con bolsa con válvula antirreflujo conectada a receptor. Material, Plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	21297	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, por el sistema de fuelle muy ergonómico y buen tamaño de orificios de drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
7	14	SU.PC.SANI.01.07.09.300001		EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[0-30); DIAMETRO DEL CATETER:[5-5];	El equipo consta de: - Catéter multiperforado. - Aguja de punción. - Guía. - Dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.									No ofertas
7	15	SU.PC.SANI.01.07.09.300001		EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[0-30); DIAMETRO DEL CATETER:[6-6];	El equipo consta de: - Catéter multiperforado. - Aguja de punción. - Guía. - Dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.									No ofertas
7	16	SU.PC.SANI.01.07.09.300001		EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[0-30); DIAMETRO DEL CATETER:[8-8];	El equipo consta de: - Catéter multiperforado. - Aguja de punción. - Guía. - Dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.									No ofertas

7	17	SU.PC.SANI.01.07.09.3 00001		EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[0-30]; DIAMETRO DEL CATETER:[10-10];	El equipo consta de: - Catéter multiperforado. - Aguja de punción. - Guía. - Dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.									No ofertas
7	18	SU.PC.SANI.01.07.09.3 00001		EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[0-30); DIAMETRO DEL CATETER:[12-12];	El equipo consta de: - Catéter multiperforado. - Aguja de punción. - Guía. - Dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.									No ofertas
8	19	SU.PC.SANI.01.07.09.4 00000	E69232	TUBO DRENAJE TORACICO DOBLE LUZ-Tipo de conexión:Simple;	Tubuladura de doble lumen: tubo de medición y tubo de aspiración Filtro hidrofilico y bacteriano, pinza para bloqueo y puerto para toma de muestra Material PVC (Grado Médico). Medidas diferentes. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.									No ofertas
8	20	SU.PC.SANI.01.07.09.4 00002	E69246	CONTENEDOR P/ DRENAJE TORACICO DIGITAL-Capacidad del recipiente:[700-800];	Recipiente para la recogida de secreciones por aspiración torácica. Doble cámara de recolección con cámara de seguridad. Protección antidesbordamiento, filtro hidrofilico y bacterianoantibacterias, válvula de liberación de presión tapón. Material, Polipropileno. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.									No ofertas
8	21	SU.PC.SANI.01.07.09.4 00002	E69243	CONTENEDOR P/ DRENAJE TORACICO DIGITAL-Capacidad del recipiente:[2000-2500];	Recipiente para la recogida de secreciones por aspiración torácica. Doble cámara de recolección con cámara de seguridad. Protección antidesbordamiento, filtro hidrofilico y bacterianoantibacterias, válvula de liberación de presión tapón. Material, Polipropileno. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.									No ofertas

9	22	SU.PC.SANI.01.07.10.2 36000	E27135	TUBO DRENAJE TIPO PENROSE ACANALADO / pequeño- LONGITUD:[15-35]; ANCHO:(0-6];	Tubo plano con superficie acanalada longitudinalmente. Material: Látex, material plástico o silicona. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	551006	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, modelable y adaptable a la cavidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
9	22	SU.PC.SANI.01.07.10.2 36000	E27135	TUBO DRENAJE TIPO PENROSE ACANALADO / pequeño- LONGITUD:[15-35]; ANCHO:(0-6];	Tubo plano con superficie acanalada longitudinalmente. Material: Látex, material plástico o silicona. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PRIM, S.A.	2010-0406	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, modelable y adaptable a la cavidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
9	23	SU.PC.SANI.01.07.10.2 12000	E27134	TUBO DRENAJE TIPO PENROSE ACANALADO / mediano- LONGITUD:[35-70]; ANCHO:(10-15];	Tubo plano con superficie acanalada longitudinalmente. Material: Látex, material plástico o silicona. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	551110	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, modelable y adaptable a la cavidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
9	23	SU.PC.SANI.01.07.10.2 12000	E27134	TUBO DRENAJE TIPO PENROSE ACANALADO / mediano- LONGITUD:[35-70]; ANCHO:(10-15];	Tubo plano con superficie acanalada longitudinalmente. Material: Látex, material plástico o silicona. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PRIM, S.A.	2010-1412	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, modelable y adaptable a la cavidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
10	24	SU.PC.SANI.01.07.11.2 00009		TUBO DRENAJE Q. SILICONA MULTIPERF. PLANO- DIAMETRO:[10.0-12.0]; PERFORACION DEL TUBO:[0-25];	Tubo plano, multiperforado en el 100% ó en el 75% de su longitud. Con línea radiopaca. Con tubo de conexión a sistema aspirativo. Con/sin trócar. Material: Silicona. Tubo de conexión entre 60 y 80cm. Con/sin trócar. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PRIM, S.A.	PR2014-0101	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad Muy fácil de utilizar, flexible y adaptable a la cavidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

10	25	SU.PC.SANI.01.07.11.2 00009		TUBO DRENAJE Q. SILICONA MULTIPERF. PLANO-DIAMETRO:[10.0-12.0]; PERFORACION DEL TUBO:(75-100];	Tubo plano, multiperforado en el 100% ó en el 75% de su longitud. Con línea radiopaca. Con tubo de conexión a sistema aspirativo. Con/sin trócar. Material: Silicona. Tubo de conexión entre 60 y 80cm. Con/sin trócar. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PRIM, S.A.	PR2014-0102	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, flexible y adaptable a la cavidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
11	26	SU.PC.SANI.01.07.12.6 00003	D29778	EQ. DRENAJE BILIAR PERCUTANEO C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8.5-8.5]; LONGITUD DEL CATETER:[0-60];	Catéter de drenaje biliar percutáneo con recubrimiento hidrofílico en el extremo distal, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales para guías de .038 pulgadas. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	COOK ESPAÑA S.L	ULT8.5-38-35-P-CLMS-16-RH-FS...	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con sistema de retención del hilo que evita que se pueda enredar tras ser enrollado, y tamaño de los orificios grandes que maximizan el drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
11	26	SU.PC.SANI.01.07.12.6 00003	D29778	EQ. DRENAJE BILIAR PERCUTANEO C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8.5-8.5]; LONGITUD DEL CATETER:[0-60];	Catéter de drenaje biliar percutáneo con recubrimiento hidrofílico en el extremo distal, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales para guías de .038 pulgadas. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	RBC-8-038 ...	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con sistema de retención del hilo que evita que se pueda enredar tras ser enrollado, y tamaño de los orificios grandes que maximizan el drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
11	26	SU.PC.SANI.01.07.12.6 00003	D29778	EQ. DRENAJE BILIAR PERCUTANEO C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8.5-8.5]; LONGITUD DEL CATETER:[0-60];	Catéter de drenaje biliar percutáneo con recubrimiento hidrofílico en el extremo distal, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales para guías de .038 pulgadas. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	7553 08 040	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Presenta dificultad para enrollar el hilo y tamaño de los orificios de drenaje pequeño, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

11	27	SU.PC.SANI.01.07.12.6 00003	D32020	EQ. DRENAJE BILIAR PERCUTANEO C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[10-10.5]; LONGITUD DEL CATETER:[0-60];	Catéter de drenaje biliar percutáneo con recubrimiento hidrofílico en el extremo distal, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales para guías de .038 pulgadas. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	COOK ESPAÑA S.L	ULT10.2-38-35-P-CLMS-16-RH-FS...	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con sistema de retención del hilo que evita que se pueda enredar tras ser enrollado, y tamaño de los orificios grandes que maximizan el drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
11	27	SU.PC.SANI.01.07.12.6 00003	D32020	EQ. DRENAJE BILIAR PERCUTANEO C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[10-10.5]; LONGITUD DEL CATETER:[0-60];	Catéter de drenaje biliar percutáneo con recubrimiento hidrofílico en el extremo distal, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales para guías de .038 pulgadas. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	RBDC-10-038 ...	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con sistema de retención del hilo que evita que se pueda enredar tras ser enrollado, y tamaño de los orificios grandes que maximizan el drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
11	27	SU.PC.SANI.01.07.12.6 00003	D32020	EQ. DRENAJE BILIAR PERCUTANEO C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[10-10.5]; LONGITUD DEL CATETER:[0-60];	Catéter de drenaje biliar percutáneo con recubrimiento hidrofílico en el extremo distal, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales para guías de .038 pulgadas. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	7553 10 040							No se valora. El lote 26 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
12	28	SU.PC.SANI.01.07.13.6 00001	D45487	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8-8]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	IMEOS,SL	52-11272	15	6	0	0	21	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, con tamaño de los orificios grande que maximizan el drenaje. Presenta dificultad para enrollar el hilo, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
12	28	SU.PC.SANI.01.07.13.6 00001	D45487	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8-8]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	LELEMAN SL	BEMPP00802502	15	6	0	0	21	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, con buen sistema de retención del hilo que evita que se pueda enredar tras ser enrollado. Presenta tamaño de los orificios de drenaje pequeño y pueden producir obstrucción del catéter, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.

12	28	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	D45487	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8-8]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	BT-PD1-0820-W(CL)RB....	15	6	0	0	21	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, con tamaño de los orificios grande que maximizan el drenaje. Presenta dificultad para enrollar el hilo, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
12	28	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	D45487	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8-8]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	RLC-8-038MB	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con sistiema de retención del hilo que evita que se pueda enredar tras ser enrollado, y tamaño de los orificios grande que maximizan el drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
12	28	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	D45487	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8-8]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	PBN 7566 08 030	15	6	0	0	21	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, con tamaño de los orificios de drenaje grande. Presenta dificultad para enrollar el hilo, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
12	29	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	D45492	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[10-10]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	IMEOS,SL	52-11372							No se valora. El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
12	29	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	D45492	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[10-10]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	LELEMAN SL	BEMPP01002502							No se valora. El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.

12	29	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	D45492	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[10-10]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	BT-PD1-1020-W(CL)-RB1							No se valora. El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
12	29	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	D45492	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[10-10]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	RLC-10-038MB	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con sistema de retención del hilo que evita que se pueda enredar tras ser enrollado, y tamaño de los orificios grandes que maximizan el drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
12	29	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	D45492	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[10-10]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	756610015							No se valora. El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
12	30	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	B82653	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[12-12]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	IMEOS,SL	52-11472							No se valora. El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
12	30	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	B82653	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[12-12]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	LELEMAN SL	BEMPP01202502							No se valora. El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.


12	30	SU.PC.SANI.01.07.13.6 00001	B82653	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[12-12]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	BT-PD1-1220-W(CL)-RB							No se valora. El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
12	30	SU.PC.SANI.01.07.13.6 00001	B82653	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[12-12]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	MERIT MEDICAL SPAIN S.L.U.	RLC-12-038MB	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con sistiema de retención del hilo que evita que se pueda enredar tras ser enrollado, y tamaño de los orificios grandes que maximizan el drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
12	30	SU.PC.SANI.01.07.13.6 00001	B82653	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[12-12]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30);	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material: Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	PALEX MEDICAL, S.A.	756612025...							No se valora. El lote 28 de la Agrupación No Pasa el Umbral Mínimo.
S.A.	31	SU.PC.SANI.01.07.00.1 00002	B39294	BOLSA ORINA AUTOADHESIVA SIN SALIDA/ pediátrica-Tipo de bolsa:unisex;	Bolsa autoadhesiva, especialmente diseñada para adaptarse a la zona genital. Material plástico. Envasado estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad - Método de esterilización	COVACA SA	BE4020	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con buen adhesivo y amplia superficie de pegado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	31	SU.PC.SANI.01.07.00.1 00002	B39294	BOLSA ORINA AUTOADHESIVA SIN SALIDA/ pediátrica-Tipo de bolsa:unisex;	Bolsa autoadhesiva, especialmente diseñada para adaptarse a la zona genital. Material plástico. Envasado estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad - Método de esterilización	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	CU20400	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada se despega con facilidad y presenta poca superficie de pegado , por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.







S.A	31	SU.PC.SANI.01.07.00.100002	B39294	BOLSA ORINA AUTOADHESIVA SIN SALIDA/ pediátrica- Tipo de bolsa:unisex;	Bolsa autoadhesiva, especialmente diseñada para adaptarse a la zona genital. Material plástico. Envasado estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad - Método de esterilización	JUVAZQUEZ, S.L.	CT1520301	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada se despega con facilidad y presenta poca superficie de pegado , por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
S.A.	31	SU.PC.SANI.01.07.00.100002	B39294	BOLSA ORINA AUTOADHESIVA SIN SALIDA/ pediátrica- Tipo de bolsa:unisex;	Bolsa autoadhesiva, especialmente diseñada para adaptarse a la zona genital. Material plástico. Envasado estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad - Método de esterilización	BM2 HEALTH,S.L.	101501511000	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada se despega con facilidad y presenta poca superficie de pegado , por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
S.A	31	SU.PC.SANI.01.07.00.100002	B39294	BOLSA ORINA AUTOADHESIVA SIN SALIDA/ pediátrica- Tipo de bolsa:unisex;	Bolsa autoadhesiva, especialmente diseñada para adaptarse a la zona genital. Material plástico. Envasado estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad - Método de esterilización	LOGISALUS,S.L.	76.380.42.000	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada se despega con facilidad y presenta poca superficie de pegado , por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
S.A.	32	SU.PC.SANI.01.07.01.180000	B38821	BOLSA COLOSTOMIA 1P. TRANSPARENTE C/ VENTANA- CAPACIDAD:maxi DIAMETRO MAXIMO OSTOMIA:[100-100]; DIAMETRO MINIMO OSTOMIA:[10-10];	Bolsa de una sola pieza con ventana. Tejido sin tejer. Con protector cutáneo compuesto de hidrocoloide. La zona del estoma es autoadhesiva y recortable. Con válvula de vaciado. Material plástico. Hidrocoloide. Tejido sin tejer. Envasado, No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número de lote - Referencia comercial	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	19021	15	15	15	5	50	SI	Oferta única Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico por su capacidad de adaptación, con adhesivo que no daña la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	33	SU.PC.SANI.01.07.01.181000	B38368	BOLSA COLOSTOMIA 1P. TRANSPARENTE C/ VENTANA/ ESTERIL- CAPACIDAD:maxi; DIAMETRO MAXIMO OSTOMIA:[100-100]; DIAMETRO MINIMO OSTOMIA:[10-10];	Bolsa de una sola pieza con ventana Tejido sin tejer. Con protector cutáneo compuesto de hidrocoloide. La zona del estoma es autoadhesiva y recortable. Con válvula de vaciado. Material plástico. Hidrocoloide. Tejido sin tejer. Envasado, Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo. - Método de esterilización utilizado. - Fecha de caducidad. - Número de lote. - Referencia comercial.	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	19011	15	15	15	5	50	SI	Oferta única Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico por su capacidad de adaptación, con adhesivo que no daña la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.



N.O.	34	SU.PC.SANI.01.07.04.600000	F88853	TAPONES ACE-DIAMETRO:[10-10];LONGITUD:[100-100];	Tapón de silicona con disco circular de 15 mm que forman un sello entre las inserciones del catéter si el estoma tiene una fuga. Mantienen la permeabilidad del estoma si la inserción del catéter es difícil o si el orificio se cierra entre las inserciones del catéter. Material Silicona Envase unitario en el que figure: - Fecha de caducidad - Partida y lote - Denominación del producto - Referencia comercial	N.O	N.O								No ofertas.
S:A	35	SU.PC.SANI.01.07.04.000007	F78146	APOSITO PARA TAPON ACE-GC	Apósito adhesivo específicamente diseñado para protección de botones de estomas ACE (procedimiento que crea un tracto para atravesar la pared abdominal hacia el colon y realizar lavados intestinales) y asegurar la fijación externa. Permite un fácil acceso para el proceso de lavado. Material Varios materiales, con capa adhesiva para la fijación. Envase unitario en el que figure: - Fecha de caducidad - Partida y lote - Denominación del producto - Referencia comercial	AMEBIL, S.L	SD03	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con buena adhesividad sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	36	SU.PC.SANI.01.07.04.501000	B44758	VARILLA PLASTICO PARA ESTOMAS-LONGITUD:[5-10];	Varilla rígida con sujección a piel para abocación de asa intestinal. Material plástico. Envasado unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Número del lote -Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización.	ANDALUZA DE DISTRIBUCIÓN SANITARIA S.L.U.	7767	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómica, muy adaptable, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	37	SU.PC.SANI.01.07.05.000000	B39307	BOLSA DRENAJE POSTQUIRURGICO NO ESTERIL /mediana-Capacidad de la bolsa:[150-400);	Bolsa transparente con grifo en su extremo inferior, gradación de volumen y válvula antirreflujo. Material plástico. Hidrocoloide.Tejido sin tejer. Envasado con etiquetado en el que figure: - Número del lote - Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad.	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	2245	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómica, con buena adhesividad sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	38	SU.PC.SANI.01.07.05.000001	B39869	BOLSA DRENAJE POSTQUIRURGICO NO ESTERIL / pequeña-Capacidad de la bolsa:[0-150);	Bolsa transparente con grifo en su extremo inferior, graduación de volumen y válvula antirreflujo. Material plástico. Hidrocoloide. Tejido sin tejer. Envasado con etiquetado en el que figure: - Número del lote - Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad.	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	2240	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura garantizando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómica, con buena adhesividad sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

S.A.	39	SU.PC.SANI.01.07.05.050000	B40077	BOLSA DRENAJE POSTQUIRÚRGICO ESTERIL / pequeña- Capacidad de la bolsa:[0-150);	Bolsa transparente con grifo en su extremo inferior, graduación de volumen y válvula antirreflujo. Material plástico. Hidrocoloide. Tejido sin tejer. Envasado con etiquetado en el que figure: - Número del lote - Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS SAU	2210	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómica, con buena adhesividad sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	40	SU.PC.SANI.01.07.05.032000	B45673	BOLSA DRENAJE HERIDAS CON VENTANA Y GRIFO/ pequeña- Capacidad de la bolsa:[150-400);	Bolsa transparente con ventana y grifo para vaciado en su extremo inferior. Material plástico. Hidrocoloide. Tejido sin tejer opcional. Envasado unitario con etiquetado en el que figure: - Número del lote - Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad.	HOLLISER IBÉRICA S.A	9773	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómica, con buena adhesividad sin lesionar la piel, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	41	SU.PC.SANI.01.07.05.100000	E88163	BOLSA DRENAJE PARA SISTEMA ASPIRATIVO POR VACIO- Salida de bolsa:no; Capacidad de la bolsa:[400-750);	Bolsa de drenaje para sistema de aspiración por vacío Material plástico. Envasado unitario con etiquetado en el que figure: - Número del lote - Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	BMD0008							No Adecuado. La referencia licitada no cumple las prescripciones técnicas establecidas, presenta una bolsa de 800 ml que no es lo solicitado.
S.A.	41	SU.PC.SANI.01.07.05.100000	E88163	BOLSA DRENAJE PARA SISTEMA ASPIRATIVO POR VACIO- Salida de bolsa:no; Capacidad de la bolsa:[400-750);	Bolsa de drenaje para sistema de aspiración por vacío Material plástico. Envasado unitario con etiquetado en el que figure: - Número del lote - Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad.	PALEX MEDICAL, S.A.	12014	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómica, con buena conectividad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	42	SU.PC.SANI.01.07.06.002000	B40601	FRASCO CRISTAL AL VACIO 250ml.- CAPACIDAD:[100-1100);	Frasco taponado con vacío Material, Frasco de vidrio. Tapón de caucho precintado. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial	GRIFOLS MOVACO, S.A	734972	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envase muy resistente y legible. Muy fácil de utilizar, con regleta impresa de medición de volúmen y asa que facilita su manipulación, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

S.A.	43	SU.PC.SANI.01.07.06.003000	B39606	FRASCO CRISTAL AL VACIO 500ml.-CAPACIDAD:[100-1100);	Frasco taponado con vacío Material, Frasco de vidrio. Tapón de caucho precintado. Capacidad 250cc. Envasado No estéril. En cajas con varias unidades, con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial	GRIFOLS MOVACO, S.A	734973	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envase muy resistente y legible. Muy fácil de utilizar, con regleta impresa de medición de volúmen y asa que facilita su manipulación, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	44	SU.PC.SANI.01.07.06.004000	B43703	FRASCO CRISTAL AL VACIO 1000ml.-CAPACIDAD:[100-1100);	Frasco taponado con vacío. Material, Frasco de vidrio. Tapón de caucho precintado. Capacidad aprox. 1000cc.	GRIFOLS MOVACO, S.A	734974	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envase muy resistente y legible. Muy fácil de utilizar, con regleta impresa de medición de volúmen y asa que facilita su manipulación, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
N.O.	45	SU.PC.SANI.01.07.06.106000	B39310	SISTEMA DRENAJE ASPIRATIVO POR PRE-VACIO 400-600ml.-TROCAR:no; Diámetro del cateter:[0-0]; CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[400-600];	El sistema consta de: . reservorio de succión con prevacio . sistema antirreflujo. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Número del lote - Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización									No Ofertas.
S.A.	46	SU.PC.SANI.01.07.06.400006	B39311	RESERVORIO SILICONA PARA DRENAJE ASPIRATIVO POR VACIO / pequeño-TROCAR:no; Diámetro del cateter:[0-0]; CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[0-150);	Reservorio de succión manual en forma de pera con adaptador para tubo de drenaje y para bolsa. Material, Silicona. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Número del lote - Denominación del artículo - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	KSR100S	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con válvula antirretorno que elimina el riesgo de reflujo de sangre o secreciones hacia el paciente, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A	47	SU.PC.SANI.01.07.06.428000	B78792	SISTEMA DRENAJE ASPIRATIVO POR VACIO MANUAL CON TROCAR-TROCAR:si; Diámetro del cateter:[18-18]; CAPACIDAD DEL RESERVORIO:[400-600];	El sistema consta de: . sonda de aspiración perforada en el extremo distal, con línea radiopaca . tubo de conexió . trócar para inserción de la sonda. recipiente. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	PALEX MEDICAL, S.A.	20518	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con un diseño que permite una aspiración constante, sin esfuerzo y facilita la visualización del drenado, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

S.A.	48	SU.PC.SANI.01.07.06.500012	B41468	TUBO CONEXION PARA DRENAJE ASPIRATIVO P/ BOLSA-DIAMETRO:[14-14];	Línea de extensión con conexión para drenaje a bolsa. Extremo distal con llave de tres pasos y proximal cono para bolsa de orina. De aproximadamente 30 cm. Material, Plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	BDQ0306	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con un conector que asegura una conexión firme y hermética entre el catéter y la bolsa, garantizando un drenaje continuo sin fugas ni desconexiones, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	49	SU.PC.SANI.01.07.09.203000	E12216	SISTEMA DRENAJE TORACICO 3 CAMARAS/ adulto-TIPO DE SISTEMA: seco;VOLUMEN DE LA CAMARA DE RECOLECCÓN.:[1800-3000];	Consiste en un recipiente dividido en 3 compartimentos graduados: . una cámara de recolección, con escala volumétrica de adultos. . una cámara de sellado bajo agua. . una cámara de control de la aspiración. . válvulas de seguridad. Con o sin toma de muestras. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	AVST382-0001	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, se presenta ya montado, con sello de agua estanco que evita que el agua se evapore, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	49	SU.PC.SANI.01.07.09.203000	E12216	SISTEMA DRENAJE TORACICO 3 CAMARAS/ adulto-TIPO DE SISTEMA: seco;VOLUMEN DE LA CAMARA DE RECOLECCÓN.:[1800-3000];	Consiste en un recipiente dividido en 3 compartimentos graduados: . una cámara de recolección, con escala volumétrica de adultos. . una cámara de sellado bajo agua. . una cámara de control de la aspiración. . válvulas de seguridad. Con o sin toma de muestras. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	BM2 HEALTH,S.L.	ST382-0001	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, se presenta ya montado, con sello de agua estanco que evita que el agua se evapore, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A	49	SU.PC.SANI.01.07.09.203000	E12216	SISTEMA DRENAJE TORACICO 3 CAMARAS/ adulto-TIPO DE SISTEMA: seco;VOLUMEN DE LA CAMARA DE RECOLECCÓN.:[1800-3000];	Consiste en un recipiente dividido en 3 compartimentos graduados: . una cámara de recolección, con escala volumétrica de adultos. . una cámara de sellado bajo agua. . una cámara de control de la aspiración. . válvulas de seguridad. Con o sin toma de muestras. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	PALEX MEDICAL, S.A.	10112	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. El sello de agua no es estanco, favoreciendo la evaporación del agua, y no se presenta montado, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
S.A.	49	SU.PC.SANI.01.07.09.203000	E12216	SISTEMA DRENAJE TORACICO 3 CAMARAS/ adulto-TIPO DE SISTEMA: seco;VOLUMEN DE LA CAMARA DE RECOLECCÓN.:[1800-3000];	Consiste en un recipiente dividido en 3 compartimentos graduados: . una cámara de recolección, con escala volumétrica de adultos. . una cámara de sellado bajo agua. . una cámara de control de la aspiración. . válvulas de seguridad. Con o sin toma de muestras. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	A-6000-08LF	15	6	0	0	21	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, se presenta ya montado. El sello de agua no es estanco, favoreciendo la evaporación del agua, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.



S.A.	50	SU.PC.SANI.01.07.09.300000	B38272	EQUIPO DRENAJE PLEURAL-LONGITUD:[30-50]; DIAMETRO DEL CATETER:[8-8];	El equipo consta de: . catéter multiperforado. . aguja de punción soldada al protector del catéter. . llave de tres pasos. . adaptador luer-lock a bolsa de drenaje. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	PL301508	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con una firmeza que impide su colapso por acodamiento durante su uso y catéter de punta cónica atraumática, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	51	SU.PC.SANI.01.07.09.300001	B54453	EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[30-50]; DIAMETRO DEL CATETER:[8-8];	El equipo consta de: . catéter multiperforado. . aguja de punción. . guía. . dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	BAFY1D18W	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con una firmeza que impide su colapso por acodamiento durante su uso y catéter de punta cónica atraumática, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	52	SU.PC.SANI.01.07.09.300001	B41637	EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[30-50]; DIAMETRO DEL CATETER:[10-10];	El equipo consta de: . catéter multiperforado. . aguja de punción. . guía. . dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	BAFY1E18W	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con una rigidez que impide su colapso por acodamiento durante su uso y catéter de punta cónica atraumática, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	53	SU.PC.SANI.01.07.09.300001	B47304	EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[30-50]; DIAMETRO DEL CATETER:[12-12];	El equipo consta de: . catéter multiperforado. . aguja de punción. . guía. . dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . la denominación del artículo . el método de esterilización utilizado. la fecha de caducidad. . el número de lote . la referencia comercial.	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	BAFY1F18W	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con una rigidez que impide su colapso por acodamiento durante su uso y catéter de punta cónica atraumática, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	54	SU.PC.SANI.01.07.09.300001	B50935	EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[30-50];DIAMETRO DEL CATETER:[14-14];	El equipo consta de: . catéter multiperforado. . aguja de punción. . guía. . dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	BAFY1G18W	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con una firmeza que impide su colapso por acodamiento durante su uso y catéter de punta cónica atraumática, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	55	SU.PC.SANI.01.07.09.300001	B47903	EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[30-50]; DIAMETRO DEL CATETER:[16-16];	El equipo consta de: . catéter multiperforado. . aguja de punción. . guía. . dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.U	BAFY1H18W	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con una firmeza que impide su colapso por acodamiento durante su uso y catéter de punta cónica atraumática, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

N.O.	56	SU.PC.SANI.01.07.09.300001	C55195	EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[30-50]; DIAMETRO DEL CATETER:[18-18];	El equipo consta de: . catéter multiperforado. . aguja de punción. . guía. . dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización			.	.	.	.	.	.	No ofertas.
S.A.	57	SU.PC.SANI.01.07.09.300001	G07617	EQUIPO DRENAJE PLEURAL C/ GUIA-LONGITUD:[30-50]; DIAMETRO DEL CATETER:[28-28];	El equipo consta de: . catéter multiperforado. . aguja de punción. . guía. . dilatador. Material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	COOK ESPAÑA S.L	C-TQTS-2800	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con una franja radiopaca y catéter transparente que permite ver el líquido durante el procedimiento, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	58	SU.PC.SANI.01.07.09.300013	E64136	EQ. PARA DRENAJE PLEURAL TUNELIZADO-DIÁMETRO DEL CATÉTER:(15-16];	El equipo consta de un catéter pleural con una valvula unidireccional, tapón para valvula, introductor con funda pelable, guia, tunelizador, dos agujas linea de drenaje y puede contener otros materiales entre ellos jeringas, apósitos... El cateter pleural permite la conexión a una linea de drenaje que permite la adaptación a un recipiente de vacío. Material Catéter de silicona, diferentes materiales para el resto de los componentes, por ejemplo plastico, acero inoxidable grado médico..... Envase unitario. Con etiquetado donde aparezca: - Denominación comercial. - Referencia de fabricante. - Lote del producto	HOSPITAL HISPANIA, S.L.	R54400-16-MT	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, con una presentación completa en un Kit que incluye instrumental,paños, guantes... etc, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	58	SU.PC.SANI.01.07.09.300013	E64136	EQ. PARA DRENAJE PLEURAL TUNELIZADO-DIÁMETRO DEL CATÉTER:(15-16];	El equipo consta de un catéter pleural con una valvula unidireccional, tapón para valvula, introductor con funda pelable, guia, tunelizador, dos agujas linea de drenaje y puede contener otros materiales entre ellos jeringas, apósitos... El cateter pleural permite la conexión a una linea de drenaje que permite la adaptación a un recipiente de vacío. Material Catéter de silicona, diferentes materiales para el resto de los componentes, por ejemplo plastico, acero inoxidable grado médico..... Envase unitario. Con etiquetado donde aparezca: - Denominación comercial. - Referencia de fabricante. - Lote del producto	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SOLERA, S. L.	50-7050	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. No incluye instrumental, paños, guantes, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.
S.A.	59	SU.PC.SANI.01.07.09.300014	E64144	EQUIPO DE RESERVORIOS PARA DRENAJE PLEURAL TUNELIZADO-CAPACIDAD DEL RESERVORIO:(900-1000];	El equipo consta de varias unidades de reservorios de vacio y distintos componentes que ayudan a su uso en domicilio como por ejemplo: pinza deslizante de emergencia para pinzar el catéter pleural, tapón de valvula de catéter pleural, guantes, apósitos..... Diferentes materiales: plástico, algodon, poliuretano..... Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	HOSPITAL HISPANIA, S.L.	R54411	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con sistema de fuelle identificativo del vacío en la botella, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.

S.A.	59	SU.PC.SANI.01.07.09.300014	E64144	EQUIPO DE RESERVORIOS PARA DRENAJE PLEURAL TUNELIZADO-CAPACIDAD DEL RESERVORIO:(900-1000];	El equipo consta de varias unidades de reservorios de vacio y distintos componentes que ayudan a su uso en domicilio como por ejemplo: pinza deslizante de emergencia para pinzar el catéter pleural, tapón de valvula de catéter pleural, guantes, apósitos..... Diferentes materiales: plástico, algodon, poliuretano..... Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SOLERA, S. L.	50-7510	15	6	0	0	21	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Fácil de utilizar, ergonómico. La referencia licitada no presenta sistema identificativo de vacío, por lo que, en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas solicitadas y no presenta mejoras.
S.A.	60	SU.PC.SANI.01.07.10.061000	E27088	TUBO DRENAJE TIPO PENROSE LISO / mediano-LONGITUD:[35-70];ANCHO:(10-15];	Tubo plano con superficie lisa. MateriaL. Látex o material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	PRIM, S.A.	2010-6415	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy modelable y adaptable a la cavidad, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	61	SU.PC.SANI.01.07.12.600000	E71552	CATETER DRENAJE BILIAR PERCUTANEO C/ LLAVE-DIAMETRO DEL CATETER:[5.0-5.0]; LONGITUD DEL CATETER:[0-60];	Cánula con extremo distal multiperforado y extremo proximal con llave de una vía. Material, Catéter de material plástico. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: . - - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	COOK ESPAÑA S.L	DLPN-40-25-RING	15	15	15	5	50	SI	Oferta única. Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con punta trócar y tamaño de orificos grande, que facilita el drenaje, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	62	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	B55729	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8.5-8.5]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30];	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material, Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	COOK ESPAÑA S.L	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-HC...	15	15	15	5	50	SI	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. Muy fácil de utilizar, muy ergonómico, con sistema de fijación de tracción y anclaje mediante pestaña, lo que garantiza una mayor seguridad y eficacia en el resultado.
S.A.	62	SU.PC.SANI.01.07.13.600001	B55729	CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE PERCUTANEO DE ABSCESOS C/MECANISMO DE FIJACION DE HILO-DIAMETRO DEL CATETER:[8.5-8.5]; LONGITUD DEL CATETER:(15-30];	Catéter para drenaje percutáneo con recubrimiento hidrofílico, bandas radiopacas y múltiples orificios laterales. Catéter recto o pigtail con sistema mecánico de fijación de hilo. Dos cánulas para introducción y retirada del catéter, una rígida y otra flexible. Material, Polímero combinación de silicona y poliuretano. Hidrofílico en extremo distal. Envase unitario estéril con etiquetado en el que figure: - Denominación del artículo - Número del lote - Referencia comercial - Fecha de caducidad. - Método de esterilización	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	BT-PD1-0820-W(CL)-RB1.....	15	0	0	0	15	NO	Envoltorio muy resistente que asegura su apertura sin rotura preservando la esterilidad. La referencia licitada presenta un sistema de fijación dificultoso y poco ergonómico, por lo que en el resto de parámetros, la oferta cumple las características técnicas establecidas y no presenta mejoras.