

### MESA DE CONTRATACIÓN

En la ciudad de Jaén, siendo las 10:10 horas del día 5 de junio de 2026, se reúnen en la Sala de Juntas de la Central Provincial de Compras de Jaén, en sesión ordinaria, previa convocatoria de sus miembros, la Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Jaén, para tratar los asuntos del orden del día.

**PRESIDENTA:** DÑA. MARI CARMEN MERINO CASTRO  
Directora Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén  
(Asistencia presencial)

**VOCALES:** D. ANTONIO GALIANO BELLÓN  
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del Servicio Andaluz de Salud  
(Asistencia presencial)

D. ISIDRO CASTRO JIMENEZ  
Interventor Provincial del Servicio Andaluz de Salud  
(Asistencia presencial)

D. BERNABÉ ARIAS CRIADO  
Subdirector Económico Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario de Jaén  
(Asistencia presencial)

**SECRETARIA:** DÑA. ALICIA GUERRERO FUENTES  
Técnico de Función Administrativa  
(Asistencia presencial)

Por la Sra. Presidenta se abre la sesión

### ORDEN DEL DÍA

1. Excusas de asistencia.  
No se producen.
2. EXPEDIENTE AM 323/2026 SUMINISTRO DE MATERIAL DEL GRUPO 04.05 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS IMPLANTABLES PROGRAMABLES PARA NEUROMODULACION Y DEL GRUPO 01.15.20 Y 01.11.06, MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOFRECUENCIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN

#### 2.1 Análisis del Informe Técnico emitido por la Comisión Técnica.

En primer lugar, se verifica que se han valorado los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por la Comisión Técnica pertinente, asumiendo dicha valoración por parte de la Mesa de Contratación, adjuntándose como Anexo I a este Acta.



2.2 Acto de apertura del sobre electrónico nº3 de criterios de evaluación automáticos del expediente.

Por la Mesa de Contratación, se procede a la apertura electrónica del sobre nº3, (Oferta Económica y de las proposiciones evaluables mediante la utilización de fórmulas) de los licitadores admitidos, adjuntándose como Anexo I a este Acta.

2.3 Valoración de la proposición en los términos previstos en el artículo 145 de la LCSP, y clasificación en orden decreciente de puntuación.

A continuación, la Mesa procede a la valoración de las ofertas evaluables con criterios automáticos, aplicando los que rigen en la adjudicación de este expediente conforme se detalla en el Anexo II a este Acta.

2.4 Si procede, propuesta al órgano de contratación a favor de la empresa licitadora que presenta la proposición que contiene la mejor oferta en relación calidad-precio.

A continuación, la Mesa acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación ADJUDICAR esta contratación a las empresas que a continuación se detallan en el Anexo II al acta, previa acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 150 de la LCSP.

2.5 Si procede, lectura y aprobación del Acta.

El Acta es aprobada por unanimidad de la Mesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 horas del 5 de junio de 2026 en el lugar arriba mencionado, extendiéndose la presente acta que suscribe la secretaria de la Mesa de Contratación, con el visto bueno de la Sra. Presidenta.

Vº. Bº.  
LA PRESIDENTA



LA SECRETARIA



INFORME TÉCNICO QUE EMITE LA COMISION TÉCNICA PROVINCIAL EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION SUJETOS A JUICIO DE VALOR, SUMINISTRO DE MATERIAL DEL GRUPO 04.05 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS IMPLANTABLES PROGRAMABLES PARA NEUROMODULACION Y DEL GRUPO 01.15.20 Y 01.11.06, MATERIAL FUNGIBLE PARA RADIOFRECUENCIA, PARA LOS CENTROS SANITARIOS, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, VINCULADOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN.

**Expediente: A.M. 323/2026**

La comisión Técnica Provincial, integrada por las personas que más adelante se detallan, ha examinado la documentación técnica y, en su caso, las muestras, presentada por los licitadores que han sido admitidos al expediente de contratación indicado. A la vista de ello, se ha procedido a calificar dichas ofertas, aplicando los criterios de adjudicación de carácter no automático establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

### **1. Composición de la Comisión Técnica Provincial**

D. Juan Alfonso Andrade Ortega, Jefe de servicio de la UGC Fisioterapia y rehabilitación. H.U.de Jaén.

D. Martin Rodríguez Banqueri, F.E.A. UGC anestesia y reanimación .H.S.J.C de Úbeda

D. Rafael De Alba Moreno, F.E.A. UGC anestesia y reanimación, Coordinador de la Unidad del Dolor. H. U. de Jaén.

D.ª. Mariana Zavarce Betancour, F.E.A. UGC anestesia y reanimación. H.S.A. de Linares

### **2. Empresas admitidas a la licitación**

Las empresas admitidas a la licitación han sido las siguientes:

CARDIVA 2, S.L.

MEDICAL 10, S.L.

MEDTRONIC IBERICA, S.A.

PRIM, S.A.

Todas las empresas cumplen las especificaciones técnicas

### **3. Criterios de Evaluación no automáticos**

## NIVEL VALORACION FUNCIONAL

En este criterio se valorará con un total de 50 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

**1.- Calidad del material:** En este parámetro se valoran las características de los materiales y la composición de los productos ofertados: 15 puntos.

Escala de puntuación:

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.  
15 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.  
6 puntos.

**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.  
0 Punto.

**2.- Facilidad de utilización:** En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.  
15 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.  
6 puntos.

**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.  
0 Punto.

**3.- Seguridad de resultados:** En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 10 puntos.

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.  
10 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.  
4 puntos.

**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.  
0 Punto.

**4.- Eficacia en el resultado:** Capacidad del material utilizado para conseguir los efectos perseguidos o deseados: 10 puntos.

Escala de valoración:

**MUY ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto al parámetro objeto de valoración.

10 puntos.

**ADECUADO:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna mejora, menos significativa respecto al parámetro objeto de valoración.

4 puntos.

**ACEPTABLE:** La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta mejora respecto al parámetro objeto de valoración.

0 Punto.



**Umbral mínimo:**

Aquellas ofertas que no alcancen un mínimo de 25 puntos del total de puntuación, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no podrá continuar en el proceso selectivo de determinación de la oferta económicamente más ventajosa.

Si la oferta no cumple las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, se considerará NO ADECUADA y quedará excluida de la licitación.

En cualquier caso, se considerará NO ADECUADA:

- 
- Aquellos artículos que cumpliendo las prescripciones técnicas establecidas presentan deficiencias en ergonomía, en la facilidad de uso y/o en la seguridad de manejo.
  - Aquellos artículos no asociados al código S.A.S objeto de licitación.



**CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS AGRUPACIONES DE LOTES**


Las Agrupaciones de lotes serán valoradas de acuerdo con los siguientes criterios:

- La Agrupación será valorada de forma global y la puntuación final de la misma será la media de la puntuación obtenida por cada uno de los lotes que la integran, siempre que los artículos ofertados en cada uno de ellos alcancen el umbral mínimo establecido. (25 PUNTOS)


- Si alguno de los artículos ofertados en la Agrupación no consigue la puntuación que determina el umbral mínimo exigido, bien porque no cumpla o porque sea inadecuado, se entenderá que aquella no alcanza la puntuación mínima exigida y la oferta realizada en relación con dicha Agrupación quedará excluida de la licitación.
- En caso de ofertar una misma empresa varias referencias a un mismo lote de la agrupación, se tomará para los cálculos anteriormente expuestos, la mejor valoración.

El resultado de la valoración de los criterios no automáticos, están reflejados en el ANEXO I.

En Jaén, a 4 de Junio del 2026



D. Juan Alfonso Andrade Ortega, Jefe de servicio de la UGC Fisioterapia y rehabilitación. H.U.de Jaén.



D. Martin Rodriguez Banqueri, F.E.A. UGC anestesia y reanimación .H.S.J.C de Úbeda



D. Rafael De Alba Moreno, F.E.A. UGC anestesia y reanimación, Coordinador de la Unidad del Dolor. H. U. de Jaén.



D.ª. Mariana Zavarce Betancour, F.E.A. UGC anestesia y reanimación. H.S.A. de Linares

ANEXO I

| AGRU<br>PACIO<br>N | LOT<br>E | Categorización<br>Universal    | Nombre                                                                       | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EMPRESA             | REFERENCIA<br>A | CIP          | Cantidad del<br>material 0-<br>utilización de<br>15 PUNTOS | Facilidad de<br>utilización de<br>15 PUNTOS | Seguridad<br>de<br>10 PUNTOS | Eficacia en<br>el resultado<br>de<br>10 PUNTOS | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL<br>PUNTAJE<br>N | PASA<br>UNIVERSAL<br>MÍNIMO |
|--------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                    | 1        | SU-PC-SANI.01.15.<br>20.400001 | CANULA DE<br>RADIOFRECUENCIA                                                 | Canulas desechables, con estilo interior, para ser usadas con electrodos termopar<br>CSK-TC, Radiopico. Para usar con placa dispersiva. EQ, COMPATIBLE, DIAMETRO DE<br>LA AGUJA 23 GAUGES, LONGITUD DE LA AGUJA 100 mm, Látex, no. CABLE 5' .<br>LONGITUD ACTIVA DE LA AGUJA 5 mm.<br>Con recubrimiento en toda su extensión excepto en la punta activa (5mm).<br>Material: Acero y recubrimiento de poliestéer.<br>Envasado: Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del<br>artículo, el método de esterilización utilizado, las fechas de esterilizado y caducidad,<br>el número de lote, la referencia comercial.<br>Canula de 90 mm de longitud, 16 G de diámetro, DIAMETRO 5' FRENCH y con<br>marcas de profundidad de 5 en cm, y lleva incorporado un fijador extraíble.<br>Material: Acero inoxidable de grado médico y plástico ABS de grado médico. Látex, no<br>EQ, COMPATIBLE, GENERADOR COSMAN.<br>Envasado: Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación<br>del artículo, el método de esterilización utilizado, las fechas de esterilizado y<br>caducidad, el número de lote, la referencia comercial. | CARDIVA 2,<br>S.L.  | CR-10           | 100022421781 | 15                                                         | 15                                          | 10                           | 10                                             | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>'diámetros', longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                | 50                    | SI                          |
|                    | 2        | SU-PC-SANI.01.15.<br>20.400003 | CANULA INTRODUCTORA<br>CATERER<br>ELECTROTÉRMICO                             | Caterer electrotérmico tiene 40 cm de longitud, 15 mm de punta activa y 20 gauge en la<br>punta activa, DIAMETRO 3.2, siendo el resto del caterer de 19 gauge. Este electrotérmico<br>está aislado eléctricamente en toda su superficie excepto en la punta activa. La<br>energía de RF se libera al tejido en contacto con la punta del electrotérmico. Material<br>Acero inoxidable de grado médico y fluoropolímero de grado médico. Látex, no. EQ,<br>COMPATIBLE, GENERADOR COSMAN.<br>Envasado: Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del<br>artículo, el método de esterilización utilizado, las fechas de esterilizado y<br>caducidad, el número de lote, la referencia comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARDIVA 2,<br>S.L.  | RCE-C9165       | 100086901490 | 15                                                         | 15                                          | 10                           | 10                                             | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>'diámetros', longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                | 50                    | SI                          |
|                    | 3        | SU-PC-SANI.01.15.<br>20.400002 | CATERER<br>ELECTROTÉRMICO                                                    | Caterer electrotérmico tiene 40 cm de longitud, 15 mm de punta activa y 20 gauge en la<br>punta activa, DIAMETRO 3.2, siendo el resto del caterer de 19 gauge. Este electrotérmico<br>está aislado eléctricamente en toda su superficie excepto en la punta activa. La<br>energía de RF se libera al tejido en contacto con la punta del electrotérmico. Material<br>Acero inoxidable de grado médico y fluoropolímero de grado médico. Látex, no. EQ,<br>COMPATIBLE, GENERADOR COSMAN.<br>Envasado: Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del<br>artículo, el método de esterilización utilizado, las fechas de esterilizado y<br>caducidad, el número de lote, la referencia comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CARDIVA 2,<br>S.L.  | RCE-601519      | 100086901399 | 15                                                         | 15                                          | 10                           | 10                                             | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>'diámetros', longitudes y envasado del caterer electrotérmico, muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia.<br>Por lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas. | 50                    | SI                          |
|                    | 4        | SU-PC-SANI.01.15.<br>20.400005 | CANULA ELECTROTÉRMICO DE<br>RADIOFRECUENCIA CON<br>CONTROL DE<br>TEMPERATURA | Canulas desechables con cable incorporado para conexión a generador.<br>Radiopico. Para usar con placa dispersiva. Existe control de temperatura en la punta<br>de la canula. Longitud de la canula electrotérmico:10-10Punta activa del electrotérmico:10-<br>10Grosor de la canula electrotérmico:12-22;Tipo de punta:Recta.<br>Material: Acero y recubrimiento de poliestéer.<br>Envasado: Envase unitario estéril.<br>Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo, el método de esterilización<br>utilizado, las fechas de esterilizado y caducidad, el número de lote, la referencia<br>comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CARDIVA 2,<br>S.L.  | CU-101022       | 100096791984 | 15                                                         | 15                                          | 10                           | 10                                             | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>'diámetros', longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                | 50                    | SI                          |
|                    | 5        | SU-PC-SANI.01.15.<br>20.400005 | CANULA ELECTROTÉRMICO DE<br>RADIOFRECUENCIA CON<br>CONTROL DE<br>TEMPERATURA | Canulas desechables con cable incorporado para conexión a generador.<br>Radiopico. Para usar con placa dispersiva. Existe control de temperatura en la punta<br>de la canula. Longitud de la canula electrotérmico:16-6Punta activa del electrotérmico:10-<br>10Grosor de la canula electrotérmico:12-22;Tipo de punta:Recta.<br>Material: Acero y recubrimiento de poliestéer.<br>Envasado: Envase unitario estéril.<br>Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo, el método de esterilización<br>utilizado, las fechas de esterilizado y caducidad, el número de lote, la referencia<br>comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARDIVA 2,<br>S.L.  | CU-61022U       | 100096691673 | 15                                                         | 15                                          | 10                           | 10                                             | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>'diámetros', longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                | 50                    | SI                          |
|                    | 6        | SU-PC-SANI.01.11.<br>06.500010 | PARCHE DISPERSION P/<br>RADIOFRECUENCIA                                      | Descripción: Placa dispersiva con cable incorporado. Con gel conductor, hidrogel<br>conductor adhesivo. Con recubrimiento de capa blanca poliolefin. Cable de<br>conexión a la unidad de radiofrecuencia Baja impedancia para asegurar retorno de<br>corriente.<br>Bajo incremento de temperatura para seguridad de la piel. EQ,<br>compatible-GENERADOR DE RF DE RADIOFONOS Y COSMAN;Látex, no. 18xAncho:11.4;<br>Material:Gel, hidrogel conductor adhesivo. Hoja de aluminio conductor.<br>Borde Adhesivo blanco acrílico recubrido de poliolefinero grado medio<br>Recubrimiento de poliolefinero<br>Envasado: Envase unitario NO SE PUEDE UTILIZAR PARA CERRAR CIRCUITO<br>ELECTRICO COMO PLACA DE ELECTROESTIMULI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARDIVA 2,<br>S.L.  | DGP-PM2         | 100130042904 | 15                                                         | 15                                          | 10                           | 10                                             | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>'longitudes y envasado del parche dispersivo muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                   | 50                    | SI                          |
|                    | 7        | SU-PC-SANI.01.15.<br>20.400001 | CANULA DE<br>RADIOFRECUENCIA                                                 | Canulas desechables, con estilo interior, para ser usadas con electrodos de punta<br>activa para procedimientos en área cervical, lumbar, torácica y trigémino. Radiopico.<br>Para usar con placa aislante. Con recubrimiento. EQ, COMPATIBLE.<br>DIAMETRO DE LA AGUJA 23 GAUGES, LONGITUD DE LA AGUJA 100 mm,<br>Látex, no. CABLE 5' .<br>LONGITUD ACTIVA DE LA AGUJA 5 mm.<br>Material: Acero y recubrimiento de poliestéer.<br>Envasado: Envase unitario estéril. Etiquetado en el que figure: la denominación del<br>artículo, el método de esterilización utilizado, las fechas de esterilizado y<br>caducidad, el número de lote, la referencia comercial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDICAL 10,<br>S.L. | 654102          | 10016551390  | 15                                                         | 15                                          | 10                           | 10                                             | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>'diámetros', longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                | 50                    | SI                          |

Oficina

2

6

ANEXO I

| AGRU<br>PACIO<br>N | LOT<br>E | Clasificación<br>Universal     | Nombre                                                                  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EMPRESA             | REFERENCIA            | CIP          | Calidad del<br>material 0-<br>15 PUNTOS | Facilidad de<br>utilización 0-<br>15 PUNTOS | Seguridad<br>de<br>resultados 0-<br>10 PUNTOS | Eficacia en<br>el resultado<br>0-10<br>PUNTOS | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTAL<br>PUNTUACION | PASA<br>UMBRAL<br>MINIMO |
|--------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 2                  | 8        | SU.PC.SANI.01.15.<br>20.400005 | CANULA ELECTRODO DE<br>RADIOFRECUENCIA CON<br>CONTROL DE<br>TEMPERATURA | Canula electrodos desechable estéril con portal de anestesia y control de temperatura con cable incorporado para conexión a generador. Radiopac. Para usar con placa dispersiva. Longitud de la canula electrodos: 10-101 (punta activa del electrodos) 15-51 (Grosor de la canula electrodos) 12-21 (Tip de punta electrodos). Con recubrimiento en toda su extensión excepto en la punta activa. Exite control de temperatura en la punta de la canula.<br>Material: Acero y recubrimiento de platino.<br>Envasado: Envasado estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Con etiquetado en el que figure la denominación del artículo, el método de esterilización utilizado, la fecha de caducidad, el número de lote. | MEDICAL 10.<br>S.L. | 627107                | 100165569122 | 15                                      | 15                                          | 10                                            | 10                                            | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales ,diámetros, longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas. | 50                  | SI                       |
| 2                  | 9        | SU.PC.SANI.01.15.<br>20.400005 | CANULA ELECTRODO DE<br>RADIOFRECUENCIA CON<br>CONTROL DE<br>TEMPERATURA | Canula electrodos desechable estéril con portal de anestesia y control de temperatura con cable incorporado para conexión a generador. Radiopac. Para usar con placa dispersiva. Longitud de la canula electrodos: 10-101 (punta activa del electrodos) 15-51 (Grosor de la canula electrodos) 12-21 (Tip de punta electrodos). Con recubrimiento en toda su extensión excepto en la punta activa. Exite control de temperatura en la punta de la canula.<br>Material: Acero y recubrimiento de platino.<br>Envasado: Envasado estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Con etiquetado en el que figure la denominación del artículo, el método de esterilización utilizado, la fecha de caducidad, el número de lote. | MEDICAL 10.<br>S.L. | 627124                | 100165569313 | 15                                      | 15                                          | 10                                            | 10                                            | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales ,diámetros, longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas. | 50                  | SI                       |
| 2                  | 10       | SU.PC.SANI.01.11.<br>06.200010 | PARCHES DISPERSION P/<br>RADIOFRECUENCIA-                               | Parches dispuestos para equios de Radiofrecuencia. Placas autoadhesivas para posicionamiento simétrico. Con gel conductor de baja impedancia para asegurar retorno de corriente bajo incremento de temperatura para seguridad de la piel. Emisorio de aluminio que garantiza su alineamiento adecuado. Material: soporte de foam o similar; Es compatible GENERADOR DE RF DE RADIONICS Y COSMAN, largo 184, ancho 114.<br>Envasado: Envasado estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Con etiquetado en el que figure la denominación del artículo, el método de esterilización utilizado, la fecha de caducidad, el número de lote.                                                                                   | MEDICAL 10.<br>S.L. | 67805                 | 100169800555 | 15                                      | 15                                          | 10                                            | 10                                            | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales , longitudes y envasado del parche dispuestos muy adecuados, que mejoran la programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.  | 50                  | SI                       |
| 3                  | 11       | SU.PC.SANI.01.15.<br>20.400001 | CANULA DE<br>RADIOFRECUENCIA                                            | Canulas desechables sin estilo interior, para ser usadas sin electrodos de punta activa en procedimientos en área cervical, lumbar, torácica, tórax y sacro ilíaca. RF radiado, sin control de temperatura. Radiopac. Para usar con placa aislante. Con recubrimiento en toda su extensión excepto en la punta activa. Exite control de temperatura en la punta de la canula.<br>Material: Acero y recubrimiento de platino.<br>Envasado: Envasado estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Con etiquetado en el que figure la denominación del artículo, el método de esterilización utilizado, la fecha de caducidad, el número de lote.                                                                             | PRIMA S.A           | DNE:<br>022100/5      | 100081765310 | 15                                      | 15                                          | 10                                            | 10                                            | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales ,diámetros, longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas. | 50                  | SI                       |
| 3                  | 12       | SU.PC.SANI.01.15.<br>20.400001 | CANULA DE<br>RADIOFRECUENCIA                                            | Canulas desechables sin estilo interior, para ser usadas sin electrodos de punta activa en procedimientos en área cervical, lumbar, torácica, tórax y sacro ilíaca. RF radiado, sin control de temperatura. Radiopac. Para usar con placa aislante. Con recubrimiento en toda su extensión excepto en la punta activa. Exite control de temperatura en la punta de la canula.<br>Material: Acero y recubrimiento de platino.<br>Envasado: Envasado estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Con etiquetado en el que figure la denominación del artículo, el método de esterilización utilizado, la fecha de caducidad, el número de lote.                                                                             | PRIMA S.A           | DNE:<br>022100/5      | 100082239702 | 15                                      | 15                                          | 10                                            | 10                                            | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales ,diámetros, longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas. | 50                  | SI                       |
| 3                  | 13       | SU.PC.SANI.01.15.<br>20.400005 | CANULA ELECTRODO DE<br>RADIOFRECUENCIA CON<br>CONTROL DE<br>TEMPERATURA | Canulas desechables sin estilo interior, para ser usadas con electrodos activos en procedimientos en área cervical, lumbar, torácica, tórax y sacro ilíaca. RF radiado, sin control de temperatura. Radiopac. Para usar con placa aislante. Con recubrimiento en toda su extensión excepto en la punta activa. Exite control de temperatura en la punta de la canula.<br>Material: Acero y recubrimiento de platino.<br>Envasado: Envasado estéril, fácil de abrir, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura. Con etiquetado en el que figure la denominación del artículo, el método de esterilización utilizado, la fecha de caducidad, el número de lote.                                                                                     | PRIMA S.A           | DNE:<br>018/100/70-SC | 100082249600 | 15                                      | 15                                          | 10                                            | 10                                            | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales ,diámetros, longitudes y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas. | 50                  | SI                       |

Abgared

22/11/20

ANEXO I

| AGU<br>PACIO<br>N                            | LOT<br>E | Clasificación<br>Universal     | Nombre                                                                  | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EMPRESA                     | REFERENCIA         | CIP          | Calidad del<br>material de<br>15 PUNTOS | Facilidad de<br>instalación<br>15 PUNTOS | Seguridad<br>de los<br>resultados 0-<br>10 PUNTOS | Eficacia en<br>el resultado<br>0-10<br>PUNTOS | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL<br>PUNTAJE<br>N | PASA<br>UMBRAL<br>MINIMO |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 3                                            | 14       | SU.PC.SANI.04.15.<br>20.400005 | CANULA ELECTRODO DE<br>RADIOFRECUENCIA CON<br>CONTROL DE<br>TEMPERATURA | Canulas desechables sin estilete interior, para ser usadas con electrodos<br>Incorporados de punta activa para procedimientos en área cervical, lumbar, torácica,<br>trigémino y sacro ilíaca. RF continua con control de temperatura. Radiopico. Para<br>usar con placa alfiler.<br>Con recubrimiento. Longitud de la canula electrodos:10 cm. Punta activa del<br>electrodo:10 mm.Grosor de la canula electrodos:18 gauges.Tipo de punta:Recta.<br>Material:Acero y recubrimiento de poliestire. Envasa unitario estéril.<br>Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo, el método de<br>esterilización utilizado, las fechas de esterilizado y caducidad, el número de lote,<br>la referencia comercial.                                                                       | PRIMA S.A                   | DHC-<br>018/100/10 | 10008239500  | 15                                      | 15                                       | 10                                                | 10                                            | OFERTA UNICA.Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>,diámetros, longitud y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad,facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                    | SI                       |
| 3                                            | 15       | SU.PC.SANI.04.15.<br>20.400005 | CANULA ELECTRODO DE<br>RADIOFRECUENCIA CON<br>CONTROL DE<br>TEMPERATURA | Canulas desechables sin estilete interior, para ser usadas con electrodos<br>Incorporados de punta activa para procedimientos en área cervical, lumbar, torácica,<br>trigémino y sacro ilíaca. RF continua con control de temperatura. Radiopico. Para<br>usar con placa alfiler.<br>Con recubrimiento. Longitud de la canula electrodos:10 cm. Punta activa del<br>electrodo:10 mm.Grosor de la canula electrodos:22 gauges.Tipo de punta:Recta.<br>Material:Acero y recubrimiento de poliestire. Envasa unitario estéril.<br>Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo, el método de<br>esterilización utilizado, las fechas de esterilizado y caducidad, el número de lote,<br>la referencia comercial.                                                                       | PRIMA S.A                   | DHC-<br>022/100/10 | 100081765512 | 15                                      | 15                                       | 10                                                | 10                                            | OFERTA UNICA.Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>,diámetros, longitud y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad,facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                    | SI                       |
| 3                                            | 16       | SU.PC.SANI.04.15.<br>20.400005 | CANULA ELECTRODO DE<br>RADIOFRECUENCIA CON<br>CONTROL DE<br>TEMPERATURA | Canulas desechables sin estilete interior, para ser usadas con electrodos<br>Incorporados de punta activa para procedimientos en área cervical, lumbar, torácica,<br>trigémino y sacro ilíaca. RF continua con control de temperatura. Radiopico. Para<br>usar con placa alfiler.<br>Con recubrimiento. Longitud de la canula electrodos:10 cm.Punta activa del<br>electrodo:5 mm.Grosor de la canula electrodos: 22 gauges.Tipo de punta:Recta-<br>Material:Acero y recubrimiento de poliestire. Envasa unitario estéril.<br>Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo, el método de<br>esterilización utilizado, las fechas de esterilizado y caducidad, el número de lote,<br>la referencia comercial.                                                                        | PRIMA S.A                   | DHC-<br>022/100/5  | 100079960782 | 15                                      | 15                                       | 10                                                | 10                                            | OFERTA UNICA.Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>,diámetros, longitud y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad,facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                    | SI                       |
| 3                                            | 17       | SU.PC.SANI.04.15.<br>20.400005 | CANULA ELECTRODO DE<br>RADIOFRECUENCIA CON<br>CONTROL DE<br>TEMPERATURA | Canulas desechables sin estilete interior, para ser usadas con electrodos<br>Incorporados de punta activa para procedimientos en área cervical, lumbar, torácica,<br>trigémino y sacro ilíaca. RF continua con control de temperatura. Radiopico. Para<br>usar con placa alfiler.<br>Con recubrimiento. Longitud de la canula electrodos:6 cm. Punta activa del<br>electrodo:5 mm.Grosor de la canula electrodos:22 gauges.Tipo de punta:Recta.<br>Material:Acero y recubrimiento de poliestire. Envasa unitario estéril.<br>Etiquetado en el que figure: la denominación del artículo, el método de<br>esterilización utilizado, las fechas de esterilizado y caducidad, el número de lote,<br>la referencia comercial.                                                                         | PRIMA S.A                   | DHC-022/60/5       | 100099401956 | 15                                      | 15                                       | 10                                                | 10                                            | OFERTA UNICA.Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>,diámetros, longitud y envasado de la canula muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad,facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                    | SI                       |
| 3                                            | 18       | SU.PC.SANI.04.11.<br>08.200010 | PARCHES DISPERSION P/<br>RADIOFRECUENCIA                                | PARCHES DISPERSION P/ RADIOFRECUENCIA,electrodo de referencia, placa paciente<br>(lumbal, cervical o trigémino). Varios materiales. Es compatible DHOS.<br>N de placa 1, Control de 1 x,1. Largo 150 mm, Ancho 120 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRIMA S.A                   | D7506              | 100079960489 | 15                                      | 15                                       | 10                                                | 10                                            | OFERTA UNICA.Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales<br>,longitudes y envasado del parche dispositivo muy adecuados, que mejoran la<br>programación, con muy buena compatibilidad con el generador de radiofrecuencia. Por<br>lo que la calidad,facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy adecuadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50                    | SI                       |
| SISTEMA DE INYECCIÓN IMPLANTABLE PROGRAMABLE |          |                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                    |              |                                         |                                          |                                                   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |
| 4                                            | 19       | SU.PC.SANI.04.05.<br>03.000001 | BOMBA INYECCION<br>PROGRAMABLE 20ML                                     | Compatibilidad con resonancia magnética 1.5 y 3 TESLAS. Este dispositivo permite el<br>modo telemático (modo de par de la inyección) para asegurar la reanestesia de la<br>terapia después de una RM bajo cualquier circunstancia sin necesidad de<br>control sistema de inyección actualizable, por lo que cualquier mejora o funcionalidad<br>extra desarrollada a futuro, va a poder implementarse en los dispositivos ya<br>implantados mediante un sencillo procedimiento con el programador del<br>médico. Programación de distintos modos de inyección.<br>Modo flexible: la bomba puede administrar distintos flujos de inyección programables<br>en cada momento del día de forma automática. Se pueden programar hasta 13<br>temos en 24 horas de distintas direcciones.               | MEDTRONIC<br>BIOTRONIC, S.A | 8667-20            | 10016459213  | 15                                      | 15                                       | 10                                                | 10                                            | OFERTA UNICA.Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con muy buena<br>calidad de material y facilidad de programación, con muy buena compatibilidad con<br>resonancia magnética. Este dispositivo asegura la reanestesia de la terapia después de<br>una RM bajo cualquier circunstancia sin necesidad de control sistema de inyección<br>actualizable, por lo que va a poder implementarse en los dispositivos ya<br>implantados. Programación de distintos modos de inyección.Modo flexible e inyección<br>activada por el paciente, además ofrece la posibilidad de programar la administración<br>de bolos con el programador del médico. Por lo que la calidad,facilidad, seguridad y<br>eficacia se consideran muy adecuadas. | 50                    | SI                       |
| 4                                            | 20       | SU.PC.SANI.04.05.<br>03.000001 | BOMBA INYECCION<br>PROGRAMABLE 20ML                                     | Inyección activada por el paciente: la bomba tiene posibilidad de asociar un mando de<br>paciente que le permite administrar dosis adicionales de medicación estrictamente<br>controladas por su médico. Programación de bolos, ofrece la posibilidad de programar<br>la administración de bolos con el programador de bolos, ofrece la posibilidad de programar<br>bolos puros (El sistema es capaz de manejar hasta 4 fármacos simultáneamente.<br>Incorpora además un flujo de programación adicional, más sencillo y rápido para<br>facilitar a los equipos usuarios el manejo de la terapia. Además, incorpora campos<br>rellenables para almacenar datos del implante, como la altura de la punta del catéter<br>y la orientación de la bomba, para facilitar el manejo de complicaciones. | MEDTRONIC<br>BIOTRONIC, S.A | 8667-40            | 100164548809 | 15                                      | 15                                       | 10                                                | 10                                            | OFERTA UNICA.Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con muy buena<br>calidad de material y facilidad de programación, con muy buena compatibilidad con<br>resonancia magnética. Este dispositivo asegura la reanestesia de la terapia después de<br>una RM bajo cualquier circunstancia sin necesidad de control sistema de inyección<br>actualizable, por lo que va a poder implementarse en los dispositivos ya<br>implantados. Programación de distintos modos de inyección.Modo flexible e inyección<br>activada por el paciente, además ofrece la posibilidad de programar la administración<br>de bolos con el programador del médico. Por lo que la calidad,facilidad, seguridad y<br>eficacia se consideran muy adecuadas. | 50                    | SI                       |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ANEXO I

| AGRU<br>PACIO<br>N | LOT<br>E | Clasificación<br>Universal    | Nombre                                     | CARACTERÍSTICAS                                                                                    | EMPRESA                    | REFERENCIA | CIP                         | Calidad del<br>material<br>15 PUNTOS | Facilidad de<br>instalación de<br>15 PUNTOS | Seguridad<br>de<br>resultados 0-<br>10 PUNTOS | Eficacia en<br>el resultado<br>0-10<br>PUNTOS | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL<br>PUNTUACIO<br>N | PASA<br>UMBRAL<br>MINIMO |
|--------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 4                  | 21       | SUPC-SAMI DA 05,<br>03.300000 | CATERETES ESPINALES-<br>Equipos compatible | CATERETES ESPINALES- Compatible con Neuroestimulador adquirido Varis<br>longitudes                 | MEDTRONIC-<br>IBERICA, S.A | 8780, 8781 | 10003873449,<br>10003875750 | 15                                   | 15                                          | 10                                            | 10                                            | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales y<br>longitudes, muy adecuados, que facilitan su programación, con muy buena<br>compatibilidad con los sistemas de infusión implantables y<br>programables. Por lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy<br>adecuadas. | 50                      | SI                       |
| 4                  | 22       | SUPC-SAMI DA 05,<br>03.100000 | PROGRAMADOR P/<br>TELEMETRIA DE BOMBA      | PROGRAMADOR PACIENTE COMPATIBLE CON BOMBA DE INFUSION compatible con<br>Neuroestimulador adquirido | MEDTRONIC-<br>IBERICA, S.A | TH90102    | 100132049037                | 15                                   | 15                                          | 10                                            | 10                                            | OFERTA ÚNICA. Cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta<br>mejoras significativas respecto a los parámetros objeto de valoración, con materiales y<br>longitudes, muy adecuados, que facilitan su programación, con muy buena<br>compatibilidad con los sistemas de infusión implantables y<br>programables. Por lo que la calidad, facilidad, seguridad y eficacia se consideran muy<br>adecuadas. | 50                      | SI                       |

*Almudena*

*[Signature]*

*[Signature]*

| AGRUPACION | LOTE | Clasificación Universal     | Nombre                                     | EMPRESA                | REFERENCIA        | CIP                        | PRECIO IVA EXC. | PRECIO IVA INC. | IVA (%) | TOTAL PUNTUACION | PASA UMBRAL MINIMO | PRECIO UNITARIO OFERTADO IVA EXCLUIDO | PRECIO UNITARIO OFERTADO IVA INCLUIDO | PUNTUACIÓN OFERTA ECONOMICA | TOTAL PUNTUACIÓN | PROPUESTA ADJUDICACIÓN |
|------------|------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| 1          | 1    | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00001 | CANULA DE RADIOFRECUENCIA                  | CARDIVA 2, S.L.        | CR-10             | 100022421781               | 28,863471 €     | 34,9248         | 21%     | 50               | SI                 | 27,767600 €                           | 33,598796 €                           | 50                          | 100              | CARDIVA 2, S.L.        |
| 1          | 2    | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00003 | CANULA INTRODUCTORA CATETER ELECTROTERMICO | CARDIVA 2, S.L.        | RCE-C916S         | 100086901490               | 25,000000 €     | 30,2500         | 21%     | 50               | SI                 | 24,000000 €                           | 29,040000 €                           | 50                          | 100              | CARDIVA 2, S.L.        |
| 1          | 3    | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00002 | CATETER ELECTROTERMICO                     | CARDIVA 2, S.L.        | RCE-E401519       | 100086901399               | 272,000000 €    | 329,1200        | 21%     | 50               | SI                 | 271,000000 €                          | 327,910000 €                          | 50                          | 100              | CARDIVA 2, S.L.        |
| 1          | 4    | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00005 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON    | CARDIVA 2, S.L.        | CU-101022         | 100096791984               | 66,000000 €     | 79,8600         | 21%     | 50               | SI                 | 65,000000 €                           | 78,650000 €                           | 50                          | 100              | CARDIVA 2, S.L.        |
| 1          | 5    | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00005 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON    | CARDIVA 2, S.L.        | CU-61022U         | 100098691673               | 66,000000 €     | 79,8600         | 21%     | 50               | SI                 | 64,550000 €                           | 78,105500 €                           | 50                          | 100              | CARDIVA 2, S.L.        |
| 1          | 6    | SU.PC.SANI.01.11.06.2 00010 | PARCHE DISPERSIÓN P/ RADIOFRECUENCIA       | CARDIVA 2, S.L.        | DGP-PM2           | 100130442904               | 31,630000 €     | 38,2723         | 21%     | 50               | SI                 | 31,000000 €                           | 37,510000 €                           | 50                          | 100              | CARDIVA 2, S.L.        |
| 2          | 7    | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00001 | CANULA DE RADIOFRECUENCIA                  | MEDICAL 10, S.L        | 654102            | 100165551930               | 27,000000 €     | 32,6700         | 21%     | 50               | SI                 | 27,000000 €                           | 32,670000 €                           | 50                          | 100              | MEDICAL 10, S.L        |
| 2          | 8    | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00005 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON    | MEDICAL 10, S.L        | 627107            | 100165550122               | 73,000000 €     | 88,3300         | 21%     | 50               | SI                 | 73,000000 €                           | 88,330000 €                           | 50                          | 100              | MEDICAL 10, S.L        |
| 2          | 9    | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00005 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON    | MEDICAL 10, S.L        | 627124            | 100165549313               | 63,000000 €     | 76,2300         | 21%     | 50               | SI                 | 63,000000 €                           | 76,230000 €                           | 50                          | 100              | MEDICAL 10, S.L        |
| 2          | 10   | SU.PC.SANI.01.11.06.2 00010 | PARCHE DISPERSIÓN P/ RADIOFRECUENCIA-      | MEDICAL 10, S.L        | F7805             | 100169800555               | 28,000000 €     | 33,8800         | 21%     | 50               | SI                 | 28,000000 €                           | 33,880000 €                           | 50                          | 100              | MEDICAL 10, S.L        |
| 3          | 11   | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00001 | CANULA DE RADIOFRECUENCIA                  | PRIM S.A               | DXE-022/100/5     | 100081765310               | 26,840000 €     | 32,4764         | 21%     | 50               | SI                 | 26,840000 €                           | 32,480000 €                           | 50                          | 100              | PRIM S.A               |
| 3          | 12   | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00001 | CANULA DE RADIOFRECUENCIA                  | PRIM S.A               | DXE-023/60/5      | 100082239702               | 26,840000 €     | 32,4764         | 21%     | 50               | SI                 | 26,840000 €                           | 32,480000 €                           | 50                          | 100              | PRIM S.A               |
| 3          | 13   | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00005 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON    | PRIM S.A               | DHC-018/100/10-SC | 100082249400               | 75,000000 €     | 90,7500         | 21%     | 50               | SI                 | 75,000000 €                           | 90,750000 €                           | 50                          | 100              | PRIM S.A               |
| 3          | 14   | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00005 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON    | PRIM S.A               | DHC-018/100/10    | 100082239500               | 66,000000 €     | 79,8600         | 21%     | 50               | SI                 | 66,000000 €                           | 79,860000 €                           | 50                          | 100              | PRIM S.A               |
| 3          | 15   | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00005 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON    | PRIM S.A               | DHC-022/100/10    | 100081765512               | 66,000000 €     | 79,8600         | 21%     | 50               | SI                 | 66,000000 €                           | 79,860000 €                           | 50                          | 100              | PRIM S.A               |
| 3          | 16   | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00005 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON    | PRIM S.A               | DHC-022/100/5     | 100079060782               | 66,000000 €     | 79,8600         | 21%     | 50               | SI                 | 66,000000 €                           | 79,860000 €                           | 50                          | 100              | PRIM S.A               |
| 3          | 17   | SU.PC.SANI.01.15.20.4 00005 | CANULA ELECTRODO DE RADIOFRECUENCIA CON    | PRIM S.A               | DHC-022/60/5      | 100099491856               | 66,000000 €     | 79,8600         | 21%     | 50               | SI                 | 66,000000 €                           | 79,860000 €                           | 50                          | 100              | PRIM S.A               |
| 3          | 18   | SU.PC.SANI.01.11.06.2 00010 | PARCHE DISPERSIÓN P/ RADIOFRECUENCIA       | PRIM S.A               | D7506             | 100079060489               | 26,900000 €     | 32,5490         | 21%     | 50               | SI                 | 26,900000 €                           | 32,550000 €                           | 50                          | 100              | PRIM S.A               |
| 4          | 19   | SU.PC.SANI.04.05.03.0 00001 | BOMBA INFUSION PROGRAMABLE 20ML            | MEDTRONIC IBERICA, S.A | 8667-20           | 100164569213               | 9.000,909091 €  | 9.901,0000      | 10%     | 50               | SI                 | 9.000,000000 €                        | 9.900,000000 €                        | 50                          | 100              | MEDTRONIC IBERICA, S.A |
| 4          | 20   | SU.PC.SANI.04.05.03.0 00001 | BOMBA INFUSION PROGRAMABLE 40ML            | MEDTRONIC IBERICA, S.A | 8667-40           | 100164568809               | 9.000,909091 €  | 9.901,0000      | 10%     | 50               | SI                 | 9.000,000000 €                        | 9.900,000000 €                        | 50                          | 100              | MEDTRONIC IBERICA, S.A |
| 4          | 21   | SU.PC.SANI.04.05.03.3 00000 | CATETERES ESPINALES-Equipo compatible      | MEDTRONIC IBERICA, S.A | 8780, 8781        | 100028774449, 100028767670 | 730             | 803             | 10%     | 50               | SI                 | 729,95                                | 802,945                               | 50                          | 100              | MEDTRONIC IBERICA, S.A |
| 4          | 22   | SU.PC.SANI.04.05.03.1 00000 | PROGRAMADOR P/ TELEMETRÍA DE BOMBA         | MEDTRONIC IBERICA, S.A | TH90T02           | 100132049037               | 1.000,000000 €  | 1.100,0000      | 10%     | 50               | SI                 | 999,950000 €                          | 1.099,945000 €                        | 50                          | 100              | MEDTRONIC IBERICA, S.A |