A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE 538/2025, PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE ACUERDO MARCO NÚM. PAAM 16/25

En Córdoba, siendo las nueve horas y veinticinco minutos del día 6 de marzo de 2026, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a elevar al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación del Procedimiento Abierto 538/2025, convocado para la contratación mediante acuerdo marco del SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 16/25).

PRESIDENTA

Dª. M.ª. Luisa García Alijo
Directora Económico Administrativa y de la C.P.C.C.

VOCALES

D. Javier Ignacio Corral Martín
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

Dª. Guadalupe Aguilera Ortiz
Interventora Provincial

D. Gregorio Jurado Cáliz
Jefe de Servicio de Contratación Administrativa

SECRETARIA

Dª Inmaculada Gómez Crespo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 27 de febrero de 2026.

A continuación, a la vista de las personas licitadoras que participan en este procedimiento, la Secretaria de la Mesa procede a preguntar expresamente si algún miembro de la misma, se encuentra en alguna situación susceptible de generar un conflicto de intereses, dejando constancia en acta que cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	15/06/2026	
	INMACULADA GOMEZ CRESPO TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA		
VERIFICACIÓN	BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55	PÁG. 1/31	

de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Seguidamente, la Mesa de Contratación procede a determinar la mejor oferta en base a la mejor relación calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 14 del Cuadro Resumen del citado Pliego.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las empresas licitadoras que han obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, **según ANEXO adjunto** a la presente acta.

Por unanimidad, los miembros de la Mesa acuerdan elevar al Órgano de Contratación el acta y la propuesta de adjudicación.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Es copia auténtica de documento electrónico

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	MARIA LUISA GARCIA ALIJO	15/06/2026	
	INMACULADA GOMEZ CRESPO TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA		
VERIFICACIÓN	BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55	PÁG. 2/31	

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

CPC: Córdoba

OBJETO DEL CONTRATO:

ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 16/25)

Nº de EXPEDIENTE: 538/2025

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
1	1	SU.PC.SANI.01.03.02.100003		21 %	252,829500	180	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC 0912-20	100013622409	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	242,47										
1	2	SU.PC.SANI.01.03.02.100003		21 %	265,534500	80	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC 0914-20MR	100012491778	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	254,64										
1	3	SU.PC.SANI.01.03.02.600000	B73091	21 %	87,664500	30	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC ILS 0914-20	100014474708	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	84,07										
1							HOLOGIC IBERIA SL				22,5		69.382,01	66.537,90	4,10%	45,00%	-	NO	11,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	33,50
2	4	SU.PC.SANI.01.03.02.100003		21 %	265,534500	1100	HOLOGIC IBERIA SL	BREVDISP09	100165092893	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	265,53										
2	5	SU.PC.SANI.01.03.02.400002	D98959	21 %	2,541000	1040	HOLOGIC IBERIA SL	EVIVA NG09 L	100088240012	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	2,541										
2	6	SU.PC.SANI.01.07.06.700000	B48116	21 %	1,270500	1280	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC CANISTER	100013279333	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	1,27										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
2							HOLOGIC IBERIA SL				22,5		296.356,83	296.351,24	0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
3	7	SU.PC.SANI.01.03.04.200005	B39912	21 %	137,912775	40				SIN OFERTAS												
3	8	SU.PC.SANI.01.03.04.200005	D98891	21 %	168,369201	40				SIN OFERTAS												
3	9	SU.PC.SANI.01.03.04.200005	E48250	21 %	137,912775	30				SIN OFERTAS												
3																						
4	10	SU.PC.SANI.01.03.06.400003	B39190	21 %	0,326519	589500																
4	11	SU.PC.SANI.01.03.06.400003	B41735	21 %	0,326519	82540																
4										DESISTIMIENTO DEL ORGANO DE CONTRATACION												
5	12	SU.PC.SANI.01.03.19.100005	D46890	21 %	800,415000	14	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	IAB-S840C	100000147690	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado diámetro 7,5 FR y la oferta presentada es de 8 FR.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
5	13	SU.PC.SANI.01.03.19.100005	D64390	21 %	990,990000	4	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	IAB-05830-LWS	100006567537	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado diámetro 7,5 FR y la oferta presentada es de 8 FR.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
5	14	SU.PC.SANI.01.03.19.100005	E00129	21 %	990,990000	8	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	IAB-05840-LWS	100006567436	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado diámetro 7,5 FR y la oferta presentada es de 8 FR.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
5																						
	15	SU.PC.SANI.01.03.06.100007	B39188	21 %	2,210670	2000	VYGON, S.A.U.	21408	100006595914	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	2,178			1,48%	45,00%	-	NO	3,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	26,00
	16	SU.PC.SANI.01.03.15.200009		21 %	14,636160	236	VYGON, S.A.U.	127003	100006617946	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	14,6280			0,06%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	17	SU.PC.SANI.01.03.15.200009		21 %	22,462440	200	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ACCDLC0425KU	100166205249	Oferta apta, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. Se ha comprobado que la rigidez del poliuretano provoca cierto efecto memoria al doblar el cateter, lo que puede provocar obstruccion del mismo a la hora de nuestra práctica en fijación externa, dado que se hace un bucle alrededor de la zona umbilical.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	17	SU.PC.SANI.01.03.15.200009		21 %	22,462440	200	VYGON, S.A.U.	127004	100006618158	Oferta no cumple prescripciones técnicas es de una luz y se ha solicitado de dos luces.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

15/06/2026

VERIFICACIÓN
BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	18	SU.P.C.SANI.01.03.15.200009		21 %	13,416480	174	VYGON, S.A.U.	127005	100006617744	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	13,406			0,08%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	19	SU.P.C.SANI.01.03.15.200009		21 %	14,983500	16	VYGON, S.A.U.	127002	100006618057	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	14,9798			0,02%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	20	SU.P.C.SANI.01.03.02.510000		21 %	782,450130	20	Import and Export Medical and endovascular Producst SL	TL-18C	100111252562	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	804,35		Excluido por superar precio de licitación								
	20	SU.P.C.SANI.01.03.02.510000		21 %	782,450130	20	Palex Medical S.A.	TL-18C	100111252562	Oferta buena, cumple caracteristicas técnicas solicitadas considerandose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	625,570000			20,05%	55,00%	469,47	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	21	SU.P.C.SANI.01.03.02.600000		21 %	19,057500	300	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	PP1710	100134983366	oferta no cumple prescripciones técnicas hemos solicitado 138 mm de longitud y la oferta presentada es de 100 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	22	SU.P.C.SANI.01.03.02.600000		21 %	19,057500	100	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	PP176	100134983669	oferta no cumple prescripciones técnicas hemos solicitado 78 mm de longitud y la oferta presentada es de 60 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	23	SU.P.C.SANI.01.03.03.000007	B48091	21 %	74,959500	218	Palex Medical S.A.	NSC15/22	100167919958	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	62,920000			16,06%	55,00%	44,98	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	24	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E90260	21 %	11,434500	500	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892515-01	100100583493	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	11,374000			0,53%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	24	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E90260	21 %	11,434500	500	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-76	100090961703	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	24	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E90260	21 %	11,434500	500	VYGON, S.A.U.	6194153	100090110819	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	25	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E83500	21%	11,434500	796	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892510-01	100100572785	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	11,374000			0,53%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	25	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E83500	21%	11,434500	796	GRIFOLS MOVACO, S.A	001187-72	100127163579	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											
	25	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E83500	21%	11,434500	796	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-72	100090961501	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											
	25	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E83500	21%	11,434500	796	VYGON, S.A.U.	AEQMV20120	100163425965	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											
	26	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E90261	21%	11,434500	50	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892503-01	100100583099	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	11,374000			0,53%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	26	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E90261	21%	11,434500	50	VYGON, S.A.U.	6194353	100090110617	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado de 22 G y la oferta presentada es de 23G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											
	27	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E72041	21%	10,036950	410	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892505-01	100100572583	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	9,982500			0,54%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	27	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E72041	21%	10,036950	410	GRIFOLS MOVACO, S.A	001187-70	100127146800	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											
	27	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E72041	21%	10,036950	410	GRIFOLS MOVACO, S.A	001187-74	100127163670	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											
	27	SU.PC.SANI.01.03.05.000001	E72041	21%	10,036950	410	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-70	100090929789	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	27	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E72041	21%	10,036950	410	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-74	100090930093	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	27	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E72041	21%	10,036950	410	VYGON, S.A.U.	AEYMV22050	100159076128	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	28	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E72042	21%	10,706850	280	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892508-01	100100583291	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	10,587500			1,11%	45,00%	-	NO	3,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	26,00
	28	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E72042	21%	10,706850	280	GRIFOLS MOVACO, S.A	001187-71	100127145597	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	28	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E72042	21%	10,706850	280	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-71	100090929981	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	28	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E72042	21%	10,706850	280	VYGON, S.A.U.	AEYMV22080	100157056720	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	29	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E72040	21%	12,196800	240	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892608-01	100106212553	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado longitud de la aguja (80-130], y la oferta presentada es de 80 por lo que no cumple.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	29	SU.P.C.SANI.01.03.05.000001	E72040	21%	12,196800	240	VYGON, S.A.U.	6194103	100090110415	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	30	SU.P.C.SANI.01.03.05.000002	F39061	21%	9,070950	460	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892610-01	100106222655	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado de 21 G y la oferta presentada es de 20G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	30	SU.P.C.SANI.01.03.05.000002	F39061	21%	9,070950	460	VYGON, S.A.U.	AEYMNV21100	100162703376	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN
BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	31	SU.PC.SANI.01.03.05.000002	F19177	21 %	9,070950	200	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892605-01	100106222554	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	12,705000			Excluido por superar precio de licitación							
	31	SU.PC.SANI.01.03.05.000002	F19177	21 %	9,070950	200	VYGON, S.A.U.	AEYMNV22050	100162703477	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	32	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F24710	21 %	14,479500	960	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ACAL0416KS	100163327975	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado longitud entre 20 y 30 cm y la oferta presentada es de 16 cm. Además el catéter es de PEBAX y no polietileno como se ha solicitado.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	32	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F24710	21 %	14,479500	960	VYGON, S.A.U.	11512	100000055267	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado longitud entre 20 y 30 cm y la oferta presentada es de 18 cm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	33	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F88574	21 %	22,411620	280	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	SAC-00522-PBX	100127437647	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el catéter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBA.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	33	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F88574	21 %	22,411620	280	VYGON, S.A.U.	121204	100000162541	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	22,3850			0,12%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	34	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F78028	21 %	14,115255	80	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ACAL0305KS	100163315853	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el catéter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBAX	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	34	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F78028	21 %	14,115255	80	VYGON, S.A.U.	115094	100021604637	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	14,0965			0,13%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	35	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F88565	21 %	26,705910	320	VYGON, S.A.U.	121206	100091764815	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	26,499			0,77%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	36	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F78027	21 %	12,882870	200	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ACAL0306KS	100163315954	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el catéter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBAX.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	36	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F78027	21 %	12,882870	200	VYGON, S.A.U.	115096	100021604738	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	12,8744			0,07%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	37	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F25235	21 %	26,566155	320	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	SAC-00822-PBX	100127437940	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el catéter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBA.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	37	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F25235	21 %	26,566155	320	VYGON, S.A.U.	121208	100090971704	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	26,5716			Excluido por superar precio de licitación							
	38	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F24661	21 %	11,056500	7780	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ACAL0308KS	100163316166	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el catéter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBAX.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	38	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F24661	21 %	11,056500	7780	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	SAC-00820-PBX	100127438657	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el catéter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBA.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	38	SU.PC.SANI.01.03.15.000010	F24661	21 %	11,056500	7780	VYGON, S.A.U.	115090	100000061925	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	11,0473			0,08%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	39	SU.PC.SANI.01.03.16.105000	B38102	21 %	132,132000	440	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	131F7P	100100031620	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	131,89			0,18%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	39	SU.PC.SANI.01.03.16.105000	B38102	21 %	132,132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2702NXF	100163712964	Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	39	SU.PC.SANI.01.03.16.105000	B38102	21 %	132,132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2703NF	100163713075	Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	39	SU.PC.SANI.01.03.16.105000	B38102	21 %	132,132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2704NCXF	100163712065	Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	39	SU.PC.SANI.01.03.16.105000	B38102	21 %	132,132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2704NDF	100163712166	Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	39	SU.PC.SANI.01.03.16.105000	B38102	21 %	132,132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2704NXF	100163712267	Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	40	SU.PC.SANI.01.03.10.100005	B38095	21 %	3,494891	9478	BECTON DICKINSON S.A.U.	383328	100077869457	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado con posibilidad de retirar la pinza de clampaje y la oferta presenta no se puede retirar.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	40	SU.P.C.SANI.01.03.10.100005	B38095	21 %	3,494891	9478	Palex Medical S.A.	11925	100137451598	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	2,620860			25,01%	55,00%	2,10	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	41	SU.P.C.SANI.01.03.10.500003	F64399	21 %	52,814685	1460	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ACMLSLC0425K	100168535274	Oferta no cumple. La muestra presentada es la referencia ACMLSLC0420K, aun así se ha comprobado que ninguna de las dos referencias es de alto flujo, es decir no alcanzan los estándares de limites de presión para administrar contrastes yodados en pruebas de imagen.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	41	SU.P.C.SANI.01.03.10.500003	F64399	21 %	52,814685	1460	VYGON, S.A.U.	12814252	100137584339	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	52,8044			0,02%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	42	SU.P.C.SANI.01.03.10.500007		21 %	47,326125	80	VYGON, S.A.U.	12813102	100136533121	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	47,3231			0,01%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	43	SU.P.C.SANI.01.03.10.500007	F95892	21 %	42,729750	80	VYGON, S.A.U.	12813122	100136523221	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	42,7231			0,02%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	44	SU.P.C.SANI.01.03.10.500007	F91553	21 %	42,793275	40	VYGON, S.A.U.	1281320	100129963056	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	42,7856			0,02%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	45	SU.P.C.SANI.01.03.11.000000	G09622	21 %	66,358215	20	VYGON, S.A.U.	126120	100000055166	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	66,3564			0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	46	SU.P.C.SANI.01.03.11.100013	F30356	21 %	90,205500	20	VYGON, S.A.U.	1252235	100121623125	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	90,1934			0,01%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

15/06/2026

PÁG. 10/31

FIRMADO POR

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	47	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	F35536	21 %	120,697500	260	Medline International Iberia S.L.U.	KP-CTSL-0555-KOD	100168566681	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado de 4 Fr y la oferta presentada es de 5Fr.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	47	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	F35536	21 %	120,697500	260	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	PR-45541-BAS	100167995815	No han presentado muestra por lo que no se valora al ser un requisito obligatorio como se indica en el PCAP	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	47	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	F35536	21 %	120,697500	260	VYGON, S.A.U.	839414	100088919574	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	108,7790			9,87%	45,00%	-	NO	23,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	46,00
	48	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	E96979	21 %	80,850000	580	BECTON DICKINSON S.A.U.	6174118	100103581274	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	108,900000			Excluido por superar precio de licitación							
	48	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	E96979	21 %	80,850000	580	Medline International Iberia S.L.U.	KP-CTSL-0455-KOD	100168566782	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	79,860000			1,22%	45,00%	-	NO	3,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	26,00
	48	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	E96979	21 %	80,850000	580	Palex Medical S.A.	A14-04160-N	100167639920	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	67,993530			15,90%	55,00%	48,60	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	48	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	E96979	21 %	80,850000	580	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-25041-HP	100100453581	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización tiene una pieza para adaptar el catéter en caso de que el catéter quede algunos centímetros fuera, que a veces se precisa para que el sistema de localización con el electrodo intracabitario sea óptimo. En cuanto a seguridad de uso y de resultados el microintroductor tiene muy buena transición desde la a cánula pelable con el dilatador por lo que a veces no se precisa corte con bisturí de la piel, menos riesgo de sangrado. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	45	78,650			2,72%	100,00%	56,08	NO	6,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	56,00

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	48	SU.PC.SANI.01.03.11.200009	E96979	21 %	80,850000	580	VYGON, S.A.U.	VHLPM04160N	100159575764	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	72,6			10,20%	45,00%	-	NO	26,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	48,50
	49	SU.PC.SANI.01.03.11.200010	F78438	21 %	13,759515	120	VYGON, S.A.U.	121108	100091129508	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	13,7335			0,19%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	50	SU.PC.SANI.01.03.11.200012	F19667	21 %	132,762001	152				DESIERTO												
	51	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	D62266	21 %	14,547225	568	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC2726	100125422896	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado diámetro externo de 7.5 F. y la oferta presentada es de 7 F.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											
	51	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	D62266	21 %	14,547225	568	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CV-17702	100000090211	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado diámetro externo de 7.5 F. y la oferta presentada es de 7 F.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											
	52	SU.PC.SANI.01.03.11.300021	C44615	21 %	17,774295	60	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-27702-E	100006684519	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	17,642			0,74%	55,00%	10,66	NO	0,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	27,50
	53	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	D41268	21 %	44,467500	100	VYGON, S.A.U.	157204	100091911305	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	44,40			0,15%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	54	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	D92028	21 %	40,529999	40	VYGON, S.A.U.	157154	100000059904	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	40,5229			0,02%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	55	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	C24199	21 %	36,277500	460	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC272960	100137621717	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados y seguridad de uso a la hora de la inserción del catéter el progreso de la guía y posterior catéter es mas dificultoso que la referencia de Teleflex que en ocasiones se requiere abrir otro set, por lo que se ve comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	55	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	C24199	21 %	36,277500	460	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-17752	100000077683	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	34,606			4,61%	55,00%	21,77	NO	11,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	38,50
	56	SU.PC.SANI.01.03.11.300020	F58270	21 %	63,525000	60	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	IB-01652	100096120018	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	63,501			0,04%	55,00%	38,12	NO	0,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	27,50
	57	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E58228	21 %	133,402500	220	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	PR-45552-BAS	100167995815	Oferta no cumple prescripciones técnicas porque según ficha técnica es de 5,5 Fr. y se ha solicitado de 5 Fr.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	57	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E58228	21 %	133,402500	220	VYGON, S.A.U.	839425	100075939462	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	133,1			0,23%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	58	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E73808	21 %	88,357500	830	BECTON DICKINSON S.A.U.	6275118	100013617751	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	114,400000			Excluido por superar precio de licitación							
	58	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E73808	21 %	88,357500	830	Medline International Iberia S.L.U.	KP-CTDL-0555-KOD	100168566984	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	88,088000			0,31%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	58	SU.PC.SANI.01.03.11.300023	E73808	21 %	88,357500	830	Palex Medical S.A.	A14-05260-N	100167641143	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	74,395640			15,80%	55,00%	52,84	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	58	SU.P.C.SANI.01.03.11.300023	E73808	21 %	88,357500	830	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-25052-HP	100100454894	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización tiene una pieza para adaptar el catéter en caso de que el catéter quede algunos centímetros fuera, que a veces se precisa para que el sistema de localización con el electrodo intracabitario sea óptimo. En cuanto a seguridad de uso y de resultados el microintroductor tiene muy buena transición desde la a cánula pelable con el dilatador por lo que a veces no se precisa corte con bisturí de la piel, menos riesgo de sangrado. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	45	86,900			1,65%	100,00%	60,97	NO	3,50	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	53,50
	58	SU.P.C.SANI.01.03.11.300023	E73808	21 %	88,357500	830	VYGON, S.A.U.	VHLPM05260N	100159099251	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	75,79			14,22%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50
	59	SU.P.C.SANI.01.03.11.300023	F75368	21 %	132,825000	40	BECTON DICKINSON S.A.U.	66274118	100149165915	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	139,700000			Excluido por superar precio de licitación							
	59	SU.P.C.SANI.01.03.11.300023	F75368	21 %	132,825000	40	Palex Medical S.A.	A14-04260-N	100167640638	Oferta no cumple prescripciones técnicas, la muestra presentada indica en las dos luces que son de 18G, cuando hemos pedido una luz de 19 G y otra de 21 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	59	SU.P.C.SANI.01.03.11.300023	F75368	21 %	132,825000	40	VYGON, S.A.U.	VHLPM04260N	100165931877	Oferta no cumple prescripciones técnicas, la muestra presentada indica en las dos luces que son de 18G, cuando hemos pedido una luz de 19 G y otra de 21 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	60	SU.P.C.SANI.01.03.11.300024	E73447	21 %	46,309200	30	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-24402-N	100168541235	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado diámetro externo 5 F, y la oferta presentada es de 4 F. Y las luces indica la muestra de 21G y hemos solicitado una de 18G y otra de 20G	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	60	SU.P.C.SANI.01.03.11.300024	E73447	21 %	46,309200	30	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4167139-07	100122063362	Oferta buena cumple prescripcioens técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados dispone de dispositivo de fijación del cateter lo que supone seguridad al paciente en cuanto a reducir el riesgo de posibles infecciones nosocomiales y arrancamientos accidentales. Ademas aporta un sistema intraauricular lo que facilita el poder comprobar la correcta posición del cateter sin interferencias con la aurícula.El bisel de la aguja es menos traumatico que la oferta de INTERSURGICAL. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	45,980000			0,71%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN
BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	60	SU.PC.SANI.01.03.11.300024	E73447	21 %	46,309200	30	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC2524	100134654747	Oferta apta, cumple prescripciones tñecnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilizacion y seguridad de uso y resultados la aguja de puncion muy traumatica para la poblacion objetivo. La guia no presenta flexibilidad en el manejo . La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijacion es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	61	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	45,877650	100	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4166922-07	100121603527	La muestra presentada es la referencia 4166949-07 y no es la oferta presentada por lo que no se puede valorar	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	61	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	45,877650	100	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC2424	100127113271	Oferta apta, cumple prescripciones tñecnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilizacion y seguridad de uso y resultados la aguja de puncion muy traumatica para la poblacion objetivo. La guia no presenta flexibilidad en el manejo . La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijacion es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	61	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	45,877650	100	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-14402-N	100168541437	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentacion de muestras	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	61	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	45,877650	100	VYGON, S.A.U.	1203122	100089856832	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado lices de 22G y la oferta presentada esde 20G	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	62	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	35,751870	130	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4166949-07	100122063261	Oferta buena cumple prescripcioens técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados dispone de dispositivo de fijación del cateter lo que supone seguridad al paciente en cuanto a reducir el riesgo de posibles infecciones nosocomiales y arrancamientos accidentales. Ademas aporta un sistema intraauricular lo que facilita el poder comprobar la correcta posición del cateter sin interferencias con la auricula.El bisel de la aguja es menos traumatico que la oferta de INTERSURGICAL. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	35,695000			0,16%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	62	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	35,751870	130	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC2428	100138031153	Oferta apta, cumple prescripciones tñecnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilizacion y seguridad de uso y resultados la aguja de puncion muy traumatica para la poblacion objetivo. La guia no presenta flexibilidad en el manejo . La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijacion es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	62	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	35,751870	130	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-16402-N	100168541831	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentacion de muestras	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN
BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	63	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	42,000000	120	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC2421	100130203091	Oferta apta, cumple prescripciones tñecnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilizacion y seguridad de uso y resultados la aguja de puncion muy traumatica para la poblacion objetivo. La guia no presenta flexibilidad en el manejo . La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijacion es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	63	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	42,000000	120	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-12402-N	100168543356	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentacion de muestras	-	EXCLUIDO POR	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS									
	63	SU.PC.SANI.01.03.11.300024		21 %	42,000000	120	VYGON, S.A.U.	1202062	100090649458	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado de 22 G y la oferta presentada es de 20 G	-	EXCLUIDO POR	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS									
	64	SU.PC.SANI.01.03.11.400014	E84073	21 %	14,598045	7424	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC3726	100125423503	Oferta apta, cumple prescripciones tñecnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilizacion y seguridad de uso y resultados la aguja de puncion muy traumatica para la poblacion objetivo. La guia no presenta flexibilidad en el manejo . La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijacion es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	64	SU.PC.SANI.01.03.11.400014	E84073	21 %	14,598045	7424	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC3728	100129664935	Oferta apta, cumple prescripciones tñecnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilizacion y seguridad de uso y resultados la aguja de puncion muy traumatica para la poblacion objetivo. La guia no presenta flexibilidad en el manejo . La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijacion es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	64	SU.PC.SANI.01.03.11.400014	E84073	21 %	14,598045	7424	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-15703-E	100000076774	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	13,903			4,76%	55,00%	8,76	NO	11,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	38,50
	65	SU.PC.SANI.01.03.11.400014		21 %	41,926500	380	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC372960	100137677671	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dilatador no tiene capacidad de termo adaptabilidad lo que puede dificultar el acceso. La guía introductora no esta cubierta de PTFE lo que se deslice peor a través del vaso sanguíneo, y ofrece mayor resistencia a la hora de pasar por el catéter. En cuanto a seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	65	SU.PC.SANI.01.03.11.400014		21 %	41,926500	380	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-18763-E	100006700985	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dilatador tiene mayor capacidad de termo adaptabilidad lo que garantiza la integridad del acceso. La guía introductora esta cubierta de PTFE que hace que se deslice mejor a través del vaso sanguíneo, por lo que ofrece menor resistencia a la hora de pasar por el catéter. En cuanto a seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	40,717			2,88%	55,00%	25,16	NO	6,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	33,50
	66	SU.PC.SANI.01.03.11.400015		21 %	17,774295	460	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-25703-E	100000060814	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	17,545			1,29%	55,00%	10,66	NO	3,50	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	31,00
	67	SU.PC.SANI.01.03.11.400017	F42089	21 %	111,919500	460	Medline International Iberia S.L.U.	KP-CTTL-0655-KOD	100168567095	oferta no cumple, las luces son de 22 G, 22G y 18 G. Y hemos solicitado una [17-18) y las otras dos de 19 G.	-	EXCLUIDO POR	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS									
	67	SU.PC.SANI.01.03.11.400017	F42089	21 %	111,919500	460	Palex Medical S.A.	A14-06360	100167642355	oferta no cumple, las luces son las 3 de 18 G. Y hemos solicitado una [17-18) y las otras dos de 19 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	67	SU.PC.SANI.01.03.11.400017	F42089	21 %	111,919500	460	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-25063-HP	100100462279	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	109,450			2,21%	55,00%	67,15	NO	6,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	33,50
	67	SU.PC.SANI.01.03.11.400017	F42089	21 %	111,919500	460	VYGON, S.A.U.	VHLPM06360N	100167469903	oferta no cumple, las luces son las 3 de 18 G. Y hemos solicitado una [17-18) y las otras dos de 19 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	68	SU.PC.SANI.01.03.11.400017		21 %	111,919500	120	VYGON, S.A.U.	VHLPM06360N	100167469903	oferta no cumple prescripciones técnicas, no indica que tenga características antimicrobianas y además se solicita luces de 19 G, 19 G Y 18G Y la oferta presentada tiene las 3 luces de 18 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	69	SU.PC.SANI.01.03.11.400018		21 %	67,844700	60	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-15403-N	100168544366	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado luces de 22 G y la oferta presentada es de 23 G	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN
BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	69	SU.PC.SANI.01.03.11.400018		21 %	67,844700	60	VYGON, S.A.U.	1233082	100090197281	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado luces de 22 G y la oferta presentada es de 23 G	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	70	SU.PC.SANI.01.03.11.400018	E73748	21 %	36,718500	30	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC3524	100134582811	Oferta apta, cumple prescripciones tñecnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilizacion y seguridad de uso y resultados la aguja de puncion muy traumatica para la poblacion objetivo. La guia no presenta flexibilidad en el manejo . La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijacion es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	70	SU.PC.SANI.01.03.11.400018	E73748	21 %	36,718500	30	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-26553-N	100168545679	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentacion de muestras	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	71	SU.PC.SANI.01.03.11.400018	F55718	21 %	69,000855	20	VYGON, S.A.U.	155520	100099321849	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado 3 luces de 19, 22,22 y la oferta presentada es de 19,21,21	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	72	SU.PC.SANI.01.03.11.400018	E75504	21 %	57,502830	20	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC3428	100145630817	La muestra presentada es la referencia BAFC3424 y no la referencia ofertada en este lote. Por lo que no se puede valorar	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	72	SU.PC.SANI.01.03.11.400018	E75504	21 %	57,502830	20	VYGON, S.A.U.	1233302	100090197382	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	57,475			0,05%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	73	SU.PC.SANI.01.03.11.400018		21 %	33,020295	90	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC3528	100138017010	Oferta apta, cumple prescripciones tñecnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilizacion y seguridad de uso y resultados la aguja de puncion muy traumatica para la poblacion objetivo. La guia no presenta flexibilidad en el manejo . La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijacion es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	73	SU.PC.SANI.01.03.11.400018		21 %	33,020295	90	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	EU-14553-N	100168989855	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentacion de muestras	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	74	SU.PC.SANI.01.03.11.400018	E74618	21 %	63,105735	40	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFC3422	100145559394	La muestra presentada es la referencia BAFC3424 y no la referencia ofertada en este lote. Por lo que no se puede valorar	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	74	SU.PC.SANI.01.03.11.400018	E74618	21 %	63,105735	40	VYGON, S.A.U.	1233082	100090197281	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	63,1015			0,01%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	75	SU.PC.SANI.01.03.11.500002		21 %	20,887020	200	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4167775-07	100121293283	Oferta muy buena cumple prescripcioens técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de fijacion es menos grueso que la oferta de Intersurgical por lo que puede dañar en menor medida la piel. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	45	60,500000		Excluido por superar precio de licitación								
	75	SU.PC.SANI.01.03.11.500002		21 %	20,887020	200	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFV4926	100129826072	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de fijacion es muy grueso lo que puede provocar lesiones en la piel del paciente. La guia tiene el punto J mas cerrado por lo cual a la hora de la colocacion dificulta la tecnica de insercción del cateter. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados	22,5	20,497400			1,87%	45,00%	-	NO	3,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	26,00
	75	SU.PC.SANI.01.03.11.500002		21 %	20,887020	200	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CV-15854	100000117091	Oferta muy buena cumple prescripcioens técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de fijacion es menos grueso que la oferta de Intersurgical por lo que puede dañar en menor medida la piel. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	45	20,824			0,30%	100,00%	15,50	NO	0,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	50,00
	76	SU.PC.SANI.01.03.11.700001	E55477	21 %	4,585350	18400	BECTON DICKINSON S.A.U.	VPPCSPCE	100011490161	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el anclaje se hace fácilmente, tiene además una toallita para preparación de la piel que protege la misma y mejora la adhesión del dispositivo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,448500			24,79%	100,00%	2,79	NO	49,33	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	99,33
	76	SU.PC.SANI.01.03.11.700001	E55477	21 %	4,585350	18400	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	WY816101	100147866690	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización la zona donde se fija el dispositivo tiene escaso superficie de adhesivo lo que hace que su fijación sea menos eficaz. La zona central del dispositivo se elonga mas fácilmente que otros con el movimiento con lo que la fijación se puede ver comprometida. Lo que puede comprometer la seguridad y su rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	76	SU.PC.SANI.01.03.11.700001	E55477	21 %	4,585350	18400	MEDICAL SOREVAN SL	3300MWA	100139013970	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,795			17,24%	90,00%	2,79	NO	45,27	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	90,27

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

15/06/2026

PÁG. 19/31

FIRMADO POR

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	76	SU.PC.SANI.01.03.11.700001	E55477	21%	4,585350	18400	MEDICAL SOREVAN SL	3601CVC	100137324111	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	4,070			11,24%	90,00%	2,79	NO	28,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	73,50
	76	SU.PC.SANI.01.03.11.700001	E55477	21%	4,585350	18400	Medline International Iberia S.L.U.	SV430UDT	100153255736	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización las características del producto dificulta el uso genérico para los catéter arteriales debido al tamaño a la superficie adhesiva que se despega con mayor facilidad. Seguridad de uso y resultados puede despegarse con mayor facilidad, lo que es un riesgo en paciente que tienen mayor movilidad. Y rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	76	SU.PC.SANI.01.03.11.700001	E55477	21%	4,585350	18400	Palex Medical S.A.	MD060170/1DM	100168424950	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,391630			26,03%	100,00%	2,79	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	100,00
	76	SU.PC.SANI.01.03.11.700001	E55477	21%	4,585350	18400	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	3604MCS-TA-1	100115957889	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,652			20,36%	100,00%	2,79	NO	46,95	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	96,95
	76	SU.PC.SANI.01.03.11.700001	E55477	21%	4,585350	18400	VYGON, S.A.U.	580409	100138253892	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,9930			12,92%	90,00%	2,79	NO	31,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	76,00
	77	SU.PC.SANI.01.03.99.400000	F59790	21%	47,542110	40	VYGON, S.A.U.	400130	100133664040	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	47,5409			0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	78	SU.PC.SANI.01.03.99.400000	F27875	21%	47,542110	120	VYGON, S.A.U.	400140	100133664141	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	47,5409			0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO 15/06/2026

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	79	SU.PC.SANI.01.03.99.400000	F50303	21 %	47,554815	100	VYGON, S.A.U.	400110	100133482800	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	47,5409			0,03%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	80	SU.PC.SANI.01.03.04.600001	F21381	21 %	36,844500	940	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	DM8ADMX011S	100145828311	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	42,398400			Excluido por superar precio de licitación							
	81	SU.PC.SANI.01.03.06.200005	B39189	21 %	0,188009	779914	Iberian Care 2016,S.L.	45423	100168594765	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,161172			14,27%	55,00%	0,09	NO	36,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	63,50
	81	SU.PC.SANI.01.03.06.200005	B39189	21 %	0,188009	779914	Sol Millennium España	SMSN21125	100163689527	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,100			46,58%	45,00%	-	NO	50,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,50
	82	SU.PC.SANI.01.03.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	BECTON DICKINSON S.A.U.	305895	100029319757	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300			Excluido por superar precio de licitación							
	82	SU.PC.SANI.01.03.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	Iberian Care 2016,S.L.	SN21G40	100149335730	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,05172			27,31%	55,00%	0,03	NO	44,14	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	71,64
	82	SU.PC.SANI.01.03.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2140	100167770449	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,037752			46,94%	55,00%	0,03	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	82	SU.PC.SANI.01.03.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B021/40	100152426166	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,04840			31,97%	45,00%	-	NO	45,54	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	68,04

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

15/06/2026

PÁG. 21/31

FIRMADO POR

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	82	SU.PC.SANI.01.03.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	OIARSO, S.COOP.	AS2112	100168209685	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,062			12,86%	45,00%	-	NO	31,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	53,50
	82	SU.PC.SANI.01.03.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	SISMED HISPANIA SL	SAN2138R1	100168541932	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,061150			14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50
	82	SU.PC.SANI.01.03.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	Sol Millennium España	SN2105	100163653564	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado longitud (25-50) y la ficha técnica indica 20" que son 508mm por lo que no cumple y la muestra indica 50 cm que tampoco cumple	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	83	SU.PC.SANI.01.03.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	BECTON DICKINSON S.A.U.	305892	100029329253	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300			Excluido por superar precio de licitación							
	83	SU.PC.SANI.01.03.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	Iberian Care 2016,S.L.	SN23G25	100149325830	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,054594			23,27%	55,00%	0,03	NO	42,94	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	70,44
	83	SU.PC.SANI.01.03.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2325	100167770742	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,037752			46,94%	55,00%	0,03	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	83	SU.PC.SANI.01.03.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B023/25	100152426267	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,04840			31,97%	45,00%	-	NO	45,54	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	68,04
	83	SU.PC.SANI.01.03.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	OIARSO, S.COOP.	AS2301	100168209786	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,062			12,86%	45,00%	-	NO	31,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	53,50
	83	SU.PC.SANI.01.03.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	SISMED HISPANIA SL	SAN2325R1	100168542346	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,061150			14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

15/06/2026

FIRMADO POR

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	83	SU.P.C.SANI.01.03.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	Sol Millennium España	SN2210	100163655382	Oferta no cumple prescripciones técnicas, la oferta presentada es de 7 mm de diámetro y se ha solicitado de 6 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	84	SU.P.C.SANI.01.03.00.000012	B43548	21 %	0,071148	18200	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2232	100167770540	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado 30 mm de longitud y tiene 32 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	84	SU.P.C.SANI.01.03.00.000012	B43548	21 %	0,071148	18200	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B022/30	100154166536	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,04840			31,97%	45,00%	-	NO	50,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,50
	84	SU.P.C.SANI.01.03.00.000012	B43548	21 %	0,071148	18200	SISMED HISPANIA SL	SAN2238R1	100168542649	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado 30 mm de longitud y tiene 38 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	85	SU.P.C.SANI.01.03.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	BECTON DICKINSON S.A.U.	305894	100029319555	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300			Excluido por superar precio de licitación						
	85	SU.P.C.SANI.01.03.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2125	100167770348	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,037752			46,94%	55,00%	0,03	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	85	SU.P.C.SANI.01.03.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	Iberian Care 2016,S.L.	SN21G25	100149301393	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,054594			23,27%	55,00%	0,03	NO	42,94	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	70,44
	85	SU.P.C.SANI.01.03.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B021/25	100139134497	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,04840			31,97%	45,00%	-	NO	45,54	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	68,04
	85	SU.P.C.SANI.01.03.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	SISMED HISPANIA SL	SAN2125R1	100168542942	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,061150			14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50
	85	SU.P.C.SANI.01.03.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	Sol Millennium España	SN2110	100163653362	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,038			46,59%	45,00%	-	NO	49,90	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,40

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

15/06/2026

PÁG. 23/31

FIRMADO POR

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN

BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	86	SU.PC.SANI.01.03.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	GARRIC MEDICA, S.L	HWSN2025	100167769337	Oferta apta cumple prescripciones técnicas , pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de una zona adecuada para accionar el cierre de seguridad, además el mismo presenta mucha resistencia y debes emplear las dos manos. Seguridad de uso y resultados se puede ver comprometida por riesgo de punción accidental. Rendimiento y eficacia adecuadas consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	86	SU.PC.SANI.01.03.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	Iberian Care 2016,S.L.	SN20G25	100149300787	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico, el sistema de seguridad tiene un manejo adecuado e intuitivo pudiendo accionarlo con una sola mano. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,05172			27,31%	55,00%	0,03	NO	44,21	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	71,71
	86	SU.PC.SANI.01.03.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B020/25	100139132871	Oferta apta cumple prescripciones técnicas , pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de una zona adecuada para accionar el cierre de seguridad, además el mismo presenta mucha resistencia y debes emplear las dos manos. Seguridad de uso y resultados se puede ver comprometida por riesgo de punción accidental. Rendimiento y eficacia adecuadas consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	86	SU.PC.SANI.01.03.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	SISMED HISPANIA SL	SAN2025R1	100168543952	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,061150			14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50
	86	SU.PC.SANI.01.03.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	Sol Millennium España	SN2010	100163653665	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,038			46,59%	45,00%	-	NO	50,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,50
	87	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B67766	21 %	0,105452	26456	BECTON DICKINSON S.A.U.	305770	100029329354	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300			Excluido por superar precio de licitación						
	87	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B67766	21 %	0,105452	26456	Iberian Care 2016,S.L.	SN27G13	100154126138	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,052611			50,11%	55,00%	0,04	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	87	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B67766	21 %	0,105452	26456	SISMED HISPANIA SL	SAN2713R1	100168544265	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,084360			20,00%	45,00%	-	NO	41,59	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	64,09

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	87	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B67766	21 %	0,105452	26456	Sol Millennium España	SN2612	100168582249	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ah solicitado diámetro 0,4 y la oferta presentada es 0,45	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	88	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	BECTON DICKINSON S.A.U.	305760	100029319454	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300			Excluido por superar precio de licitación						
	88	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2516	100167771257	Oferta apta cumple prescripciones técnicas , pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de una zona adecuada para accionar el cierre de seguridad, además el mismo presenta mucha resistencia y debes emplear las dos manos. Seguridad de uso y resultados se puede ver comprometida por riesgo de punción accidental. Rendimiento y eficacia adecuadas consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO									
	88	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	Iberian Care 2016,S.L.	SN25G16	100149326042	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,052611			26,05%	55,00%	0,04	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	88	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B025/16	100152426368	Oferta apta cumple prescripciones técnicas , pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización aunque dispone de una zona adecuada para accionar el cierre de seguridad, el mismo presenta mucha resistencia y debes emplear las dos manos. Seguridad de uso y resultados se puede ver comprometida por riesgo de punción accidental. Rendimiento y eficacia adecuadas consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO									
	88	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	OIARSO, S.COOP.	AS2558	100168209887	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,062			12,86%	45,00%	-	NO	31,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	53,50
	88	SU.PC.SANI.01.03.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	SISMED HISPANIA SL	SAN2516R1	100168544467	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,061150			14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50
	89	SU.PC.SANI.01.03.00.200007	B70592	21 %	0,457875	6764	BECTON DICKINSON S.A.U.	367246	100013214781	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,407770			10,94%	45,00%	-	NO	26,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	48,50

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN
BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	89	SU.PC.SANI.01.03.00.200007	B70592	21 %	0,457875	6764	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450091V1	100165204137	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,375100			18,08%	55,00%	0,25	NO	#¡DIV/0!	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	#¡DIV/0!
	89	SU.PC.SANI.01.03.00.200007	B70592	21 %	0,457875	6764	Sol Millennium España	213412SI	100168576389	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad se puede desmontar una vez activado manipulando lo que puede provocar pinchazos accidentales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	90	SU.PC.SANI.01.03.00.200007	B70482	21 %	0,457888	7604	BECTON DICKINSON S.A.U.	367247	100013237713	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,407770			10,95%	45,00%	-	NO	26,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	48,50
	90	SU.PC.SANI.01.03.00.200007	B70482	21 %	0,457888	7604	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450092V1	100165204339	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,375100			18,08%	55,00%	0,25	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	90	SU.PC.SANI.01.03.00.200007	B70482	21 %	0,457888	7604	Sol Millennium España	233412SI	100168576288	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad se puede desmontar una vez activado manipulando lo que puede provocar pinchazos accidentales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	91	SU.PC.SANI.01.03.01.000010	D61929	21 %	1,158061	3514	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4509900-01	100000122042	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas solicitadas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el agarre anatómico presenta una configuración que no se adapta a todas las anatomías de las manos a la hora de manipularlo, segun el servicio. Seguridad de uso y resultados el fiador es muy flexible lo que puede provocar desviación de la aguja en el espacio intervertebral pudiendo causar lesiones y error en la prueba. Además la aguja presenta resistencia a la hora de pinchar en tejido blando. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	91	SU.PC.SANI.01.03.01.000010	D61929	21 %	1,158061	3514	BECTON DICKINSON S.A.U.	405253	100001613507	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la zona de agarre es ergonómica segun el servico, sin presentar riesgos para padientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	1,004300			13,28%	45,00%	-	NO	33,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	56,00

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	91	SU.PC.SANI.01.03.01.000010	D61929	21 %	1,158061	3514	Iberian Care 2016,S.L.	TSPQ2090	100161291001	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja presenta resistencia a la hora de pinchar en tejido blando, por lo que se puede doblar, problema que se agudiza al ser mas flexible que la oferta de BECTON. En cuanto a seguridad de uso y resultados a la hora de manipular el fiador se sale con mayor facilidad que la oferta de BECTON, lo que puede alterar la obtención de la muestra. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	91	SU.PC.SANI.01.03.01.000010	D61929	21 %	1,158061	3514	VYGON, S.A.U.	18399	100000054257	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja presenta resistencia a la hora de pinchar en tejido blando, por lo que se puede doblar. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	92	SU.PC.SANI.01.03.01.000010	D46535	21 %	1,206975	12546	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4507908-01	100000121830	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la zona de agarre es ergonómica segun el servico, sin presentar riesgos para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	1,173700			2,76%	45,00%	-	NO	6,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	28,50
	92	SU.PC.SANI.01.03.01.000010	D46535	21 %	1,206975	12546	BECTON DICKINSON S.A.U.	405256	100001613406	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja presenta resistencia a la hora de pinchar en tejido blando, por lo que se puede doblar, dado el servicio al que va destinado de aparato locomotor, las zonas son mas duras. Además la zona de agarre es muy corta lo que dificulta la extracción del fiador a la hora de la punción.Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	92	SU.PC.SANI.01.03.01.000010	D46535	21 %	1,206975	12546	Iberian Care 2016,S.L.	TSPQ2290	100161288474	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la zona de agarre es ergonómica segun el servico, sin presentar riesgos para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,83981			30,42%	55,00%	0,70	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	92	SU.PC.SANI.01.03.01.000010	D46535	21 %	1,206975	12546	VYGON, S.A.U.	18397	100000054055	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la zona de agarre es ergonómica segun el servico, sin presentar riesgos para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	1,2070			0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	93	SU.PC.SANI.01.03.02.300022	F76485	21 %	44,467500	30	IZASA HOSPITAL S.L.U.	MU14120-C0	100168538002	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados no tienen posibilidad de descubrir la punta de la aguja dentro de la articulación. Nuestra practica se hace a través de ecografía guiada, lo que nos permite visualizar la zona y descubrir la aguja en el interior con la seguridad de no dañar ningún tejido. Al introducirla descubierta no contamos con esa seguridad. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	93	SU.PC.SANI.01.03.02.300022	F76485	21 %	44,467500	30	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	CW-BN-OCR2-14YY	100168466772	Oferta no cumple prescripciones técnicas no dispone de coaxial, cuando se ha indicado con coaxial	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS											

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

15/06/2026

VERIFICACIÓN
BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	93	SU.PC.SANI.01.03.02.300022	F76485	21 %	44,467500	30	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CA1411	100134683437	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados no tienen posibilidad de descubrir la punta de la aguja dentro de la articulación. Nuestra practica se hace a través de ecografía guiada, lo que nos permite visualizar la zona y descubrir la aguja en el interior con la seguridad de no dañar ningún tejido. Al introducirla descubierta no contamos con esa seguridad. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	94	SU.PC.SANI.01.03.02.300022	F76602	21 %	44,467500	50	IZASA HOSPITAL S.L.U.	MU16100-C0	100144277143	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados no tienen posibilidad de descubrir la punta de la aguja dentro de la articulación. Nuestra practica se hace a través de ecografía guiada, lo que nos permite visualizar la zona y descubrir la aguja en el interior con la seguridad de no dañar ningún tejido. Al introducirla descubierta no contamos con esa seguridad. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	94	SU.PC.SANI.01.03.02.300022	F76602	21 %	44,467500	50	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	CW-BN-OCR2-16YY	100168466974	Oferta no cumple prescripciones técnicas no dispone de coaxial, cuando se ha indicado con coaxial	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
	94	SU.PC.SANI.01.03.02.300022	F76602	21 %	44,467500	50	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CA1611	100134683730	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados no tienen posibilidad de descubrir la punta de la aguja dentro de la articulación. Nuestra practica se hace a través de ecografía guiada, lo que nos permite visualizar la zona y descubrir la aguja en el interior con la seguridad de no dañar ningún tejido. Al introducirla descubierta no contamos con esa seguridad. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	95	SU.PC.SANI.01.03.04.600001	F37687	21 %	36,986923	300	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ZABGSET150710L	100125154384	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, longitud de la aguja buena y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	36,239500			2,02%	45,00%	-	NO	6,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	28,50
	96	SU.PC.SANI.01.03.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	BECTON DICKINSON S.A.U.	368835	100032770514	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el llenado del racor al estar en vena es correcto. Y la longitud de la aguja es correcta. El diseño del dispositivo es muy ergonómico porque se adapta muy bien a los dedos y su forma de cono permite mejor manipulación en la técnica al tener menos superficie de contacto con la piel del paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales el cierre de seguridad es correcto. Rendimiento y eficacia adecuadas consiguiendo el fin al que va destinado	45	0,422290			0,78%	100,00%	0,23	NO	0,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	50,00

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR
MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN
BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	96	SU.PC.SANI.01.03.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450235V1	100132476242	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización llenado del racor al estar en vena bueno, longitud de la aguja buena y ergonomía correcta pero no tan ergonómico como la oferta de BECTON al no tener forma de cono. En cuanto a seguridad de uso y resultados el cierre de seguridad cuesta mas cerrarlo que la oferta de BECTON y en ocasiones no es preciso, debiendo emplear una plataforma o las dos manos. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	96	SU.PC.SANI.01.03.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450239V1	100132478161	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización llenado del racor al estar en vena bueno, longitud de la aguja excesivamente larga para el uso de nuestro hospital en extracciones sanguíneas habituales y ergonomía correcta pero no tan ergonómico como la oferta de BECTON al no tener forma de cono. En cuanto a seguridad de uso y resultados el cierre de seguridad cuesta mas cerrarlo que la oferta de BECTON y en ocasiones no es preciso, debiendo emplear una plataforma o las dos manos. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	96	SU.PC.SANI.01.03.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	Iberian Care 2016,S.L.	SBCNK21G32H	100166989651	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización llenado del racor al estar en vena bueno, longitud de la aguja buena y ergonomía correcta pero no tan ergonómico como la oferta de BECTON al no tener forma de cono. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales disponiendo de un cierre correcto. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	0,20266			52,38%	55,00%	0,20	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	96	SU.PC.SANI.01.03.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	Sol Millennium España	SMSNH2115	100168563459	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización la longitud de la aguja es excesiva para el uso de nuestro hospital en extracciones sanguíneas habituales. Además no se aprecia el llenado de sangre en el racor al estar en vena. Ergonomía correcta pero no tan ergonómico como la oferta de BECTON al no tener forma de cono. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos disponiendo de cierre de seguridad adecuado. Y rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	97	SU.PC.SANI.01.03.20.203000	G06586	21 %	220,111500	88				DESIERTO												
	98	SU.PC.SANI.01.03.20.203000	F18550	21 %	226,716000	24	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	PC803EU	100110994858	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales esta referencia es picktail por lo que disminuye el riesgo y complicaciones en los pacientes. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	226,715999			0,00%	90,00%	170,04	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	45,00
	98	SU.PC.SANI.01.03.20.203000	F18550	21 %	226,716000	24	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	PC804EU	100110974058	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales esta referencia no es picktail por lo que puede aumentar el riesgo y complicaciones en los pacientes. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	226,715999			0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA LUISA GARCIA ALIJO | 15/06/2026

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN | BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	99	SU.PC.SANI.01.03.21.200000	E97812	21 %	254,100000	20	BECTON DICKINSON S.A.U.	007151P	100003731591	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	235,950000			7,14%		152,46	NO	18,50	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	46,00
	100	SU.PC.SANI.01.03.21.200000	E97497	21 %	254,100000	70	BECTON DICKINSON S.A.U.	007153P	100003731894	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	235,950000			7,14%	55,00%	152,46	NO	18,50	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	46,00
	101	SU.PC.SANI.01.03.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	GARRIC MEDICA, S.L.	GCG1510	100147892552	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,0968			4,40%	55,00%	0,06	NO	11,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	38,50
	101	SU.PC.SANI.01.03.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	840053	100120423407	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización a la hora de hacer la compresión se pierde mas anchura que con el resto de las ofertas lo que puede causar lesiones en pieles frágiles. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	101	SU.PC.SANI.01.03.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ZTDU01F	100107044951	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,094380			6,79%	45,00%	-	NO	16,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	38,50
	101	SU.PC.SANI.01.03.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	KRAPE, S.A.	220151	100120242873	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización a la hora de hacer la compresión se pierde mas anchura que con el resto de las ofertas lo que puede causar lesiones en pieles frágiles. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	101	SU.PC.SANI.01.03.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	Sol Millennium España	TNQ002	100168576480	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,067			33,83%	45,00%	-	NO	50,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,50
	102	SU.PC.SANI.01.03.99.105000	F26610	21 %	0,076230	138004	GARRIC MEDICA, S.L	1005	100168469601	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el destino principal para pruebas epicutaneas la forma de la aguja se considera acta para la practica clínica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	0,02541			66,67%	55,00%	0,02	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR MARIA LUISA GARCIA ALIJO
INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55

15/06/2026

Es copia auténtica de documento electrónico

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2026

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	*Proveedor*	*Referencias*	*CIP*	*Informe Técnico*	*Puntos*	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios tecnicos/ Total criterios tecnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	102	SU.PC.SANI.01.03.99.105000	F26610	21 %	0,076230	138004	Iberian Care 2016, S.L.	BL-30G	100168595179	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el destino principal para pruebas epicutaneas la forma de la aguja no se considera acta para la practica clínica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	102	SU.PC.SANI.01.03.99.105000	F26610	21 %	0,076230	138004	KRAPE, S.A.	71002	100120342883	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el destino principal para pruebas epicutaneas la forma de la aguja se considera acta para la practica clínica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	0,0472			38,08%	45,00%	-	NO	44,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	66,50
	102	SU.PC.SANI.01.03.99.105000	F26610	21 %	0,076230	138004	Medline International Iberia S.L.U.	SLN3016	100168580229	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el destino principal para pruebas epicutaneas la forma de la aguja no se considera acta para la practica clínica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR | MARIA LUISA GARCIA ALIJO | 15/06/2026

INMACULADA GOMEZ CRESPO
TECNICO FUNCION ADMINISTRATIVA

VERIFICACIÓN | BndJA9NR5KS5ZZHHF3KSSE92YHPX55