

INFORME TÉCNICO CRITERIOS NO AUTOMÁTICOS PAAM 285/2025 SUMINISTRO REACTIVOS Y FUNGIBLE PARA LA REALIZACIÓN DIAGNÓSTICAS IN VITRO DESTINADAS A LA DETECCIÓN DE HELICOBACTER PYLORI Y DE VIRUS RESPIRATORIOS, MEDIANTE TÉCNICAS AUTOMATIZADAS Y DE RT-PCR

LOTE	GENÉRICO DE CENTROS	CLASIFICACIÓN UNIVERSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL S.A.S.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)	EMPRESA OFERTANTE	CIP OFERTADO, en su caso	REFERENCIA OFERTADA	PUNTUACIÓN VALORACIÓN FUNCIONAL DEL PRODUCTO (20 PUNTOS)	UMBRAL MÍNIMO 10 PUNTOS	JUSTIFICACIÓN VALORACIÓN TÉCNICA
1	A58903	SU.PC.SANI.11.01.15.01.04.90	Otros reactivos para H. pylori-GC	Determinación	140.000	8,939722 €	A81625345 - DIASORIN IBERIA, S.A	100164881366	318200	20	SI	Excelente: Cumple los requisitos mínimos exigidos y destaca sobre el resto de las ofertas por aportar mejoras muy significativas.Destaca claramente por rendimiento hasta 180 pruebas/hora, carga continua real, procesamiento de hasta 100 muestras con un único reactivo, adecuada integración en la cadena, m mayor capacidad para absorber picos de demanda de 120 - 130 muestras/día.
												B19537844 - VIRCELL SPAIN, S.L.
2	A58621	SU.PC.SANI.11.01.12.90.01.80	Tubos y Perlas recubiertas (intransferible)-GC	Unidad (Pieza)	170.000	2,980593 €	A81625345 - DIASORIN IBERIA, S.A	100164300106	319060	15	SI	Bueno: Cumple los requisitos mínimos exigidos y aporta mejoras relevantes. Se adapta a la plataforma analítica disponible y es compatible con el reactivo usado para realizar las determinaciones analíticas vinculadas a este tubo.
3	A58325	SU.PC.SANI.11.01.12.06.03.09	1.25-Dihidroxivitamina D-GC	Determinación	150	1.694,000000 €	DESISTIDO					
4	F74128	SU.PC.SANI.11.01.10.05.02.05	Reactivo de amplificación: RT-PCR para la detección de SARS-CoV-2 y virus gripales A/B	Determinación	2.100	33,880000 €	DESISTIDO					
5	F60152	SU.PC.SANI.11.01.10.05.03.01	Reactivo de amplificación: RT-PCR SARS-CoV-2	Determinación	7.300	33,880000 €	DESISTIDO					

COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN

Presentes:

D. Antonio León Juste, Jefe Servicio Análisis Clínicos. HUVR.

D. José Antonio Lepe Jiménez, Jefe Servicio Microbiología. HUVR.

D. Antonio León Juste
Jefe Servicio Análisis Clínicos
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

D. José Antonio Lepe Jiménez
Jefe Servicio Microbiología
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Los miembros de la Comisión Técnica de Valoración, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la LCSP, declaran expresamente, firmando la declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI), a la vista de las empresas que han concurrido a la presente licitación.