

ANEXO I AL CUADRO RESUMEN PA 40-26

1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

Lote 1: Biómetros.

CRITERIOS AUTOMATICOS	PUNTOS
1. OFERTA ECONÓMICA:	45
Para los lotes individuales, se valorará como oferta económica el precio unitario ofertado.	
La puntuación se asignará conforme a los porcentajes de reducción que se establecen sobre el importe de licitación:	
Un tramo lineal de 0 a 35 puntos, para las ofertas económicas que ofrezcan una reducción de hasta un 15% sobre el importe de licitación, de acuerdo al siguiente esquema:	
Porcentaje de bajada sobre Importe de Licitación	Puntos
Igual a 0%	0
Mayor que 0% y menor o igual que 1%	2
Mayor que 1% y menor o igual que 2%	4
Mayor que 2% y menor o igual que 3%	6
Mayor que 3% y menor o igual que 4%	8
Mayor que 4% y menor o igual que 5%	10
Mayor que 5% y menor o igual que 6%	12
Mayor que 6% y menor o igual que 7%	14
Mayor que 7% y menor o igual que 8%	16
Mayor que 8% y menor o igual que 9%	18
Mayor que 9% y menor o igual que 10%	20
Mayor que 10% y menor o igual que 11%	23
Mayor que 11% y menor o igual que 12%	26
Mayor que 12% y menor o igual que 13%	29
Mayor que 13% y menor o igual que 14%	32
Mayor que 14% y menor o igual que 15%	35
A partir de una reducción de 15,01%, se establece un tramo en el que podrán asignarse 10 puntos adicionales sobre los 35 obtenidos, mediante la siguiente fórmula:	
Mayor % de bajada= 45 puntos.	
Resto=35 +(% bajada a valorar X 10 / mayor % de bajada).	



No se admitirán las ofertas económicas que superen el presupuesto base de licitación.	
2. El equipo dispone de queratometría telecéntrica en tres áreas: a 1,5mm, 2,5mm y 3,5mm del vertex corneal (SI/NO).	10
SI	10
NO	0
3. El equipo dispone de mediciones de la cara posterior de la córnea para obtener valores de queratometría total (SI/NO)	10
SI	10
NO	0
4.El equipo dispone de capacidad de inclusión de la potencia total de la córnea TK en las propias fórmulas biométricas.(SI/NO)	10
SI	10
NO	0
5.El equipo tiene posibilidad de incluir imagen de referencia para el sistema de cirugía de catarata asistido por ordenador sin marcaje previo (incluidos ejes tóricos).(SI/NO)	10
SI	10
NO	0
6. El equipo tiene posibilidad de visualización de mapas axiales de la córnea central, con valores de potencia dióptrica anterior o total. (SI/NO)	10
SI	10
NO	0
7. Criterios medioambientales:	5
7.1. El equipo dispone de sistema de apagado automático/hibernación/suspensión en caso de no utilización (SI/NO)	4
SI	4
NO	0
7.2.El equipo utiliza materiales reciclados en su fabricación. Debe aportarse evidencia mediante certificado de entidad acreditada por ENAC o equivalente internacional para la certificación de gestión medioambiental (SI/NO)	1
SI	1
NO	0