

ANEXO B CUADRO RESUMEN

“VALORACIÓN DE CRITERIOS RELATIVOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.”

(SOBRE ELECTRÓNICO N°. 3)

D. _____, en nombre y representación de la empresa _____, con CIF _____, y a los efectos de la valoración de determinados criterios de valoración mediante la aplicación de fórmulas,

DECLARA CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL SUMINISTRO PRESENTADO (marcar con una X lo que proceda):

1.- PLAZO DE FABRICACIÓN

Se valorará una oferta relacionada con el plazo de fabricación del equipo, desde la fecha indicada en la Memoria Justificativa (el adjudicatario contará con un plazo máximo de 84 días naturales desde la fecha de la firma del Contrato para la fabricación del equipamiento objeto del contrato) y el PPT General, inferior al máximo indicado para los lotes, indicado en la presente Memoria Justificativa y Pliego de Prescripciones Técnicas y en el PCAP.

- ☐ El plazo de fabricación del equipo es igual a 40 días naturales.
- ☐ El plazo de fabricación del equipo esté situado entre 41 hasta a 50 días naturales. Indicar días _____.
- ☐ El plazo de fabricación del equipo está situado entre 51 hasta 60 días naturales. Indicar días _____.
- ☐ El plazo de fabricación del equipo está situado entre 61 hasta 83 días naturales. Indicar días _____.
- ☐ El plazo de fabricación del equipo es igual a 84 días naturales.

2.- TELEASISTENCIA

Se valorará la oferta que incluya acceso remoto a la asistencia técnica durante el período que dure la garantía ofertada por el licitador.

- ☐ SI INCLUYE
- ☐ NO INCLUYE

3.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

Que se compromete a AMPLIAR el plazo de garantía del contrato previsto en el Expediente en el siguiente plazo.

- ☐ No incluye ampliación de garantía
- ☐ 3 meses.
- ☐ 6 meses.
- ☐ 12 meses.

4.- MEJORAS TÉCNICAS

LOTE 1

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
LÁSER DE CO2 QUIRÚRGICO		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO	Referencia documental
1	LÁSER DE CO2 QUIRÚRGICO			Modelo
	Potencia superior a 30W. Indicar			
	Inclusión micromanipulador adaptable a las principales marcas de microscopios y colposcopios del mercado			
	Inclusión sistema de programación de tratamientos en sección de favoritos o equivalente.			
	Inclusión de equipo de aspiración de humos con activación automática.			
	Equipo compatible con aplicaciones quirúrgicas de ORL.			

LOTE 2

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
LÁSER NEODIMIO YAG/IPL PARA DERMATOLOGÍA		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
2	LÁSER NEODIMIO YAG/IPL PARA DERMATOLOGÍA			Modelo
	Inclusión pantalla táctil a color			
	Inclusión piezas de mano con sistema de refrigeración integrado			
	Inclusión medidor de eficiencia de las piezas de mano integrado en el equipo			
	Láser Nd:YAG			
	Fluencia máxima superior a 450 J/cm2. Indicar			
	Inclusión Spot regulable en más tamaños que los indicados			
	Mayor longitud de onda a 1064 nm. Indicar			
	Inclusión calibración automática			
	Luz pulsada:			
	Mayor rango de longitud de onda. Indicar			
	Inclusión de segundo cabezal con tamaño de punto superior			
	Inclusión de sistema de enfriamiento de la piel con regulador automático de la temperatura integrado en el cabezal			

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
TORRE DE CIRUGÍA LAPAROSCOPIA/HISTEROSCOPIA PARA GINECOLOGÍA		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
3	TORRE DE CIRUGÍA LAPAROSCOPIA/HISTEROSCOPIA PARA GINECOLOGÍA			Modelo
	Fuente de luz LED			
	Inclusión de ajuste automático de la intensidad			
	Video procesador 4K			
	Inclusión de función de control de todos los equipos que compongan la torre a través del procesador			
	Inclusión herramientas de tratamiento de imagen para determinación diagnóstica y quirúrgica.			
	Inclusión de otras funciones distintas a las exigidas como mínimas, como son el control de ajustes y los diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar.			
	Cabezal de cámara 4K			
	Inclusión de botones programables			
	Peso inferior al mínimo indicado de 500 g			
	Insuflador de CO2			
	Flujo máximo superior al mínimo 45 l/min. Indicar			
	Presión máxima superior al mínimo indicado de 25 mmHg. Indicar			
	Permite capacidad de memoria para procedimientos personalizados			
	Generador de resectoscopio			
	Mayor número de salidas monopolares y bipolares sobre lo indicado como mínimo indicado de 1 salida monopolar y 1 salida bipolar. Indicar			

LOTE 4

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
TORRE LAPAROSCOPIA CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
4	TORRE LAPAROSCOPIA CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA			Modelo
	Fuente de luz LED			
	Inclusión de ajuste automático de la intensidad.			
	Video procesador 4K			
	Función de control de todos los equipos que compongan la torre a través del procesador			
	Inclusión herramientas de tratamiento de imagen para determinación diagnóstica y quirúrgica.			
	Inclusión de otras funciones distintas a las exigidas como mínimas, como son el control de ajustes y los diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar.			
	Cabezal de cámara 4K			
	Inclusión botones programables			
	Peso inferior al mínimo indicado de 500 g			
	Insuflador de CO2			
	Flujo máximo superior al mínimo 45 l/min. Indicar			
	Presión máxima superior al mínimo indicado de 25 mmHg. Indicar			
	Permite capacidad de memoria para procedimientos personalizados.			

LOTE 5

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
TORRE ARTROSCOPIA PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
5	TORRE ARTROSCOPIA PARA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA			Modelo
	Fuente de luz LED:			
	Inclusión de ajuste automático de la intensidad.			
	Video procesador 4K:			
	Inclusión de función de control de todos los equipos que compongan la torre a través del procesador			
	Inclusión herramientas de tratamiento de imagen para determinación diagnóstica y quirúrgica. Indicar			
	Inclusión de otras funciones distintas a las exigidas como son el control de ajustes y los diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar.			
	Cabezal de cámara 4K:			
	Inclusión botones programables. Indicar			
	Peso inferior al mínimo indicado de 500 g. Indicar			

LOTE 6

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
TORRE CIRUGÍA ORL		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
6	TORRE CIRUGÍA ORL			Modelo
	Inclusión de ópticas adicionales distintas a las exigidas como mínimas. Indicar			
	Inclusión de plataforma que permita su actualización a 3D e IR para fluorescencia			
	Fuente de luz LED:			
	Inclusión de ajuste automático de la intensidad.			
	Video procesador 4K:			
	Inclusión de función de control de todos los equipos que compongan la torre a través del procesador			
	Inclusión herramientas de tratamiento de imagen para determinación diagnóstica y quirúrgica.			
	Inclusión de otras funciones distintas a las exigidas como mínimas, como son el control de ajustes y los diferentes modos de visualización de fluorescencia. Indicar.			
	Cabezal de cámara 4K:			
	Inclusión de botones programables. Indicar			
	Peso inferior al mínimo indicado de 500 g			

LOTE 7

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
MOTOR QUIRÚRGICO ORL		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
7	MOTOR QUIRÚRGICO ORL			Modelo
	Inclusión de bomba de irrigación con función de autopurgado.			
	inclusión de botón funcionamiento manual en caso de fallo del pedal durante la cirugía.			

LOTE 8

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
CENTRÍFUGA ESTÁNDAR		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
8	CENTRÍFUGA ESTÁNDAR			Modelo
	Velocidad máxima superior a 4.000 rpm. Indicar			
	Inclusión ajuste de la velocidad tanto en revoluciones por minuto como por fuerza centrífuga			
	Temporizador superior al mínimo indicado de 90 minutos en el modo continuo. Indicar			

LOTE 9

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
UNIDAD COMPACTA DE ORL CON MICROSCOPIO INTEGRADO Y PROCESADOR DE IMAGEN		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
9	UNIDAD COMPACTA DE ORL CON MICROSCOPIO INTEGRADO Y PROCESADOR DE IMAGEN			Modelo
	Unidad compacta:			
	Inclusión de sistema de lavado de tubos.			
	Inclusión de mayor número de cajones. Indicar			
	Inclusión de un cajón con superficie calefactada para espejos.			
	Inclusión de unidad con ruedas			
	Sistema de aspiración:			
	Inclusión de sistema de vaciado automático del depósito			
	Mayor capacidad de flujo de aspiración es superior a 40 l/min. Indicar			
	Microscopio de diagnóstico ORL:			
	Inclusión de focalización micrométrica			
	Mayor número de posiciones en el cambiador de aumentos. Indicar número de posiciones en el cambiador de aumentos			
	Sistema de endoscopia:			
	Inclusión de un sistema que permita realizar procedimientos de estroboscopia.			

LOTE 10

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
COLPOSCOPIO/ MICROSCOPIO GINECOLOGÍA CON CÁMARA Y MONITOR		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
10	COLPOSCOPIO/ MICROSCOPIO GINECOLOGÍA CON CÁMARA Y MONITOR			Modelo
	Inclusión de lentes adicionales de distancia focal que la indicada en el PPT (f = 300 mm). Indicar			
	Inclusión de monitor giratorio y orientable.			
	Inclusión de calidad Full HD del sistema de captura y almacenaje de imágenes y vídeo			
	Equipo que permita su integración con un láser			
	Inclusión de sistema de captura y almacenaje de imágenes y vídeo con inclusión de interfaz HL7 y DICOM para integración de HIS o PACS			
	Inclusión de mando en cabezal para el encendido de la Fuente de Luz del microscopio, intensidad de luz y cambio de filtros			

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
INCUBADOR		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
11	INCUBADOR			Modelo
	Mayor número de cámaras adicionales de incubación. Indicar			
	Mayor capacidad adicional para 4 placas de Petri de 60 mm u 8 de 35 mm o más por cámara de incubación. Indicar			
	Inclusión de ventana de observación que permita visualizar el contenido sin acceder a la cámara			
	PC incluido con software de registro de datos			
	Inclusión de sistema de interrupción del flujo de gas automatizado en la apertura de cámara.			

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
UNIDAD DE EXPLORACIÓN/REFRACCIÓN (SIN CÁMARA/ORDENADOR)		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDE	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
13	UNIDAD DE EXPLORACIÓN/REFRACCIÓN (SIN CÁMARA/ORDENADOR)			Modelo
	Generalidades:			
	Sillón con respaldo reclinable con recorrido superior a los 200 mm. Indicar			
	Inclusión adaptada a silla de ruedas			
	Inclusión de panel de control que permita el encendido y apagado general de la unidad			
	Inclusión de mecanismo de seguridad del tablero que detenga el movimiento del mismo si éste entra en contacto con la pierna			
	Inclusión de sistema de ahorro de energía con función de auto apagado y sistema de cableado interno y dispone de luz ambiental tipo LED. Indicar			
	Lámpara hendidura			
	Rango de dioptrías superior a ± 5 dioptrías. Indicar			
	Inclusión de tres o más campos de visión distintos. Indicar			
	Ancho de la hendidura continua desde 14 a 0 mm y una longitud de la hendidura continua desde 14 a 1 mm. Indicar			
	Ángulo de la hendidura que vaya de 0 a 180° y tiene una inclinación de la hendidura en pasos de 5°, 10°, 15° y 20°. Indicar			
	Inclusión de filtros adicionales a los descritos (difusor azul, filtro azul, libre de rojos y de densidad neutral). Indicar			
	Frontofocómetro automatizado			
	Medición de esferas de 0 a $\pm 25D$ en pasos de 0.01D / 0.12D / 0.25D. Indicar			
	Medición de cilindro de 0 a $\pm 10D$ en pasos de 0.01D / 0.12D / 0.25D. Indicar			
	Medición de eje de 0° a 180° (pasos de 1°). Indicar			
	Medición ADD de 0 a $\pm 10D$ en pasos de 0.01D / 0.12D / 0.25D. Indicar			
	Medición de potencia de prisma de 0 a 1.0. Indicar			
	Medición modo cilindro MIX $\pm$. Indicar			
	Medición modo prisma X-Y (coordenadas ortogonales), P - B (coordenadas polares). Indicar			
	Inclusión de detección automática del tipo de lente. Indicar			
	Transmitancia UV de 0° a 100° pasos de 1% / 5%. Indicar			
	Fuente de luz con refracción LED verde de 535 nm. Indicar			
	Medición diámetro lente de 5 a 100 mm. Indicar			
	Equipo que muestre en pantalla: Esf, Cil, Eje, Prisma, Add, OD/OI. Indicar			
	Inclusión de impresora térmica interna			
	Inclusión de calibración automática			

	Juego de Lentes de prueba.			
	Inclusión de cilindros en cruz			
	Inclusión paño de microfibra			
	Inclusión de 232 o más piezas de lentes de prueba con bordes de plástico. Indicar			
	Montura gafa adultos			
	Inclusión de superficie de aluminio con escalas grabadas y legibles			
	Inclusión de soporte de lentes posterior con resorte			
	inclusión de ajuste de ángulo pantoscópico.			
	Inclusión de montura de gafa adultos con una amplitud de rango de distancia interpupilar superior a 30 mm y hasta 40 mm o superior. Indicar			
	Montura gafa pediátrica			
	Inclusión de amplitud de rango de distancia interpupilar superior a 30 mm y hasta 40 mm o superior. Indicar			
	Capacidad para mayor número de lentes. Inclusión de montura de gafa pediátrica con una capacidad de número de lentes de la montura de gafas pediátricas de 4 a 6 lentes. Indicar			
	Oftalmoscopio binocular.			
	Inclusión de unidad con dos baterías y cargador			
	Inclusión de color LED neutro			
	Inclusión de autonomía de la batería superior a 6 horas. Indicar			
	Inclusión de filtros IR/UV. Indicar			
	Inclusión difusor de luz. Indicar			
	Inclusión de sistema óptico inteligente (IOS)			
	Oftalmoscopio			
	Inclusión de piezas ópticas montadas sobre marco metálico			
	Inclusión Carcasa hermética al polvo			
	Inclusión de ventana del visor baja y corregida			
	Inclusión apoyo blando orbital			
	Retinoscopio			
	Inclusión de carcasa hermética al polvo			
	Inclusión de apoyo frontal desmontable			
	Pantalla de optotipos			
	Inclusión de frecuencias y niveles de contraste ajustables y memorizables			
	Inclusión de pantalla LED LCD de 22"			
	Polarización del 100%.			
	Inclusión de fuente luminosa de LED Maddox blanco			
	Inclusión de Conexión WiFi y USB			
	Disponibilidad de los siguientes tests:			
	Para medición de AV			
	Test horario para astigmatismo.			
	Test de puntos para cilindro cruzado.			
	Para medición de sensibilidad contraste			

	Frecuencia espacial que permita separar las imágenes al 100%, sin crear imágenes fantasmas			
	Para medición de la binocularidad			
	Test Schober			
	Balance duocromo			
	Balance AV			
	Test de Ishihara 32 cartas			

LA EMPRESA LICITADORA EXPONE QUE

Los datos consignados en este documento son ciertos para el conocimiento de este órgano de contratación y la adecuada valoración de los criterios consignados, firmando el presente documento en prueba de conformidad.

Lugar, fecha, firma y sello de la empresa.