

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚM. EXPEDIENTE: 538/2025, CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 16/25).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Resolución de esta Dirección Gerencia de fecha 7 de julio de 2025, se acordó la iniciación del expediente núm. PAAM 16/25, para la contratación mediante ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, mediante procedimiento abierto y contratación electrónica de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

SEGUNDO. - Por Resolución de esta Dirección Gerencia, con fecha 28 de agosto de 2025, ha sido aprobado el expediente y sus pliegos y se ha declarado la apertura del procedimiento de adjudicación.

TERCERO. - Dicha licitación ha sido objeto de publicación con fecha 11 de septiembre de 2025 en el Perfil de Contratante de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea n.º S-174/2025, con fecha de vencimiento para la presentación de ofertas el día 9 de octubre de 2025 a las 15:00 horas.

CUARTO. - Las empresas licitadoras que han presentado oferta dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (9 de octubre de 2025, a las 15:00 horas) han sido las siguientes:

1. B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).
2. B. BRAUN MEDICAL, S.A.
3. BECTON DICKINSON S.A.
4. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
5. GARRIC MEDICA S.L.
6. GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.
7. GRIFOLS MOVACO, S.A.
8. HOLOGIC IBERIA S.L.

Audite: Mandados Páez, s.l.
24004 - Córdoba
T: 957055888
pda.contratacion@servi.compras@juntadeandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 1/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

9. IBERIAN CARE 2016 S.L.
10. IMEOS.
11. IMPORT.
12. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
13. IZASA HOSPITAL S.L. UNIPERSONAL.
14. KRAPE S.A.
15. MEDICAL SOREVAN S.L.
16. MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC SOCIEDAD ANÓNIMA.
17. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
18. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
19. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
20. OIARSO S.COOP.
21. PALEX MEDICAL, S.A.
22. SISMED HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA.
23. SOL-MILLENNIUM ESPANA S.L.
24. TELEFLEX MEDICAL S.A.
25. VYGON S.A.U.

QUINTO. - La Mesa de Contratación, de conformidad con el art. 157 de la LCSP, remite el expediente del Procedimiento abierto citado en el asunto, con las propuestas emitidas en sus sesiones celebradas:

- En **sesión del día 10 de octubre de 2025**, se procede, en primer lugar, al recuento de las proposiciones presentadas referidas al citado expediente de contratación, constatándose que han presentado oferta, dentro del plazo establecido en el anuncio de licitación (9 de octubre de 2025, a las 15:00 horas), las siguientes empresas:

1. B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).
2. B. BRAUN MEDICAL, S.A.
3. BECTON DICKINSON S.A.
4. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
5. GARRIC MEDICA S.L.
6. GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.
7. GRIFOLS MOVACO, S.A.
8. HOLOGIC IBERIA S.L.
9. IBERIAN CARE 2016 S.L.
10. IMEOS.
11. IMPORT.
12. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
13. IZASA HOSPITAL S.L. UNIPERSONAL.
14. KRAPE S.A.
15. MEDICAL SOREVAN S.L.
16. MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC SOCIEDAD ANÓNIMA.
17. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.

Audite: Mandados Páez, s.l.
24004 - Córdoba
T: 957020080
pda.contratacion.firma@juntadeandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 2/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

18. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
19. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
20. OIARSO S.COOP.
21. PALEX MEDICAL, S.A.
22. SISMED HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA.
23. SOL-MILLENNIUM ESPANA S.L.
24. TELEFLEX MEDICAL S.A.
25. VYGON S.A.U.

A continuación, la secretaria procede a la apertura del sobre electrónico núm. 1, que contiene la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y, acto seguido, la Mesa de Contratación califica la documentación administrativa aportada por dichos licitadores.

Una vez calificada la documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por admitidas a las siguientes empresas licitadoras, al haber aportado la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos establecida en la cláusula 6.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante P.C.A.P.):

1. B. BRAUN MEDICAL, S.A.
2. BECTON DICKINSON S.A.
3. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
4. GARRIC MEDICA S.L.
5. GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.
6. GRIFOLS MOVACO, S.A.
7. HOLOGIC IBERIA S.L.
8. IBERIAN CARE 2016 S.L.
9. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
10. IZASA HOSPITAL S.L. UNIPERSONAL.
11. KRAPE S.A.
12. MEDICAL SOREVAN S.L.
13. MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC SOCIEDAD ANÓNIMA.
14. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
15. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
16. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
17. OIARSO S.COOP.
18. PALEX MEDICAL, S.A.
19. SISMED HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA.
20. TELEFLEX MEDICAL S.A.
21. VYGON S.A.U.

Así mismo, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a las siguientes empresas licitadoras, dándoles un plazo de tres días naturales para ello, contados a partir del siguiente a la publicación en el perfil de contratante del aviso de notificación:

Andrés Hernández Pérez, c/c
24004 - Córdoba
T: 957020000
glla.contratacion.firma.campa@juntadeandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 3/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

1. B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL).
2. IMEOS.
3. IMPORT.
4. SOL-MILLENNIUM ESPANA S.L.

- En la **sesión del día 21 de octubre de 2025**, para la subsanación del sobre núm. 1. de documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, se procede a examinar la documentación aportada por las empresas licitadoras anteriormente referidas, al objeto de verificar si han subsanado dicha documentación conforme a lo establecido en el P.C.A.P..

Una vez calificada dicha documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitir al procedimiento de referencia, al haber subsanado adecuadamente los requisitos exigidos, a las siguientes empresas:

1. IMPORT
2. SOL-MILLENNIUM ESPANA S.L.

Igualmente, la Mesa de Contratación determina que la empresa licitadora B. BRAUN SURGICAL, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), no debe continuar en el procedimiento, al no haber atendido al requerimiento de subsanación.

Asimismo, la Mesa de Contratación determina que la empresa IMEOS, no debe continuar en el procedimiento, por no haber atendido adecuadamente al requerimiento referente a la presentación del albarán de muestras sellado por el Almacén General de la Central Provincial de Compras de Córdoba, en todo caso dentro del plazo fin de presentación de las ofertas, habiendo aportado un acuse de correos que no acredita la presentación de las muestras dentro del periodo de licitación, y habiéndose constatado igualmente por la Mesa de Contratación que dicha empresa no aparece en el listado de empresas con albarán sellado aportado por el Almacén General siempre dentro del plazo determinado como obligatorio en la cláusula 6.6 del PCAP y apartado 15 del cuadro resumen.

Por tanto, la totalidad de las empresas admitidas al procedimiento de referencia son las siguientes:

1. B. BRAUN MEDICAL, S.A.
2. BECTON DICKINSON S.A.
3. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
4. GARRIC MEDICA S.L.
5. GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.
6. GRIFOLS MOVACO, S.A.
7. HOLOGIC IBERIA S.L.
8. IBERIAN CARE 2016 S.L.
9. IMPORT
10. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.

Audite: (Módulo de Firma), c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
glla.contratacion@servicioandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 4/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

11. IZASA HOSPITAL S.L. UNIPERSONAL.
12. KRAPE S.A.
13. MEDICAL SOREVAN S.L.
14. MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC SOCIEDAD ANÓNIMA.
15. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
16. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
17. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
18. OIARSO S.COOP.
19. PALEX MEDICAL, S.A.
20. SISMED HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA.
21. SOL-MILLENNIUM ESPANA S.L.
22. TELEFLEX MEDICAL S.A.
23. VYGON S.A.U.

A continuación, se procede a la apertura del sobre electrónico nº 2, que contiene la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor de las empresas licitadoras admitidas en el procedimiento de referencia, cuyo contenido será remitido a la persona o Comisión Técnica con conocimientos adecuados, que se encargará de elaborar el correspondiente informe técnico.

- En la **sesión del día 20 de febrero de 2026**, para la valoración del informe de evaluación de los criterios sujetos a juicio de valor y apertura del sobre n.º 3, de documentación económica y técnica para su evaluación conforme a criterios de evaluación automática, la Mesa de Contratación, procede en primer lugar, al examen del informe técnico de fecha 16 de febrero de 2026 y emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor, acordándose su aprobación por unanimidad.

Pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos, al superar el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor, en algunas de las ofertas presentadas, las siguientes empresas, según se detalla en el anexo al acta:

1. B. B. BRAUN MEDICAL, S.A.
2. BECTON DICKINSON S.A.
3. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
4. GARRIC MEDICA S.L.
5. GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.
6. HOLOGIC IBERIA S.L.
7. Iberian Care 2016 S.L.
8. IMPORT.
9. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
10. KRAPE S.A.
11. MEDICAL SOREVAN S.L.
12. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.
13. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.

Andrés Hernández Pérez, c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
glla.contratacion@junta.deandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 5/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

14. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
15. OIARSO S.COOP.
16. PALEX MEDICAL, S.A.
17. SISMED HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA.
18. SOL-MILLENNIUM ESPANA S.L.
19. TELEFLEX MEDICAL S.A.
20. VYGON S.A.U.

De la misma, la Mesa de Contratación determina que deben ser excluidas las ofertas que se indican en el anexo al acta por los motivos en él indicados.

A continuación, se procede a la apertura del sobre n.º 3, donde figura la oferta económica y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentado por las empresas admitidas.

Tras dicha apertura, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, admitir al procedimiento a las siguientes empresas licitadoras, al haber aportado la documentación establecida en la cláusula 6.4.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

1. B. BRAUN MEDICAL, S.A.
2. BECTON DICKINSON S.A.
3. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
4. GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.
5. HOLOGIC IBERIA S.L.
6. Iberian Care 2016 S.L.
7. KRAPE S.A.
8. MEDICAL SOREVAN S.L.
9. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
10. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
11. OIARSO S.COOP.
12. PALEX MEDICAL, S.A.
13. SISMED HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA.
14. SOL-MILLENNIUM ESPANA S.L.
15. TELEFLEX MEDICAL S.A.
16. VYGON S.A.U.

Asimismo, la Mesa acuerda, por unanimidad, requerir subsanación de la documentación presentada a las siguientes empresas, dándole un plazo de tres días naturales para ello, contados a partir del siguiente a la publicación en el perfil de contratante del aviso de notificación:

1. GARRIC MEDICA S.L.
2. IMPORT.
3. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.

Audite: Máximo Pérez, s/n
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.contratacion@servicioandaluzdesalud.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 6/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.

- En la **sesión del día 27 de febrero de 2026**, para la subsanación del sobre n.º 3, la Mesa de Contratación procede a examinar la documentación aportada por las empresas licitadoras anteriormente referidas, al objeto de verificar si han subsanado dicha documentación conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Una vez calificada la documentación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por presentada la documentación justificativa requerida a:

1. GARRIC MEDICA S.L.
2. IMPORT..
3. INTERSURGICAL ESPAÑA S.L.
4. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.

- En la **sesión del día 6 de marzo de 2026**, la Mesa de Contratación procede a la clasificación de las ofertas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 7.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el apartado 14 del Cuadro Resumen del citado Pliego.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las empresas licitadoras detalladas en el anexo adjunto al acta.

Por unanimidad, los miembros de la Mesa acuerdan elevar al Órgano de Contratación el acta y la propuesta de adjudicación.

- Con fecha **5 de mayo de 2026**, esta Dirección Gerencia acordó requerir a las empresas licitadoras, que continúan en el procedimiento de licitación para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubieran recibido el requerimiento, presentasen la documentación para contratar, conforme al art. 150.2 de la LCSP.

- En la **sesión del día 9 de junio de 2026**, para la verificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos presentada por los licitadores propuestos como adjudicatarios, se procede, de conformidad con lo establecido en la cláusula 7.5.2 del PCAP, como requisito previo a la adjudicación del contrato, a la calificación de la documentación presentada por las empresas licitadoras que han sido propuestas como adjudicatarias del presente procedimiento.

Una vez calificada la documentación, la Mesa de Contratación, acuerda, por unanimidad, dar por **aportada la documentación justificativa** requerida a las siguientes empresas licitadoras:

1. B. BRAUN MEDICAL, S.A.
2. BECTON DICKINSON S.A.
3. GARRIC MEDICA S.L.

Audite: (Módulo de Firma), c/c
34004 - Córdoba
T: 957000000
glla@contratacion.sen.es/glla@junta.deandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 7/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

4. GREINER BIO-ONE ESPAÑA S.A.
5. HOLOGIC IBERIA S.L.
6. INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.
7. KRAPE S.A.
8. MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U.
9. NACATUR 2 ESPAÑA, S.L.
10. SISMED HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA.
11. SOL-MILLENNIUM ESPANA S.L.
12. TELEFLEX MEDICAL S.A.
13. VYGON S.A.U.

Asimismo, acuerda, por unanimidad requerir subsanación a las siguientes empresas, para que, en un plazo de 3 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación en el perfil de contratante del aviso de notificación, subsanen los defectos de la documentación:

1. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
2. Iberian Care 2016 S.L.
3. MEDICAL SOREVAN S.L.
4. OIARSO S.COOP.
5. PALEX MEDICAL, S.A.

Igualmente, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad que no procede la continuidad en la licitación de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L., por no haber atendido al requerimiento.

- En la **sesión del día 16 de junio de 2026**, para la subsanación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos presentada por las empresas detalladas anteriormente, se acuerda, por unanimidad, dar por presentada la documentación justificativa requerida.

Habiéndose detectado por el órgano de contratación que el importe de la garantía solicitada a las siguientes empresas no se correspondía con el de los lotes realmente adjudicados, el órgano de contratación procede a requerirle una garantía complementaria correspondiente a los lotes detallados a continuación:

- IBERIAN CARE 2016, S.L. (lote 81).
- TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. (lotes 48, 58 y 67).
- SOL MILLENIUM ESPAÑA, S.L. (lote 85).
- VYGON, S.A.U. (lote 58)

En la **sesión del día 10 de julio de 2026**, para la calificación de la garantía solicitada a determinados licitadores propuestos como adjudicatarios, una vez calificada la documentación, la Mesa de Contratación, acuerda, por unanimidad, dar por aportada la documentación justificativa requerida a IBERIAN CARE 2016, S.L., SOL MILLENIUM ESPAÑA, S.L. y VYGON, S.A.U.

Auditor: *Manuel del Pinar, s/n*
24004 - Córdoba
T: 927020000
plm@contratacion.firma.compa@juntadeandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 8/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Así mismo, la Mesa determina que debe ser excluida la empresa licitadora TELEFLEX MEDICAL, S.A.U., referente a los lotes 48, 58 y 67 al no atender el requerimiento realizado el día 24 de junio de 2026, notificado y leído dicho día.

SEXTO - Las empresas propuestas, han presentado garantía definitiva, así como demás documentación necesaria, siendo considerada válida y conforme a derecho por la Mesa de Contratación en la sesión del día 9 y 16 de junio y 10 de julio de 2026.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - La licitación se ha llevado a cabo de conformidad con la tramitación prevista en los artículos 150.2, 150.3 y 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

SEGUNDO. - La competencia para resolver que ostenta esta Dirección Gerencia, viene determinada por Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22 de 2-02-22).

En base a los hechos y fundamentos jurídicos que anteceden, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas como órgano de contratación,

RESUELVE

PRIMERO.- Adjudicar el expediente n.º 538/2025, convocado para la contratación mediante **ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN: AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 16/25)**, de acuerdo a la propuesta formulada por la Mesa de Contratación a:

Audite (María del Pilar), s/n
24004 - Córdoba
T: 957000000
pila@contratacion.ssa.junta.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 9/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

LOTE	GC	DENOMINACIONGC	Proveedor	Referencia	CIP	Precio Unitario ADJUDICADO IVA INCLUIDO
1		AGUJA BIOPSIA DETECTABLE ULTRASONIDO POR VACIO	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC 0912-20	100013622409	242,47 €
2		AGUJA BIOPSIA DETECTABLE ULTRASONIDO POR VACIO	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC 0914-20MR	100012491778	254,64 €
3	B73091	CANULA COAXIAL PARA AGUJA BIOPSIA- Longitud:[200-400];Diámetro:[14-14,5];	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC ILS 0914-20	100014474708	84,07 €
4		AGUJA BIOPSIA DETECTABLE ULTRASONIDO POR VACIO	HOLOGIC IBERIA SL	BREVDISP09	100165092893	265,53 €
5	D98959	CASQUILLO PORTA-AGUJAS PARA BIOPSIA- Diámetro:[3.7-4.3];	HOLOGIC IBERIA SL	EVIVA NG09 L	100088240012	2,54 €
6	B48116	RECIPIENTE DRENAJE P/ BIOPSIA POR VACIO- CAPACIDAD:[100-1100];	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC CANISTER	100013279333	1,27 €
15	B39188	AGUJA NEONATAL EXTRACCION SANGRE SIN CONO-LONGITUD: [0-25];DIAMETRO:[21-21];	VYGON, S.A.U.	21408	100006595914	2,18 €
16		CATETER ARTERIA UMBILICAL	VYGON, S.A.U.	127003	100006617946	14,63 €

Audite: (Máximo Pérez), c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda. a:compras@junta.deandalucia.es

18		CATETER ARTERIA UMBILICAL	VYGON, S.A.U.	127005	100006617744	13,41 €
19		CATETER ARTERIA UMBILICAL	VYGON, S.A.U.	127002	100006618057	14,98 €
20		EQUIPO BIOPSIA TRANSYUGULAR DE HIGADO / RENAL	Palex Medical S.A.	TL-18C	100111252562	625,57 €
23	B48091	AGUJA BIOPSIA OSEA VERTEBRAL-Diámetro de la aguja de biopsia: [15-15];Longitud de la aguja:[150-225];	Palex Medical S.A.	NSC15/22	100167919958	62,92 €
24	E90260	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO / con línea-Diámetro:[20-20];Long. de la aguja: (130-150);	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892515-01	100100583493	11,37 €
25	E83500	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO / con línea-Diámetro:[20-20];Long. de la aguja: (80-130);	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892510-01	100100572785	11,37 €
26	E90261	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO / con línea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja:[0-35];	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892503-01	100100583099	11,37 €
27	E72041	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO / con línea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja: (35-50);	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892505-01	100100572583	9,98 €
28	E72042	AGUJA ECOGENICA P/ BLOQUEO ANESTESICO / con línea-Diámetro:[22-22];Long. de la aguja:	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892508-01	100100583291	10,59 €

		(50-80);				
33	F88574	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[4-6];DIAMETRO EXT:[2-2];	VYGON, S.A.U.	121204	100000162541	22,39 €
34	F78028	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[4-6];DIAMETRO EXT:[3-3];	VYGON, S.A.U.	115094	100021604637	14,10 €
35	F88565	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[6-8];DIAMETRO EXT:[2-2];	VYGON, S.A.U.	121206	100091764815	26,50 €
36	F78027	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[6-8];DIAMETRO EXT:[3-3];	VYGON, S.A.U.	115096	100021604738	12,87 €
38	F24661	EQ. CATETER ARTERIAL TECNICA SELDINGER-Longitud:[8-10];DIAMETRO EXT:[3-3];	VYGON, S.A.U.	115090	100000061925	11,05 €
39	B38102	CATETER ARTERIA PULMONAR + PRESION AD + GASTO CARDIACO-LONGITUD:[100-150];DIAMETRO :[7-7];	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	131F7P	100100031620	131,89 €
40	B38095	CATÉTER I.V. PERIFERICA CON ALETAS, LINEA CORTA Y SISTEMA DE SEGURIDAD-Longitud:[10-40];Diámetro :[22-22];	Palex Medical S.A.	11925	100137451598	2,62 €
41	F64399	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO TÉCNICA SELDINGER / 1	VYGON, S.A.U.	12814252	100137584339	52,80 €

		LUZ ALTO FLUJO				
42		EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO TÉCNICA SELDINGER / 1 LUZ ALTO FLUJO	VYGON, S.A.U.	12813102	100136533121	47,32 €
43	F95892	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO TÉCNICA SELDINGER / 1 LUZ ALTO FLUJO- LONGITUD DEL CATÉTER:[12-12];DIÁMETRO EXTERIOR:[3-3];PERIODO DE PERMANENCIA:1 mes;	VYGON, S.A.U.	12813122	100136523221	42,72 €
44	F91553	EQ. CATETER IV LÍNEA MEDIA PERIFERICO TÉCNICA SELDINGER / 1 LUZ ALTO FLUJO- LONGITUD DEL CATÉTER:[20-20];DIÁMETRO EXTERIOR:[3-3];PERIODO DE PERMANENCIA:29 días;	VYGON, S.A.U.	1281320	100129963056	42,79 €
45	G09622	CATETER CENTRAL EPICUTANEO CON GUIA / LARGA DURACION-Longitud:[0-30];Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro interno 1ª luz:[28-28];Diámetro interno 2ª luz:[0-0];	VYGON, S.A.U.	126120	100000055166	66,36 €
46	F30356	CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA / LARGA DURACION-	VYGON, S.A.U.	1252235	100121623125	90,19 €

Audite: Mercedes Pérez, s/n
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.orientacion@junta.deandalucia.es

		Longitud:[30-60];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro interno 1ª luz:[24-24];Diámetro interno 2ª luz:[24-24];				
47	F35536	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud: [40-80];Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[4-4];	VYGON, S.A.U.	839414	100088919574	108,78 €
48	E96979	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud: [40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro	Palex Medical S.A.	A14-04160-N	100167639920	67,99 €

Andrés Hernández Pérez, c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.contratacion@junta.deandalucia.es

		externo del catéter:[4-4];				
48	E96979	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud: [40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[0-0];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[4-4];	VYGON, S.A.U.	VHLP04160N	100159575764	72,60 €
49	F78438	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 1 LUZ/Pediátrico-Longitud del catéter:(6-9);Diámetro interno 1 luz:[22-22];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[3-3];	VYGON, S.A.U.	121108	100091129508	13,73 €
52	C44615	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES CON ANTISEPTICO-Longitud: [10-40];Diámetro interno 1 luz:[14-14];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-27702-E	100006684519	17,64 €

Andrés Hernández Pérez, s/n
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.c@comprascompras.sen.sspa@juntadeandalucia.es

		0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];				
53	D41268	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[22-22];Diámetro interno 2 luz:[22-22];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[3-3];	VYGON, S.A.U.	157204	100091911305	44,40 €
54	D92028	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[22-22];Diámetro interno 2 luz:[22-22];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:1 a 3 meses;Diámetro externo del catéter:[3-3];	VYGON, S.A.U.	157154	100000059904	40,52 €
55	C24199	EQ. CATETER CENTRAL	TELEFLEX	CS-17752	100000077683	34,61 €

Andrés Hernández Pérez, c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.c.contratacion@servi.consejo@juntadeandalucia.es

		TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[14-14];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	MEDICAL. S.A.U.			
56	F58270	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[20-20];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[5-5];	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	IB-01652	100096120018	63,50 €
57	E58228	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud:[40-80];Diámetro interno 1 luz:[16-16];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro	VYGON, S.A.U.	839425	100075939462	133,10 €

Andrés Hernández Pérez, c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.c.contratacion@junta.deandalucia.es

		interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];				
58	E73808	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud: [40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro externo del catéter:[5-5];	Palex Medical S.A.	A14-05260-N	100167641143	74,40 €
58	E73808	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUZ/ LARGA DURACION Y ALTO FLUJO-Longitud: [40-80];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[18-18];Diámetro interno 3 luz:[0-0];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:6 a 12 meses;Diámetro	VYGON, S.A.U.	VHLPM05260N	100159099251	75,79 €

Andrés Hernández Pérez, c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
pila@comprascompras.com | pila@juntadeandalucia.es

		externo del catéter:[5-5];				
60	E73447	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES/ pediátrico-Longitud del catéter: (11-15);Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[20-20];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[5-5];	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4167139-07	100122063362	45,98 €
62		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 2 LUCES/ pediátrico	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4166949-07	100122063261	35,70 €
64	E84073	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES-Longitud:[10-40];Diámetro interno 1 luz:[18-18];Diámetro interno 2 luz:[16-16];Diámetro interno 3 luz:[18-18];Diámetro interno 4 luz:[0-0];Diámetro interno 5 luz:[0-0];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[7-7];	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-15703-E	100000076774	13,90 €
65		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-18763-E	100006700985	40,72 €
66		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES CON ANTISEPTICO	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CS-25703-E	100000060814	17,55 €

Audite: Mercedes Pérez, s/n
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.consejeria@juntadeandalucia.es

72	E75504	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES/ Pediátrico- Longitud del catéter: (20-30);Diámetro interno 1 luz:[20-20];Diámetro interno 2 luz:[23-23];Diámetro interno 3 luz:[23-23];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[4.5-4.5];	VYGON, S.A.U.	1233302	100090197382	57,48 €
74	E74618	EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 3 LUCES/ Pediátrico- Longitud del catéter:(6-9);Diámetro interno 1 luz:[20-20];Diámetro interno 2 luz:[23-23];Diámetro interno 3 luz:[23-23];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro externo del catéter:[4.5-4.5];	VYGON, S.A.U.	1233082	100090197281	63,10 €
75		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 4 LUCES	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAFV4926	100129826072	20,50 €
75		EQ. CATETER CENTRAL TECNICA SELDINGER 4 LUCES	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	CV-15854	100000117091	20,82 €
76	E55477	DISPOSITIVO FIJACION CATETER CENTRAL - ARTERIAL- Tamaño:Adulto;	MEDICAL SOREVAN SL	3300MWA	100139013970	3,80 €
76	E55477	DISPOSITIVO FIJACION CATETER CENTRAL -	MEDICAL SOREVAN SL	3601CVC	100137324111	4,07 €

Audite: Mandados Pánel, s/n
24004 - Córdoba
T: 957020000
pda.orientacion@junta.deandalucia.es

		ARTERIAL- Tamaño:Adulto;				
76	E55477	DISPOSITIVO FIJACION CATETER CENTRAL - ARTERIAL- Tamaño:Adulto;	BECTON DICKINSON S.A.U.	VPPCSPCE	100011490161	3,45 €
76	E55477	DISPOSITIVO FIJACION CATETER CENTRAL - ARTERIAL- Tamaño:Adulto;	Palex Medical S.A.	MD060170/1DM	100168424950	3,39 €
76	E55477	DISPOSITIVO FIJACION CATETER CENTRAL - ARTERIAL- Tamaño:Adulto;	TELEFLEX MEDICAL. S.A.U.	3604MCS-TA-1	100115957889	3,65 €
76	E55477	DISPOSITIVO FIJACION CATETER CENTRAL - ARTERIAL- Tamaño:Adulto;	VYGON, S.A.U.	580409	100138253892	3,99 €
77	F59790	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN CATÉTER POR ANCLAJE-Diámetro del catéter:3.0;	VYGON, S.A.U.	400130	100133664040	47,54 €
78	F27875	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN CATÉTER POR ANCLAJE-Diámetro del catéter:4.0;	VYGON, S.A.U.	400140	100133664141	47,54 €
79	F50303	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN CATÉTER POR ANCLAJE-Diámetro del catéter:5.0;	VYGON, S.A.U.	400110	100133482800	47,54 €
81	B39189	AGUJA EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ SIST. SEGURIDAD- LONGITUD:[25- 50];DIAMETRO:[21-21];	Iberian Care 2016,S.L.	45423	100168594765	0,16 €
81	B39189	AGUJA EXTRACCION	Sol	SMSN21125	100163689527	0,10 €

Audite: (Máximo Páez), c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
páez.audite@juntadeandalucia.es

		SANGRE POR VACIO C/ SIST. SEGURIDAD- LONGITUD:[25- 50];DIAMETRO:[21-21];	Millennium España			
82	D91468	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / adulto /Sistema de seguridad-Longitud:(25- 50);Diámetro:[0.8-0.8];	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2140	100167770449	0,04 €
82	D91468	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / adulto /Sistema de seguridad-Longitud:(25- 50);Diámetro:[0.8-0.8];	Iberian Care 2016,S.L.	SN21G40	100149335730	0,05 €
82	D91468	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / adulto /Sistema de seguridad-Longitud:(25- 50);Diámetro:[0.8-0.8];	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B021/40	100152426166	0,05 €
82	D91468	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / adulto /Sistema de seguridad-Longitud:(25- 50);Diámetro:[0.8-0.8];	OIARSO, S.COOP.	AS2112	100168209685	0,06 €
82	D91468	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / adulto /Sistema de seguridad-Longitud:(25- 50);Diámetro:[0.8-0.8];	SISMED HISPANIA SL	SAN2138R1	100168541932	0,06 €
83	F16713	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / pediátrica / Sistema de seguridad-Longitud:[10- 25];Diámetro:[0.6-0.6];	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2325	100167770742	0,04 €
83	F16713	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / pediátrica / Sistema de	Iberian Care 2016,S.L.	SN23G25	100149325830	0,05 €

Andrés Hernández Pérez, c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.c.contratacion@servicioandalucia.es

		seguridad-Longitud:[10-25];Diámetro:[0.6-0.6];				
83	F16713	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / pediátrica / Sistema de seguridad-Longitud:[10-25];Diámetro:[0.6-0.6];	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B023/25	100152426267	0,05 €
83	F16713	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / pediátrica / Sistema de seguridad-Longitud:[10-25];Diámetro:[0.6-0.6];	OIARSO, S.COOP.	AS2301	100168209786	0,06 €
83	F16713	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / pediátrica / Sistema de seguridad-Longitud:[10-25];Diámetro:[0.6-0.6];	SISMED HISPANIA SL	SAN2325R1	100168542346	0,06 €
84	B43548	AGUJA HIPODERMICA INTRAMUSCULAR / pediátrica / Sistema de seguridad-Longitud:(25-50);Diámetro:[0.7-0.7];	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B022/30	100154166536	0,05 €
85	F16711	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud:[10-25];Diámetro:[0.8-0.8];	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2125	100167770348	0,04 €
85	F16711	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud:[10-25];Diámetro:[0.8-0.8];	Iberian Care 2016,S.L.	SN21G25	100149301393	0,05 €
85	F16711	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud:[10-25];Diámetro:[0.8-0.8];	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B021/25	100139134497	0,05 €

85	F16711	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.8-0.8];	SISMED HISPANIA SL	SAN2125R1	100168542942	0,06 €
85	F16711	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.8-0.8];	Sol Millennium España	SN2110	100163653362	0,04 €
86	F16712	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.9-0.9];	Iberian Care 2016,S.L.	SN20G25	100149300787	0,05 €
86	F16712	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.9-0.9];	SISMED HISPANIA SL	SAN2025R1	100168543952	0,06 €
86	F16712	AGUJA HIPODERMICA INTRAVENOSA /Sistema de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.9-0.9];	Sol Millennium España	SN2010	100163653665	0,04 €
87	B67766	AGUJA HIPODERMICA SUBCUTANEA /Sistema de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.4-0.4];	Iberian Care 2016,S.L.	SN27G13	100154126138	0,05 €
87	B67766	AGUJA HIPODERMICA SUBCUTANEA /Sistema de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.4-0.4];	SISMED HISPANIA SL	SAN2713R1	100168544265	0,08 €
88	B38877	AGUJA HIPODERMICA SUBCUTANEA /Sistema	Iberian Care 2016,S.L.	SN25G16	100149326042	0,05 €

Audio: (Módulo de Firma) s/n
24004 - Córdoba
T: 967000000
pila.compras@juntadeandalucia.es

		de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.5-0.5];				
88	B38877	AGUJA HIPODERMICA SUBCUTANEA /Sistema de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.5-0.5];	OIARSO, S.COOP.	AS2558	100168209887	0,06 €
88	B38877	AGUJA HIPODERMICA SUBCUTANEA /Sistema de seguridad-Longitud: [10-25];Diámetro:[0.5-0.5];	SISMED HISPANIA SL	SAN2516R1	100168544467	0,06 €
89	B70592	AGUJA HIPODERMICA CON ALETAS Y LINEA LARGA C/ SIST. DE SEGURIDAD-Diámetro : [21-21];	BECTON DICKINSON S.A.U.	367246	100013214781	0,41 €
89	B70592	AGUJA HIPODERMICA CON ALETAS Y LINEA LARGA C/ SIST. DE SEGURIDAD-Diámetro : [21-21];	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450091V1	100165204137	0,38 €
90	B70482	AGUJA HIPODERMICA CON ALETAS Y LINEA LARGA C/ SIST. DE SEGURIDAD-Diámetro : [23-23];	BECTON DICKINSON S.A.U.	367247	100013237713	0,41 €
90	B70482	AGUJA HIPODERMICA CON ALETAS Y LINEA LARGA C/ SIST. DE SEGURIDAD-Diámetro : [23-23];	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450092V1	100165204339	0,38 €
91	D61929	AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL / corta-Longitud: [90-100];Diámetro :[20-20];	BECTON DICKINSON S.A.U.	405253	100001613507	1,00 €

Audite: Mandados Pánel, s/n
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.compras@juntadeandalucia.es

92	D46535	AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL / corta-Longitud: [90-100];Diámetro :[22-22];	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4507908-01	100000121830	1,17 €
92	D46535	AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL / corta-Longitud: [90-100];Diámetro :[22-22];	Iberian Care 2016,S.L.	TSPQ2290	100161288474	0,84 €
92	D46535	AGUJA ESPINAL PUNTA BISEL / corta-Longitud: [90-100];Diámetro :[22-22];	VYGON, S.A.U.	18397	100000054055	1,21 €
95	F37687	EQ. DRENAJE DE LIQUIDO ASCITICO- Diámetro de aguja:[15-15];Capacidad reservorio:[8000-11000];Longitud de la aguja:[0-180];	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ZABGSET150710L	100125154384	36,24 €
96	B58591	AGUJA EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ PORTATUBOS Y SIST. SEGURIDAD-LONGITUD: [25-50];DIAMETRO:[21-21];	BECTON DICKINSON S.A.U.	368835	100032770514	0,42 €
96	B58591	AGUJA EXTRACCION SANGRE POR VACIO C/ PORTATUBOS Y SIST. SEGURIDAD-LONGITUD: [25-50];DIAMETRO:[21-21];	Iberian Care 2016,S.L.	SBCNK21G32H	100166989651	0,20 €
98	F18550	EQ. CATETER PERICARDIOCENTESIS DE EMERGENCIA- Diámetro:[12-12];Longitud :[25-50];	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	PC803EU	100110994858	226,72 €
98	F18550	EQ. CATETER	MERIT	PC804EU	100110974058	226,72 €

Audio: 0496000000, s/n
24004 - Córdoba
T: 957000000
pila.comercializacion.venta.compra@juntadeandalucia.es

		PERICARDIOCENTESIS DE EMERGENCIA- Diámetro:[12-12];Longitud :[25-50];	MEDICAL SPAIN, SLU			
99	E97812	CATETER DE ESTIMULACION BIPOlar TEMPORAL REFORZADO-LONGITUD: [100-125];Diámetro:[5-5];	BECTON DICKINSON S.A.U.	007151P	100003731591	235,95 €
100	E97497	CATETER DE ESTIMULACION BIPOlar TEMPORAL REFORZADO-LONGITUD: [100-125];Diámetro:[6-6];	BECTON DICKINSON S.A.U.	007153P	100003731894	235,95 €
101	B49271	COMPRESOR VENA S/LATEX - GC	GARRIC MEDICA, S.L.	GCG1510	100147892552	0,10 €
101	B49271	COMPRESOR VENA S/LATEX - GC	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ZTDU01F	100107044951	0,09 €
101	B49271	COMPRESOR VENA S/LATEX - GC	Sol Millennium España	TNQ002	100168576480	0,07 €
102	F26610	LANCETA PUNCION PRUEBAS CUTANEAS-GC	GARRIC MEDICA, S.L.	1005	100168469601	0,03 €
102	F26610	LANCETA PUNCION PRUEBAS CUTANEAS-GC	KRAPE, S.A.	71002	100120342883	0,05 €

SEGUNDO.- Dejar desiertos las siguientes agrupaciones de lote y lotes:

Agrupación 3 (lotes 7 a 9): No se ha recibido ninguna oferta.

Agrupación 4 (lotes 10 y 11): Desistimiento del órgano de contratación.

Andrés Hernández Pérez, c/c
24004 - Córdoba
T: 957000000
pda.contratacion@junta.deandalucia.es

Agrupación 5 (lotes 12 a 14): No hay más ofertas tras la exclusión de TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 17: No hay más ofertas tras la exclusión de INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. por no superar el umbral mínimo y de VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 21 y 22: No hay más ofertas tras la exclusión de MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 29 y 30: No hay más ofertas tras la exclusión de B.BRAUN MEDICAL, S.A. y VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 31: No hay más ofertas tras la exclusión de B.BRAUN MEDICAL, S.A. por superar el importe de licitación y de VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 32: No hay más ofertas tras la exclusión de INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. y VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 37: No hay más ofertas tras la exclusión de TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas y de VYGON, S.A.U. por superar el importe de licitación.

Lote 50: No se ha recibido ninguna oferta.

Lote 51: No hay más ofertas tras la exclusión de INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. y TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 59: No hay más ofertas tras la exclusión de BECTON DICKINSON S.A.U. por superar el importe de licitación y de PALEX MEDICAL S.A. y VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 61: No hay más ofertas tras la exclusión de INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. por no superar el umbral mínimo y de B.BRAUN MEDICAL, S.A., TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. y VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 63: No hay más ofertas tras la exclusión de INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. por no superar el umbral mínimo y de TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. y VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 67: No hay más ofertas tras la exclusión de MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L., PALEX MEDICAL, S.A. y VYGON S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas y de TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. por no atender el requerimiento realizado.

Auditor: Ramón del Moral, s/n
24004 - Córdoba
T: 927020000
pda.c.contratacion.firma.campa@juntadeandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 28/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Lote 68: No hay más ofertas tras la exclusión de VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 69: No hay más ofertas tras la exclusión de TELEFLEX MEDICAL. S.A.U. y VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 70: No hay más ofertas tras la exclusión de INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. por no superar el umbral mínimo y de TELEFLEX MEDICAL. S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 71: No hay más ofertas tras la exclusión de VYGON, S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 73: No hay más ofertas tras la exclusión de INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. por no superar el umbral mínimo y de TELEFLEX MEDICAL. S.A.U. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 80: No hay más ofertas tras la exclusión de INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. por superar el importe de licitación

Lote 93 y 94: No hay más ofertas tras la exclusión de IZASA HOSPITAL S.L.U. y MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. por no superar el umbral mínimo y de MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.. por no cumplir las prescripciones técnicas.

Lote 97: No se ha recibido ninguna oferta.

TERCERO.- Significar expresamente que en el anexo adjunto a la presente Resolución se contiene la información necesaria a la que hace referencia el artículo 151.1 de la LCSP.

CUARTO. – Notificar la adjudicación a las empresas licitadoras y publicar la misma en el perfil del contratante. La notificación debe contener la información necesaria a la que se refiere el artículo 151 de la LCSP.

QUINTO - Para la adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco deberán tenerse en cuenta los valores de las condiciones objetivas de las ofertas admitidas en relación a los Aspectos técnicos que cumplen con lo requerido en el apartado Criterios de Adjudicación del Acuerdo Marco, apartado 7.4 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

SEXTO. - Formalícese el contrato, indicándose que el plazo en que debe procederse a la formalización de los preceptivos contratos por quienes hayan resultado adjudicatarios, de conformidad con el artículo 153 de la LCSP, es de 5 días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos, al ser el presente contrato susceptible del recurso especial en materia de contratación.

Audite: Máximo Pérez, s/n
24004 - Córdoba
T: 924000000
gpa.contratacion.firma.compra@juntadeandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 29/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Contra la presente resolución podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación, de conformidad con el artículo 44 del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta. Asimismo, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de notificación de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 26/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa.

Córdoba, a fecha de firma digital.
EL DIRECTOR GERENTE

Audite: Hernández Pérez, s/n
24004 - Córdoba
T: 957020000
gila.contratacion@servi.compras@juntadeandalucia.es

FRANCISCO DE ASIS TRIVIÑO TARRADAS		29/07/2026	PÁGINA 30/64
VERIFICACIÓN	BndJAEKJJGEEM92HDJ8DRX7TABFPF7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

CPC: Córdoba

OBJETO DEL CONTRATO:

ACUERDO MARCO CON VARIAS EMPRESAS PARA EL SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA, GENÉRICO DE FUNCIÓN: AGUAS CÁNUAS Y CANTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATALOGO 3.4.3.), CON DESTINO A LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE CÁDIZ DE CORDOBA. (PAIN 16/25)

Nº de EXPEDIENTE: 538/2025

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
1	1	SU_PC_SANI.01.0 3.02.100003		21 %	252,829500	180	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC 0912-20	100013622409	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	242,47										
1	2	SU_PC_SANI.01.0 3.02.100003		21 %	265,534500	80	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC 0914-20MR	100012491778	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	254,64										
1	3	SU_PC_SANI.01.0 3.02.600000	873091	21 %	87,664500	30	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC ILS 0914-20	100014474708	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	84,07										
1							HOLOGIC IBERIA SL				22,5	69.382,01	66.537,90	4,10%	45,00%	-	NO	11,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	33,50	
2	4	SU_PC_SANI.01.0 3.02.100003		21 %	265,534500	1100	HOLOGIC IBERIA SL	BREVDSF09	100165092893	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	265,53										
2	5	SU_PC_SANI.01.0 3.02.400002	D98959	21 %	2,540000	1040	HOLOGIC IBERIA SL	EVIVA NG09 L	100088240012	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	2,541										

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
2	6	SU_PC_SANI.01.0 7.06.700000	048116	21 %	1.270500	1280	HOLOGIC IBERIA SL	ATEC CANISTER	100013279333	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	1,27										
2							HOLOGIC IBERIA SL				22,5		296.356,83	296.351,24	0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
3	7	SU_PC_SANI.01.0 3.04.200005	039912	21 %	137,912775	40				SIN OFERTAS												
3	8	SU_PC_SANI.01.0 3.04.200005	098891	21 %	168,369201	40				SIN OFERTAS												
3	9	SU_PC_SANI.01.0 3.04.200005	048250	21 %	137,912775	30				SIN OFERTAS												
3																						
4	10	SU_PC_SANI.01.0 3.06.400003	039190	21 %	0,326519	589500																
4	11	SU_PC_SANI.01.0 3.06.400003	041735	21 %	0,326519	82540																
4										DESISTIMIENTO DEL ORGANO DE CONTRATACION												
5	12	SU_PC_SANI.01.0 3.19.100005	040890	21 %	800,415000	14	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	IAB-5840C	100000147690	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado diámetro 7,5 FR y la oferta presentada es de 8 FR.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
5	13	SU_PC_SANI.01.0 3.19.100005	064390	21 %	990,990000	4	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	IAB-05830-LWS	100006567537	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado diámetro 7,5 FR y la oferta presentada es de 8 FR.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
5	14	SU_PC_SANI.01.0 3.19.100005	060129	21 %	990,990000	8	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	IAB-05840-LWS	100006567436	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado diámetro 7,5 FR y la oferta presentada es de 8 FR.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
5																						
	15	SU_PC_SANI.01.0 3.06.100007	039188	21 %	2,210670	2000	VI GON, S.A.U.	21408	100006595914	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	2,178			1,48%	45,00%	-	NO	3,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	26,00
	16	SU_PC_SANI.01.0 3.15.200009		21 %	14,686160	236	VI GON, S.A.U.	127003	100006617946	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	14,6280			0,06%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	EC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	17	SU.PC.SANI.01.0 3.15.200009		21 %	22,462440	200	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	ACCDLCO02SKU	100166205249	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas considerándose que no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. Se ha comprobado que la rigidez del polietileno provoca cierto efecto memoria al doblar el catéter, lo que puede provocar obstrucción del mismo a la hora de nuestra práctica en fijación externa, dado que se hace un bucle alrededor de la zona umbilical.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	17	SU.PC.SANI.01.0 3.15.200009		21 %	22,462440	200	VIGON, S.A.U.	127004	100006618158	Oferta no cumple prescripciones técnicas es de una luz y se ha solicitado de dos luces.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	18	SU.PC.SANI.01.0 3.15.200009		21 %	13,416480	174	VIGON, S.A.U.	127005	100006617744	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	13.406			0,08 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	19	SU.PC.SANI.01.0 3.15.200009		21 %	14,983500	16	VIGON, S.A.U.	127002	100006618057	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	14.9798			0,02 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	20	SU.PC.SANI.01.0 3.02.510000		21 %	782,460130	20	Import and Export Medical and endovascular Product SL	TL-18C	100111252562	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	804,35						Excluido por superar precio de licitación				
	20	SU.PC.SANI.01.0 3.02.510000		21 %	782,460130	20	Palex Medical S.A.	TL-18C	100111252562	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, en seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia se consigue la finalidad perseguida con una unidad de producto.	22,5	625,570000			20,05 %	55,00 %	469,47	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	21	SU.PC.SANI.01.0 3.02.600000		21 %	19,057500	300	MERT MEDICAL SPAIN, SLU	PP1710	100134983386	Oferta no cumple prescripciones técnicas hemos solicitado 138 mm de longitud y la oferta presentada es de 100 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	22	SU.PC.SANI.01.0 3.02.600000		21 %	19,057500	100	MERT MEDICAL SPAIN, SLU	PP176	100134983669	Oferta no cumple prescripciones técnicas hemos solicitado 78 mm de longitud y la oferta presentada es de 60 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	23	SU.PC.SANI.01.0 3.03.000007	848091	21 %	743,959500	218	Palex Medical S.A.	NSC15/22	100167919958	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	62,920000			16,00 %	55,00 %	44,98	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	EC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Límite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
24		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E90260	21 %	11,434500	500	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892515-01	100100583483	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	11.374000			0,53 %	45,00 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado Cadena de custodia	0	22,50
24		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E90260	21 %	11,434500	500	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-76	10090961703	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
24		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E90260	21 %	11,434500	500	VYGON, S.A.U.	6194153	100901010819	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
25		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E83350	21 %	11,434500	796	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892510-01	100100572785	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	11.374000			0,53 %	45,00 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado Cadena de custodia	0	22,50
25		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E83350	21 %	11,434500	796	GRIFOLS MOVACO, S.A	001187-72	100127163579	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
25		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E83350	21 %	11,434500	796	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-72	10090961501	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
25		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E83350	21 %	11,434500	796	VYGON, S.A.U.	AEQMV20120	100163425965	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el catéter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
26		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E90261	21 %	11,434500	50	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892503-01	100100583099	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	11.374000			0,53 %	45,00 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado Cadena de custodia	0	22,50
26		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E90261	21 %	11,434500	50	VYGON, S.A.U.	6194353	100901010617	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado de 22 y la oferta presentada es de 236.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	EC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
27		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10.036950	410	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892505-01	100100572583	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	9.9825500			0,54 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado PSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
27		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10.036950	410	GRIFOLS MOVACO, S.A	001187-70	100127146800	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
27		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10.036950	410	GRIFOLS MOVACO, S.A	001187-74	100127163670	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
27		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10.036950	410	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-70	100090929789	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
27		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10.036950	410	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-74	100090930093	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
27		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10.036950	410	VIGON, S.A.U.	AETM172050	100159076128	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
28		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10.706850	280	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892508-01	100105863291	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	10.587500			1,11 %	45,00 %	-	NO	3,50	No aporta Certificado PSC o PEFC Cadena de custodia	0	26,00
28		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10.706850	280	GRIFOLS MOVACO, S.A	001187-71	100127145597	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
28		SU.PC.SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10.706850	280	GRIFOLS MOVACO, S.A	001185-71	100090929981	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de mediación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica total	Criterio medioambi- ental	Puntuación criterio medioambi- ental	Puntuación total
		SU_PC_SANI.01.0 3.05.000001	E72042	21 %	10,708950	280	VYGON, S.A.U.	AETMV22080	100157066720	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
		SU_PC_SANI.01.0 3.05.000001	E72040	21 %	12,198800	240	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892608-01	100106212553	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado longitud de la aguja (80-130), y la oferta presentada es de 80 por lo que no cumple.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
		SU_PC_SANI.01.0 3.05.000001	E72040	21 %	12,198800	240	VYGON, S.A.U.	6194103	100090110415	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
		SU_PC_SANI.01.0 3.05.000002	F39061	21 %	9,078950	460	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892610-01	100106222655	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado de 21 G y la oferta presentada es de 20G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
		SU_PC_SANI.01.0 3.05.000002	F39061	21 %	9,078950	460	VYGON, S.A.U.	AETMV21100	100162703376	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
		SU_PC_SANI.01.0 3.05.000002	F19177	21 %	9,078950	200	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4892605-01	100106222594	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	12,705000			Excluido por superar precio de licitación						
		SU_PC_SANI.01.0 3.05.000002	F19177	21 %	9,078950	200	VYGON, S.A.U.	AETMV22050	100162703477	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el sistema sea de una sola pieza, que no sea desmontable. Y la oferta presentada el carácter de introducción de medicación si se desmonta.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
		SU_PC_SANI.01.0 3.15.000010	F24710	21 %	14,479500	960	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	ACA0418KS	100163327975	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado longitud entre 20 y 30 cm y la oferta presentada es de 16 cm. Además el carácter es de FEBAX y no polietileno como se ha solicitado.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
		SU_PC_SANI.01.0 3.15.000010	F24710	21 %	14,479500	960	VYGON, S.A.U.	11512	100000055267	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado longitud entre 20 y 30 cm y la oferta presentada es de 18 cm.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
		SU_PC_SANI.01.0 3.15.000010	F88574	21 %	22,411620	280	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	SAC-05522-PBX	100127437647	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el carácter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBA.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambi ental	Puntuación criterio medioambi ental	Puntuación total
33		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F88574	21 %	22,411620	280	VGON, S.A.U.	121204	100001602541	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	22,3850			0,12 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
34		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F78028	21 %	14,115255	80	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	ACA03090KS	100163315853	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el carácter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBAX	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
34		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F78028	21 %	14,115255	80	VGON, S.A.U.	115994	100021604637	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	14,0965			0,13 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
35		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F88565	21 %	26,709510	320	VGON, S.A.U.	121206	100091764815	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	26,499			0,77 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
36		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F78027	21 %	12,882870	200	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	ACA03090KS	100163315954	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el carácter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBAX.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
36		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F78027	21 %	12,882870	200	VGON, S.A.U.	115996	100021604738	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	12,8744			0,07 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
37		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F25235	21 %	26,566155	320	TELELEX MEDICAL, S.A.U.	SAC-00822-PBX	100127437940	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el carácter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEB.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
37		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F25235	21 %	26,566155	320	VGON, S.A.U.	121208	100090971704	oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	26,5716									
38		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F24661	21 %	11,056500	7780	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	ACA03090KS	100163316166	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el carácter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEBAX.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									
38		SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F24661	21 %	11,056500	7780	TELELEX MEDICAL, S.A.U.	SAC-00820-PBX	100127438657	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado que el carácter sea de polietileno y la oferta presentada es de PEB.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS									

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio mediambiental	Puntuación criterio medioambi ental	Puntuación total
38	SU.PC.SANI.01.0 3.15.000010	F24661	21 %	11.056500	7780	WIGON, S.A.U.	115990	100000061925		oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	11.0473			0,08 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
39	SU.PC.SANI.01.0 3.16.105000	B38102	21 %	132.132000	440	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	13147P	100100031620		oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	131.89			0,18 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
39	SU.PC.SANI.01.0 3.16.105000	B38102	21 %	132.132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2702NMF	100163712964		Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS									
39	SU.PC.SANI.01.0 3.16.105000	B38102	21 %	132.132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2703NF	100163713075		Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS									
39	SU.PC.SANI.01.0 3.16.105000	B38102	21 %	132.132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2704NOF	100163712065		Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS									
39	SU.PC.SANI.01.0 3.16.105000	B38102	21 %	132.132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2704NOF	100163712166		Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS									
39	SU.PC.SANI.01.0 3.16.105000	B38102	21 %	132.132000	440	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	TD2704NOF	100163712267		Oferta no cumple prescripciones técnicas, el cateter presentado no es compatible con el monitor HEMOSPHERE, porque su conexión no es compatible y los datos no son validados correctamente por el monitor.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS									
40	SU.PC.SANI.01.0 3.10.100005	B38095	21 %	3,494891	9478	BECTON DICKINSON S.A.U.	383328	100077869457		Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado con posibilidad de retirar la pima de clampaje y la oferta presenta no se puede retirar.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS									
40	SU.PC.SANI.01.0 3.10.100005	B38095	21 %	3,494891	9478	Palex Medical S.A.	11925	100137451598		Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	2,620860			25,01 %	2,10	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	41	SU.PC.SANI.01.0 3.10.500003	F64399	21 %	52,814485	1460	Intercirujal España, S.L. (Unipersonal)		100168535274	Oferta no cumple. La muestra presentada es la referencia ACMLSQ420K, aun así se ha comprobado que ninguna de las dos referencias es de alto flujo, es decir no alcanzan los estándares de límites de presión para administrar contrastes yodados en pruebas de imagen.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	41	SU.PC.SANI.01.0 3.10.500003	F64399	21 %	52,814485	1460	VGON, S.A.U.	12814252	100137584339	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	52,8044			0,02 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	42	SU.PC.SANI.01.0 3.10.500007				80	VGON, S.A.U.	12813102	100136533121	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	47,3231			0,01 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	43	SU.PC.SANI.01.0 3.10.500007	F95892	21 %	42,729750	80	VGON, S.A.U.	12813122	100136523221	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	42,7231			0,02 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	44	SU.PC.SANI.01.0 3.10.500007	F91553	21 %	42,793275	40	VGON, S.A.U.	1281320	100129963036	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	42,7856			0,02 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	45	SU.PC.SANI.01.0 3.11.000000	G05622	21 %	46,358215	20	VGON, S.A.U.	126120	100000055166	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	68,3564			0,00 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	46	SU.PC.SANI.01.0 3.11.100013	F30556	21 %	90,205590	20	VGON, S.A.U.	1252235	100121623125	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	90,1934			0,01 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	EC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	47	SU.PC.SANI.01.0 3.11.20009	F3536	21 %	120.697500	260	Medline International Iberia S.L.U.	VP-CTSL-0555-KCD	10016856681	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado de 4 Fr y la oferta presentada es de 5Fr.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	47	SU.PC.SANI.01.0 3.11.20009	F3536	21 %	120.697500	260	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	PR-45541-8A6	100167995815	No han presentado muestra por lo que no se valora al ser un requisito obligatorio como se indica en el PCAP	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	47	SU.PC.SANI.01.0 3.11.20009	F3536	21 %	120.697500	260	VYGON, S.A.U.	839414	100088919574	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	108,7790			9,87%	45,00%	-	NO	23,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	46,00
	48	SU.PC.SANI.01.0 3.11.20009	E96979	21 %	80,850000	580	BECTON DICKINSON S.A.U.	617418	100103981274	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	108,900000				Excluido por superar precio de licitación						
	48	SU.PC.SANI.01.0 3.11.20009	E96979	21 %	80,850000	580	Medline International Iberia S.L.U.	VP-CTSL-0455-KCD	100168566782	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	79,860000			1,22%	45,00%	-	NO	3,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	Excluido por no haber presentado requerimiento de documentación previa a la adjudicación
	48	SU.PC.SANI.01.0 3.11.20009	E96979	21 %	80,850000	580	Pilex Medical S.A.	A14-04160-N	100167639920	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	67,993530			15,90%	55,00%	48,60	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	48	SU_PC.SANI.01.0 3.11.20009	E96979	21 %	80,350000	580	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	EU-25041-HP	100100463581	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización tiene una pieza para adaptar el catéter en caso de que el catéter quede algunos centímetros fuera, que a veces se precisa para que el sistema de localización con el electrodo intracavitario sea óptimo. En cuanto a seguridad de uso y de resultados el microintroducir tiene muy buena transición desde la a cánula pelable con el dilatador por lo que a veces no se precisa corte con bisturí de la piel, menos riesgo de sangrado. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	45	78,650			2,72%	100,00%	56,08	NO	6,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	Excluido por no atender requerimiento de documentación previa a la adjudicación
	48	SU_PC.SANI.01.0 3.11.20009	E96979	21 %	80,350000	580	NYGON, S.A.U.	VHLPN04160N	100159575764	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturí de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	22,5	72,6			10,20%	45,00%	-	NO	26,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	48,50
	49	SU_PC.SANI.01.0 3.11.20010	F78438	21 %	13,759515	120	NYGON, S.A.U.	121108	100091129508	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	13,7335			0,19%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	50	SU_PC.SANI.01.0 3.11.20012	F19667	21 %	132,762001	152				DESIERTO												
	51	SU_PC.SANI.01.0 3.11.30020	D62266	21 %	14,547225	568	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAC2726	100125422896	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado diámetro externo de 7,5 F. y la oferta presentada es de 7 F.	-											
	51	SU_PC.SANI.01.0 3.11.30020	D62266	21 %	14,547225	568	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CV-17702	10000090211	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado diámetro externo de 7,5 F. y la oferta presentada es de 7 F.	-											
	52	SU_PC.SANI.01.0 3.11.30021	C44615	21 %	17,774295	60	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CS-27702-E	10000684519	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	17,642			0,74%	55,00%	10,66	NO	0,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	27,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Límite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	53	SU.PC.SANI.01.0 3.11.300020	041268	21 %	44,467500	100	VGON, S.A.U.	157204	10009191305	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	44,40			0,15 %	45,00 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	54	SU.PC.SANI.01.0 3.11.300020	092028	21 %	40,529999	40	VGON, S.A.U.	157154	100000059904	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	40,5229			0,02 %	45,00 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	55	SU.PC.SANI.01.0 3.11.300020	C24199	21 %	36,277500	460	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	B4C272960	100137621717	Oferta alta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados y seguridad de uso a la hora de la inserción del cable el progreso de la guía y posterior carácter es mas dificultoso que la referencia de Teleflex que en ocasiones se requiere abrir otro set, por lo que se ve comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	55	SU.PC.SANI.01.0 3.11.300020	C24199	21 %	36,277500	460	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	CS-17752	100000077693	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	34,606			4,61 %	55,00 %	21,77	NO	11,00 FSC Cadena de custodia	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	39,50
	56	SU.PC.SANI.01.0 3.11.300020	F58270	21 %	63,525000	60	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	IB-01662	100096120018	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	63,501			0,04 %	55,00 %	38,12	NO	0,00 FSC Cadena de custodia	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	27,50
	57	SU.PC.SANI.01.0 3.11.300023	E58228	21 %	133,402500	220	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	PR-45552-BAS	100167995815	Oferta no cumple prescripciones técnicas porque según ficha técnica es de 5,5 Fr. y se ha solicitado de 5 Fr.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	57	SU.PC.SANI.01.0 3.11.300023	F58228	21 %	133,402500	220	VGON, S.A.U.	839425	100075939462	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	133,1			0,29 %	45,00 %	-	NO	0,00 FSC o PEFC	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
58	SU_PC-SANI.01.0 3.1.1.300023	E73808	21 %	88,357500	880	BECTON DICKINSON S.A.U.	6275118	100013617751	22,5	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados, la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturi de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	114,400000	Excluido por superar precio de licitación										
58	SU_PC-SANI.01.0 3.1.1.300023	E73808	21 %	88,357500	880	Medline International Iberia S.L.U.	6275118	100168566984	22,5	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados, la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturi de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	88,088000	NO	-	45,00%	0,31%		No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0,00	Excluido por no atender requerimiento de documentación previa a la adjudicación			
58	SU_PC-SANI.01.0 3.1.1.300023	E73808	21 %	88,357500	880	Palex Medical S.A.	A14-05260-N	100167641143	22,5	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados, la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturi de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	74,395640	NO	52,84	55,00%	15,80%		Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	50,00	77,50			
58	SU_PC-SANI.01.0 3.1.1.300023	E73808	21 %	88,357500	880	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	EU-25052-HP	100100454894	45	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización tiene una gran ventaja sobre el producto de referencia, ya que queda algunos centímetros fuera a veces se precisa para que el sistema de localización con el electrodo intracabial sea óptimo. En cuanto a seguridad de uso y de resultados el microintrodutor tiene muy buena transición desde la a cánula pelable con el dilatador por lo que a veces no se precisa corte con bisturi de la piel, menos riesgo de sangrado. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	86,9000	NO	60,97	100,00%	1,65%		Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	3,50	Excluido por no atender requerimiento de documentación previa a la adjudicación			
58	SU_PC-SANI.01.0 3.1.1.300023	E73808	21 %	88,357500	880	VIGON S.A.U.	VHLP05260N	100159092351	22,5	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de uso y resultados no presentan dificultades para su uso. En cuanto a seguridad de uso y de resultados, la transición de la cánula pelable con el dilatador obliga a usar corte con bisturi de la piel. Rendimiento y eficacia se consigue el fin perseguido con una unidad de producto.	75,79	NO	-	45,00%	14,22%		No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	36,00	58,50			
59	SU_PC-SANI.01.0 3.1.1.300023	F75368	21 %	132,825000	40	BECTON DICKINSON S.A.U.	66274118	100149165915	22,5	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	139,700000	Excluido por superar precio de licitación										

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
59		SU.PC.SANI.01.0 3.11.300023	F75868	21 %	132,825000	40	Palex Medical S.A.	A14-04260-N	100167640638	Oferta no cumple prescripciones técnicas, la muestra presentada indica en las dos luces que son de 18G, cuando hemos pedido una luz de 19 G y otra de 21 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
59		SU.PC.SANI.01.0 3.11.300023	F75868	21 %	132,825000	40	VIGON, S.A.U.	VHLP0404260N	100165931877	Oferta no cumple prescripciones técnicas, la muestra presentada indica en las dos luces que son de 18G, cuando hemos pedido una luz de 19 G y otra de 21 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
60		SU.PC.SANI.01.0 3.11.300024	F73447	21 %	46,309200	30	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	EU-24402-N	100168541235	Oferta no cumple prescripciones técnicas, se ha solicitado diámetro externo 5 F, y la oferta presentada es de 4 F. Y las luces indica la muestra de 21G y hemos solicitado una de 18G y otra de 20G	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										
60		SU.PC.SANI.01.0 3.11.300024	F73447	21 %	46,309200	30	B.BRAUN MEDICAL S.A.	44197139-07	100122063362	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados dispone de dispositivo de fijación del catéter lo que supone seguridad al paciente en cuanto a reducir el riesgo de posibles infecciones nosocomiales y arañamientos accidentales. Además aporta un sistema intraauricular lo que facilita el poder comprobar la correcta posición del catéter sin interferencias con la aurícula El bisel de la aguja es menos traumático que la oferta de INTERSURGICAL. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	45,980000			0,71 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
60		SU.PC.SANI.01.0 3.11.300024	F73447	21 %	46,309200	30	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	B4F2C24	100134654747	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja de punción muy traumática para la población objetivo. La guía no presenta flexibilidad en el manejo. La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijación es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
61		SU.PC.SANI.01.0 3.11.300024		21 %	45,877560	100	B.BRAUN MEDICAL S.A.	4416922-07	100121603527	La muestra presentada es la referencia 416949-07 y no es la oferta presentada por lo que no se puede valorar	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TECNICAS										

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	61	SU_PC_SANI.01.0 3.11.300024		21 %	45,877650	100	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	B4FC2424	100127113271	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja de punción muy traumática para la población objetivo. La guía no presenta flexibilidad en el manejo. La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijación es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	61	SU_PC_SANI.01.0 3.11.300024		21 %	45,877650	100	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	EU-14402-N	100168541437	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentación de muestras	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	61	SU_PC_SANI.01.0 3.11.300024		21 %	45,877650	100	VGON, S.A.U.	1208122	100089856832	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado lices de 2G y la oferta presentada es de 20G	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	62	SU_PC_SANI.01.0 3.11.300024		21 %	35,751870	130	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	4166949-07	100122063261	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados dispone de dispositivo de fijación del catéter lo que supone seguridad al paciente en cuanto a reducir el riesgo de posibles infecciones nosocomiales y arañamientos accidentales. Además aporta un sistema intraauricular lo que facilita el poder comprobar la correcta posición del catéter sin interferencias con la aurícula El bisel de la aguja es menos traumático que la oferta de INTERSURGICAL. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	35,695000			0,16 %	45,00 %	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	62	SU_PC_SANI.01.0 3.11.300024		21 %	35,751870	130	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	B4FC2428	100138031153	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja de punción muy traumática para la población objetivo. La guía no presenta flexibilidad en el manejo. La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijación es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	62	SU_PC_SANI.01.0 3.11.300024		21 %	35,751870	130	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	EU-16402-N	100168541831	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentación de muestras	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	EC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
63		SU.PC.SANI.01.0 3.11.300024		21 %	42,000000	120	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAC2421	100130203091	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja de punción muy traumática para la población objetivo. La guía no presenta flexibilidad en el manejo. La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijación es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
63		SU.PC.SANI.01.0 3.11.300024		21 %	42,000000	120	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	EU-12402-N	100168543356	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentación de muestras	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
63		SU.PC.SANI.01.0 3.11.300024		21 %	42,000000	120	VGON, S.A.U.	1202062	100590649458	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado de 22 G y la oferta presentada es de 20 G	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
64		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400014	B84073	21 %	14,598045	7424	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAC3726	100125423508	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja de punción muy traumática para la población objetivo. La guía no presenta flexibilidad en el manejo. La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijación es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
64		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400014	B84073	21 %	14,598045	7424	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAC3728	100129664935	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja de punción muy traumática para la población objetivo. La guía no presenta flexibilidad en el manejo. La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijación es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
64		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400014	B84073	21 %	14,598045	7424	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	CS-15703-E	100000076774	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	13,903			4,76 %	55,00 %	8,76	NO	11,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	38,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total	
65		SU.PC.SANI.01.0 3.11.40001.4		21 %	41,926500	380	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	BAC372860	10013767671	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dilatador no tiene capacidad de termo adaptabilidad lo que puede dificultar el acceso. La guía introductora no esta cubierta de PTFE lo que se desliza peor a través del vaso angulíneo, y ofrece mayor resistencia a la hora de pasar por el catéter. En cuanto a seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
65		SU.PC.SANI.01.0 3.11.40001.4		21 %	41,926500	380	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CS-18763-E	10000670985	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dilatador tiene mayor capacidad de termo adaptabilidad lo que garantiza la integridad del acceso. La guía introductora esta cubierta de PTFE que hace que se deslice mejor a través del vaso angulíneo, lo que facilita la introducción de la guía de pasar por el catéter. En cuanto a seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	40,717				2,88 %	55,00 %	25,16	NO	6,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	33,50
66		SU.PC.SANI.01.0 3.11.40001.5		21 %	17,774295	460	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CS-25703-E	10000060814	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	17,545			1,29 %	55,00 %	10,66	NO	3,50	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	31,00	
67		SU.PC.SANI.01.0 3.11.40001.7	F42089	21 %	111,919500	460	Medline International Iberia S.L.U.	KP-CTTL-0655-KOD	100168567095	oferta no cumple, las luces son de 22 G, 22x5 y 18 G. Y hemos solicitado una [17-18] y las otras dos de 19 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS											
67		SU.PC.SANI.01.0 3.11.40001.7	F42089	21 %	111,919500	460	Palex Medical S.A.	A14-06360	100167642355	oferta no cumple, las luces son las 3 de 18 G. Y hemos solicitado una [17-18] y las otras dos de 19 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS											
67		SU.PC.SANI.01.0 3.11.40001.7	F42089	21 %	111,919500	460	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	EU-25063-HP	100100462279	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	109,450			2,21 %	55,00 %	67,15	NO	6,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	Excluido por no atender requerimiento de documentación previa a la adjudicación	

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	EC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medicambi ental	Puntuación criterio medicambi ental	Puntuación total
67		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400017	42089	21 %	111,919500	460	VGON, S.A.U.	VHLPN06360N	100167469903	oferta no cumple, las luces son las 3 de 18 G. Y hemos solicitado una (17-18) y las otras dos de 19 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
68		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400017		21 %	111,919500	120	VGON, S.A.U.	VHLPN06360N	100167469903	oferta no cumple prescripciones técnicas, no indica que tenga características antimicrobianas y además se solicita luces de 19 G, 19 G Y 185 Y la oferta presentada tiene las 3 luces de 18 G.	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
69		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400018		21 %	67,844700	60	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	EU-15403-N	100168544366	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado luces de 22 G y la oferta presentada es de 23 G	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
69		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400018		21 %	67,844700	60	VGON, S.A.U.	1233082	10090197281	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado luces de 22 G y la oferta presentada es de 23 G	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
70		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400018	E73748	21 %	36,718500	30	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	BAC3524	100134582811	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja de punción muy traumática para la población objetivo. La guía no presenta flexibilidad en el manejo. La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijación es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
70		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400018	E73748	21 %	36,718500	30	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	EU-26553-N	100168545679	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentación de muestras	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
71		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400018	F55718	21 %	69,000855	20	VGON, S.A.U.	155520	100959321849	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado 3 luces de 19,22,22 y la oferta presentada es de 19,21,21	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
72		SU.PC.SANI.01.0 3.11.400018	E75504	21 %	57,502830	20	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	BAC3428	100145630817	La muestra presentada es la referencia BAC3424 y no la referencia ofertada en este lote. Por lo que no se puede valorar	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	EC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Límite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
72	SU_PC_SANI.01.0 3.11.400018	E75504	21 %	57,502830	20	VGON, S.A.U.	1233302	10090197382	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	57,475				0,05%	45,00%	-	NO	0,00% FSC o PEFC Cadena de custodia	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
73	SU_PC_SANI.01.0 3.11.400018		21 %	33,020295	90	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	BAC3528	100138017010	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja de punción muy traumática para la población objetivo. La guía no presenta flexibilidad en el manejo. La punta muy roma puede provocar lesiones en la piel y dificultad para su colocación. El sistema de fijación es voluminoso por lo que no se adapta a la población objetivo. Por lo que se puede ver comprometido el rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
73	SU_PC_SANI.01.0 3.11.400018		21 %	33,020295	90	TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.	EU-14553-N	100168989855	No presenta muestra por lo que no se puede valorar al ser requisito obligatorio la presentación de muestras	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS											
74	SU_PC_SANI.01.0 3.11.400018	E74618	21 %	63,105735	40	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	BAC3422	100145559394	La muestra presentada es la referencia BAC3424 y no la referencia ofertada en este lote. Por lo que no se puede valorar	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS											
74	SU_PC_SANI.01.0 3.11.400018	E74618	21 %	63,105735	40	VGON, S.A.U.	1233082	10090197281	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerándose que presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	63,1015				0,01%	45,00%	-	NO	0,00% FSC o PEFC Cadena de custodia	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
75	SU_PC_SANI.01.0 3.11.500002		21 %	20,887020	200	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	416775-07	100121293283	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de fijación es menos grueso que la oferta de Inter surgical por lo que puede dañar en menor medida la piel. En seguridad de uso y resultados, no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	45	60,500000											
75	SU_PC_SANI.01.0 3.11.500002		21 %	20,887020	200	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	BAPV4926	100123826072	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de fijación es muy grueso lo que puede provocar lesiones en la piel del paciente. La guía tiene el punto J mas cerrado por lo cual a la hora de la colocación dificulta la técnica de inserción del catéter. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados	22,5	20,497400				1,87%	45,00%	-	NO	3,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	26,00

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	75	SU_PC SAN.01.0 3.11.50002		21 %	20,887020	200	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	CV-15854	100000117091	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el sistema de fijación es menos grueso que la oferta de InterSurgical por lo que puede dalar en menor medida la piel. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	45	20,824			0,30%	100,00%	15,50	NO	0,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	50,00
	76	SU_PC SAN.01.0 3.11.70001	ES5477	21 %	4,585350	18400	BECTON DICKINSON S.A.U.	VPPCSPCE	10001140101	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el anclaje se hace fácilmente, tiene además una toallita para preparación de la piel que protege la misma y mejora la adhesión del dispositivo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,448500			24,79%	100,00%	2,79	NO	49,33	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	99,33
	76	SU_PC SAN.01.0 3.11.70001	ES5477	21 %	4,585350	18400	InterSurgical España, S.L. (Unipersonal)	WY816101	100147866690	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización la zona donde se fija el dispositivo tiene escaso superficie de adhesivo lo que hace que su fijación sea menos eficaz. La zona central del dispositivo se elonga mas fácilmente que otros con el movimiento con lo que la fijación se puede ver comprometida. Lo que puede comprometer la seguridad y su rendimiento y eficacia.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	76	SU_PC SAN.01.0 3.11.70001	ES5477	21 %	4,585350	18400	MEDICAL SOREVAN SL	3300MWA	100139013970	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,795			17,24%	90,00%	2,79	NO	45,27	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	90,27
	76	SU_PC SAN.01.0 3.11.70001	ES5477	21 %	4,585350	18400	MEDICAL SOREVAN SL	360LCVC	100137324111	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	4,070			11,24%	90,00%	2,79	NO	28,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	73,50
	76	SU_PC SAN.01.0 3.11.70001	ES5477	21 %	4,585350	18400	Medline International Iberia S.L.U.	SV430JDT	10015325736	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización las características del producto dificulta el uso genérico para los catéteres arteriales debido al tamaño a la superficie adhesiva que se despegue con mayor facilidad. Seguridad de uso y resultados puede despegarse con mayor facilidad. Lo que es un riesgo en paciente que tienen mayor movilidad. Y rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	ISC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
	76	SU.PC.SANI.01.0 3.11.700001	E55477	21 %	4,585350	18400	Palex Medical S.A.	MD060170/1DM	100168424950	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,39 (630)			26,03%	100,00%	2,79	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	100,00
	76	SU.PC.SANI.01.0 3.11.700001	E55477	21 %	4,585350	18400	TELEFLEX MEDICAL S.A.U.	3604MCS-TA-1	100115957889	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,652			20,36%	100,00%	2,79	NO	46,95	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	96,95
	76	SU.PC.SANI.01.0 3.11.700001	E55477	21 %	4,585350	18400	VGON S.A.U.	580409	100132253892	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es muy flexible se puede poner en cualquier parte del cuerpo. Facilidad para su retirada con solución alcohólica. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgo asociado. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	3,9930			12,92%	90,00%	2,79	NO	31,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	76,00
	77	SU.PC.SANI.01.0 3.99.400000	F59790	21 %	47,542110	40	VGON S.A.U.	400130	100133664040	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	47,5409			0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	78	SU.PC.SANI.01.0 3.99.400000	F27875	21 %	47,542110	120	VGON S.A.U.	400140	100133664141	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	47,5409			0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	79	SU.PC.SANI.01.0 3.99.400000	F50803	21 %	47,554815	100	VGON S.A.U.	400110	100133482800	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	47,5409			0,03%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
	80	SU.PC.SANI.01.0 3.04.600001	F21381	21 %	36,844500	940	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	DN8ADMX0115	100145828311	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	42,394400										
	81	SU.PC.SANI.01.0 3.06.200005	B39189	21 %	0,188009	779914	Iberian Care 2016,S.L.	45423	100168594765	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,161172			14,27%	55,00%	0,09	NO	36,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	63,50
	81	SU.PC.SANI.01.0 3.06.200005	B39189	21 %	0,188009	779914	Sol Millennium España	SMSN21125	100163889527	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,100			46,58%	45,00%	-	NO	50,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,50
	82	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	BELTON DICKINSON S.A.U.	305895	100293919757	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300										
	82	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	Iberian Care 2016,S.L.	SN21G40	100149335730	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,05172			27,31%	55,00%	0,03	NO	44,14	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	71,64
	82	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2140	10016777049	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,037752			46,94%	55,00%	0,03	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	82	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000000	D91468	21 %	0,071148	947200	NACATUR 2 ESPAÑA,S.L.U.	8027/40	100152426166	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,04840			31,97%	45,00%	-	NO	45,54	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	68,04

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada Total criterios técnicos	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total	
										Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,062				12,86%	45,00%	-	NO	31,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	53,50
										Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,061130				14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50
										Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado longitud (25-50) y la ficha técnica indica 20" que son 508mm por lo que no cumple y la muestra indica 50 cm que tampoco cumple	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS											
										Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300				Excluido por superar precio de licitación							
										Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,054594				23,27%	55,00%	0,03	NO	42,94	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	70,44
										Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,037752				46,94%	55,00%	0,03	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
										Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,04840				31,97%	45,00%	-	NO	45,54	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	68,04

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada Total criterios técnicos	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total
	83	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	OIARSO, S.COOP.	AS2301	100168209786	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,062			12,86%	45,00%	-	NO	31,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	53,50
	83	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	SIOMED HISPANA SL	SA423291	100168542346	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,061130			14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50
	83	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000012	F16713	21 %	0,071148	79200	Sol Millennium España	SN2210	100163653382	Oferta no cumple prescripciones técnicas, la oferta presentada es de 7 mm de diámetro y se ha solicitado de 6 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	84	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000012	B43548	21 %	0,071148	18200	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2232	100167770540	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado 30 mm de longitud y tiene 32 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	84	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000012	B43548	21 %	0,071148	18200	MACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	B022730	100154166536	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,04840			31,97%	45,00%	-	NO	50,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,50
	84	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000012	B43548	21 %	0,071148	18200	SIOMED HISPANA SL	SA423381	100168542649	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado 30 mm de longitud y tiene 38 mm	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS										
	85	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	BECTON DICKINSON S.A.U.	305894	10029319555	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300	Excluido por superar precio de licitación									
	85	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2125	100167770348	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,037752			46,94%	55,00%	0,03	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
	85	SU.PC.SANI.01.0 3.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	Iberian Care 2016,S.L.	SN21625	100149301393	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,054594			23,27%	55,00%	0,03	NO	42,94	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	70,44

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total	
	85	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	8021/25	100139134497	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,04840			31,97%	45,00%	-	NO	45,54	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	68,04	
	85	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	SIMAMED HISPANIA SL	SA4212911	100168542942	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,061130			14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50	
	85	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000013	F16711	21 %	0,071148	8820	Sol Millennium España	SN2110	100163653362	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,038			46,59%	45,00%	-	NO	49,90	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,40	
	86	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2025	100167769337	Oferta apta cumple prescripciones técnicas, pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de una zona adecuada para accionar el cierre de seguridad, además el mismo presenta mucha resistencia y debes emplear las dos manos. Seguridad de uso y resultados se puede ver comprometida por riesgo de punción accidental. Rendimiento y eficacia adecuadas consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	86	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	Iberian Care 2016,S.L.	SN2025	100149300787	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico, el sistema de seguridad tiene un manejo adecuado e intuitivo pudiendo accionarlo con una sola mano. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,05172			27,31%	55,00%	0,03	NO	44,21	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	71,71	
	86	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	8020/25	100139132871	Oferta apta cumple prescripciones técnicas, pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de una zona adecuada para accionar el cierre de seguridad, además el mismo presenta mucha resistencia y debes emplear las dos manos. Seguridad de uso y resultados se puede ver comprometida por riesgo de punción accidental. Rendimiento y eficacia adecuadas consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada Total criterios/ técnicos	% Criterios técnicos/ Total criterios/ técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambi- ental	Puntuación criterio medioambi- ental	Puntuación total		
	86	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	SIMED HISPANIA SL	SAW2025R1	100168543952	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,061130			14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50		
	86	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000013	F16712	21 %	0,071148	778400	Sol Millennium España	SN2010	100163653665	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,0308			46,59%	45,00%	-	NO	50,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,50		
	87	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000014	B67766	21 %	0,105452	264656	BECTON DICKINSON S.A.U.	305770	100029329354	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300			Excluido por superar precio de licitación									
	87	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000014	B67766	21 %	0,105452	264656	Iberian Care 2016 S.L.	SN72613	100154126138	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,052611			50,11%	55,00%	0,04	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50		
	87	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000014	B67766	21 %	0,105452	264656	SIMED HISPANIA SL	SAW2713R1	100168544265	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,084360			20,00%	45,00%	-	NO	41,59	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	64,09		
	87	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000014	B67766	21 %	0,105452	264656	Sol Millennium España	SN4612	100168582249	Oferta no cumple prescripciones técnicas se ha solicitado diámetro 04 y la oferta presentada es 0,45	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS												
	88	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	BECTON DICKINSON S.A.U.	305760	100029319454	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,157300			Excluido por superar precio de licitación									

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	SC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
88		SU.PC.SANI.01.0 3.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	GARRIC MEDICA, S.L.	HWSN2516	100167771257	Oferta apta cumple prescripciones técnicas , pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización no dispone de una zona adecuada para accionar el cierre de seguridad, además el mismo presenta mucha resistencia y debes emplear las dos manos.Seguridad de uso y resultados se puede ver comprometida por riesgo de punción accidental. Rendimiento y eficacia adecuadas consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
										Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22.5	0,057611			26,05%	55,00%	0,04	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50
88		SU.PC.SANI.01.0 3.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	Iberian Care 2016,S.L.	SN25616	100149326042	Oferta apta cumple prescripciones técnicas , pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización aunque dispone de una zona adecuada para accionar el cierre de seguridad, el mismo presenta mucha resistencia y debes emplear las dos manos.Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
88		SU.PC.SANI.01.0 3.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	NACATUR 2 ESPAÑA S.L.U.	8025716	100152426388	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22.5	0,062			12,86%	45,00%	-	NO	31,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	53,50
88		SU.PC.SANI.01.0 3.00.000014	B38877	21 %	0,071148	199200	OIARSO, S.COOP.	AS2558	100168209887	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22.5	0,061130			14,05%	45,00%	-	NO	36,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	58,50
89		SU.PC.SANI.01.0 3.00.200007	B70592	21 %	0,457875	6764	BECTION DICKINSON S.A.U.	367246	100013214781	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22.5	0,407770			10,94%	45,00%	-	NO	26,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	48,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación medioambiental	Puntuación total	
	89	SU_PC_SANI.01.0 3.00.200007	B70592	21 %	0,457875	6764	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450091V1	100165204137	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico asociado a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,375100			18,08%	55,00%	0,25	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50	
	89	SU_PC_SANI.01.0 3.00.200007	B70592	21 %	0,457875	6764	Sol Millennium España	21341251	100168576389	Oferta alta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad se puede desmontar una vez activado manipulando lo que puede provocar pinchazos accidentales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	90	SU_PC_SANI.01.0 3.00.200007	B70482	21 %	0,457888	7604	BECTON DICKINSON S.A.U.	367247	100013237713	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico asociado a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,407770			10,95%	45,00%	-	NO	26,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	48,50	
	90	SU_PC_SANI.01.0 3.00.200007	B70482	21 %	0,457888	7604	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450092V1	100165204339	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico asociado a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,375100			18,08%	55,00%	0,25	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50	
	90	SU_PC_SANI.01.0 3.00.200007	B70482	21 %	0,457888	7604	Sol Millennium España	23341251	100168576288	Oferta alta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados el sistema de seguridad se puede desmontar una vez activado manipulando lo que puede provocar pinchazos accidentales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	91	SU_PC_SANI.01.0 3.00.000010	D61929	21 %	1,158061	3514	B.BRAUN MEDICAL, S.A.	4509900-01	100000122042	Oferta alta, cumple prescripciones técnicas solicitadas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el agarre anatómico presenta una configuración que no se adapta a todas las anatomías de las manos a la hora de manipularlo, según el servicio. Seguridad de uso y resultados el fiador es muy flexible lo que puede provocar desviación de la aguja en el espacio intervetebral pudiendo causar lesiones y error en la prueba. Además la aguja presenta resistencia a la hora de pinchar en tejido blando. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total	
	91	SU_PC_SANI.01.0 3.01.000010	D65929	21 %	1,158061	3514	BECTON DICKINSON S.A.U.	405253	100001613507	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la zona de agarre es ergonómica según el servicio, sin presentar riesgos para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	1.004300			13,28%	45,00%	-	NO	33,50	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	56,00	
	91	SU_PC_SANI.01.0 3.01.000010	D65929	21 %	1,158061	3514	Iberian Care 2016,S.L.	TSPQ2090	100161291001	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja presenta resistencia a la hora de pinchar en tejido blando, por lo que se puede doblar. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	91	SU_PC_SANI.01.0 3.01.000010	D65929	21 %	1,158061	3514	VYGON, S.A.U.	18389	100000054257	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja presenta resistencia a la hora de pinchar en tejido blando, por lo que se puede doblar. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	92	SU_PC_SANI.01.0 3.01.000010	D46535	21 %	1,206975	12546	B. BRAUN MEDICAL, S.A.	4507908-01	100000121830	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la zona de agarre es ergonómica según el servicio, sin presentar riesgos para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	1,173700			2,76%	45,00%	-	NO	6,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	28,50	
	92	SU_PC_SANI.01.0 3.01.000010	D46535	21 %	1,206975	12546	BECTON DICKINSON S.A.U.	405256	100001613406	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la aguja presenta resistencia a la hora de pinchar en tejido blando, por lo que se puede doblar, dado el servicio al que va destinado de aparato locomotor, los zones son mas duras. Además la zona de agarre es muy corta lo que dificulta la extracción del flador a la hora de la punción. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	92	SU_PC_SANI.01.0 3.01.000010	D46535	21 %	1,206975	12546	Iberian Care 2016,S.L.	TSPQ2290	100161288474	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la zona de agarre es ergonómica según el servicio, sin presentar riesgos para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,83981			30,42%	55,00%	0,70	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50	
	92	SU_PC_SANI.01.0 3.01.000010	D46535	21 %	1,206975	12546	VYGON, S.A.U.	18387	100000054055	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados la zona de agarre es ergonómica según el servicio, sin presentar riesgos para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	1,2070			0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50	

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total		
	93	SU_PC_SANI.01.0 3.02.300022	F76485	21 %	44,467/500	30	IZASA HOSPITAL S.L.U.	MU14120-CD	100168538002	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados no tienen posibilidad de descubrir la punta de la aguja dentro de la articulación. Nuestra práctica se hace a través de ecografía guiada, lo que nos permite visualizar la zona y descubrir la aguja en el interior con la seguridad de no dañar ningún tejido. Al introduciría descubierta no contamos con esa seguridad. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO												
	93	SU_PC_SANI.01.0 3.02.300022	F76485	21 %	44,467/500	30	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	CW-BN-OCR2-16YY	100168466772	Oferta no cumple prescripciones técnicas no dispone de coaxial, cuando se ha indicado con coaxial	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS												
	93	SU_PC_SANI.01.0 3.02.300022	F76485	21 %	44,467/500	30	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CA3411	100134683437	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados no tienen posibilidad de descubrir la punta de la aguja dentro de la articulación. Nuestra práctica se hace a través de ecografía guiada, lo que nos permite visualizar la zona y descubrir la aguja en el interior con la seguridad de no dañar ningún tejido. Al introduciría descubierta no contamos con esa seguridad. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO												
	94	SU_PC_SANI.01.0 3.02.300022	F76602	21 %	44,467/500	50	IZASA HOSPITAL S.L.U.	MU16100-CD	100144277143	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados no tienen posibilidad de descubrir la punta de la aguja dentro de la articulación. Nuestra práctica se hace a través de ecografía guiada, lo que nos permite visualizar la zona y descubrir la aguja en el interior con la seguridad de no dañar ningún tejido. Al introduciría descubierta no contamos con esa seguridad. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO												
	94	SU_PC_SANI.01.0 3.02.300022	F76602	21 %	44,467/500	50	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.	CW-BN-OCR2-16YY	100168466974	Oferta no cumple prescripciones técnicas no dispone de coaxial, cuando se ha indicado con coaxial	-	EXCLUIDO POR NO CUMPLIR PRESCRIPCIONES TÉCNICAS												
	94	SU_PC_SANI.01.0 3.02.300022	F76602	21 %	44,467/500	50	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	CA3611	100134683730	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización y seguridad de uso y resultados no tienen posibilidad de descubrir la punta de la aguja dentro de la articulación. Nuestra práctica se hace a través de ecografía guiada, lo que nos permite visualizar la zona y descubrir la aguja en el interior con la seguridad de no dañar ningún tejido. Al introduciría descubierta no contamos con esa seguridad. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO												

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACION	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitacion agrupacion de lote	Importe Oferta agrupacion de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambi- ental	Puntuación medioambi- ental	Puntuación total
	95	SU.PC.SANI.01.0 3.06.500001	F37687	21 %	36,986923	300	Intersurgical España, S.L. (Unipersonal)	Z46GSET150710L	100125154384	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso, longitud de la aguja buena y resulta ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22.5	36,239500			2.02%	45,00%	-	NO	6,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	28,50
	96	SU.PC.SANI.01.0 3.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	BECTON DICKINSON S.A.U.	368835	100032770514	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas muy destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el llenado del racor al estar en vena es correcto. Y la longitud de la aguja es correcta. El diseño del dispositivo es muy ergonómico porque se adapta muy bien a los dedos y su forma de cono permite mejor manipulación en la técnica al tener menos superficie de contacto con la piel del paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales el cierre de seguridad es correcto. Rendimiento y eficacia adecuadas consiguiendo el fin al que va destinado	45	0,422290			0.78%	100,00%	0,23	NO	0,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	50,00
	96	SU.PC.SANI.01.0 3.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450235V1	100132476242	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización llenado del racor al estar en vena bueno, longitud de la aguja buena y ergonomía correcta pero no tan ergonómico como la oferta de BECTON al no tener forma de cono. En cuanto a seguridad de uso y resultados el cierre de seguridad cuesta mas cerrado que la oferta de BECTON y en ocasiones no es preciso, debiendo emplear una plataforma o las dos manos. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	96	SU.PC.SANI.01.0 3.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	450239V1	100132478161	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización llenado del racor al estar en vena bueno, longitud de la aguja excesivamente larga para el uso de nuestro hospital en extracciones sanguíneas habituales y ergonomía correcta pero no tan ergonómico como la oferta de BECTON al no tener forma de cono. En cuanto a seguridad de uso y resultados el cierre de seguridad cuesta mas cerrado que la oferta de BECTON y en ocasiones no es preciso, debiendo emplear una plataforma o las dos manos. Rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	96	SU.PC.SANI.01.0 3.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	Iberian Care 2016,S.L.	SBCNK21G3ZH	100166989651	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización llenado del racor al estar en vena bueno, longitud de la aguja buena y ergonomía correcta pero no tan ergonómico como la oferta de BECTON al no tener forma de cono. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a pacientes ni profesionales disponiendo de un cierre correcto. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22.5	0,20246			52,38%	55,00%	0,20	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	96	SU_PC_SANI.01.0 3.06.500000	B58591	21 %	0,425618	77600	Sol Millennium España	SMSNH2115	100168563459	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización la longitud de la aguja es excesiva para el uso de nuestro hospital en extracciones singulares habituales. Además no se aprecia el llenado de sangre en el racor al estar en vena. Ergonomía correcta pero no tan ergonómico como la oferta de BECTON al no tener forma de cono. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos disponiendo de cierre de seguridad adecuado. Y rendimiento y eficacia se pueden ver comprometidos por lo indicado	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO										
	97	SU_PC_SANI.01.0 3.20.203000	G06586	21 %	220,111500	88				DESERTO												
	98	SU_PC_SANI.01.0 3.20.203000	F18550	21 %	226,716000	24	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	PC03EU	100110994858	Oferta muy buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales esta referencia es picktail por lo que disminuye el riesgo y complicaciones en los pacientes. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	45	226,715999			0,00%	90,00%	170,04	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	45,00
	98	SU_PC_SANI.01.0 3.20.203000	F18550	21 %	226,716000	24	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	PC04EU	100110974058	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales esta referencia no es picktail por lo que puede aumentar el riesgo y complicaciones en los pacientes. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	226,715999			0,00%	45,00%	-	NO	0,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	22,50
	99	SU_PC_SANI.01.0 3.21.200000	E97812	21 %	254,100000	20	BECTON DICKINSON S.A.U.	007151P	100003731591	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	235,950000			7,14%		152,46	NO	18,50	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	46,00
	100	SU_PC_SANI.01.0 3.21.200000	E97497	21 %	254,100000	70	BECTON DICKINSON S.A.U.	007153P	100003731894	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	235,950000			7,14%	55,00%	152,46	NO	18,50	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	46,00

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupación	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total	
	101	SU_PC_SANI.01.0 3.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	GARRIC MEDICA, S.L.	GGC51510	100147802552	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,0968			4,40%	55,00%	0,06	NO	11,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	38,50	
	101	SU_PC_SANI.01.0 3.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.	840053	100120423407	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización a la hora de hacer la comprensión se pier de mas anchura que con el resto de las ofertas lo que puede causar lesiones en pieles frágiles. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	101	SU_PC_SANI.01.0 3.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	Inter surgical España, S.L. (Unipersonal)	ZTDU01F	100107044951	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,094380			6,79%	45,00%	-	NO	16,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	38,50	
	101	SU_PC_SANI.01.0 3.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	KRAPE, S.A.	220151	100120242873	Oferta apta cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización a la hora de hacer la comprensión se pier de mas anchura que con el resto de las ofertas lo que puede causar lesiones en pieles frágiles. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MÍNIMO											
	101	SU_PC_SANI.01.0 3.99.000002	B49271	21 %	0,101259	37768	Sol Millennium España	TNC002	100168576480	Oferta buena cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el producto no presenta dificultades para su uso y resulta ergonómico Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos asociados a su uso ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado con una unidad.	22,5	0,067			33,83%	45,00%	-	NO	50,00	No aporta Certificado FSC o PEFC Cadena de custodia	0	72,50	
	102	SU_PC_SANI.01.0 3.99.105000	F26610	21 %	0,076230	138004	GARRIC MEDICA, S.L.	1005	100168469601	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el destino principal para pruebas epicutaneas la forma de la aguja se considera apta para la practica clinica. Seguridad de uso y resultados no presentan riesgos para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22,5	0,02341			66,67%	55,00%	0,02	NO	50,00	Aporta Certificado FSC Cadena de custodia	5	77,50	

ANEXO A. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

Agrupacion	LOTE	CLASIFICACIÓN	GC	IVA	Precio Unitario C/IVA	Unidades 2 años	Proveedor	Referencias	CIP	Informe Técnico	Puntos	Precio Unitario oferta IVA INCLUIDO	Importe licitación agrupación de lote	Importe Oferta agrupación de lote	% bajada	% Criterios técnicos/ Total criterios técnicos	Limite baja anormal	Baja anormal	Puntuación económica	Criterio medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación total
	102	SU_PC_SANI_01.0 3.99.105000	F26610	21 %	0,076230	138004	Iberian Care 2016 S.L.	81-30G	100168595179	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el destino principal para pruebas epicutaneas la forma de la aguja no se considera apta para la practica clinica. Seguridad de uso y resultados no presenta riegos para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MINIMO										
	102	SU_PC_SANI_01.0 3.99.105000	F26610	21 %	0,076230	138004	KRAPE. S.A.	71002	100120342883	Oferta buena cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables en todos los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el destino principal para pruebas epicutaneas la forma de la aguja se considera apta para la practica clinica. Seguridad de uso y resultados no presenta riegos para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	22.5	0,0472			38,08%	45,00%	-	NO	44,00	No aporta Certificado PSC o PEFC Cadena de custodia	0	66,50
	102	SU_PC_SANI_01.0 3.99.105000	F26610	21 %	0,076230	138004	Medline International Iberia S.L.U.	SIN3016	100168590229	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no aporta ventajas destacables en los aspectos a valorar. En cuanto a facilidad de utilización el destino principal para pruebas epicutaneas la forma de la aguja no se considera apta para la practica clinica. Seguridad de uso y resultados no presenta riegos para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia adecuados consiguiendo el fin al que va destinado.	0	EXCLUIDO POR NO SUPERAR UMBRAL MINIMO										