



**PAAM 301/2025 SUMINISTRO DE MATERIAL RELACIONADO CON LA ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA, CON DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS PARA TODOS LOS CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE SEVILLA.**

**ANEXO II AL PPT**

**AGRUPACIÓN IV:**

El adjudicatario de esta agrupación deberá suministrar sin cargo todos los kits para el paciente que se necesiten (modelo 220). Dicho equipo estará formado por los siguientes elementos:

- Dos imanes.
- Una pulsera.
- Una pinza para el cinturón.
- Dos tarjetas de emergencia del paciente.

**AGRUPACIÓN V:**

Todos los accesorios necesarios para esta cirugía como tunelizadores para electrodos de estimulación y los cables de conexión para microelectrodos de registros se suministrarán sin cargo.

El adjudicatario de esta agrupación deberá ceder al Hospital Virgen del Rocío un sistema estereotáctico LEKSELL VANTAGE del fabricante ELEKTA. Incluirá 3 años de mantenimiento del mismo.

**AGRUPACIÓN VI:**

El adjudicatario deberá ceder para su uso tanto el kit para la implantación de los electrodos como el kit para la explantación de los mismos conteniendo al menos el siguiente instrumental:

Kit para implantación:

- 2 electrodos para la coagulación.
- 2 destornilladores.1 regla graduada.
- 2 brocas rectas de 2.1 mm de diámetro y longitud de corte 14 mm.
- 2 topes móviles reutilizables.
- 1 soporte de almacenamiento.
- 1 contenedor para la esterilización con vapor.

Kit para la explantación:

- 2 llaves.
- 2 destornilladores.
- 1 soporte con puntilla.



- 1 contenedor para la esterilización con vapor.

En el caso de deterioro de alguna de las piezas éstas se repondrán sin cargo por parte del adjudicatario.

También se cederá de forma permanente una caja de conexión para termocoagulación de los electrodos profundos.

En caso de requerimiento por parte del cirujano se cederá puntualmente un equipo generador de radiofrecuencia con satélite de 4 canales modelo DIROS con referencia de fabricante URF-3AP + ML4.