Informe de valoración técnica de las ofertas

Criterios de adjudicación no automáticos (Sobre 2)

Expediente: 0000280/2026 (CONTR 2026 0000161306). **Objeto:** Acuerdo Marco, con una única empresa, por lotes y agrupaciones de lotes, para el suministro de tracto sucesivo y precio unitario de equipamiento general con destino a los centros dependientes de la Central Provincial de Compras de Almería.

1. Objeto y criterios de valoración

El presente informe recoge la valoración técnica de las ofertas presentadas al Sobre nº 2 (criterios de adjudicación no automáticos o sujetos a juicio de valor) del expediente 0000280/2026, contrastando cada oferta con las características técnicas mínimas obligatorias del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y aplicando la escala del Anexo II al Cuadro Resumen.

El criterio «Características técnicas y funcionales» se valora hasta un máximo de 45 puntos, con arreglo a la siguiente escala:

- ÓPTIMA (45 puntos): la oferta cumple las características técnicas generales mínimas obligatorias solicitadas en el PPT, considerándose que presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los aspectos (facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados, rendimiento y eficacia) y, además, ventajas destacables en al menos uno de los aspectos anteriores.
- MUY BUENA (40 puntos): la oferta cumple las características mínimas obligatorias y presenta ventajas muy destacables en al menos uno de los aspectos citados.
- BUENA (22,5 puntos): la oferta cumple las características mínimas obligatorias y presenta ventajas destacables en al menos uno de los aspectos citados.
- APTA (0 puntos): la oferta cumple las características mínimas obligatorias pero no aporta ventajas destacables sobre las mismas.

LOTES DESIERTOS.

Los siguientes lotes quedan desiertos al no haberse presentado ninguna oferta:

Lote	Denominación	Situación
Lote 5	Microordenador de sobremesa tipo básico – Mini PC	**Sin ofertas presentadas**
Lote 6	Infraestructura de proceso para clusters	**Sin ofertas presentadas**
Lote 21	Motor de ultrasonido para cirugía ósea	**Sin ofertas presentadas**
Lote 22	Generador de nitrógeno	**Sin ofertas presentadas**
Lote 23	Baño de ultrasonidos	**Sin ofertas presentadas**
Lote 24	Marmita cilíndrica a gas indirecta	**Sin ofertas presentadas**
Lote 25	Test de evaluación visual y motilidad ocular en niños y bebés	**Sin ofertas presentadas**
Lote 26	Videoculógrafo	**Sin ofertas presentadas**

LOTES DESISTIDOS.

El órgano de contratación desiste de los siguientes lotes, que no son objeto de adjudicación:

Lote	Denominación	Situación
Lote 2	Equipamiento electromédico para especialidades	**Desistido por el órgano de contratación**
Lote 39	Medidor de flujo espiratorio máximo manual	**Desistido por el órgano de contratación**

2. Valoración por lotes

VALORACIÓN LOTE 1. ECÓGRAFO DE ALTA GAMA PARA OBSTETRICIA.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 1	Ecógrafo de alta gama para obstetricia	General Electric Healthcare España, S.A.	45
		Mindray Medical España, S.L.	22,5
		TMA Médica, S.L.	0

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor General Electric Healthcare España, S.A.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: El ecógrafo Voluson Expert 20 presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al incorporar una completa suite de inteligencia artificial —SonoLyst IR/X/live, con reconocimiento automático de las vistas fetales recomendadas por ISUOG, SonoCNS y el flujo de trabajo guiado Fetal HS— que automatiza anotaciones y mediciones, reduce la variabilidad entre observadores y agiliza notablemente la exploración, con el consiguiente ahorro de tiempo y de recursos; y, además, ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, ya que sus tecnologías volumétricas avanzadas (HDlive Studio, Silhouette y Flow) y las técnicas Doppler de alta sensibilidad (Radiant Flow y SlowflowHD) mejoran el realismo anatómico y la visualización de la microvascularización, contribuyendo a la obtención de resultados clínicos de adecuada calidad diagnóstica.

● **Valoración del Proveedor Mindray Medical España, S.L.**
Puntuación: 22,5 BUENA
Justificación: El ecógrafo Nuewa I10 presenta ventajas destacables en facilidad de utilización, con pantalla táctil de gran formato utilizable como segundo monitor, batería integrada que permite la exploración sin conexión permanente a la red y herramientas Smart de automatización de mediciones que simplifican el manejo del equipo; incorpora, asimismo, elastografía strain y shear-wave en la sonda endocavitaria y prestaciones complementarias (sondas adicionales, impresora y mantenimiento preventivo de cuatro años) que redundan en su rendimiento y eficacia.

● **Valoración del Proveedor TMA Médica, S.L.**
Puntuación: 0 APTA
Justificación: El ecógrafo Samsung HERA Z20 cumple las características técnicas mínimas obligatorias. La acreditación se realiza en parte mediante indicación por bloques («SÍ»), sin que las ventajas invocadas queden descritas y justificadas por encima de los mínimos conforme exige el PPT.

VALORACIÓN LOTE 3. CAMA ARTICULADA DE PARITORIOS.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 3	Cama articulada de paritorios	Linet Iberia, S.L.U.	**45**
		Tecnomedica Andaluza, S.C.A.	**22,5**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Linet Iberia, S.L.U.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: La cama de partos AVE 2 presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, con barandillas de bloqueo automático y sistema antipinzamiento, y un colchón de funda bacteriostática, ignífuga y sin látex, que minimizan el riesgo para la paciente y el profesional y refuerzan el control de infecciones; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, gracias a su sistema de freno centralizado accionado por pedal, que permite una inmovilización rápida y segura de la cama sin esfuerzo para el profesional.

● **Valoración del Proveedor Tecnomedica Andaluza, S.C.A.**
Puntuación: 22,5 BUENA
Justificación: La cama de partos Affinity IV presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con barandillas dotadas de sistema de amortiguación y un espacio de transferencia cero que reducen el riesgo de atrapamientos y golpes durante la manipulación de la paciente, así como una tapicería lisa, impermeable y sin costuras expuestas que, al facilitar la limpieza y desinfección, refuerza el control de infecciones.

VALORACIÓN LOTE 4. RESPIRADOR ALTO FLUJO NEONATOS.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 4	Respirador alto flujo neonatos	Palex Medical, S.A.	**45**
		ACP Electromedicina, S.L.	**0**
		Productos Médicos Hospitalarios, S.L.	**0**
		Getinge Group Spain, S.L.U.	**0**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Palex Medical, S.A.**

Puntuación: 45 ÓPTIMA

Justificación: El respirador Fabian +nCPAP Evolution, equipo específicamente concebido para el paciente neonatal y pediátrico, presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, gracias a su tecnología Infantflow para terapia de alto flujo y CPAP nasal, a su amplia gama de modalidades de ventilación no invasiva y a su capacidad de ampliación y actualización tanto de hardware como de software, que permiten alcanzar la finalidad terapéutica perseguida con un aprovechamiento óptimo de los recursos; y, además, ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, por su diseño presométrico de flujo continuo, que reduce el trabajo respiratorio del paciente y evita la reinhalación de CO2.

- **Valoración del Proveedor ACP Electromedicina, S.L.**

Puntuación: 0 APTA

Justificación: El respirador Hamilton-T1 cumple las características técnicas mínimas obligatorias, acreditadas mediante tabla de cumplimiento. Se trata de un ventilador de transporte y cuidados intensivos con modo neonatal, por lo que no se aprecian ventajas destacables específicas para la terapia de alto flujo neonatal objeto del lote que deban ser valoradas.

- **Valoración del Proveedor Productos Médicos Hospitalarios, S.L.**

Puntuación: 0 APTA

Justificación: El respirador Heyer VT8000 cumple las características técnicas mínimas obligatorias, acreditadas mediante catálogo y ficha del fabricante. Se trata de un ventilador de cuidados intensivos con extensión neonatal, por lo que no aporta ventajas destacables específicas para la terapia de alto flujo neonatal objeto del lote.

- **Valoración del Proveedor Getinge Group Spain, S.L.U.**

Puntuación: 0 APTA

Justificación: La oferta del Sobre 2 consta del Anexo V-A y de documentación administrativa (instalación, mantenimiento y formación) del respirador Servo-n. Cumple, a los efectos de admisión, las características técnicas mínimas obligatorias, sin acreditar ventajas destacables por encima de las mismas.

VALORACIÓN AGRUPACIÓN 1 (7-9). TAQUILLAS DE VESTUARIO EN L (1, 2 Y 3 CUERPOS).

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Agrupación 1 (7-9)	Taquillas de vestuario en L (1, 2 y 3 cuerpos)	Laradela Mobiliario, S.L.	**45**
		Galmédica, S.L.	**45**
		Ofi-Net Europa, S.L.	**22,5**
		Mobimetal Jaén, S.L.	**22,5**
		Iberian Care 2016, S.L.	**22,5**
		Oficaceres, S.L.	**22,5**
		Senegar, S.L.	**22,5**
		Grupo R. Queraltó, S.A.	**Excluido**
		Nautilus, S.A.	**0**
		Servitec Almería, S.L.	**0**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Laradela Mobiliario, S.L.**

Puntuación: 45 ÓPTIMA

Justificación: La oferta presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, con chapa de acero de 0,8 mm, una resistencia a la corrosión ensayada en más de 500 horas de niebla salina (ISO 9227) y certificación de uso público severo AIDIMME (UNE-EN 16121/16122), que garantizan la robustez y la seguridad estructural del mobiliario en un uso intensivo; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, con patas regulables que facilitan la nivelación y el uso ergonómico del conjunto.

- **Valoración del Proveedor Galmédica, S.L.**

Puntuación: 45 ÓPTIMA

Justificación: La oferta presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, con chapa de acero de 0,8 mm y ensayo de resistencia y estabilidad AIDIMME conforme a UNE-EN 16121 para uso público severo, que acreditan la robustez y la seguridad estructural del mobiliario; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, con un equipamiento interior completo (estante superior, medio estante inferior y barra colgadora) que optimiza la organización del espacio y el uso cotidiano de la taquilla.

- **Valoración del Proveedor Ofi-Net Europa, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: La oferta presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con chapa de acero de 0,8 mm, un recubrimiento de 70-90 micras y certificados UNE-EN 16121/16122 de uso público severo, que acreditan la robustez, la resistencia superficial y la seguridad estructural del mobiliario.

- **Valoración del Proveedor Mobimetal Jaén, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: La oferta presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con un proceso de pintado con tratamiento de conversión de circonio y polimerización a 200 ºC que refuerza la protección anticorrosiva y, con ello, la resistencia y la vida útil del mobiliario, acreditado mediante certificaciones ISO 9001/14001/14006/45001.

- **Valoración del Proveedor Iberian Care 2016, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: La oferta presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, acreditadas mediante certificados de ensayo UNE-EN 16121/16122 para uso público severo, que garantizan la robustez y la seguridad estructural del mobiliario a lo largo de su vida útil.

- **Valoración del Proveedor Oficaceres, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: La oferta presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, por la calidad constructiva y de acabado acreditada mediante una memoria estructurada conforme a los propios aspectos de valoración (facilidad de utilización, seguridad de uso y de resultados y rendimiento y eficacia), que redunda en la robustez y la fiabilidad del mobiliario. Debe verificarse la desviación en las medidas de ancho declaradas (775 mm en el lote 8 y 1.150 mm en el lote 9).

- **Valoración del Proveedor Senegar, S.L.**

Puntuación: **22,5 BUENA**

Justificación: La oferta presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con un pintado en cabinas robotizadas de acabado microtexturado que mejora la resistencia superficial y la durabilidad del producto, reforzando su fiabilidad en el uso.

- **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**

Puntuación: **Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA**

Justificación: La oferta no acredita el cumplimiento de varias características técnicas mínimas obligatorias del PPT: no consta cerradura de cilindro de seguridad con dos llaves (describe «cerradura estándar de llave»), no se acredita el espesor de la chapa ni la norma EN 10130, ni el refuerzo de puerta en omega; además, en el lote 9 se reproducen las medidas del lote 8. Por no acreditar los mínimos exigidos, procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Nautilus, S.A.**

Puntuación: **0 APTA**

Justificación: La oferta reproduce las características técnicas mínimas obligatorias del pliego, por lo que se considera que cumple los requisitos mínimos, si bien no identifica marca ni modelo ni aporta ventajas destacables sobre los mínimos.

- **Valoración del Proveedor Servitec Almería, S.L.**

Puntuación: **0 APTA**

Justificación: La oferta, basada en el catálogo del fabricante Limobel, se considera que cumple las características técnicas mínimas obligatorias, si bien no concreta modelo ni medidas por lote ni aporta ventajas destacables sobre los mínimos.

VALORACIÓN AGRUPACIÓN 2 (10-15). BANCOS DE VESTUARIO (SIMPLES Y DOBLES).

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Agrupación 2 (10-15)	Bancos de vestuario (simples y dobles)	Laradela Mobiliario, S.L.	45
		Mobimetal Jaén, S.L.	22,5
		Oficaceres, S.L.	22,5
		Senegar, S.L.	22,5
		Grupo R. Queraltó, S.A.	Excluido
		Iberian Care 2016, S.L.	Excluido
		Ofi-Net Europa, S.L.	Excluido
		Servitec Almería, S.L.	Excluido
		Nautilus, S.A.	0

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Laradela Mobiliario, S.L.**

Puntuación: 45 ÓPTIMA

Justificación: La oferta presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, con listones de pino macizo de Suecia y un recubrimiento de 70-90 micras polimerizado a 200 ºC que refuerzan la resistencia superficial y la robustez del banco; y, además, ventajas destacables en rendimiento y eficacia, en la medida en que esa elevada durabilidad y resistencia al desgaste prolongan la vida útil del producto y optimizan el aprovechamiento de los recursos.

- **Valoración del Proveedor Mobimetal Jaén, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: La oferta presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con madera de pino de Suecia de calidad seleccionada A/B y un acabado cuidado que mejoran la resistencia, la robustez y la durabilidad del banco.

- **Valoración del Proveedor Oficaceres, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: La oferta presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, por la calidad constructiva y de acabado acreditada mediante memoria técnica dedicada que desarrolla los materiales empleados y la durabilidad del conjunto, lo que redunda en su robustez y fiabilidad.

- **Valoración del Proveedor Senegar, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: La oferta presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con un tratamiento de pintura que mejora la resistencia al desgaste, la robustez y la durabilidad de la estructura.

- **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA

Justificación: La oferta (bancos BANC-2) declara listones de 16 mm de grosor, inferiores al mínimo de 25 mm exigido en el PPT, por lo que no cumple una característica técnica mínima obligatoria y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Iberian Care 2016, S.L.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA

Justificación: La oferta (bancos BANC-2) declara listones de 16 mm de grosor, inferiores al mínimo de 25 mm exigido en el PPT, por lo que no cumple una característica técnica mínima obligatoria y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Ofi-Net Europa, S.L.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA

Justificación: La ficha del fabricante (Limobel) indica lamas de pino de 20 mm de espesor, inferiores al mínimo de 25 mm exigido en el PPT, por lo que no cumple una característica técnica mínima obligatoria y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Servitec Almería, S.L.**

Puntuación: **Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA**

Justificación: La oferta (catálogo del fabricante Limobel) indica lamas de 20 mm de espesor, inferiores al mínimo de 25 mm exigido en el PPT, por lo que no cumple una característica técnica mínima obligatoria y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Nautilus, S.A.**

Puntuación: **0 APTA**

Justificación: La oferta reproduce las características técnicas mínimas obligatorias del pliego, por lo que se considera que cumple los requisitos mínimos, si bien no identifica marca ni modelo ni aporta ventajas destacables sobre los mínimos.

VALORACIÓN LOTE 16. ARMARIOS DE MELAMINA CON TIRADOR.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 16	Armarios de melamina con tirador	Palex Medical, S.A.	45
		Mobimetal Jaén, S.L.	22,5
		Incotron Eymasa, S.L.	45
		Ofi-Net Europa, S.L.	22,5
		Oficaceres, S.L.	0
		Dimoclin, S.L.	0
		Nautilus, S.A.	0
		Tinas Muebles de Oficina, S.L.	0
		Grupo R. Queraltó, S.A.	Excluido
		Servitec Almería, S.L.	Excluido

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Palex Medical, S.A.**

Puntuación: 45 ÓPTIMA

Justificación: La oferta (armario con tablero de melamina Superpan y cajonera Häfele Matrix Box) presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, con un cierre de tres puntos antipalanca que refuerza la protección del contenido y un tablero de densidad certificada que aporta resistencia y robustez al conjunto; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, con cajones de extracción total y cierre amortiguado que facilitan un uso cómodo y seguro.

- **Valoración del Proveedor Mobimetal Jaén, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: La oferta (armario modelo DADO AD1013, del fabricante Manufacturas Chacón) presenta ventajas destacables en facilidad de utilización, con cajones metálicos monoblock sobre guías telescópicas, bisagras de autocierre y niveladores que facilitan un manejo cómodo y una correcta nivelación, acreditadas mediante certificaciones ISO.

- **Valoración del Proveedor Incotron Eymasa, S.L.**

Puntuación: 45 ÓPTIMA

Justificación: El armario de melamina de fabricación propia presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, con altillo con balda, barra colgadora, cajonera interior oculta de dos cajones con extracción suave, cerradura de cilindro con posibilidad de amaestramiento y patas regulables de forma independiente, que facilitan un uso cómodo y ordenado; y, además, ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con un tablero de alta densidad de 19 mm revestido de melamina resistente al desgaste, la abrasión y el rayado, apto para la limpieza frecuente con desinfectantes y soluciones hidroalcohólicas, y un tirador ergonómico de cantos redondeados que evita la acumulación de suciedad, reforzando la higiene y el control de infecciones.

- **Valoración del Proveedor Ofi-Net Europa, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: La oferta (armario Limobel, Serie NHB) presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, acreditadas mediante certificado de ensayo AIDIMME conforme a UNE-EN 16121 nivel 2 para uso público severo, que garantiza la robustez y la seguridad estructural del armario, con las dimensiones detalladas en la ficha gráfica.

- **Valoración del Proveedor Oficaceres, S.L.**

Puntuación: 0 APTA

Justificación: La oferta (armario de melamina de fabricación propia) cumple las características mínimas obligatorias mediante memoria dedicada, sin acreditar ventajas destacables por encima de las mismas.

- **Valoración del Proveedor Dimoclin, S.L.**

Puntuación: 0 APTA

Justificación: La oferta (armario con tablero Superpan del fabricante Finsa) cumple las características mínimas obligatorias, con ficha correcta pero escueta, sin aportar ventajas destacables sobre las mismas.

- **Valoración del Proveedor Nautilus, S.A.**

Puntuación: 0 APTA

Justificación: La oferta reproduce las características técnicas mínimas obligatorias del pliego, por lo que se considera que cumple los requisitos mínimos, si bien no identifica marca ni modelo ni aporta ventajas destacables sobre los mínimos.

- **Valoración del Proveedor Tinas Muebles de Oficina, S.L.**

Puntuación: 0 APTA

Justificación: La oferta (modelo especial del fabricante Limobel) cumple las características mínimas obligatorias; declara diversas mejoras, pero al tratarse de un «modelo aún no fabricado» sin ficha técnica ni imagen, dichas mejoras no quedan acreditadas y no pueden valorarse.

- **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA

Justificación: La oferta no acredita el cumplimiento de las características técnicas mínimas obligatorias: describe una «cerradura de lengüeta» en lugar de la cerradura de cilindro de seguridad con dos llaves exigida, y no detalla el altillo con balda ni las dimensiones del armario. Por no acreditar los mínimos del PPT, procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Servitec Almería, S.L.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA

Justificación: La oferta no incluye un armario individual de melamina para pacientes (solo aporta mobiliario metálico de vestuario), por lo que no oferta el objeto del lote y procede su exclusión.

VALORACIÓN LOTE 17. TONÓMETRO DE PERKINS.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 17	Tonómetro de Perkins	Oftálmica Bonet, S.A.	**45**
		Oftálmica Instruments, S.L.	**45**
		AJL Ophthalmic, S.A.	**45**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Oftálmica Bonet, S.A.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: El tonómetro Perkins MK3 (Haag-Streit) presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, con un mecanismo de medición de resortes planos en espiral de elevada exactitud (0,05 g o 1,5 %) que proporciona lecturas fiables y reproducibles; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, por su diseño ligero, ergonómico y portátil, acreditado mediante documentación técnica pormenorizada.

● **Valoración del Proveedor Oftálmica Instruments, S.L.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: El tonómetro Perkins MK3 (Haag-Streit) presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, por la exactitud y la reproducibilidad de su medición por aplanación; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, por su diseño ligero y portátil, acreditadas mediante tabla de cumplimiento y documentación técnica del fabricante.

● **Valoración del Proveedor AJL Ophthalmic, S.A.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: El tonómetro ofertado (Perkins MK3-LED de Clement Clarke/Haag-Streit, ref. 298PERK.MK3) es el mismo equipo que presentan los restantes licitadores del lote, por lo que se le asigna idéntica puntuación. Presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, por la exactitud y la reproducibilidad de su medición por aplanación; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, por su diseño ligero, ergonómico y portátil, acreditadas mediante tabla de cumplimiento y catálogo del fabricante.

VALORACIÓN LOTE 18. ANALIZADOR PARA PUNTOS DE URGENCIA AVANZADOS.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 18	Analizador para puntos de urgencia avanzados	Fujifilm Healthcare España, S.L.	**45**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Fujifilm Healthcare España, S.L.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: La solución ofertada (analizadores NX600, EHBT-50 Minilab y Urilyzer 100 Pro) presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, con tecnología de química seca que no requiere mantenimiento ni calibración y ofrece resultados rápidos en el propio punto de atención, con ahorro de tiempo y de recursos; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, por su manejo totalmente automatizado en sencillos pasos.

VALORACIÓN LOTE 19. BANQUETA DE ACCESO DE UN TRAMO.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 19	Banqueta de acceso de un tramo	Grupo R. Queraltó, S.A.	**45**
Lote 19	Banqueta de acceso de un tramo	Oficaceres, S.L.	**45**
		Servitec Almería, S.L.	**0**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: La banqueta de acceso (modelo H43) presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, por su fabricación íntegra en acero inoxidable 18/8, que aporta una elevada resistencia a la corrosión y a las agresiones del uso hospitalario y favorece el control de infecciones; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, con una base de goma inyectada resistente al rayado y a los productos desinfectantes, que facilita una limpieza rápida y sencilla.

● **Valoración del Proveedor Oficaceres, S.L.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: La banqueta de acceso ofertada (fabricación propia) presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, con estructura de acero cromado de elevada estabilidad y superficie de goma antideslizante que reducen el riesgo de resbalones y proporcionan un apoyo seguro al paciente y al profesional durante las maniobras; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, por su diseño compacto (450 × 200 × 250 mm) y sus materiales de limpieza rápida y sencilla, acreditadas mediante memoria técnica pormenorizada.

● **Valoración del Proveedor Servitec Almería, S.L.**
Puntuación: 0 APTA
Justificación: La banqueta ofertada cumple, a los efectos de admisión, las características mínimas obligatorias, sin acreditar ventajas destacables por encima de las mismas.

VALORACIÓN LOTE 20. ESPALDERA DE 1 CUERPO.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 20	Espaldera de 1 cuerpo	Oficaceres, S.L.	**45**
		Grupo R. Queraltó, S.A.	**0**
		Senegar, S.L.	**0**
		Servitec Almería, S.L.	**Excluido**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Oficaceres, S.L.**

Puntuación: 45 ÓPTIMA

Justificación: La espaldera (fabricación propia) presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, con 14 barras ovaladas dispuestas a distintas distancias de la pared que permiten una mayor variedad de ejercicios y apoyos y un uso más versátil; y, además, ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con un acabado barnizado que refuerza la resistencia y la durabilidad de la madera.

- **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**

Puntuación: 0 APTA

Justificación: La oferta cumple las características técnicas mínimas obligatorias, sin aportar ventajas destacables sobre las mismas.

- **Valoración del Proveedor Senegar, S.L.**

Puntuación: 0 APTA

Justificación: La espaldera ofertada cumple, a los efectos de admisión, las características técnicas mínimas obligatorias del PPT, sin acreditar ventajas destacables por encima de las mismas.

- **Valoración del Proveedor Servitec Almería, S.L.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA

Justificación: La oferta no acredita los anclajes de seguridad con separación a pared exigidos como característica mínima obligatoria y presenta unas dimensiones desviadas respecto a las del pliego, por lo que no cumple los requisitos mínimos y procede su exclusión.

VALORACIÓN LOTE 27. FRONTOFOCÓMETRO.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 27	Frontofocómetro	Oculus Iberia, S.L.U.	**45**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Oculus Iberia, S.L.U.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: El frontofocómetro Huvitz HLM-7000P presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, gracias a su tecnología de análisis de frente de onda mediante sensor Hartmann y a una elevada velocidad de medición que aportan lecturas rápidas, estables y reproducibles, así como a la medición automática de lentes tintadas y espejadas; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, con una interfaz gráfica que guía paso a paso al operador y una pantalla en color de alta resolución con tratamiento antirreflejante y endurecido para un uso cómodo en cualquier condición de iluminación.

VALORACIÓN LOTE 28. CAMPÍMETRO PORTÁTIL (REALIDAD VIRTUAL).

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 28	Campímetro portátil (realidad virtual)	VIU 2020, S.L.	**45**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor VIU 2020, S.L.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: El campímetro VisionOne, basado en gafas de realidad virtual, presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al proporcionar una presentación de estímulos fluida y de alta definición e incorporar una amplia batería de protocolos de exploración —además de los umbrales estándar, patrones adicionales como G y 10-2— que amplían su capacidad clínica, así como la generación de informes y la exportación a los sistemas de historia clínica del centro, que agilizan el flujo de trabajo; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, por su manejo ágil e intuitivo.

VALORACIÓN LOTE 29. CARRO DE MEDICACIÓN.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 29	Carro de medicación	Grupo R. Queraltó, S.A.	**45**
		Dimoclin, S.L.	**Excluido**
		Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.	**Excluido**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**

Puntuación: 45 ÓPTIMA

Justificación: El carro de medicación (modelo modular F-OA) presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, con una configuración modular que permite adaptar la disposición a las necesidades del servicio, ruedas de giro de 360º y empujador ergonómico de aluminio que aportan una elevada maniobrabilidad y un manejo cómodo; y, además, ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con superficies lisas de fácil limpieza y desinfección que refuerzan la higiene y el control de infecciones, y una construcción robusta.

- **Valoración del Proveedor Dimoclin, S.L.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA

Justificación: El sistema KIG 70/10 (bandejas SUPORSET con dispensadores DINO), de estructura de aluminio y puerta corredera con cerradura, constituye una solución de dosis unitaria de concepto distinto a la configuración de estantes de doble cara descrita en el PPT, por lo que no se corresponde con el objeto del lote ni cumple sus características técnicas mínimas obligatorias y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA

Justificación: El carro SKR054-MT presenta 50 compartimentos distribuidos en 10 cajones de una sola cara, apartándose de varias características técnicas mínimas obligatorias del pliego (número de cajetines, acceso por ambas caras y dimensiones), por lo que no cumple los requisitos mínimos y procede su exclusión.

VALORACIÓN LOTE 30. CARRO DE ROPA LIMPIA EN ACERO INOXIDABLE.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 30	Carro de ropa limpia en acero inoxidable	Behmpat Producciones, S.L.	**Excluido**
		Grupo R. Queraltó, S.A.	**Excluido**
		Oficaceres, S.L.	**Excluido**
		Servitec Almería, S.L.	**Excluido**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Behmpat Producciones, S.L.**

Puntuación: **Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA**

Justificación: El carro ofertado (modelo La Pastilla) no incorpora el mecanismo de tapa y pedal con caída amortiguada exigido como característica técnica mínima obligatoria en el PPT, por lo que no cumple los requisitos mínimos del pliego y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**

Puntuación: **Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA**

Justificación: La oferta no acredita las uniones soldadas sin tornillos, los paneles estratificados, los porta-bolsas con sistema de goma ni el mecanismo de tapa y pedal con caída amortiguada, características técnicas mínimas obligatorias del PPT, y presenta medidas desviadas, por lo que no cumple los requisitos mínimos y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Oficaceres, S.L.**

Puntuación: **Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA**

Justificación: La oferta no incorpora el mecanismo de tapa y pedal con caída amortiguada, la soldadura sin tornillos ni el sistema de goma para las bolsas, características técnicas mínimas obligatorias del PPT, y presenta medidas desviadas, por lo que no cumple los requisitos mínimos y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Servitec Almería, S.L.**

Puntuación: **Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA**

Justificación: La oferta corresponde a un carro de limpieza con estructura de tubo cromado (no acero inoxidable soldado), sin paneles estratificados ni mecanismo de tapa/pedal, apartándose sustancialmente del objeto del lote; procede su exclusión.

VALORACIÓN LOTE 31. MESA AUXILIAR EN ACERO INOXIDABLE.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 31	Mesa auxiliar en acero inoxidable	Social Mobel, S.L.	22,5
		Ortoactiva, S.L.	0
		Grupo R. Queraltó, S.A.	Excluido
		Oficaceres, S.L.	Excluido
		Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.	Excluido

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Social Mobel, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA
Justificación: La mesa auxiliar (Mesa Mayo SM/MI2) presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con acero inoxidable 18/10 AISI 304 y soldadura láser continua que mejoran la resistencia, la robustez y la higiene del conjunto, y ruedas con freno que aportan estabilidad durante su uso.

- **Valoración del Proveedor Ortoactiva, S.L.**

Puntuación: 0 APTA
Justificación: La mesa auxiliar (Mesa Mayo MIN110) cumple las características técnicas mínimas obligatorias, sin aportar ventajas destacables sobre las mismas.

- **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA
Justificación: La mesa instrumental (modelo H26) declara una altura mínima de 800 mm, que no se ajusta a las medidas exigidas como característica técnica mínima obligatoria en el PPT (aproximadamente 600 × 400 × 1050/1300 mm), por lo que no cumple los requisitos mínimos del pliego y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Oficaceres, S.L.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA
Justificación: La mesa ofertada incorpora únicamente 3 ruedas de Ø75 mm, frente a las 4 ruedas de aproximadamente Ø80 mm exigidas como característica técnica mínima obligatoria, por lo que no cumple los requisitos mínimos del PPT y procede su exclusión.

- **Valoración del Proveedor Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.**

Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA
Justificación: La mesa ofertada (Mesa Mayo PRO0005, del fabricante Proexel 2000) incorpora una bandeja extraíble de 350 × 570 mm, cuyas medidas no cumplen las de aproximadamente 600 × 400 mm exigidas como característica técnica mínima obligatoria en el PPT, por lo que procede su exclusión.

VALORACIÓN LOTE 32. RELOJ DE PARED.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 32	Reloj de pared	Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.	**22,5**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: El reloj TFA WS 8002 presenta ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al incorporar prestaciones adicionales —calendario en siete idiomas, indicación de temperatura interior, alarma con repetición y formato de 12/24 horas— y admitir tanto la colocación en pared como en sobremesa, lo que amplía su utilidad con un único equipo.

VALORACIÓN LOTE 33. CARRO DE VÍA AÉREA DIFÍCIL.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 33	Carro de vía aérea difícil	Grupo R. Queraltó, S.A.	**Excluido**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**

Puntuación: **Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA**

Justificación: La oferta (carro multifuncional modelo F-DNOV) no acredita las características técnicas mínimas obligatorias del carro de vía aérea difícil exigido en el PPT —entre otras, la protección antibacteriana Microban, la configuración de cajones exigida y la cerradura electrónica con pantalla táctil—, por lo que no cumple los requisitos mínimos del pliego y procede su exclusión.

VALORACIÓN LOTE 34. SILLÓN ALTO MODULAR.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 34	Sillón alto modular	Oficaceres, S.L.	**22,5**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Oficaceres, S.L.**
Puntuación: 22,5 BUENA
Justificación: El sillón alto modular reclinable presenta ventajas destacables en facilidad de utilización, al combinar la termoterapia y el sistema de masaje —activables de forma independiente o conjunta— con unos controles de manejo sencillo e intuitivo y un tapizado transpirable e hipoalergénico de fácil mantenimiento, lo que facilita tanto el uso por el paciente como el manejo y la limpieza por el profesional.

VALORACIÓN LOTE 35. INCUBADOR REFRIGERADO.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 35	Incubador refrigerado	Controltécnica Bio, S.L.	**22,5**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

- **Valoración del Proveedor Controltécnica Bio, S.L.**

Puntuación: 22,5 BUENA

Justificación: El incubador Poleko ST 1200 PM Smart Pro presenta ventajas destacables en rendimiento y eficacia, con posibilidad de ampliación de la capacidad de bandejas muy por encima de la configuración de partida, un pasamuros lateral para la introducción de sondas o cables, descongelación automática programable por el usuario y el software de gestión LabDesk para el registro y la explotación de datos, prestaciones que optimizan el aprovechamiento del equipo.

VALORACIÓN LOTE 36. SISTEMA MÓVIL DE DESINFECCIÓN UV-C.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 36	Sistema móvil de desinfección UV-C	Vesismin, S.L.U.	**22,5**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Vesismin, S.L.U.**
Puntuación: **22,5 BUENA**
Justificación: El sistema Vesismin UV presenta ventajas destacables en facilidad de utilización, al permitir su manejo mediante mando a distancia y la reocupación inmediata del espacio tras el ciclo de desinfección, sin generación de subproductos químicos, lo que facilita su integración en la rutina asistencial del centro con seguridad para los profesionales.

VALORACIÓN LOTE 37. ESCÁNER DE VEJIGA.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 37	Escáner de vejiga	Vesismin, S.L.U.	**22,5**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Vesismin, S.L.U.**
Puntuación: 22,5 BUENA
Justificación: El escáner de vejiga Vitascan cVue presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, con tecnología BladderVue de detección mejorada de la vejiga que aporta fiabilidad a la medición y una sonda 3D robusta probada frente a caídas conforme a IEC 60601-1, complementadas con una pantalla táctil utilizable con guantes y actualizaciones de software gratuitas que facilitan su uso y su mejora continua.

VALORACIÓN LOTE 38. JUEGO DE DIAPASONES.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 38	Juego de diapasones	Endook Europa, S.L.	**45**
		Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.	**22,5**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Endook Europa, S.L.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: El set de diapasones clínicos ofertado presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, al disponer de frecuencias de 128 a 2.048 Hz específicas de uso clínico que garantizan la idoneidad del instrumento para la finalidad diagnóstica sanitaria perseguida; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, por su manejo sencillo, encajando plenamente con la finalidad asistencial del lote.

● **Valoración del Proveedor Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.**
Puntuación: 22,5 BUENA
Justificación: El juego de 8 diapasones ofertado presenta ventajas destacables en rendimiento y eficacia, por la amplitud de frecuencias disponibles, que amplía las posibilidades de exploración diagnóstica.

VALORACIÓN LOTE 40. SILLA DE EVACUACIÓN.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 40	Silla de evacuación	Grupo R. Queraltó, S.A.	**45**
		Oficaceres, S.L.	**40**
		Ortoactiva, S.L.	**Excluido**
		Elin Médica, S.L.	**Excluido**
		Endook Europa, S.L.	**40**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Grupo R. Queraltó, S.A.**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: La silla de evacuación tipo oruga SKID-OK presenta ventajas muy destacables en facilidad de utilización, al incorporar reposabrazos que mejoran el confort y el manejo durante la evacuación; y, además, ventajas destacables en rendimiento y eficacia, al aportar funda antipolvo de transporte y armario de pared para su guardado ordenado, elementos que mejoran la operatividad del equipo y su conservación con un menor empleo de recursos.

● **Valoración del Proveedor Oficaceres, S.L.**
Puntuación: 40 MUY BUENA
Justificación: La silla tipo oruga SKID-OK MAX presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia, por su fabricación en materiales de alta durabilidad (aluminio, PVC, polietileno y poliuretano) y una lámina de PVC que permite una limpieza y desinfección rápidas, junto con un diseño plegable de almacenamiento compacto, que optimizan su operatividad y su mantenimiento con un menor empleo de recursos.

● **Valoración del Proveedor Ortoactiva, S.L.**
Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA
Justificación: La silla Evac+Chair 300H MK5 no acredita el cumplimiento de la característica técnica mínima obligatoria relativa al diámetro de las ruedas (≥100 mm), que consigna como «a acreditar», por lo que no cumple los requisitos mínimos exigidos en el PPT y procede su exclusión.

● **Valoración del Proveedor Elin Médica, S.L.**
Puntuación: Excluido EXCLUSIÓN PROPUESTA
Justificación: La ficha técnica de la silla Evac+Chair H300 MK5 declara ruedas de 50 mm, inferiores a los 100 mm exigidos, por lo que no cumple una característica técnica mínima obligatoria del PPT y procede su exclusión.

● **Valoración del Proveedor Endook Europa, S.L.**
Puntuación: 40 MUY BUENA
Justificación: La silla de evacuación ofertada (Spencer 425) cumple las características técnicas mínimas obligatorias del PPT y presenta ventajas muy destacables en seguridad de uso y de resultados, al incorporar reposapiés y ruedas giratorias delanteras con freno que aportan estabilidad y seguridad al paciente durante la evacuación, así como una estructura ligera y plegable que facilita un manejo seguro y su guardado.

VALORACIÓN LOTE 41. BISTURÍ DE ARGÓN PARA ENDOSCOPIAS.

1. Datos del lote de la licitación.

Lote	Denominación	Licitadores	Puntuación
Lote 41	Bisturí de argón para endoscopias	Erbe España Soluciones Médicas	**45**
		Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A.	**22,5**
		Olympus Iberia, S.A.U.	**22,5**

2. Valoración técnica (máx. 45 puntos, umbral mínimo 22,5 puntos).

● **Valoración del Proveedor Erbe España Soluciones Médicas**
Puntuación: 45 ÓPTIMA
Justificación: El generador VIO3n Fire con módulo de argón APC3 presenta ventajas muy destacables en rendimiento y eficacia: dispone de modos de corte para endoscopia ENDOCUT Q, I y U con un elevado grado de configuración por el usuario (efecto, duración e intervalo de corte), de coagulaciones avanzadas específicas como PreciseSect y PreciseCoag para la disección y la hemostasia en procedimientos de ESD y POEM, y de una plataforma digital de última generación con 15 procesadores y una velocidad de 25 millones de mediciones por segundo, que proporciona una respuesta del sistema muy rápida y precisa; y, además, ventajas destacables en facilidad de utilización, con una interfaz que ilumina los conectores e indica al usuario el accesorio y el modo activos, agilizando y haciendo más segura la operativa. Cada prestación se acredita con referencia al manual de usuario.

● **Valoración del Proveedor Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A.**
Puntuación: 22,5 BUENA
Justificación: El electrobisturí EMED ENDO 100-600 presenta ventajas destacables en facilidad de utilización, al incorporar programas específicos configurables para polipectomía, esfinterotomía y mucosectomía, la regulación y dosificación automática del arco voltaico y del caudal de gas de argón con alarmas, y un pedal inalámbrico que facilitan el manejo y el control durante la intervención.

● **Valoración del Proveedor Olympus Iberia, S.A.U.**
Puntuación: 22,5 BUENA
Justificación: El generador ESG-300 con unidad de argón APU-300 presenta ventajas destacables en seguridad de uso y de resultados, ya que el modo SmartArgon permite limitar de forma intuitiva la profundidad de penetración del haz de plasma para lograr una hemostasia uniforme, minimizando el riesgo para el paciente; es compatible con tres tipos de sonda de argón (axial, lateral y radial) y dispone de pedal inalámbrico que facilitan el procedimiento.

3. Cuadro resumen de puntuaciones

Se recoge a continuación, a modo de resumen, la relación completa de lotes con su descripción y la puntuación obtenida por cada licitador.

Lote	Descripción	Puntuación
Lote 1	Ecógrafo de alta gama para obstetricia	General Electric Healthcare España, S.A.: **45** Mindray Medical España, S.L.: **22,5** TMA Médica, S.L.: **0**
Lote 2	Equipamiento electromédico para especialidades	**Desistido por el órgano de contratación**
Lote 3	Cama articulada de paritorios	Linet Iberia, S.L.U.: **45** Tecnomedica Andaluza, S.C.A.: **22,5**
Lote 4	Respirador alto flujo neonatos	Palex Medical, S.A.: **45** ACP Electromedicina, S.L.: **0** Productos Médicos Hospitalarios, S.L.: **0** Getinge Group Spain, S.L.U.: **0**
Lote 5	Microordenador de sobremesa tipo básico – Mini PC	**Desierto – Sin ofertas presentadas**
Lote 6	Infraestructura de proceso para clusters	**Desierto – Sin ofertas presentadas**
Agrupación 1 (7-9)	Taquillas de vestuario en L (1, 2 y 3 cuerpos)	Laradela Mobiliario, S.L.: **45** Galmédica, S.L.: **45** Ofi-Net Europa, S.L.: **22,5** Mobimetal Jaén, S.L.: **22,5** Iberian Care 2016, S.L.: **22,5** Oficaceres, S.L.: **22,5** Senegar, S.L.: **22,5** Grupo R. Queraltó, S.A.: **Excluido** Nautilus, S.A.: **0** Servitec Almería, S.L.: **0**
Agrupación 2 (10-15)	Bancos de vestuario (simples y dobles)	Laradela Mobiliario, S.L.: **45** Mobimetal Jaén, S.L.: **22,5** Oficaceres, S.L.: **22,5** Senegar, S.L.: **22,5** Grupo R. Queraltó, S.A.: **Excluido** Iberian Care 2016, S.L.: **Excluido** Ofi-Net Europa, S.L.: **Excluido** Servitec Almería, S.L.: **Excluido** Nautilus, S.A.: **0**
Lote 16	Armarios de melamina con tirador	Palex Medical, S.A.: **45** Incotron Eymasa, S.L.: **45** Mobimetal Jaén, S.L.: **22,5** Ofi-Net Europa, S.L.: **22,5** Oficaceres, S.L.: **0** Dimoclin, S.L.: **0** Nautilus, S.A.: **0** Tinas Muebles de Oficina, S.L.: **0** Grupo R. Queraltó, S.A.: **Excluido** Servitec Almería, S.L.: **Excluido**
Lote 17	Tonómetro de Perkins	Oftálmica Bonet, S.A.: **45** Oftálmica Instruments, S.L.: **45** AJL Ophthalmic, S.A.: **45**
Lote 18	Analizador para puntos de urgencia avanzados	Fujifilm Healthcare España, S.L.: **45**
Lote 19	Banqueta de acceso de un tramo	Grupo R. Queraltó, S.A.: **45** Oficaceres, S.L.: **45** Servitec Almería, S.L.: **0**
Lote 20	Espaldera de 1 cuerpo	Oficaceres, S.L.: **45** Grupo R. Queraltó, S.A.: **0** Senegar, S.L.: **0** Servitec Almería, S.L.: **Excluido**
Lote 21	Motor de ultrasonido para cirugía ósea	**Desierto – Sin ofertas presentadas**
Lote 22	Generador de nitrógeno	**Desierto – Sin ofertas presentadas**
Lote 23	Baño de ultrasonidos	**Desierto – Sin ofertas presentadas**
Lote 24	Marmita cilíndrica a gas indirecta	**Desierto – Sin ofertas presentadas**
Lote 25	Test de evaluación visual y motilidad ocular en niños y bebés	**Desierto – Sin ofertas presentadas**

Lote	Descripción	Puntuación
Lote 26	Videoculógrafo	**Desierto – Sin ofertas presentadas**
Lote 27	Frontofocómetro	Oculus Iberia, S.L.U.: **45**
Lote 28	Campímetro portátil (realidad virtual)	VIU 2020, S.L.: **45**
Lote 29	Carro de medicación	Grupo R. Queraltó, S.A.: **45** Dimoclin, S.L.: **Excluido** Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.: **Excluido**
Lote 30	Carro de ropa limpia en acero inoxidable	Behmpat Producciones, S.L.: **Excluido** Grupo R. Queraltó, S.A.: **Excluido** Oficaceres, S.L.: **Excluido** Servitec Almería, S.L.: **Excluido**
Lote 31	Mesa auxiliar en acero inoxidable	Social Mobel, S.L.: **22,5** Ortoactiva, S.L.: **0** Grupo R. Queraltó, S.A.: **Excluido** Oficaceres, S.L.: **Excluido** Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.: **Excluido**
Lote 32	Reloj de pared	Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.: **22,5**
Lote 33	Carro de vía aérea difícil	Grupo R. Queraltó, S.A.: **Excluido**
Lote 34	Sillón alto modular	Oficaceres, S.L.: **22,5**
Lote 35	Incubador refrigerado	Controltécnica Bio, S.L.: **22,5**
Lote 36	Sistema móvil de desinfección UV-C	Vesismin, S.L.U.: **22,5**
Lote 37	Escáner de vejiga	Vesismin, S.L.U.: **22,5**
Lote 38	Juego de diapasones	Endook Europa, S.L.: **45** Andaluza de Distribución Sanitaria, S.L.: **22,5**
Lote 39	Medidor de flujo espiratorio máximo manual	**Desistido por el órgano de contratación**
Lote 40	Silla de evacuación	Grupo R. Queraltó, S.A.: **45** Oficaceres, S.L.: **40** Endook Europa, S.L.: **40** Ortoactiva, S.L.: **Excluido** Elin Médica, S.L.: **Excluido**
Lote 41	Bisturí de argón para endoscopias	Erbe España Soluciones Médicas: **45** Sistemas Técnicos Endoscópicos, S.A.: **22,5** Olympus Iberia, S.A.U.: **22,5**

La Comisión Técnica de Valoración