

ANEXO B CUADRO RESUMEN**“VALORACIÓN DE CRITERIOS RELATIVOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.”****(SOBRE ELECTRÓNICO Nº. 3)**

D. _____, en nombre y representación de la empresa _____, con CIF _____, y a los efectos de la valoración de determinados criterios de valoración mediante la aplicación de fórmulas,

**DECLARA CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL SUMINISTRO PRESENTADO
(marcar con una X lo que proceda):****1.- REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA**

El plazo máximo de entrega del equipamiento será de 2 meses, según se establece en el expediente. Se compromete a entregar el equipamiento en el siguiente plazo:

- ☐ Entrega en 2 meses, no reduciendo el plazo.
- ☐ Reducción de 15 días naturales del plazo de entrega.
- ☐ Reducción de 30 días naturales del plazo de entrega.
- ☐ Reducción de 45 días naturales del plazo de entrega.

2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA

Que se compromete a AMPLIAR el plazo de garantía del contrato previsto en el Expediente (2 años) en el siguiente plazo.

- ☐ No incluye ampliación de garantía.
- ☐ Ampliación de un año de garantía.
- ☐ Ampliación de dos años de garantía.

3.- MEJORAS TÉCNICAS

AGRUPACIÓN 1 - INSTRUMENTAL UROLOGÍA (lotes 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
INSTRUMENTAL UROLOGÍA		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
1	INSTRUMENTAL UROLOGÍA			Modelo
	La óptica del nefroscopio ofertada dispone de dirección visual de 12º			
	El equipo ofertado dispone de nefroscopio provisto con vainas de acceso de 15/16, 16.5/17.5, 20/21 y sus respectivos dilatadores de un solo paso de tres medidas			
	El videocistoscopio dispone de canal de succió			
	El ureterorrenoscopio ofertado dispone dirección visual de 6º			

AGRUPACIÓN 2 – INSTRUMENTAL GINECOLOGÍA (lotes 7, 8 y 9)

CRITERIOS TÉCNICOS		EMPRESA LICITADORA		
INSTRUMENTAL GINECOLOGÍA		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
2	INSTRUMENTAL GINECOLOGÍA			Modelo
	Lo sistemas de resección de 15Fr y 26Fr, verdaderamente bipolares, el electrodo neutro para el retorno de la corriente se sitúa en la punta distal, por lo que de esta forma la energía no pasa a través de la vaina, evitando posibles lesiones en la paciente			
	Los sistemas de resección de 15 Fr y 26 Fr son compatibles con electrodos de doble patilla (dos vástagos guidores), para mayor seguridad			
	El histeroscopio diagnóstico dispone de vaina de forma externa adaptada al canal cervical.			

**LOTE 10 – EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA
BIPAP**

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA BIPAP				Modelo
10	EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA BIPAP			
	El equipo ofertado dispone de modo de ventilación HFNT			
	El equipo ofertado dispone de una presión de hasta 40 cmH ₂ O en IPAP			
	El equipo ofertado dispone de una tecnología para detectar y compensar automáticamente las fugas de aire alrededor de la mascarilla, manteniéndose la presión prescrita			
	El equipo ofertado dispone de una batería interna de más de 2 horas de autonomía			

LOTE 11 – CAMA DE PARTOS

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
CAMA DE PARTOS				Modelo
11	CAMA DE PARTOS			
	Se ofertan colchones adicionales a los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Indicar número			
	Se ofertan fundas protectoras del colchón de Sección de Pies y de Sección de Cabeza, adicionales a los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Indicar número			
	El equipo ofertado dispone de una sección de pies con un mecanismo que permita que se ubique bajo la cama sin necesidad de extraerla completamente, que evita la carga de peso en los profesionales			
	El equipo ofertado dispone de una autonomía de la batería de reserva con una durabilidad de 4 días con los movimientos más habituales			

LOTE 12 - MONITORES GRADO MÉDICO 32" 4K

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
MONITORES GRADO MÉDICO 32" 4K				Modelo
12	MONITORES GRADO MÉDICO 32" 4K			
	El equipo ofertado dispone de monitor con Display Simultáneo			
	El equipo ofertado dispone de monitor con blindaje óptico mediante tecnología de unión líquida para eliminación de reflejos internos y condensación			
	El equipo ofertado dispone de monitor con emulación real del espacio de color BT 2020			
	El equipo ofertado dispone de monitor con optimización y estabilización de luminancia en rangos clínicos seguros entre 700-900 cd/m2 para evitar fatiga visual del cirujano. Indicar			
	El equipo ofertado dispone de sistema de seguridad pasiva con conmutación automática a señal de respaldo ante pérdidas de señal			
	El equipo ofertado dispone monitor con tipo de conector de 12G-SDI en entrada y salida			

**LOTE 13 - TORRE DE CONSULTA PARA ORL,
VIDEOENDOSCOPIO Y GRABADOR CON SALIDA DICOM Y LUZ
ESTROBOSCÓPICA**

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
TORRE DE CONSULTA PARA ORL, VIDEOENDOSCOPIO Y GRABADOR CON SALIDA DICOM Y LUZ ESTROBOSCÓPICA				Modelo
13	TORRE DE CONSULTA PARA ORL, VIDEOENDOSCOPIO Y GRABADOR CON SALIDA DICOM Y LUZ ESTROBOSCÓPICA			
	El equipo ofertado dispone de torre con un Sistema de Detección de Patrones Vasculares con el uso de la tecnología LED			
	El equipo ofertado dispone de cabezal de cámara con tipo de tecnología de chip 3CMOS Full HD			
	El equipo ofertado dispone de videoendoscopio de alta definición con diámetro exterior del extremo distal mayor de 2,6 mm. Indicar diámetro			
	El equipo ofertado dispone de videoendoscopio de más de 2 botones programables. Indicar número de botones			
	El equipo ofertado dispone de videoendoscopio de una angulación mayor de 100° arriba y abajo. Indicar angulación			

LOTE 14 - LÁSER CO₂ CON ASPIRADOR DE HUMOS

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
LÁSER CO₂ CON ASPIRADOR DE HUMOS				Modelo
14	LÁSER CO₂ CON ASPIRADOR DE HUMOS			
	El equipo ofertado dispone de sistema láser quirúrgico de CO ₂ superior a 40 W. Indicar W			
	El equipo ofertado dispone del tubo de CO ₂ con una vida útil media mayor de 3 años. Indicar y acreditar			
	El equipo ofertado dispone de una longitud de brazo articulado mayor de 150 cm. Indicar cm			
	El equipo ofertado dispone de un sistema que permita transmisión del láser CO ₂ mediante fibra hueca,			

	Deberá disponer de las siguientes características mínimas:			
	• Fibra hueca de CO₂ estéril de un solo uso. • Longitud: 2 m. • Diámetro interno: 500 µm. • Diámetro externo: 1040 µm. • Conector SMA 905 o equivalente. • Potencia máxima transmisible: 40 W.			
	El equipo ofertado dispone de panel de control integrado con pantalla superior a 12 pulgadas. Indicar			
	Se oferta un sistema ampliable mediante módulo láser de diodo integrado o integrable en la plataforma principal, sin sustitución completa del equipo. El módulo de diodo deberá cumplir, como mínimo, las siguientes características: • Longitud de onda: 980 nm ± 10 nm. • Potencia máxima: 50 W. • Potencia seleccionable entre 0,5 W y 50 W. • Modos de emisión seleccionables entre continuo y pulsado. • Modalidades de emisión: Continua. - Pulso único - Tren único - Tren repetido. • Pulso único regulable entre 5 ms y 2000 ms.			

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
ESTACIONES DE TRABAJO RADIODIAGNÓSTICAS				Modelo
15	ESTACIONES DE TRABAJO RADIODIAGNÓSTICAS			
	Se oferta un criterio de homogeneidad del sistema gráfico <u>con el mismo fabricante</u> de monitor, tarjeta gráfica, drivers, software de calidad y herramientas de productividad. Indicar y acreditar.			
	El equipo ofertado dispone una certificación diagnóstica en y hardware MDR clase IIa o superior. Acreditación de la declaración de conformidad CE y certificado en vigor del organismo notificado.			
	El equipo ofertado dispone en el monitor de un panel protector de vidrio sellado y antireflectante para una mejor visión que elimina antirreflejo			

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
EQUIPO DE BIOPSIA DE FUSIÓN DE PRÓSTATA				Modelo
16	EQUIPO DE BIOPSIA DE FUSIÓN DE PRÓSTATA			
	El equipo ofertado permite el acceso a prácticamente la totalidad del volumen prostático, incluidas las zonas anterior y apical de difícil abordaje, durante el procedimiento de biopsia			
	El equipo ofertado dispone de la fusión por vía transperineal y no requiere el uso de "stepper" ni de "tracker" magnético externo			
	El equipo ofertado permite recargar el primer mapeo del paciente, comprobando de nuevo la evolución en las áreas libres para confirmar, vigilar y tratar focalmente en base al plan de biopsia previo			
	El equipo ofertado está basado en una técnica compuesta por una sonda de ultrasonido 3D, fusión elástica y tecnología de seguimiento de órgano como referencia principal para el mapeo prostático, combinando las informaciones de distintas modalidades de imagen (resonancia magnética multiparamétrica y ecografía) para planificar intervenciones, abordar de manera certera lesiones sospechosas y grabar la localización exacta de las biopsias en un mapa en 3D			

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
SISTEMA DE DERMATOSCOPIA DIGITAL AUTOMATIZADO				Modelo
17	SISTEMA DE DERMATOSCOPIA DIGITAL AUTOMATIZADO			
	El equipo ofertado dispone de un programa de análisis e IA en entorno Mirror			
	El equipo ofertado dispone de un carro de transporte con integración de los elementos			
	El licitador oferta a su cargo la posibilidad de conexión al servidor			
	El equipo ofertado dispone no ofrece el ajuste manualmente del ángulo y la altura de la cámara sino que presenta un elevador motorizado en el equipo			

LOTE 18 - MOTOR QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
MOTOR QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA				Modelo
18	MOTOR QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE COLUMNA			
	El equipo ofertado acepta dos piezas de mano con un solo pedal, con posibilidad de utilizar las dos piezas simultáneamente, con los pulsadores auxiliares del pedal			
	El equipo ofertado dispone de pedal que pueda ser introducido en autoclave			
	El equipo ofertado dispone de micromotores de altas revoluciones con una velocidad de rotación mayor de 70.000 r.p.m.			

**LOTE 19 - GESTIÓN Y DOTACIÓN DE ARMARIOS
INTELIGENTES RFID HEMODINÁMICA**

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
GESTIÓN Y DOTACIÓN DE ARMARIOS INTELIGENTES RFID HEMODINÁMICA				Modelo
19	GESTIÓN Y DOTACIÓN DE ARMARIOS INTELIGENTES RFID HEMODINÁMICA			
	Se oferta la integración, implementación y puesta en servicio de los paquetes de interfaces de comunicación entre la herramienta de la licitadora con la herramienta SIGLO y con la herramienta HIS, incluyendo: • Interfaz Recepción petición de material • Interfaz Sincronización de inventario • Interfaz Gestión de usuarios • Interfaz con programación quirúrgica y/o salas de intervención			

**LOTE 20 ECÓGRAFO
OFTALMOLÓGICO/BÍOMETRO**

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO/BIOMETRO				Modelo
20	ECÓGRAFO OFTALMOLÓGICO/BIOMETRO			
	El equipo ofertado dispone de sonda de polo anterior con acelerómetro integrado para determinar de manera automática la posición de la sonda durante la exploración en todo momento.			
	El equipo ofertado dispone de sonda de biometría con LED o puntero láser como haz de encuadre.			
	El equipo ofertado dispone de la ecografía en modo B cuenta con procesamiento de imágenes post-captura: marcadores; mediciones de calibres, áreas y ángulos.			

LOTE 21 – LAVADORA DESINFECTADORA

CRITERIOS TÉCNICOS		MARCAR CON UNA X LO QUE PROCEDA	INDICAR DATO SI PROCEDE	Referencia documental
LAVADORA DESINFECTADORA				Modelo
21	LAVADORA DESINFECTADORA			
	El equipo ofertado dispone de monitorización de movimiento de brazo aspersor			
	El equipo ofertado dispone de depósito de sal en la puerta			
	El equipo ofertado dispone de duración mínima del programa de 20 min			
	El equipo ofertado dispone de bomba de velocidad variable			
	El equipo ofertado dispone de Wifi para posibilidad de diagnóstico remoto, documentación de proceso y actualización remota			
	El equipo ofertado dispone de pantalla táctil a color.			
	El equipo ofertado dispone de secuencia de instrucciones de mantenimiento en pantalla lavadora			

EXPONE

Expone que los datos consignados en este documento son ciertos para el conocimiento de este órgano de contratación y la adecuada valoración de los criterios consignados, firmando el presente documento en prueba de conformidad.

Lugar, fecha, firma y sello de la empresa.