

ANEXO I PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MAGNETOTERAPIA PARA SALAS DE REHABILITACIÓN PERTENECIENTES A DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR, CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PASS 51/26)

LOTES	GC	NOMBRE	DESTINOS	DISTRIBUCIÓN	UNIDADES	TOTAL UNIDADES	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1	D97142	ELECTROMAGNETOTERAPIA ALTA/BAJA FRECUENCIA-GC	Distrito Sanitario Córdoba	C.S. Córdoba Centro	2	7	Pantalla táctil a color. Con aviso acústico al finalizar tratamiento.
				C.S. Poniente	1		Intensidad máxima de campo magnético alrededor de 128mT/1200 Gauss. Rango de frecuencia de pulso aproximado de 0-166 Hz.
			Distrito Sanitario Guadalquivir	C.S. Montoro	1		Aplicadores ergonómicos y diseñados para no sobrecalentarse durante sesiones de tratamiento prolongadas.
				C.S. La Carlota	1		Con dos salidas independientes que permitan realizar dos tratamientos a la vez.
				C.S. Fuente Palmera	1		Disponga de protocolos predefinidos así como de amplia memoria para que el usuario grabe sus protocolos.
				C.S. La Sierra	1		Con carro/soporte para el equipo. Camilla manual y solenoide de 70cm.

Córdoba, a fecha de la firma digital

LA JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA
DISTRITOS CÓRDOBA Y GUADALQUIVIR

Fdo: M^a Dolores Cabello Gómez