

INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE 45/2022

15 de DICIEMBRE de 2022

EMPRESA QUE SE EVALUA

- FISHER

EQUIPO OFERTADO

INCUBADOR AUTOMATICO DE CO2 CON CICLO DE ESTERILIZACION. MOD.371

CRITERIO	FISHER
- Capacidad de aproximadamente 184 litros	CUMPLE
- Rango de CO2 de 0-20%.	CUMPLE
- Rango de temperatura de 5°C por de cima de la temperatura ambiente hasta 50°C.	CUMPLE
- Uniformidad de ± 0.3 .	CUMPLE
- Número de baldas mínimo: 4	CUMPLE
- Sensor de CO2 de termoconductividad in situ.	CUMPLE
- Esterilización por calor seco a 140 °C durante al menos 14 horas.	CUMPLE
- Sistema de control de humedad de, al menos, 3 litros.	CUMPLE
- Calidad de aire en el interior de ISO 5 y menos de 5 minutos después de una apertura de puerta.	CUMPLE
- Interior en acero inoxidable	CUMPLE
- Sistema de ventilación forzado en la cámara del incubador.	CUMPLE
- 2 kit de filtros (Filtros HEPA y bacteriológicos)	CUMPLE
- Garantía mínima de 2 años.	CUMPLE

A la vista de lo anterior No se realizan comentarios. La empresa cumple con los requisitos mínimos exigidos en el pliego

Fdo. Rocío Sánchez Silva.

16/12/2022