AMPLIACIÓN ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS SINGULARES DEL PPT

Se detalla a continuación las características técnicas correspondientes al **LOTE 78: AUTOREFRACTÓMETRO**.

LOTE 78: AUTOREFRACTÓMETRO

CARACTERISTICAS DEL BIEN A SUMINISTRAR	CARACTERISTICAS DE LA OFERTA DEL LICITADOR (detallar) (debe quedar perfectamente definido lo que se incluye en la oferta o lo que es una opción no incluida)	REFERENCIA [Nombre del Documento; página o referencia donde se detalla y declara el 'Valor' o 'Descripción' de las características de la oferta]
Características Principales:		
Si alguna de las características que se especifican en el pliego determinara una marca o modelo exclusivo, éstas serán tomadas únicamente como similares, como guía u orientación para la presentación de ofertas, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusión previa.		
Las cifras de medidas y demás caracteristicas cuantificadas deben tomarse como orientativas, no excluyentes.		
Autorefractómetro		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		

Medición REF :		
Intervalo de medición Potencia refractiva esférica: de -30 D a +25 D (unidad de visualización: incrementos de 0,12 D/0,25 D)		
Intervalo de medición Potencia refractiva cilíndrica: de 0 D a +12 D (unidad de visualización:incrementos de 0,12D/0,25D)		
Dirección del eje astigmático: de 0° a 180° (unidad de visualización: incrementos de 1°/5°)		
Diámetro mínimo de la pupila = 2 mm		
Intervalo de medición de PD de 20 mm a 85 mm (en incrementos de 1 mm)		
Sistema automático antiempañamiento		
Medición KRT		
Intervalo de medición Radio de curvatura de la córnea: de 5,00 mm a 13,00 mm (unidad de visualización:0,01 mm)		
Intervalo de medición Potencia refractiva de la córnea: de 67,50 D a 25,96 D (unidad de visualización: incrementos de 0,12D/0,25D)		
Intervalo de medición Potencia astigmática de la córnea: de 0 D a ±12 D (unidad de visualización: incrementos de 0,12 D/0,25 D)		
Intervalo de medición Dirección del eje astigmático de la córnea: de 0° a 180° (unidad de visualización: incrementos de 1°/5°)		
Medición de la presión ocular (PIO) : de 1 mmHg a 60 mmHg con incrementos de 1 mmHg/0,1 mmHg		
Medición del grosor de la córnea (Paquimetria) : de 0,4 mm a 0,750 mm con incrementos de 0,001 mm		
Software		
Sistema de disparo instantáneo		

Función para paciente con cataratas		
Peso max ≤ 25 Kg		
Distancia desplazamiento mentonera arriba/abajo ≥ 65 mm		
Impresora integrada con corte automático		
Envío de datos e Integración con historia clínica del paciente		
Otras funciones		
Medición de refracción y queratometría mediante la tecnología de prisma rotatorio		
Control de fogging simple y multiple		
Variación de iluminación del estimulo		
Pantalla táctil móvil multidireccional		
Medición Robotizada: autotracking, auto-foco y auto disparo		
Plazo maximo de entrega (dias naturales): 30 dias		
La oferta deberá incluir todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del equipo y sin los cuales este no pueda trabajar		