

A C T A

MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL EXPTE. 353/2022, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO POR ACUERDO MARCO PAAM 15/22.

En Córdoba, siendo las nueve horas del día 6 de septiembre de 2022, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder a elevar al órgano de contratación la propuesta de adjudicación del expediente por procedimiento abierto núm. 353/2022 para la contratación por **ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS, DE MATERIAL ESPECÍFICO PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR (SUBGRUPO 01.14 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON CESIÓN DE USO DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATERIAL, CON DESTINO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA, ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA CÓRDOBA SUR Y ÁREA SANITARIA NORTE DE CÓRDOBA, CENTROS ADSCRITOS A LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA, (PAAM 15/22).**

PRESIDENTE

D. Gregorio Jurado Cáliz
Jefe de Servicio de contratación administrativa del HURS

VOCALES

D. Javier I. Corral Martín
Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial S.A.S.

D^a Guadalupe Aguilera Ortiz
Interventora Provincial

D^a Teresa Justo Coletto
Subdirectora de Servicios Generales. Área de Hostelería

SECRETARIA

D^a Eva Rojas Calvo
Técnico de Función Administrativa

Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar por unanimidad, el acta de la sesión anterior, de fecha de 30 de agosto de 2022, en la que se acordó otorgar a la empresa **KLUTER MEDICAL, S.L.** un plazo de tres días naturales para que justificara y desglosara, razonada y detalladamente, aquellas condiciones de su oferta que fueran susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes, al detectarse que la misma se encontraba incurso en presunción de anormalidad.

Código:	6hwMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1	Fecha	16/01/2023	
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página 1/20	

Por ello, se requirió a la empresa con fecha 30 de agosto de 2022 y, una vez constatado que dichas justificaciones se habían recibido en plazo, la Subdirección económica y administrativa de Gestión Económica del HURS emitió un Informe preceptivo, con fecha 5 de septiembre de 2022, en el que evaluaba las justificaciones presentadas sobre la presunta temeridad en los valores anormales detectados en dicha empresa y en el que se expone que, " Analizadas las justificaciones presentadas por la empresa **KLUTER MEDICAL, S.L**, se **ESTIMA** que la oferta presentada puede ser cumplida en todos sus términos y no hay motivos para ser declarada anormalmente baja."

Por todo lo anteriormente expuesto, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad, dar por justificada la oferta presentada por la empresa **KLUTER MEDICAL, S.L**, y, por tanto, queda admitida al trámite. Así mismo, la Mesa de Contratación acuerda continuar el procedimiento con la valoración de las distintas puntuaciones obtenidas de según a los criterios de adjudicación de todas las empresas admitidas.

Finalizado el estudio de la ponderación de los criterios de adjudicación, tanto dependientes de un juicio de valor como de evaluación automática, de todas las empresas admitidas, queda determinada la propuesta de adjudicación a favor de las empresas que han obtenido la mejor puntuación en base a la mejor relación calidad-precio, según ANEXO adjunto a la presente acta.

Se deja constancia en acta que, cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Y, finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Firmado por Eva Rojas Calvo
16/01/2023

Código:	6hwMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1	Fecha	16/01/2023	
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ			
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		Página 2/20	

CPC
TO DEL CONTRATO:
de EXPEDIENTE:

VALORACIÓN TOTAL
CÓRDOBA
SUM. Material CCV (01.14)c/Cesión de equipos
PAAM 15/22 (353/2022)

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote IVA incluido	Importe Oferta Agrupación de lote IVA incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto						
1	1	SU.PC.SANI.01.14.00.000004		CANULA PERFUSION ARTERIA FEMORAL REFORZADA C/CONEXION LUER-LOCK Y GUIA	DIAMETRO DE LA CANULA:[19-18];LONGITUD DE LA CANULA:[25-50];		240	57,807750	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77618	100001585514		40	57,480000	NO	0	57,480000																	
1	2	SU.PC.SANI.01.14.00.000004		CANULA PERFUSION ARTERIA FEMORAL REFORZADA C/CONEXION LUER-LOCK Y GUIA	DIAMETRO DE LA CANULA:[20-20];LONGITUD DE LA CANULA:[25-50];		320	57,807750	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77620	100001585211	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	57,480000	NO	0	57,480000																	
1	3	SU.PC.SANI.01.14.00.000004		CANULA PERFUSION ARTERIA FEMORAL REFORZADA C/CONEXION LUER-LOCK Y GUIA	DIAMETRO DE LA CANULA:[22-22];LONGITUD DE LA CANULA:[25-50];		80	57,807750	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77622	100001585312		40	57,480000	NO	0	57,480000																	
1				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 1					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	36.996,96	36.787,20	0,57 %	0	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	55,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.						
2	4	SU.PC.SANI.01.14.00.100005		CANULA PERFUSION AORTICA PUNTA DE PLASTICO C/CONECTOR	TIPO DE PUNTA:angulada;DIAMETRO DE LA CANULA:[20-20];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		120	15,754200	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		89020	100001340146		40	42,890000	NO	0	42,890000																	
2	5	SU.PC.SANI.01.14.00.100005		CANULA PERFUSION AORTICA PUNTA DE PLASTICO C/CONECTOR	TIPO DE PUNTA:angulada;DIAMETRO DE LA CANULA:[24-24];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		40	15,754200	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		89024	100001341051	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	42,890000	NO	0	42,890000																	
2	6	SU.PC.SANI.01.14.00.100005		CANULA PERFUSION AORTICA PUNTA DE PLASTICO C/CONECTOR	TIPO DE PUNTA:angulada;DIAMETRO DE LA CANULA:[22.00-23.00];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		400	15,754200	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		89022	100001341358		40	42,890000	NO	0	42,890000																	
2				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 2					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40																	DESERTO				
3	7	SU.PC.SANI.01.14.00.100017		CANULA PERFUSION AORTICA / pedátrica	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[10-10];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		40	93,000600	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77010	100002598849		40	90,750000	NO	0	90,750000																	
3	8	SU.PC.SANI.01.14.00.100017		CANULA PERFUSION AORTICA / pedátrica	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[12-12];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		20	93,000600	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77012	100002598748		40	90,750000	NO	0	90,750000																	
3	9	SU.PC.SANI.01.14.00.100017		CANULA PERFUSION AORTICA / pedátrica	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[14-14];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		20	93,000600	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77014	100002598647		40	90,750000	NO	0	90,750000																	
3	10	SU.PC.SANI.01.14.00.100017		CANULA PERFUSION AORTICA / pedátrica	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[16-16];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		20	93,000600	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77016	100002598546	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	90,750000	NO	0	90,750000																	
3	11	SU.PC.SANI.01.14.00.100017		CANULA PERFUSION AORTICA / pedátrica	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[8-8];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		40	93,000600	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77008	100002598445		40	90,750000	NO	0	90,750000																	
3	12	SU.PC.SANI.01.14.00.300012		CANULA PERFUSION AORTICA / neonato	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[8-8];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		20	93,000600	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77208	100153006822		40	90,750000	NO	0	90,750000																	
3	13	SU.PC.SANI.01.14.00.100017		CANULA PERFUSION AORTICA / pedátrica	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[6-6];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		20	93,000600	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77006	100001606637		40	90,750000	NO	0	90,750000																	
3	14	SU.PC.SANI.01.14.00.300012		CANULA PERFUSION AORTICA / neonato	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[6-6];LONGITUD DE LA CANULA:[0-25];		20	93,000600	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		77206	100153025814		40	90,750000	NO	0	90,750000																	
3				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 3					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	18.600,12	18.150,00	2,42 %	0	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	61,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.						
4	15	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 135º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		300	24,774750	COM MEDCOR, S.L.		OC1045	100120090960																							
4	15	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 135º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		300	24,774750	COM MEDCOR, S.L.		OC1245	100120093161	LAS OFERTAS AL LOTE 15 Y 16 NO CUMPLEN PRESCRIPCIONES AL SER DE LONGITUD DE 21 CM Y CUANDO SE SOLICITA DE UN MÁXIMO DE 20 CM																						
4	16	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 90º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		280	24,774750	COM MEDCOR, S.L.		OC1090	100120093363																							
4	16	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 90º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		280	24,774750	COM MEDCOR, S.L.		OC1290	100120093363																							
4	15	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 135º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		300	24,774750	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		30212	100000936962	FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: LA CANULA DEL LOTE 15 Y LA PRIMERA OFERTADA AL LOTE 16 DISPONE DE UN TOPE DE OSTIUM CORONARIO ANTERIOR A LA PUNTA QUE DIFICULTA SU CORRECTA PROGRESION EN EL MISMO, LO CUAL ES UN INCONVENIENTE EN CUANTO A LA FACILIDAD DE USO. SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: EL TOPE INDICADO PUEDE PROVOCAR DIFICULTADES EN LA CORRECTA PROTECCION MIOCARDICA. RENDIMIENTO: CON UNA UNIDAD SERIA SUFICIENTE. EFICACIA: COMO HEMOS INDICADO, PUEDE HABER DIFICULTADES EN CUANTO A SU EFICACIA PARA LA ADECUADA PROTECCION MIOCARDICA. LA OFERTA SE CONSIDERA APTA	0																					
4	16	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 90º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		280	24,774750	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		30110	100000937174	FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: LA CANULA OFERTADA AL LOTE 15 Y LA PRIMERA OFERTADA AL LOTE 16 DISPONE DE UN TOPE DE OSTIUM CORONARIO ANTERIOR A LA PUNTA QUE DIFICULTA SU CORRECTA PROGRESION EN EL MISMO, LO CUAL ES UN INCONVENIENTE EN CUANTO A LA FACILIDAD DE USO. SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: AL NO PRESENTAR EL EL TOPE INDICADO ES MUY ADECUADA PARA LA CORRECTA PROTECCION MIOCARDICA. RENDIMIENTO: CON UNA UNIDAD SERIA SUFICIENTE. EFICACIA: COMO HEMOS INDICADO, NO PRESENTA DIFICULTADES EN CUANTO A SU EFICACIA PARA LA ADECUADA PROTECCION MIOCARDICA. LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA	40	24,744500	NO	0	24,744500																	
4	16	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 90º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		280	24,774750	PALEX MEDICAL, S.A.		153188	100001334680	FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: LA CANULA OFERTADA AL LOTE 15 Y LA PRIMERA OFERTADA AL LOTE 16 DISPONE DE UN TOPE DE OSTIUM CORONARIO ANTERIOR A LA PUNTA QUE DIFICULTA SU CORRECTA PROGRESION EN EL MISMO, LO CUAL ES UN INCONVENIENTE EN CUANTO A LA FACILIDAD DE USO. SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: AL NO PRESENTAR EL EL TOPE INDICADO ES MUY ADECUADA PARA LA CORRECTA PROTECCION MIOCARDICA. RENDIMIENTO: CON UNA UNIDAD SERIA SUFICIENTE. EFICACIA: COMO HEMOS INDICADO, NO PRESENTA DIFICULTADES EN CUANTO A SU EFICACIA PARA LA ADECUADA PROTECCION MIOCARDICA. LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA	40	24,744500	NO	0	24,744500																	
4	15	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 135º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		300	24,774750	PRIM, S.A.		CP-11014	100005826946	LAS REFERENCIAS OFERTADAS NO CUMPLEN PRESCRIPCIONES AL SER DE 24 CM DE LONGITUD, CUANDO SE SOLICITAN DE UN MÁXIMO DE 20 CM																						
4	15	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 135º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		300	24,774750	PRIM, S.A.		CP-11012	100005826957																							
4	15	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 135º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		300	24,774750	PRIM, S.A.		CP-11010	100005826158																							
4	16	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 90º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		280	24,774750	PRIM, S.A.		CP-12012	100091772199																							
4	16	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 90º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		280	24,774750	PRIM, S.A.		CP-12010	100105984771																							
4	16	SU.PC.SANI.01.14.00.300005		CANULA PERFUSION OSTIUM CORONARIO S/BALON	PUNTA ANGLADA DE 90º. DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 10 Y 12F. LONGITUD DE 0 A 20 cm		280	24,774750	PRIM, S.A.		CP-12014	100097808148																							
4				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 4					COM MEDCOR, S.L.					0																					
4				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 4					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					0																					
4				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 4					PALEX MEDICAL, S.A.					40					NO	14.369,36	14.351,81	0,12 %	0	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00	PALEX MEDICAL, S.A.						
4				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 4					PRIM, S.A.																										
5	17	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA ENTRE 1 Y 1,5 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		120	16,170000	COM MEDCOR, S.L.				LA OFERTA NO PUEDE SER ADJUDICADA, AL TRATARSE DE UNA AGRUPACION DE LOTES Y NO HABER OFERTADO AL LOTE 17, ES POR FAVOR NO SE VAI PARA A MISMA																						
5	18	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA ENTRE 2,2 Y 2,5 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		318	17,787000	COM MEDCOR, S.L.		ARFC04	100120113476																							

Código:	6hwMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
---------	--------------------------------	--	--------	------------

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lotes IVA incluido	Importe Oferta Agrupación de lotes IVA incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto										
5	19	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA 2.5 A 3 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		40	17,787000	COM MEDCOR, S.L.		ARCO1	100152996012																											
5	17	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA ENTRE 1 Y 1,5 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		120	16,170000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		10018	10000938386	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	15,730000	NO	0	15,730000																					
5	18	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA ENTRE 2.2 Y 2.5 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		318	17,787000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		10014	10000938184			16,820000	NO	0	16,820000																					
5	19	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA 2.5 A 3 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		40	17,787000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		10012	10000938083			16,820000	NO	0	16,820000																					
5	17	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA ENTRE 1 Y 1,5 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		120	16,170000	PALEX MEDICAL, S.A.		087118	100001311305	LA OFERTA NO CUMPLE, PUES EN EL LOTE 18 PRESENTA UNA CANULA DE 2 MM DE DIAMETRO DE LA PUNTA, CUANDO SE SOLICITA ENTRE 2.2 Y 2.5 MM	-																									
5	18	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA ENTRE 2.2 Y 2.5 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		318	17,787000	PALEX MEDICAL, S.A.		087126	100001311052																											
5	19	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA 2.5 A 3 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		40	17,787000	PALEX MEDICAL, S.A.		087134	100001310941																											
5	17	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA ENTRE 1 Y 1,5 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		120	16,170000	PRIM, S.A.		AR-11012	100005823926	LA OFERTA NO CUMPLE, PUES EN EL LOTE 17 PRESENTA UNA CANULA DE 9F (3 MM) DE DIAMETRO DE LA PUNTA, CUANDO SE SOLICITA ENTRE 1 Y 1,5 MM. Y EN EL LOTE 19 PRESENTA UNA CANULA DE 5F (1,67 MM) CUANDO SE SOLICITA DE 2.5 A 3 MM	-																									
5	18	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA ENTRE 2.2 Y 2.5 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		318	17,787000	PRIM, S.A.		AR-11014	100005824037																											
5	19	SU.PC.SANI.01.14.00.300007		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA	DIAMETRO DE LA PUNTA 2.5 A 3 mm. LONGITUD DE LA CANULA ENTRE 0 Y 15 cm		40	17,787000	PRIM, S.A.		AR-11016	100005824138																											
5				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5					COM MEDCOR, S.L.					-	Excluido por no ofertar a todos los lotes de la agrupación																								
5				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	8.308,15	7.909,16	4,80 %	10	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.										
5				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5					PALEX MEDICAL, S.A.					-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
5				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 5					PRIM, S.A.					-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
6	20	SU.PC.SANI.01.14.00.500002		CANULA PERFUSION VENO VENOSA DOBLE LUMEN / Percutanea	Diámetro de la cánula entre 12 y 13,Longitud de la cánula[0-17]		2	2.286,900000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		10013	100132803457			2.286,900000	NO	0	2.286,900000																					
6	21	SU.PC.SANI.01.14.00.500002		CANULA PERFUSION VENO VENOSA DOBLE LUMEN / Percutanea	Diámetro de la cánula[16-18],Longitud de la cánula:[11-14]		2	2.286,900000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		10016	100132792931	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	2.286,900000	NO	0	2.286,900000																					
6	22	SU.PC.SANI.01.14.00.500002		CANULA PERFUSION VENO VENOSA DOBLE LUMEN / Percutanea	Diámetro de la cánula[23-25],Longitud de la cánula:[21-31]		2	2.286,900000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		10023	100132793143			2.286,900000	NO	0	2.286,900000																					
6	23	SU.PC.SANI.01.14.00.500002		CANULA PERFUSION VENO VENOSA DOBLE LUMEN / Percutanea	Diámetro de la cánula[27-27],Longitud de la cánula:[21-31]		2	2.286,900000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		10027	100132793244			2.286,900000	NO	0	2.286,900000																					
6				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 6					GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.					40					NO	18.295,20	18.295,20	0,00 %	0	ORD: 72 H. URG: 24 H.	15	No aporta documentación	0	55,00	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.										
7	24	SU.PC.SANI.01.14.00.600002		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA VENTRICULO IZQUIERDO	DIAMETRO DE LA CANULA[10-10],LONGITUD DE LA CANULA[0-25];		120	20,328000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		12008	100001331650			19,360000	NO	0	19,360000																					
7	25	SU.PC.SANI.01.14.00.600002		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA VENTRICULO IZQUIERDO	DIAMETRO DE LA CANULA[13-13],LONGITUD DE LA CANULA[0-25];		40	20,328000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		12001	100001331458	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	19,360000	NO	0	19,360000																					
7	26	SU.PC.SANI.01.14.00.600002		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA VENTRICULO IZQUIERDO	DIAMETRO DE LA CANULA[16-16],LONGITUD DE LA CANULA[25-50];		460	20,328000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		12016	100001331155			19,360000	NO	0	19,360000																					
7	27	SU.PC.SANI.01.14.00.600002		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA VENTRICULO IZQUIERDO	DIAMETRO DE LA CANULA[20-20],LONGITUD DE LA CANULA[25-50];		286	24,934875	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		12002	100001330842			21,780000	NO	0	21,780000																					
7				VALORACION TOTAL AGRUPACION DE LOTE 7					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	19.734,73	18.232,28	7,61 %	16	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	71,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.										
8	28	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 9 Y 10;LONGITUD DE LA CANULA[0-25];ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		6	762,300000																															
8	29	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 11 Y 12;LONGITUD DE LA CANULA[0-25];ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		4	762,300000																															
8	30	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 13 Y 14;LONGITUD DE LA CANULA[0-25];ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		4	762,300000																															
8	31	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 15 Y 16;LONGITUD DE LA CANULA[0-25];ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		4	762,300000																															
8	32	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA[19-19];LONGITUD DE LA CANULA[0-25]. ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		8	762,300000																															
8	33	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA[21-21];LONGITUD DE LA CANULA[50-75]. ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		8	794,062500	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		BE-PVL-2155	100026775356																											
8	34	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA[21-21];LONGITUD DE LA CANULA[0-25]. ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		8	863,940000																															
8	35	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA[23-23];LONGITUD DE LA CANULA[0-25]. ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		8	863,940000																															
8	36	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA[23-23];LONGITUD DE LA CANULA[50-75]. ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		4	863,940000																															
8	37	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA[16;LONGITUD DE LA CANULA[50-75];ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		8	794,062500																															
8	38	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA[21-21];LONGITUD DE LA CANULA[50-75]. ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		8	794,062500	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		BE-PVL-2155	100026775356																											
8	39	SU.PC.SANI.01.14.01.000004		EQ. CANULA RETORNO VENOSO FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	-TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA[23-23];LONGITUD DE LA CANULA[50-75]. ALTA RIGIDEZ DE GÜJAS Y DEL SISTEMA DE SOPORTE DE LA CANULA		4	794,062500	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		BE-PVL-2355	100026775255																											
8	40	SU.PC.SANI.01.14.00.000011		EQ. CANULA PERFUSION ARTERIA FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 9 Y 10;LONGITUD DE LA CANULA[0-25];		6	762,300000																															
8	41	SU.PC.SANI.01.14.00.000011		EQ. CANULA PERFUSION ARTERIA FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 11 Y 12;LONGITUD DE LA CANULA[0-25];		4	762,300000																															
8	42	SU.PC.SANI.01.14.00.000011		EQ. CANULA PERFUSION ARTERIA FEMORAL REFORZADA TEC. SELDINGER	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 13 Y 14;LONGITUD DE LA CANULA[0-25];		4	762,300000																															

Código:	6hWMS674PFIRMAkiItQ+34fB	
---------	--------------------------	--

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lotes no incluido	Importe Oferta Agrupación de lotes no incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto						
10	48	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[18-19];LONGITUD DE LA CANULA:[25-36];		54	35,574000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		66118	100000961117	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	33,880000	NO	0	33,880000																	
10	49	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[20-21];LONGITUD DE LA CANULA:[25-36];		44	35,574000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		66120	100000961016	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	33,880000	NO	0	33,880000																	
10	50	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[22-23];LONGITUD DE LA CANULA:[25-36];		50	35,574000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		66122	100000960703	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	33,880000	NO	0	33,880000																	
10	51	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[24-24];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	35,574000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		66124	100000960501	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	33,880000	NO	0	33,880000																	
10	52	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[24-24];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	35,574000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		66128	100000961319	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	33,880000	NO	0	33,880000																	
10	47	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[18-19];LONGITUD DE LA CANULA:[25-36];		34	35,574000	PALEX MEDICAL, S.A.		73605	100001307516	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	35,453000	NO	0	35,453000																	
10	48	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[18-19];LONGITUD DE LA CANULA:[25-36];		54	35,574000	PALEX MEDICAL, S.A.		73613	100001307718	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	35,453000	NO	0	35,453000																	
10	49	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[20-21];LONGITUD DE LA CANULA:[25-36];		44	35,574000	PALEX MEDICAL, S.A.		73621	100001310042	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	35,453000	NO	0	35,453000																	
10	50	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[22-23];LONGITUD DE LA CANULA:[25-36];		50	35,574000	PALEX MEDICAL, S.A.		372710	100001307819	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	35,453000	NO	0	35,453000																	
10	51	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[24-24];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	35,574000	PALEX MEDICAL, S.A.		73648	100001308728	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	35,453000	NO	0	35,453000																	
10	52	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[24-24];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	35,574000	PALEX MEDICAL, S.A.		81632	100001308827	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	35,453000	NO	0	35,453000																	
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10					COM MEDCOR, S.L.					0																					
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10					EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.					0																					
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	11.454,63	10.909,36	4,76 %	10	ORD: 48 H LRF: 24 H	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.						
10				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 10					PALEX MEDICAL, S.A.					40					NO	11.454,63	11.415,87	0,34 %	0	ORD: 48 H LRF: 24 H	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00							
11	53	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[30-30];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	38,115000	COM MEDCOR, S.L.		01V301L8	100122234995	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA DEBIDO A LO SIGUIENTE, FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, DISEÑO DE PUNTA HELICOIDAL Y EXCESIVAMENTE LARGA, LO PUEDE DIFICULTAR LA INSERCIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS. LA EXCESIVA LONGITUD DEL EXTREMO HELICOIDAL PUEDE DIFICULTAR EL FLUJO A TRAVÉS DE LA CANULA POR EL EFECTO PARED, LO CUAL REDUCE EL RENDIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. RENDIMIENTO: ADECUADO PUES CON UNA UNIDAD SERÍA SUFICIENTE, EFICACIA: PRESENTA LAS DIFICULTADES INDICADAS QUE SUPONEN UNA MERMA DE SU EFICACIA PARA EL USO CLÍNICO AL QUE ESTÁ DESTINADA.	0																					
11	54	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[26-26];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	38,115000	COM MEDCOR, S.L.		01V261L8	100152995901	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA, PUES LAS CANULAS OFERTADAS PRESENTAN EXCESIVA RESISTENCIA AL FLUJO SANGUÍNEO (LA DE 30 F A 3 LITROS LA CAÍDA DE PRESIÓN ES DE 40 MMHG, CASI EL DOBLE QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC QUE ES DE 25, Y LA DE 18 F A 3 LITROS LA CAÍDA ES DE 40 Y EN MEDTRONIC ENTRE 15 Y 20), LO CUAL DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA A VALORAR HACE QUE NO SEA ADECUADA AL DIFICULTAR EL DRENAJE SANGUÍNEO	0																					
11	53	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[30-30];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	38,115000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		TF030L	100000958287	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA, PUES LAS CANULAS OFERTADAS PRESENTAN EXCESIVA RESISTENCIA AL FLUJO SANGUÍNEO (LA DE 30 F A 3 LITROS LA CAÍDA DE PRESIÓN ES DE 40 MMHG, CASI EL DOBLE QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC QUE ES DE 25, Y LA DE 18 F A 3 LITROS LA CAÍDA ES DE 40 Y EN MEDTRONIC ENTRE 15 Y 20), LO CUAL DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA A VALORAR HACE QUE NO SEA ADECUADA AL DIFICULTAR EL DRENAJE SANGUÍNEO	0																					
11	54	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[26-26];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	38,115000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		TF026L	100000958489	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA, PUES LAS CANULAS OFERTADAS PRESENTAN EXCESIVA RESISTENCIA AL FLUJO SANGUÍNEO (LA DE 30 F A 3 LITROS LA CAÍDA DE PRESIÓN ES DE 40 MMHG, CASI EL DOBLE QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC QUE ES DE 25, Y LA DE 18 F A 3 LITROS LA CAÍDA ES DE 40 Y EN MEDTRONIC ENTRE 15 Y 20), LO CUAL DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA A VALORAR HACE QUE NO SEA ADECUADA AL DIFICULTAR EL DRENAJE SANGUÍNEO	0																					
11	53	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[30-30];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	38,115000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		66130	100000961410	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, DISEÑO DE PUNTA CÓNICA QUE FACILITA LA INSERCIÓN, ADEMÁS LAS LONGITUDES PRESENTADAS DE 30,5 Y 36 CM LA HACEN MÁS ADECUADA EN CUANTO A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN QUE LA OFERTA DE PALEX QUE ES MÁS LARGA, DICHA MENOR LONGITUD FACILITA SU USO EN EL CAMPO QUIRÚRGICO, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: EL DISEÑO DE PUNTA MULTIPERFORADA FACILITA EL DRENAJE SANGUÍNEO A TRAVÉS DE LA CANULA, LO CUAL MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. RENDIMIENTO: ES MUY ADECUADO PUES CON UNA UNIDAD SE CONSIGUE EL EFECTO DESEADO, EFICACIA: DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS PROPIOS DEL EXCELENTE COMPORTAMIENTO DE LA CANULA PARA EL USO CLÍNICO AL QUE ESTÁ DESTINADA.	40	33,880000	NO	0	33,880000																	
11	54	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[26-26];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	38,115000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		66126	100000961218	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA, FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, DISEÑO DE PUNTA QUE ES PLANA Y NO CÓNICA EN SU EXTREMO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE INSERCIÓN QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, ADEMÁS LAS LONGITUDES PRESENTADAS DE 40,5 CM LA HACEN MENOS ADECUADA EN CUANTO A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC QUE ES MÁS CORTA, DICHA MAYOR LONGITUD SUPONE MAYOR DIFICULTAD EN SU USO EN EL CAMPO QUIRÚRGICO, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: EL DISEÑO DE PUNTA MULTIPERFORADA FACILITA EL DRENAJE SANGUÍNEO A TRAVÉS DE LA CANULA, LO CUAL MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. RENDIMIENTO: ES MUY ADECUADO PUES CON UNA UNIDAD SE CONSIGUE EL EFECTO DESEADO, EFICACIA: DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS PROPIOS DEL EXCELENTE COMPORTAMIENTO DE LA CANULA PARA EL USO CLÍNICO AL QUE ESTÁ DESTINADA.	40	33,880000	NO	0	33,880000																	
11	53	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[30-30];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	38,115000	PALEX MEDICAL, S.A.		446821	100153015712	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA, FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, DISEÑO DE PUNTA QUE ES PLANA Y NO CÓNICA EN SU EXTREMO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE INSERCIÓN QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, ADEMÁS LAS LONGITUDES PRESENTADAS DE 40,5 CM LA HACEN MENOS ADECUADA EN CUANTO A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC QUE ES MÁS CORTA, DICHA MAYOR LONGITUD SUPONE MAYOR DIFICULTAD EN SU USO EN EL CAMPO QUIRÚRGICO, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: EL DISEÑO DE PUNTA MULTIPERFORADA FACILITA EL DRENAJE SANGUÍNEO A TRAVÉS DE LA CANULA, LO CUAL MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. RENDIMIENTO: ES MUY ADECUADO PUES CON UNA UNIDAD SE CONSIGUE EL EFECTO DESEADO, EFICACIA: DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS PROPIOS DEL EXCELENTE COMPORTAMIENTO DE LA CANULA PARA EL USO CLÍNICO AL QUE ESTÁ DESTINADA.	20	37,510000	NO	0	37,510000																	
11	54	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[26-26];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	38,115000	PALEX MEDICAL, S.A.		446820	100153005711	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA, FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, DISEÑO DE PUNTA QUE ES PLANA Y NO CÓNICA EN SU EXTREMO, LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE INSERCIÓN QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, ADEMÁS LAS LONGITUDES PRESENTADAS DE 40,5 CM LA HACEN MENOS ADECUADA EN CUANTO A FACILIDAD DE UTILIZACIÓN QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC QUE ES MÁS CORTA, DICHA MAYOR LONGITUD SUPONE MAYOR DIFICULTAD EN SU USO EN EL CAMPO QUIRÚRGICO, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: EL DISEÑO DE PUNTA MULTIPERFORADA FACILITA EL DRENAJE SANGUÍNEO A TRAVÉS DE LA CANULA, LO CUAL MEJORA EL RENDIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. RENDIMIENTO: ES MUY ADECUADO PUES CON UNA UNIDAD SE CONSIGUE EL EFECTO DESEADO, EFICACIA: DISPONEMOS DE RESULTADOS CONTRATADOS PROPIOS DEL EXCELENTE COMPORTAMIENTO DE LA CANULA PARA EL USO CLÍNICO AL QUE ESTÁ DESTINADA.	20	37,510000	NO	0	37,510000																	
11	53	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[30-30];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	38,115000	PRIM, S.A.		RV-40036	100091760976	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN EL LOTE 54, PUES DE LAS REFERENCIAS OFERTADAS, NINGUNA ES DE 26 F TAL Y COMO SE SOLICITA	0																					
11	53	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[30-30];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	38,115000	PRIM, S.A.		RV-40030	100091771785	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN EL LOTE 54, PUES DE LAS REFERENCIAS OFERTADAS, NINGUNA ES DE 26 F TAL Y COMO SE SOLICITA	0																					
11	53	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[30-30];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	38,115000	PRIM, S.A.		RV-40034	100091771886	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN EL LOTE 54, PUES DE LAS REFERENCIAS OFERTADAS, NINGUNA ES DE 26 F TAL Y COMO SE SOLICITA	0																					
11	53	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[30-30];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		40	38,115000	PRIM, S.A.		RV-40032	100091772098	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN EL LOTE 54, PUES DE LAS REFERENCIAS OFERTADAS, NINGUNA ES DE 26 F TAL Y COMO SE SOLICITA	0																					
11	54	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[26-26];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	38,115000	PRIM, S.A.		RV-40020	100091760774	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN EL LOTE 54, PUES DE LAS REFERENCIAS OFERTADAS, NINGUNA ES DE 26 F TAL Y COMO SE SOLICITA	0																					
11	54	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[26-26];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	38,115000	PRIM, S.A.		rv-40022	100091760875	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN EL LOTE 54, PUES DE LAS REFERENCIAS OFERTADAS, NINGUNA ES DE 26 F TAL Y COMO SE SOLICITA	0																					
11	54	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[26-26];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	38,115000	PRIM, S.A.		rv-40018	100091771684	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EN EL LOTE 54, PUES DE LAS REFERENCIAS OFERTADAS, NINGUNA ES DE 26 F TAL Y COMO SE SOLICITA	0																					
11	54	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA:[26-26];LONGITUD DE LA CANULA:[36-50];		100	38,115000	PRIM, S.A.																										

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote (no incluido)	Importe Oferta Agrupación de lote (no incluido)	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto				
11				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 11					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	5.336,10	4.743,20	11,11 %	24	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	79,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.				
11				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 11					PALEX MEDICAL, S.A.					20					NO	5.336,10	5.251,40	1,59 %	4	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	39,00					
11				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 11					PRIM, S.A.					-																			
12	55	SU.PC.SANI.01.14.01.412000		CANULA RETORNO VENOSO ACODADA	COMPOSICIÓN DE LA PUNTA PLÁSTICO PARA CONECTOR:14;DIAMETRO DE LA CANULA(12-13);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		40	36,844500	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		67512	100001313274			34,970000	NO	0																
12	56	SU.PC.SANI.01.14.01.412000		CANULA RETORNO VENOSO ACODADA	COMPOSICIÓN DE LA PUNTA PLÁSTICO PARA CONECTOR:14;DIAMETRO DE LA CANULA(14-14);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		40	36,717450	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		67514	100001313779			34,970000	NO	0																
12	57	SU.PC.SANI.01.14.01.412000		CANULA RETORNO VENOSO ACODADA	COMPOSICIÓN DE LA PUNTA PLÁSTICO PARA CONECTOR:14;DIAMETRO DE LA CANULA(16-16);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		60	36,717450	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		67516	100001316103			34,970000	NO	0																
12	58	SU.PC.SANI.01.14.01.412000		CANULA RETORNO VENOSO ACODADA	COMPOSICIÓN DE LA PUNTA PLÁSTICO PARA CONECTOR:14-3/8;DIAMETRO DE LA CANULA(18-18);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		40	36,717450	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		67518	100001311557			34,970000	NO	0																
12	59	SU.PC.SANI.01.14.01.412000		CANULA RETORNO VENOSO ACODADA	COMPOSICIÓN DE LA PUNTA PLÁSTICO PARA CONECTOR:14-3/8;DIAMETRO DE LA CANULA(20-20);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		20	36,717450	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		67520	100001311456	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	34,970000	NO	0																
12	60	SU.PC.SANI.01.14.01.412000		CANULA RETORNO VENOSO ACODADA	COMPOSICIÓN DE LA PUNTA PLÁSTICO PARA CONECTOR:14-3/8;DIAMETRO DE LA CANULA(22-22);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		20	35,446950	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		67522	100001311658			34,970000	NO	0																
12	61	SU.PC.SANI.01.14.01.412000		CANULA RETORNO VENOSO ACODADA	COMPOSICIÓN DE LA PUNTA PLÁSTICO PARA CONECTOR:3/8;DIAMETRO DE LA CANULA(25-25);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		200	32,905950	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		67526	100026017704			32,070000	NO	0																
12	62	SU.PC.SANI.01.14.01.412000		CANULA RETORNO VENOSO ACODADA	COMPOSICIÓN DE LA PUNTA PLÁSTICO PARA CONECTOR:3/8;DIAMETRO DE LA CANULA(28-28);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		280	32,905950	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		67528	100001312668			32,070000	NO	0																
12	63	SU.PC.SANI.01.14.01.412000		CANULA RETORNO VENOSO ACODADA	COMPOSICIÓN DE LA PUNTA PLÁSTICO PARA CONECTOR:3/8;DIAMETRO DE LA CANULA(30-30);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		280	32,905950	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		67530	100001312667			32,070000	NO	0																
12				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 12					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	33.066,03	32.066,60	3,02 %	9	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	63,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.				
13	64	SU.PC.SANI.01.14.01.808000		CANULA DESVIO CAROTIDA CON ORIFICIO Y BALÓN	TIPO DE PUNTA:angulada;DIAMETRO DE LA CANULA(8-8);LONGITUD DE LA CANULA(25-50);		6	219,796500	LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.		2013-10	100069787116	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	484,000000	NO	0					-120,20 %											
13	65	SU.PC.SANI.01.14.01.808000		CANULA DESVIO CAROTIDA CON ORIFICIO Y BALÓN	TIPO DE PUNTA:angulada;DIAMETRO DE LA CANULA(9-9);LONGITUD DE LA CANULA(25-50);		6	219,796500	LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.		2012-10	100069787219			484,000000	NO	0					-120,20 %											
13				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 13					LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.					40																		DESERTO	
14	66	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 1/2 luer lock;		32	2,566410	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3387	100153385749	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	2,566000	NO	0																
14	67	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/4 luer lock;		446	2,769690	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3385	100153385840			2,769000	NO	0																
14	68	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 luer lock;		558	2,795100	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3386	100153375849			2,795000	NO	0																
14	66	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 1/2 luer lock;		32	2,566410	KLUTER MEDICAL, S.L.		K3328T	100015011935	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	2,274800	NO	0																
14	67	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/4 luer lock;		446	2,769690	KLUTER MEDICAL, S.L.		K3326T	100015011430			2,274800	NO	0																
14	68	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 luer lock;		558	2,795100	KLUTER MEDICAL, S.L.		K3327T	100015011733			2,274800	NO	0																
14	66	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 1/2 luer lock;		32	2,566410	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		SK6063	100000978885	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	2,540000	NO	0																
14	67	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/4 luer lock;		446	2,769690	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		SK6061	100000978996			2,660000	NO	0																
14	68	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 luer lock;		558	2,795100	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		8062	100001303273			2,660000	NO	0																
14	66	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 1/2 luer lock;		32	2,566410	PALEX MEDICAL, S.A.		305203	100010871815	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	2,565200	NO	0																
14	67	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/4 luer lock;		446	2,769690	PALEX MEDICAL, S.A.		305197	100010871310			2,758800	NO	0																
14	68	SU.PC.SANI.01.14.05.000002		CONEXIÓN CARDIOVASCULAR RECTA LUER-LOCK	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 luer lock;		558	2,795100	PALEX MEDICAL, S.A.		305200	100107482571			2,795100	NO	0																
14				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 14					GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.					40					NO	2.877,07	2.876,70	0,01 %	0	ORD: -O- 72 H. URG: -O- 24 H.	15	Ninguno de los documentos aportados por la empresa son certificados válidos de los solicitados para acreditar el cumplimiento del uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado en embalajes sea reciclado	0	55,00					
14				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 14					KLUTER MEDICAL, S.L.					40					NO	2.877,07	2.356,69	18,09 %	40	ORD: 24 H. URG: 12 H.	15	No aporta documentación	0	95,00	KLUTER MEDICAL, S.L.				

Código:	6hwMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por:	GREGORIO JURADO CALIZ		Página:	7/20
Url De Verificación:	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote no incluido	Importe Oferta Agrupación de lote no incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto					
14				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 14					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	2.877,07	2.751,92	4,35 %	10	ORD: 48 H. UFG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,00						
14				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 14					PALEX MEDICAL, S.A.					40					NO	2.877,07	2.872,18	0,17 %	0	ORD: 48 H. UFG: 24 H.	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00						
15	69	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 3/8;		48	2.388540	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3383	100153376051																						
15	70	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/2;		390	3.176250	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3378	100153376152	LA OFERTA AL LOTE 70 NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SER UNA CONEXION DE 1/4-1/4 NO LUEER CUANDO SE SOLICITA 1/4 LUEER																					
15	71	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/16 - 1/4		30	3.176250	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3393	100153386153																						
15	72	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 3/8;		54	2.388540	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3382	100153376253																						
15	69	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 3/8;		48	2.388540	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		SK6013	100000977673		40	2.300000	NO	0	2.300000																
15	70	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/2;		390	3.176250	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		10007	100014310954	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	3.030000	NO	0	3.030000																
15	71	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/16 - 1/4		30	3.176250	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		SK6009	100000977572		40	3.030000	NO	0	3.030000																
15	72	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 3/8;		54	2.388540	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		SK6011	100000977774		40	2.300000	NO	0	2.300000																
15	69	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 3/8;		48	2.388540	PALEX MEDICAL, S.A.		305186	100001592080		40	2.383700	NO	0	2.383700																
15	70	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/2;		390	3.176250	PALEX MEDICAL, S.A.		435695	100153419994	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	3.170200	NO	0	3.170200																
15	71	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/16 - 1/4		30	3.176250	PALEX MEDICAL, S.A.		305180	100010870805		40	3.170200	NO	0	3.170200																
15	72	SU.PC.SANI.01.14.05.001000		CONEXION CARDIOVASCULAR RECTA	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 3/8;		54	2.388540	PALEX MEDICAL, S.A.		305182	100001591771		40	2.383700	NO	0	2.383700																
15				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 15					GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.					-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																			
15				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 15					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40						NO	1.577,66	1.507,20	4,47 %	10	ORD: 48 H. UFG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.				
15				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 15					PALEX MEDICAL, S.A.					40						NO	1.577,66	1.574,62	0,19 %	0	ORD: 48 H. UFG: 24 H.	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00					
16	73	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 3/8 - 3/8;		268	2.718870	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3363	100153386355		40	2.718000	NO	0	2.718000																
16	74	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/4 - 1/4;		744	2.718870	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3358	100153386456		40	2.718000	NO	0	2.718000																
16	75	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 1/4 - 1/4;		42	2.718870	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3362	100153386557	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	2.718000	NO	0	2.718000																
16	76	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 - 1/4;		24	2.718870	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3364	100153386658		40	2.718000	NO	0	2.718000																
16	77	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 - 3/8;		180	2.718870	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU3359	100153386759		40	2.718000	NO	0	2.718000																
16	73	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 3/8 - 3/8;		268	2.718870	KLUTER MEDICAL, S.L.		K3307T	100020404616		40	2.709200	NO	0	2.709200																
16	74	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/4 - 1/4;		744	2.718870	KLUTER MEDICAL, S.L.		K3302T	100020403808	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	2.709200	NO	0	2.709200																
16	75	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 1/4 - 1/4;		42	2.718870	KLUTER MEDICAL, S.L.		K3306T	100020404212		40	2.709200	NO	0	2.709200																
16	76	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 - 1/4;		24	2.718870	KLUTER MEDICAL, S.L.		K3308T	100020404515		40	2.709200	NO	0	2.709200																
16	77	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 - 3/8;		180	2.718870	KLUTER MEDICAL, S.L.		K3303T	100020403999		40	2.709200	NO	0	2.709200																
16	73	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 3/8 - 3/8;		268	2.718870	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		SK6040	100001300849		40	2.660000	NO	0	2.660000																
16	74	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/4 - 1/4;		744	2.718870	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		SK6030	100000980503		40	2.660000	NO	0	2.660000																
16	75	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 1/4 - 1/4;		42	2.718870	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		6036	100001301051	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	2.660000	NO	0	2.660000																
16	76	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 - 1/4;		24	2.718870	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		6041	100152896002		40	2.660000	NO	0	2.660000																
16	77	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 - 3/8;		180	2.718870	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		6031	100001301152		40	2.660000	NO	0	2.660000																
16	73	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/2 - 3/8 - 3/8;		268	2.718870	PALEX MEDICAL, S.A.		312676	100001583392		40	2.710400	NO	0	2.710400																
16	74	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:1/4 - 1/4 - 1/4;		744	2.718870	PALEX MEDICAL, S.A.		312670	100001590262	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACION, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	2.710400	NO	0	2.710400																
16	75	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 1/4 - 1/4;		42	2.718870	PALEX MEDICAL, S.A.		312671	100001583492		40	2.710400	NO	0	2.710400																
16	76	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 - 1/4;		24	2.718870	PALEX MEDICAL, S.A.		312672	100010872229		40	2.710400	NO	0	2.710400																
16	77	SU.PC.SANI.01.14.05.401000		CONEXION CARDIOVASCULAR EN Y	DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:3/8 - 3/8 - 3/8;		180	2.718870	PALEX MEDICAL, S.A.		312673	100013857371		40	2.710400	NO	0	2.710400																

Código:	6hWMS674PFIRMAkiTq+34fB3V0da1		Fecha	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página	8/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote (a incluir)	Importe Oferta Agrupación de lote (a incluir)	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto										
16				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 16					GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.					40					NO	3.420,34	3.419,24	0,03 %	0	ORD: -O- 72 H URG: -O- 24 H	15	Ninguno de los documentos aportados por la empresa son certificados válidos de los solicitados para acreditar el cumplimiento del uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado en embalajes sea reciclado	0	55,00											
16				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 16					KLUTER MEDICAL, S.L.					40					NO	3.420,34	3.408,17	0,36 %	0	ORD: 24 H URG: 12 H	15	No aporta documentación	0	55,00											
16				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 16					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	3.420,34	3.346,28	2,17 %	6	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	61,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.										
16				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 16					PALEX MEDICAL, S.A.					40					NO	3.420,34	3.409,68	0,31 %	0	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00											
17	78	SU.PC.SANI.01.14.07.100002		EQ. SALVADOR CELULAS. SIST. SUCCION Y RESERVORIO	CAMPANA NO. CAPACIDAD DEL RESERVORIO ENTRE 3.000 Y 4.500 ml		876	120,697500	FERRER FARMA, S.A.			1290078+1290036+1291318	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA POR LO SIGUIENTE: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO SALVADOR DE CELULAS NO ES AUTOMÁTICA SINO MANUAL. LO QUE DIFICULTA SU USO. LA IMPRESORA DE DATOS NO VIENE INTEGRADA EN EL EQUIPO. LO QUE SUPONE MENOR FACILIDAD DE USO AL TENER QUE TENERLA APARTE. ADICIONALMENTE NECESITA ADAPTADOR EN EL LOTE 81 PARA LA CAMPANA, LO CUAL REDUNDA EN MENOR LA FACILIDAD DE USO. ADEMÁS LA MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE CASOS ES DE 10. FRENTE A LA OTRA OFERTA QUE ALMACENA 100 CASOS. ESTO SUPONE TAMBIÉN MAYOR DIFICULTAD DE USO, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS. EL SISTEMA CONSIGUE UNA CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN DEL HEMATOCRITO ENTRE EL 40 Y 50% SEGUN MANUAL. MUY INFERIOR AL DE LA OTRA OFERTA. LO QUE REDUNDA EN LA MAYOR NECESIDAD DE TENER QUE REALIZAR TRANSFUSIONES HALOGENAS DEL BANCO DE SANGRE. RENDIMIENTO: MENOR ADECUADO AL DE LA OTRA OFERTA YA QUE CON UNA UNIDAD DE FUNGIBLE CONSIGUE UNA MENOR TASA DE RECUPERACIÓN. EFICACIA: POCO ADECUADA. EL INFERIOR NIVEL DE RECUPERACIÓN DEL HEMATOCRITO SUPONE ESCASA EFICACIA PARA CONSEGUIR EL RESULTADO DESEADO																										
17	79	SU.PC.SANI.01.14.07.100003		EQ. SALVADOR CELULAS. SIST. PROCESAMIENTO	CON CAMPANA. CAPACIDAD DEL RESERVORIO ENTRE 100 Y 175 ml APPROX	DEBERA CEDERSE EL USO DE TRES EQUIPOS SALVADORES DE CELULAS. COMPATIBLES CON EL MATERIAL FUNGIBLE OFERTADO.	106	120,697500	FERRER FARMA, S.A.			1291129																											
17	80	SU.PC.SANI.01.14.07.100003		EQ. SALVADOR CELULAS. SIST. PROCESAMIENTO	CON CAMPANA. CAPACIDAD DEL RESERVORIO ENTRE 175 Y 225 ml APPROX		580	120,697500	FERRER FARMA, S.A.			1291118																											
17	81	SU.PC.SANI.01.14.07.100003		EQ. SALVADOR CELULAS. SIST. PROCESAMIENTO	CON CAMPANA. CAPACIDAD DEL RESERVORIO ENTRE 50 Y 100 ml APPROX		60	120,697500	FERRER FARMA, S.A.			1291119																											
17	78	SU.PC.SANI.01.14.07.100002		EQ. SALVADOR CELULAS. SIST. SUCCION Y RESERVORIO	CAMPANA NO. CAPACIDAD DEL RESERVORIO ENTRE 3.000 Y 4.500 ml		876	120,697500	PALEX MEDICAL, S.A.			424284	100081752682	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: LA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO SALVADOR DE CELULAS ES AUTOMÁTICA. LO QUE FACILITA SU USO. ADEMÁS LA MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE CASOS ES DE 100. FRENTE A LA OTRA OFERTA QUE ALMACENA 10 CASOS. ESTO SUPONE TAMBIÉN MAYOR FACILIDAD DE USO. ADEMÁS NO NECESITA ADAPTADOR EN NINGUNA DE LAS CAMPANAS. LO CUAL REDUNDA EN LA FACILIDAD DE USO, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS. EL SISTEMA CONSIGUE UNA CAPACIDAD DE CONCENTRACIÓN DEL HEMATOCRITO DEL 63%. LO QUE REDUNDA EN LA REDUCCIÓN DE TENER QUE REALIZAR TRANSFUSIONES HALOGENAS DEL BANCO DE SANGRE. RENDIMIENTO: ES ÓPTIMO YA QUE CON UNA SÓLA UNIDAD DE FUNGIBLE CONSIGUE UNA ALTA TASA DE RECUPERACIÓN. EFICACIA: MUY ADECUADA. EL NIVEL DE RECUPERACIÓN DEL HEMATOCRITO DEL 63% DEMUESTRA SU ELEVADA EFICACIA PARA CONSEGUIR EL RESULTADO DESEADO	120,697500	NO	0	120,697500																					
17	79	SU.PC.SANI.01.14.07.100003		EQ. SALVADOR CELULAS. SIST. PROCESAMIENTO	CON CAMPANA. CAPACIDAD DEL RESERVORIO ENTRE 100 Y 175 ml APPROX	DEBERA CEDERSE EL USO DE TRES EQUIPOS SALVADORES DE CELULAS. COMPATIBLES CON EL MATERIAL FUNGIBLE OFERTADO.	106	120,697500	PALEX MEDICAL, S.A.			413840	100069310066							NO	0	120,697500																	
17	80	SU.PC.SANI.01.14.07.100003		EQ. SALVADOR CELULAS. SIST. PROCESAMIENTO	CON CAMPANA. CAPACIDAD DEL RESERVORIO ENTRE 175 Y 225 ml APPROX		580	120,697500	PALEX MEDICAL, S.A.			413841	100069310055							NO	0	120,697500																	
17	81	SU.PC.SANI.01.14.07.100003		EQ. SALVADOR CELULAS. SIST. PROCESAMIENTO	CON CAMPANA. CAPACIDAD DEL RESERVORIO ENTRE 50 Y 100 ml APPROX		60	120,697500	PALEX MEDICAL, S.A.			413837	100069637406							NO	0	120,697500																	
17				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 17					FERRER FARMA, S.A.					0	Excluido por no superar umbral mínimo																								
17				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 17					PALEX MEDICAL, S.A.					40						NO	195.771,35	195.771,35	0,00 %	0	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00	PALEX MEDICAL, S.A.									
18	82	SU.PC.SANI.01.14.08.000000		SENSOR SATURACION ARTERIAL	Conexión:[1/2-1/2];	UN MONITOR PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE PERFUSIÓN. COMPATIBLE CON EL MATERIAL FUNGIBLE OFERTADO.	90	95,287500	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.			EU3863	100119803232	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN. SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS. RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	90,750000	NO	0	90,750000																					
18	83	SU.PC.SANI.01.14.08.000000		SENSOR SATURACION ARTERIAL	Conexión:[3/8-3/8];		90	95,287500	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.			EU3864	100119803535		90,750000	NO	0	90,750000																					
18	84	SU.PC.SANI.01.14.08.000000		SENSOR SATURACION ARTERIAL	Conexión:[1/4-1/4];		450	95,287500	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.			EU3874	100119803030		90,750000	NO	0	90,750000																					
18				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 18					GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.					40						NO	60.031,13	57.172,50	4,76 %	10	ORD: -O- 72 H URG: -O- 24 H	15	Ninguno de los documentos aportados por la empresa son certificados válidos de los solicitados para acreditar el cumplimiento del uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado en embalajes sea reciclado	0	65,00	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.									
19	85	SU.PC.SANI.01.14.08.100002		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL MONOPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUJA MIOCARDICA(0.50-0.55);Longitud de la aguja miocárdica:(30-60);		474	18,422250	B. BRAUN SURGICAL, S.A.			C0992054	100030679592																										
19	86	SU.PC.SANI.01.14.08.100002		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL MONOPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUJA MIOCARDICA(0.60-0.62);Longitud de la aguja miocárdica:(30-60);		164	18,422250	B. BRAUN SURGICAL, S.A.			C0992100	100030669995																										
19	86	SU.PC.SANI.01.14.08.100002		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL MONOPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUJA MIOCARDICA(0.60-0.62);Longitud de la aguja miocárdica:(30-60);		164	18,422250	B. BRAUN SURGICAL, S.A.			C0992097	100030670108	EN LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO SE DESCRIBE EL DIAMETRO DE LA AGUJA MIOCARDICA EN MM. TAL Y COMO SE REQUIERE PARA ESTE CÓDIGO DEL CATALOGO SAS. CONSULTADA LA OFERTA PRESENTADA EN EL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL SAS, SE RECOGE UN DIAMETRO DE LA AGUJA DE 19 MM EN TODAS LAS REFERENCIAS OFERTADAS, LUEGO																									
19	86	SU.PC.SANI.01.14.08.100002		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL MONOPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUJA MIOCARDICA(0.60-0.62);Longitud de la aguja miocárdica:(30-60);		164	18,422250	B. BRAUN SURGICAL, S.A.			C0992038	100030670209																										

Código:	6hwMS674PFIRMAkItQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página	9/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote IVA incluido	Importe Oferta Agrupación de lote IVA incluido	% Bajada	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto				
19	86	SU.PC.SANI.01.14.08.100002		ELECTRODO EPICÁRDICO ESTIMULACIÓN CARDÍACA TEMPORAL MONOPOLAR	DIÁMETRO DE LA AGUJA MIOCÁRDICA (0.60-0.62); Longitud de la aguja miocárdica (30-60);		164	18,422250	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		C0992046	100030670007	SUPONEMOS QUE NO CUMPLE EL DIÁMETRO SOLICITADO EN LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, QUE ES DE 0.50 A 0.55 EN EL LOTE 85 Y DE 0.60 A 0.62 EN EL LOTE 86																				
19	86	SU.PC.SANI.01.14.08.100002		ELECTRODO EPICÁRDICO ESTIMULACIÓN CARDÍACA TEMPORAL MONOPOLAR	DIÁMETRO DE LA AGUJA MIOCÁRDICA (0.60-0.62); Longitud de la aguja miocárdica (30-60);		164	18,422250	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		C0992062	100030679893																					
19	86	SU.PC.SANI.01.14.08.100002		ELECTRODO EPICÁRDICO ESTIMULACIÓN CARDÍACA TEMPORAL MONOPOLAR	DIÁMETRO DE LA AGUJA MIOCÁRDICA (0.60-0.62); Longitud de la aguja miocárdica (30-60);		164	18,422250	B. BRAUN SURGICAL, S.A.		C0992070	100030670300																					
19	85	SU.PC.SANI.01.14.08.100002		ELECTRODO EPICÁRDICO ESTIMULACIÓN CARDÍACA TEMPORAL MONOPOLAR	DIÁMETRO DE LA AGUJA MIOCÁRDICA (0.50-0.55); Longitud de la aguja miocárdica (30-60);		474	18,422250	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		6491	100011339539	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	17,550000	NO	0	17,550000															
19	86	SU.PC.SANI.01.14.08.100002		ELECTRODO EPICÁRDICO ESTIMULACIÓN CARDÍACA TEMPORAL MONOPOLAR	DIÁMETRO DE LA AGUJA MIOCÁRDICA (0.60-0.62); Longitud de la aguja miocárdica (30-60);		164	18,422250	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		6500	100118269439			17,550000	NO	0	17,550000															
19				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 19					B. BRAUN SURGICAL, S.A.																								
19				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 19					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	11.753,40	11.196,90	4,73 %	10	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.				
21	87	SU.PC.SANI.01.14.08.400000		SONDA MEDICIÓN CALIBRE CORONARIO	DIÁMETRO DE LA Sonda (0.8-1.2); LONGITUD DE LA Sonda (30-50);		50	88,299750																									
21	88	SU.PC.SANI.01.14.08.400000		SONDA MEDICIÓN CALIBRE CORONARIO	DIÁMETRO DE LA Sonda (0.3-1.7); LONGITUD DE LA Sonda (30-50);		82	88,299750																									
21	89	SU.PC.SANI.01.14.08.400000		SONDA MEDICIÓN CALIBRE CORONARIO	DIÁMETRO DE LA Sonda (1.8-2.2); LONGITUD DE LA Sonda (30-50);		20	88,299750																									
21				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 21					SIN OFERTAS																						DESERTO		
22	90	SU.PC.SANI.01.14.20.002000		TALADRO AORTICO	Medida punch (4-4);		32	33,452265	COM MEDCOR, S.L.		RCL40	100006406117	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	32,670000	NO	0	32,670000															
22	91	SU.PC.SANI.01.14.20.002000		TALADRO AORTICO	Medida punch (5-5);		110	33,452265	COM MEDCOR, S.L.		RCL50	100006406319			32,670000	NO	0	32,670000															
22	90	SU.PC.SANI.01.14.20.002000		TALADRO AORTICO	Medida punch (4-4);		32	33,452265	KLUTER MEDICAL, S.L.		959-400-012	100152905700	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DADO QUE EN EL LOTE 91 OFERTA UN TALADRO DE 5.2 MM CUANDO SE SOLICITA DE 5 MM																				
22	91	SU.PC.SANI.01.14.20.002000		TALADRO AORTICO	Medida punch (5-5);		110	33,452265	KLUTER MEDICAL, S.L.		959-400-015	100152905902																					
22	90	SU.PC.SANI.01.14.20.002000		TALADRO AORTICO	Medida punch (4-4);		32	33,452265	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		AP440	100000991413	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	31,460000	NO	0	31,460000															
22	91	SU.PC.SANI.01.14.20.002000		TALADRO AORTICO	Medida punch (5-5);		110	33,452265	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		AP450	100000991110			31,460000	NO	0	31,460000															
22				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 22					COM MEDCOR, S.L.					40					NO	4.750,22	4.639,14	2,34 %	6	ORD: 24 H. URG: < 24 H.	15	De los documentos aportados, el Certificado de Bureau Veritas y SGS son certificados de los solicitados en los criterios de adjudicación, si bien ninguno presenta en su	0	61,00					
22				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 22					KLUTER MEDICAL, S.L.																								
22				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 22					MEDTRONIC IBERICA, S.A.					40					NO	4.750,22	4.467,32	5,96 %	12	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos	0	67,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.				
23	92	SU.PC.SANI.01.14.30.100000		EQ. DE ASISTENCIA VENTRICULAR	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE ESTE LOTE: DIÁMETRO DE LAS LINEAS:3/8; DIÁMETRO DE LAS CÁNULAS:3/8;	DEBERA CEDER EN USO DOS CONSOLA DE ASISTENCIA VENTRICULAR COMPATIBLES CON EL EQUIPO DE ASISTENCIA	30	7.979,895000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		201-90010	100122072959	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	6.909,000000	NO	0	6.909,000000															
23	93	SU.PC.SANI.01.14.30.100000		EQ. DE ASISTENCIA VENTRICULAR	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE ESTE LOTE: DIÁMETRO DE LAS LINEAS:1/4; DIÁMETRO DE LAS CÁNULAS:1/4;		10	7.979,895000	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		201-90050	100102611185			6.909,000000	NO	0	6.909,000000															
23				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 23					ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.					40					NO	319.195,80	276.380,00	13,42 %	28	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El Certificado DNV-GL FSC Mix y Reciclado a nombre de DS Smith Packaging Harebeke es uno de los certificados válidos solicitados en el criterio de adjudicación. En su alcance refleja específicamente el uso de FSC Mix y reciclado para la fabricación de cartón	3	86,00	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.				
24	94	SU.PC.SANI.01.14.30.100001		EQ. ASISTENCIA CARDIO RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN	DIÁMETRO DE LAS LINEAS:1/4; DIÁMETRO DE LAS CÁNULAS:1/4;	DEBERA CEDER EN USO DOS CONSOLA DE ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA	32	4.117,360170	GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.		BE-HMO 9000	100037953365	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	4.235,000000	NO	0	4.235,000000															
24	95	SU.PC.SANI.01.14.30.100001		EQ. ASISTENCIA CARDIO RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN	DIÁMETRO DE LAS LINEAS:3/8; DIÁMETRO DE LAS CÁNULAS:1/4;		8	4.117,360170	GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.		BE-PLS 2050	100020397231			4.235,000000	NO	0	4.235,000000															
24				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 24					GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.					40																		DESERTO	
25	96	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (3-3); Longitud (25-50);		98	21,509665	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		120403FP	100141597071			38,720000	NO	0	38,720000															
25	97	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (3-3); Longitud (75-100);		48	21,509665	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		120803FP	100141597576			38,720000	NO	0	38,720000															
25	98	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (4-4); Longitud (25-50);		122	21,509665	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		120404FP	100141597374			38,720000	NO	0	38,720000															
25	99	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (4-4); Longitud (75-100);		64	21,509665	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		120804FP	100009980899	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	39,930000	NO	0	39,930000															
25	100	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (5-5); Longitud (75-100);		32	21,509665	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		120805FP	100141597570			38,720000	NO	0	38,720000															
25	101	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (6-6); Longitud (75-100);		44	21,509665	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		120806FP	100141598081			39,930000	NO	0	39,930000															
25	102	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (7-7); Longitud (75-100);		14	21,509665	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		120807FP	100141598182			39,930000	NO	0	39,930000															
25	96	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (3-3); Longitud (25-50);		98	21,509665	KLUTER MEDICAL, S.L.		EM340	100010874845			19,844000	NO	0	19,844000															
25	97	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (3-3); Longitud (75-100);		48	21,509665	KLUTER MEDICAL, S.L.		EM390	100010879653			19,844000	NO	0	19,844000															
25	98	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (4-4); Longitud (25-50);		122	21,509665	KLUTER MEDICAL, S.L.		EM440	100010874946			19,844000	NO	0	19,844000															
25	99	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (4-4); Longitud (75-100);		64	21,509665	KLUTER MEDICAL, S.L.		EM490	100010875754			19,844000	NO	0	19,844000															
25	100	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (5-5); Longitud (75-100);		32	21,509665	KLUTER MEDICAL, S.L.		EM580	100010875855			19,844000	NO	0	19,844000															
25	101	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (6-6); Longitud (75-100);		44	21,509665	KLUTER MEDICAL, S.L.		EM680	100010875956			19,844000	NO	0	19,844000															
25	102	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (7-7); Longitud (75-100);		14	21,509665	KLUTER MEDICAL, S.L.		EM780	100010876067			19,844000	NO	0	19,844000															
25	96	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro (3-3); Longitud (25-50);		98	21,																									

ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote no incluido	Importe Oferta Agrupación de lote no incluido	% Bajada	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto		
25	101	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [6-6]; Longitud [75-100];		44	21,509565	LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.		1601-68	100001000213			36,300000	NO	0	36,300000				-68,76 %									
25	102	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [7-7]; Longitud [75-100];		14	21,509565	LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.		1601-78	100001000112			36,300000	NO	0	36,300000				-68,76 %									
25				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 25					EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.				40																		
25				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 25					KLUTER MEDICAL, S.L.				40						NO	9,077,04	8,374,17	7,74 %	16	ORD: 24 H. URG: 12 H.	15	No aporta documentación	0	71,00	KLUTER MEDICAL, S.L.		
25				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 25					LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.				40																		
26	103	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [4-4]; Longitud [25-50]; Litéxico;		10	77,385000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		NL4EMB40	100153465757			77,379500	NO	0	77,379500													
26	104	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [4-4]; Longitud [75-100]; Litéxico;		10	77,385000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		NL4EMB80	100006034756	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	77,379500	NO	0	77,379500													
26	105	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [5-5]; Longitud [25-50]; Litéxico;		6	77,385000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		NL5EMB40	100153456968			77,379500	NO	0	77,379500													
26	106	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [5-5]; Longitud [75-100]; Litéxico;		10	77,385000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		NL5EMB80	100006034857			77,379500	NO	0	77,379500													
26	107	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [6-6]; Longitud [75-100]; Litéxico;		10	77,385000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		NL6EMB80	100006034958			77,379500	NO	0	77,379500													
26	103	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [4-4]; Longitud [25-50]; Litéxico;		10	77,385000	LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.		1801-44	100071059571			76,230000	NO	0	76,230000													
26	104	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [4-4]; Longitud [75-100]; Litéxico;		10	77,385000	LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.		1801-48	100071049974	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	76,230000	NO	0	76,230000													
26	105	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [5-5]; Longitud [25-50]; Litéxico;		6	77,385000	LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.		1801-54	100071050086			76,230000	NO	0	76,230000													
26	106	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [5-5]; Longitud [75-100]; Litéxico;		10	77,385000	LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.		1801-58	100071050086			76,230000	NO	0	76,230000													
26	107	SU.PC.SANI.01.14.50.000001		CATETER EMBOLECTOMIA	Diámetro [6-6]; Longitud [75-100]; Litéxico;		10	77,385000	LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.		1801-68	100071050187			76,230000	NO	0	76,230000													
26				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 26					EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.				40						NO	3,559,71	3,559,46	0,01 %	0	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El compromiso medioambiental no es uno de los Certificados válidos solicitados en el criterio de adjudicación. El Certificado ISO 14001:2015 y resto de Certificados válidos en cuanto a empresa certificadora no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado en embalajes sea reciclado	0	55,00	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		
26				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 26					LEMATRE VASCULAR SPAIN, S.L.				40						NO	3,559,71	3,506,58	1,49 %	4	24 H.	15	No aporta documentación	0		Excluido por no subanar correctamente documentación solicitada		
27	108	SU.PC.SANI.01.14.50.000000		SIERRA ESTERNOIN ELECTRICA	OSCILANTE. LONGITUD [20-22];	SIERRA RECHISTE Y BLOCOS BATERIAS RECARGABLES PARA USO CON EL MATERIAL FUNGIBLE CERTIFICADO	20	775,005000	COM MEDCOR, S.L.		SMX200100	100119413394	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	775,005000	NO	0	775,005000													
27	109	SU.PC.SANI.01.14.50.000000		SIERRA ESTERNOIN ELECTRICA	RECTA. LONGITUD [20-24];		10	775,005000	COM MEDCOR, S.L.		SMX-SU008B	100110873038			775,005000	NO	0	775,005000													
27				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 27					COM MEDCOR, S.L.				40						NO	23,250,15	23,250,15	0,00 %	0	ORD: 24 H. URG: < 24 H.	15	De los documentos aportados, el Certificado de Bureau Véritas y SGS son certificados de los solicitados en los criterios de adjudicación, si bien ninguno presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado en embalajes sea reciclado	0	55,00	COM MEDCOR, S.L.		
28	110	SU.PC.SANI.01.01.50.400007		CV: EXTRACORPÓREA	BIOCOMPATIBLE. LINEA ARTERIAL 3/8 Y VENOSA 1/2. VER ESQUEMA GRAFICO DEL RESTO DE COMPONENTES EN EL ANEXO C DEL PPT		664	215,985000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		M344132C		LA OFERTA PRESENTADA NO COINCIDE EN CUANTO A LONGITUDES DE LINEAS CON LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS EXIGIDAS SEGUN EL ANEXO C, PUES EN LA LINEA DE 3/8 SE SOLICITA 180 CM Y SE OFERTA 175. LA LINEA DE CABEZA DE BOMBA SE PIDEEN TRES TRAMOS DE 55-55-80 CM, Y SE OFERTA DE 80-50-80 CM. LA LINEA DE ASPIRACION AZUL, SE PIDE DE 175 CM LA PARTE NO ESTERIL, Y SE OFERTA DE 170 CM.																		
28	111	SU.PC.SANI.01.01.50.400007		CV: EXTRACORPÓREA	BIOCOMPATIBLE. LINEA ARTERIAL 1/4 Y VENOSA 3/8. VER ESQUEMA GRAFICO DEL RESTO DE COMPONENTES EN EL ANEXO D DEL PPT		10	215,985000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		M344139C																				
28	112	SU.PC.SANI.01.01.50.400007		CV: EXTRACORPÓREA	BIOCOMPATIBLE. LINEA ARTERIAL 1/4 Y VENOSA 1/4. VER ESQUEMA GRAFICO DEL RESTO DE COMPONENTES EN EL ANEXO E DEL PPT		36	215,985000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		M344137C																				
28	113	SU.PC.SANI.01.01.50.400007		CV: EXTRACORPÓREA	BIOCOMPATIBLE. LINEA ARTERIAL 3/8 Y VENOSA 3/8. VER ESQUEMA GRAFICO DEL RESTO DE COMPONENTES EN EL ANEXO F DEL PPT		20	215,985000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		M344135C																				
28	110	SU.PC.SANI.01.01.50.400007		CV: EXTRACORPÓREA	BIOCOMPATIBLE. LINEA ARTERIAL 3/8 Y VENOSA 1/2. VER ESQUEMA GRAFICO DEL RESTO DE COMPONENTES EN EL ANEXO C DEL PPT		664	215,985000	PALEX MEDICAL, S.A.		530515				215,380000	NO	0	215,380000													
28	111	SU.PC.SANI.01.01.50.400007		CV: EXTRACORPÓREA	BIOCOMPATIBLE. LINEA ARTERIAL 1/4 Y VENOSA 3/8. VER ESQUEMA GRAFICO DEL RESTO DE COMPONENTES EN EL ANEXO D DEL PPT		10	215,985000	PALEX MEDICAL, S.A.		431527		LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	215,380000	NO	0	215,380000													
28	112	SU.PC.SANI.01.01.50.400007		CV: EXTRACORPÓREA	BIOCOMPATIBLE. LINEA ARTERIAL 1/4 Y VENOSA 1/4. VER ESQUEMA GRAFICO DEL RESTO DE COMPONENTES EN EL ANEXO E DEL PPT		36	215,985000	PALEX MEDICAL, S.A.		319138	100028162569			215,380000	NO	0	215,380000													
28	113	SU.PC.SANI.01.01.50.400007		CV: EXTRACORPÓREA	BIOCOMPATIBLE. LINEA ARTERIAL 3/8 Y VENOSA 3/8. VER ESQUEMA GRAFICO DEL RESTO DE COMPONENTES EN EL ANEXO F DEL PPT		20	215,985000	PALEX MEDICAL, S.A.		426244				215,380000	NO	0	215,380000													
28				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 28					MEDTRONIC IBERICA, S.A.				-																		
28				VALORACIÓN TOTAL AGRUPACIÓN DE LOTE 28					PALEX MEDICAL, S.A.				40						NO	157,669,05	157,227,40	0,28 %	0	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00	PALEX MEDICAL, S.A.		
	114	SU.PC.SANI.01.14.00.300008		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZA AORTA Y ASPIRACION	DIAMETRO DE LA CANULA [11-11]; LONGITUD DE LA CANULA [0-15];		240	18,997650	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		24009	100000940004	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	18,150000	NO	0	18,150000				4,46 %	10	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		

Código:	6hWMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página	11/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lotes no incluido	Importe Oferta Agrupación de lotes no incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto			
	114	SU.PC.SANI.01.14.00.300008		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZ ACORTA Y ASPIRACION	DIAMETRO DE LA CANULA[11-11];LONGITUD DE LA CANULA[20-15];		240	18,997650	PRIM. S.A		AR-11112	100005825643	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER EL DIAMETRO DE LA CANULA DE 8.3 F, CUANDO SE SOLICITA DE 11 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	114	SU.PC.SANI.01.14.00.300008		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZ ACORTA Y ASPIRACION	DIAMETRO DE LA CANULA[11-11];LONGITUD DE LA CANULA[20-15];		240	18,997650	PRIM. S.A		AR-11116	100005825744	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER EL DIAMETRO DE LA CANULA DE 9 F, CUANDO SE SOLICITA DE 11 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	114	SU.PC.SANI.01.14.00.300008		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RAZ ACORTA Y ASPIRACION	DIAMETRO DE LA CANULA[11-11];LONGITUD DE LA CANULA[20-15];		240	18,997650	PRIM. S.A		AR-11114	100005825845	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER EL DIAMETRO DE LA CANULA DE 8.3 F, CUANDO SE SOLICITA DE 11 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	115	SU.PC.SANI.01.14.00.412000		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RETROGRADA AUTONFLABLE	DIAMETRO DE LA CANULA[15-15];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		220	88,680900	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		94835	100000944549	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	84,460000	NO	0	84,460000	NO			4,76 %	10	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,0	MEDTRONIC IBERICA, S.A.			
	115	SU.PC.SANI.01.14.00.412000		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RETROGRADA AUTONFLABLE	DIAMETRO DE LA CANULA[15-15];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		220	88,680900	PRIM. S.A		RCS-11114	100005820229	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER EL DIAMETRO DE LA CANULA DE 16 F, CUANDO SE SOLICITA DE 15 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	115	SU.PC.SANI.01.14.00.412000		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RETROGRADA AUTONFLABLE	DIAMETRO DE LA CANULA[15-15];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		220	88,680900	PRIM. S.A		RCS-13214	100005820320	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER EL DIAMETRO DE LA CANULA DE 14 F, CUANDO SE SOLICITA DE 15 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	115	SU.PC.SANI.01.14.00.412000		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RETROGRADA AUTONFLABLE	DIAMETRO DE LA CANULA[15-15];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		220	88,680900	PRIM. S.A		RCS-13114	100005823421	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER EL DIAMETRO DE LA CANULA DE 14 F, CUANDO SE SOLICITA DE 15 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	115	SU.PC.SANI.01.14.00.412000		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RETROGRADA AUTONFLABLE	DIAMETRO DE LA CANULA[15-15];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		220	88,680900	PRIM. S.A		RCS-11214	100005823522	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER EL DIAMETRO DE LA CANULA DE 14 F, CUANDO SE SOLICITA DE 15 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	115	SU.PC.SANI.01.14.00.412000		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RETROGRADA AUTONFLABLE	DIAMETRO DE LA CANULA[15-15];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		220	88,680900	PRIM. S.A		RCS-11314	100005820282	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER EL DIAMETRO DE LA CANULA DE 14 F, CUANDO SE SOLICITA DE 15 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	115	SU.PC.SANI.01.14.00.412000		CANULA PERFUSION CARDIOPLEJIA RETROGRADA AUTONFLABLE	DIAMETRO DE LA CANULA[15-15];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		220	88,680900	PRIM. S.A		RCS-12114	100005823923	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER EL DIAMETRO DE LA CANULA DE 14 F, CUANDO SE SOLICITA DE 15 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	116	SU.PC.SANI.01.14.00.600000		CANULA ASPIRACION ARTERIA CORONARIA	DIAMETRO DE LA CANULA[6-6];LONGITUD DE LA CANULA[15-30];PUNTA:hueca, recta y maleable;		300	13,340250	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		10052	100000946862	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	12,710000	NO	0	12,710000	NO			4,72 %	10	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,0	MEDTRONIC IBERICA, S.A.			
	116	SU.PC.SANI.01.14.00.600000		CANULA ASPIRACION ARTERIA CORONARIA	DIAMETRO DE LA CANULA[6-6];LONGITUD DE LA CANULA[15-30];PUNTA:hueca, recta y maleable;		300	13,340250	PRIM. S.A		SU-22702	100010869299	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER LA LONGITUD DE 38 CM, CUANDO SE SOLICITA DE 15 A 30 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	116	SU.PC.SANI.01.14.00.600000		CANULA ASPIRACION ARTERIA CORONARIA	DIAMETRO DE LA CANULA[6-6];LONGITUD DE LA CANULA[15-30];PUNTA:hueca, recta y maleable;		300	13,340250	PRIM. S.A		SU-26702	100021463300	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES, AL SER LA LONGITUD DE 38 CM, CUANDO SE SOLICITA DE 15 A 30 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	117	SU.PC.SANI.01.14.00.600001		CANULA DE ASPIRACION PERICARDIO PUNTA HELICOIDAL	DIAMETRO DE LA PUNTA[20-20];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		1240	16,897650	COM MEDCOR, S.L.		PS40	100098267397	LA OFERTA PRESENTADA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TECNICAS, AL SER EL DIAMETRO DE LA PUNTA DE 18 F CUANDO SE SOLICITA DE 20F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	117	SU.PC.SANI.01.14.00.600001		CANULA DE ASPIRACION PERICARDIO PUNTA HELICOIDAL	DIAMETRO DE LA PUNTA[20-20];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		1240	16,897650	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		12010	100000946863	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	16,090000	NO	0	16,090000	NO			4,78 %	10	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,0	MEDTRONIC IBERICA, S.A.			
	117	SU.PC.SANI.01.14.00.600001		CANULA DE ASPIRACION PERICARDIO PUNTA HELICOIDAL	DIAMETRO DE LA PUNTA[20-20];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		1240	16,897650	PRIM. S.A		SU-20601	100010869884	AUNQUE EN LA OFERTA TÉCNICA PRESENTADA NO SE ESPECIFICA EL DIAMETRO DE LA PUNTA EN F, EN EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ESTA OFERTA ES DE 15F, CON LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE DE 20 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	117	SU.PC.SANI.01.14.00.600001		CANULA DE ASPIRACION PERICARDIO PUNTA HELICOIDAL	DIAMETRO DE LA PUNTA[20-20];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		1240	16,897650	PRIM. S.A		SU-20602	100010869895	AUNQUE EN LA OFERTA TÉCNICA PRESENTADA NO SE ESPECIFICA EL DIAMETRO DE LA PUNTA EN F, EN EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ESTA OFERTA ES DE 15F, CON LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE DE 20 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	117	SU.PC.SANI.01.14.00.600001		CANULA DE ASPIRACION PERICARDIO PUNTA HELICOIDAL	DIAMETRO DE LA PUNTA[20-20];LONGITUD DE LA CANULA[30-45];		1240	16,897650	PRIM. S.A		SU-20802	100021463401	AUNQUE EN LA OFERTA TÉCNICA PRESENTADA NO SE ESPECIFICA EL DIAMETRO DE LA PUNTA EN F, EN EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ESTA OFERTA ES DE 15F, CON LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE DE 20 F	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	118	SU.PC.SANI.01.14.00.600003		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA RIGIDA	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 20 Y 22 F. LONGITUD ENTRE 30 Y 45 cm		700	20,010375	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		10061	100000949498	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SER DE 15 CM DE LONGITUD, CUANDO SE SOLICITA ENTRE 30 Y 45 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	118	SU.PC.SANI.01.14.00.600003		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA RIGIDA	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 20 Y 22 F. LONGITUD ENTRE 30 Y 45 cm		700	20,010375	PALEX MEDICAL, S.A.		153072	100001329832	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	19,965000	NO	0	19,965000	NO			0,23 %	0	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,0	PALEX MEDICAL, S.A.			
	118	SU.PC.SANI.01.14.00.600003		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA RIGIDA	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 20 Y 22 F. LONGITUD ENTRE 30 Y 45 cm		700	20,010375	PRIM. S.A		SU-12202	100010869197	AUNQUE EN LA OFERTA TÉCNICA PRESENTADA NO SE ESPECIFICA EL DIAMETRO EN F, EN EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ESTA OFERTA ES DE 15F, CON LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE ENTRE 20 Y 22 F.	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	118	SU.PC.SANI.01.14.00.600003		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA RIGIDA	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 20 Y 22 F. LONGITUD ENTRE 30 Y 45 cm		700	20,010375	PRIM. S.A		SU-14101	100021463007	AUNQUE EN LA OFERTA TÉCNICA PRESENTADA NO SE ESPECIFICA EL DIAMETRO EN F, EN EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ESTA OFERTA ES DE 16F, CON LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE ENTRE 20 Y 22 F. ADEMÁS LA LONGITUD QUE FIGURA EN EL CATALOGO SAS ES DE 24 CM, CUANDO SE PIDE ENTRE 30 Y 45 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	118	SU.PC.SANI.01.14.00.600003		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA RIGIDA	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 20 Y 22 F. LONGITUD ENTRE 30 Y 45 cm		700	20,010375	PRIM. S.A		SU-18202	100021463108	AUNQUE EN LA OFERTA TÉCNICA PRESENTADA NO SE ESPECIFICA EL DIAMETRO EN F, EN EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ESTA OFERTA ES DE 16F, CON LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE ENTRE 20 Y 22 F.	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	
	118	SU.PC.SANI.01.14.00.600003		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA RIGIDA	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 20 Y 22 F. LONGITUD ENTRE 30 Y 45 cm		700	20,010375	PRIM. S.A		SU-10101	100091899579	AUNQUE EN LA OFERTA TÉCNICA PRESENTADA NO SE ESPECIFICA EL DIAMETRO EN F, EN EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ESTA OFERTA ES DE 16F, CON LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE ENTRE 20 Y 22 F. ADEMÁS LA LONGITUD QUE FIGURA EN EL CATALOGO SAS ES DE 25 CM, CUANDO SE PIDE ENTRE 30 Y 45 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																	

Código:	6hWMS674PFIRMAkiTq+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página:	12/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote no incluido	Importe Oferta Agrupación de lote no incluido	% Bajada	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto						
	119	SU.PC.SANI.01.14.00.618000		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA FLEXIBLE	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 6 Y 6,5 F. LONGITUD ENTRE 30 Y 45 cm		560	24,901800	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		12012	100000959207	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: EL EXTREMO DE CONEXIÓN AL TERMINAL DE ASPIRACIÓN TIENE LONGITUD ADECUADA PARA ASEGURAR SU ESTANQUEIDAD (EVITA QUE SE SALGAS O COJA AIRE) LO QUE FACILITA SU USO. TERMINAL DE ASPIRACIÓN DE GROSOR ADECUADO PARA SU USO EN CUALQUIER ESTRUCTURA ANATOMICA DEL CORAZÓN DE FÁCIL INTRODUCCIÓN. SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: EL ASPECTO INDICADO DE PRECISA CONEXIÓN AL TERMINAL DE ASPIRACIÓN PERMITE LA SEGURIDAD DE RESULTADOS EN EL ACTO QUIRURGICO. RENDIMIENTO: CON UNA UNIDAD SE CONSIGUE EL FIN PERSEGUIDO EFICACIA ES SUPERIOR A LA DE LA OTRA OFERTA EN SU COMETIDO DE ASPIRACIÓN EN CAMPO QUIRURGICO, AL QUEDAR BIEN CONECTADA AL AL TERMINAL DE ASPIRACIÓN. TERMINAL DE ASPIRACIÓN DE GROSOR ADECUADO, LO QUE FACILITA SU INTRODUCCIÓN EN CAVIDADES CARDIACAS, Y POR ELLO DE ALTA EFICACIA	40	22,990000	NO	0	22,990000	NO				7,68 %	16	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	71,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.					
	119	SU.PC.SANI.01.14.00.618000		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA FLEXIBLE	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 6 Y 6,5 F. LONGITUD ENTRE 30 Y 45 cm		560	24,901800	PRIM. S.A		SU-12402	10009289674	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: EL EXTREMO DE CONEXIÓN AL TERMINAL DE ASPIRACIÓN ES EXCESIVAMENTE CORTO, LO CUAL PUEDE PROVOCAR DIFICULTADES PARA SU ESTANQUEIDAD (SE PUEDE SALIR O COGER AIRE) LO QUE DIFICULTA SU USO. TERMINAL DE ASPIRACIÓN DEMASIADO GRISES, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: EL ASPECTO INDICADO DE CONEXIÓN L TERMINAL DE ASPIRACIÓN PUEDE COMPROMETER LA SEGURIDAD DE RESULTADOS EN EL ACTO QUIRURGICO. RENDIMIENTO: EN PRINCIPIO CON UNA UNIDAD, SI FUNCIONASE BIEN, SERIA SUFICIENTE EFICACIA. ES INFERIOR A LA DE LA OTRA OFERTA EN SU COMETIDO DE ASPIRACIÓN EN CAMPO QUIRURGICO, AL PODER DESCONECTARSE COMO HEMOS INDICADO. TERMINAL DE ASPIRACIÓN EXCESIVAMENTE GRISES, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN EN CAVIDADES CARDIACAS, PUDIENDO COMPROMETER SU EFICACIA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																				
	119	SU.PC.SANI.01.14.00.618000		CANULA ASPIRACION INTRACARDIACA FLEXIBLE	DIAMETRO DE LA CANULA ENTRE 6 Y 6,5 F. LONGITUD ENTRE 30 Y 45 cm		560	24,901800	PRIM. S.A		SU-12502	10009289775	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA POR LAS SIGUIENTES RAZONES: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: EL EXTREMO DE CONEXIÓN AL TERMINAL DE ASPIRACIÓN ES EXCESIVAMENTE CORTO, LO CUAL PUEDE PROVOCAR DIFICULTADES PARA SU ESTANQUEIDAD (SE PUEDE SALIR O COGER AIRE) LO QUE DIFICULTA SU USO. TERMINAL DE ASPIRACIÓN DEMASIADO GRISES, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN. SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS: EL ASPECTO INDICADO DE CONEXIÓN L TERMINAL DE ASPIRACIÓN PUEDE COMPROMETER LA SEGURIDAD DE RESULTADOS EN EL ACTO QUIRURGICO. RENDIMIENTO: EN PRINCIPIO CON UNA UNIDAD, SI FUNCIONASE BIEN, SERIA SUFICIENTE EFICACIA. ES INFERIOR A LA DE LA OTRA OFERTA EN SU COMETIDO DE ASPIRACIÓN EN CAMPO QUIRURGICO, AL PODER DESCONECTARSE COMO HEMOS INDICADO. TERMINAL DE ASPIRACIÓN EXCESIVAMENTE GRISES, LO QUE DIFICULTA SU INTRODUCCIÓN EN CAVIDADES CARDIACAS, PUDIENDO COMPROMETER SU EFICACIA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																				
	120	SU.PC.SANI.01.14.01.000000		CANULA RETORNO VENOSO CAVO-ATRIAL REFORZADA	TIPO DE CUERPO:Cilindrico;CONEXION TERMINAL:TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA(32-33);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		60	39,774000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		91240	100000954944	LA OFERTA AUNQUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, PRESENTA DEFICIENCIAS EN CUANTO A SEGURIDAD DE RESULTADOS Y EFICACIA, DADO QUE SU MEDIDA DE DIAMETRO DE 32-40 F. LA HACEN INADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, QUE ES PARA PACIENTES ADULTOS DE PEQUEÑA SUPERFICIE CORPORAL, POR ELLO SE CONSIDERA APTA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																				
	120	SU.PC.SANI.01.14.01.000000		CANULA RETORNO VENOSO CAVO-ATRIAL REFORZADA	TIPO DE CUERPO:Cilindrico;CONEXION TERMINAL:TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA(32-33);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		60	39,774000	PALEX MEDICAL, S.A.		314718	100001327811	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, QUE ES PARA ADULTOS DE PEQUEÑA SUPERFICIE CORPORAL, AL SER DE DIAMETRO DE 24-32	40	39,688000	NO	0	39,688000	NO				0,22 %	0	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00	PALEX MEDICAL, S.A.					
	121	SU.PC.SANI.01.14.01.000000		CANULA RETORNO VENOSO CAVO-ATRIAL REFORZADA	TIPO DE CUERPO:Cilindrico;CONEXION TERMINAL:TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA(40-40);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		280	38,115000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		91240C	100000954247	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, QUE ES PARA ADULTOS DE SUPERFICIE CORPORAL ESTÁNDAR, AL SER DE DIAMETRO DE 32-40	40	34,490000	NO	0	34,490000	NO				9,51 %	20	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	75,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.					
	121	SU.PC.SANI.01.14.01.000000		CANULA RETORNO VENOSO CAVO-ATRIAL REFORZADA	TIPO DE CUERPO:Cilindrico;CONEXION TERMINAL:TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA(40-40);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		280	38,115000	PALEX MEDICAL, S.A.		433151	100097514593	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, QUE ES PARA ADULTOS DE SUPERFICIE CORPORAL ESTÁNDAR, AL SER DE DIAMETRO DE 32-40	40	37,873000	NO	0	37,873000	NO				0,63 %	0	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00						
	122	SU.PC.SANI.01.14.01.000000		CANULA RETORNO VENOSO CAVO-ATRIAL REFORZADA	TIPO DE CUERPO:Oval;CONEXION TERMINAL:TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA(32-33);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		70	33,668250	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		91263C	100000954843	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	33,280000	NO	0	33,280000	NO				1,15 %	4	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	59,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.					
	123	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA(29-30);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		50	47,249895	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		66130	100000961410	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER LONGITUD DE 30,5 CUANDO SE SOLICITA ENTRE 36 Y 50	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																				
	123	SU.PC.SANI.01.14.01.012000		CANULA RETORNO VENOSO RECTA REFORZADA	TIPO DE PUNTA:recta;DIAMETRO DE LA CANULA(29-30);LONGITUD DE LA CANULA(36-50);		50	47,249895	PALEX MEDICAL, S.A.		386292	100010874340	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR: FACILIDAD DE UTILIZACIÓN: SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	47,190000	NO	0	47,190000	NO				0,13 %	0	ORD: 48 H URG: 24 H	15	El certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00	PALEX MEDICAL, S.A.					

Código:	6hwMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página:	13/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote no incluido	Importe Oferta Agrupación de lote no incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto			
	124	SU.PC.SANI.01.14.02.000200		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO) pediátrico	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 0,3 M2 MENOR A 0,7 M2		72	418,629750	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		VKMO 10000	100102732107	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA, PORQUE AUNQUE ES ADECUADA EN LOS ASPECTOS DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, Y RENDIMIENTO, EN CUANTO A LA EFICACIA, AL SER LA MEMBRANA MÁS PEQUEÑA QUE LA OTRA OFERTA (DE 0,38 M2), SU RANGO TERAPÉUTICO ES LIMITADO, NO PERMITIENDO RANGOS DE FLUJO MAYORES A UN LITRO/MIN, NO DANDO COBERTURA A TODO TIPO DE NIÑOS DESDE NEONATOS HASTA APROXIMADAMENTE 10 KG DE PESO (LLEGARÍA HASTA NIÑOS DE APROX 5 KG DE PESO), POR LO CUAL RESULTA TENER MUCHA MENOR VERSATILIDAD	0	Excluido por no superar umbral mínimo																	
	124	SU.PC.SANI.01.14.02.000200		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO) pediátrico	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 0,3 M2 MENOR A 0,7 M2		72	418,629750	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		BBP241	10002326382	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, LA MEMBRANA ES DE 0,67 M2, LO CUAL AL SER SUPERFICIE MÁS ELEVADA QUE LA OTRA OFERTA, PERMITE MAYOR RANGO DE FLUJO, LLEGANDO A UN MÁXIMO DE 2L POR MINUTO, DANDO COBERTURA A TODO TIPO DE NIÑOS DESDE NEONATOS HASTA APROXIMADAMENTE 10 KG DE PESO, POR LO CUAL RESULTA MUY EFICAZ DADA SU ALTA VERSATILIDAD	40	398,700000	NO	0	398,700000	NO				4,76 %	10	ORD: 48 H. UFG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		
	125	SU.PC.SANI.01.14.02.000003		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO F) ARTERIAL-	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 0,7 M2 MENOR A 1 M2		30	454,639000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		VKMO 31000	100102847673	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	665,500000	NO	0	665,500000												DESIERTO		
	125	SU.PC.SANI.01.14.02.000003		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO F) ARTERIAL-	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 0,7 M2 MENOR A 1 M2		30	454,639000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		HOV 14100	100144728087	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	665,500000	NO	0	665,500000														
	126	SU.PC.SANI.01.14.02.000003		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO F) ARTERIAL-	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 1,4 M2 MENOR A 1,4 M2		16	730,537500	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		AQS232	100125395116	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA, PORQUE AUNQUE ES ADECUADA EN LOS ASPECTOS DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, Y RENDIMIENTO, EN CUANTO A LA EFICACIA, AL SER LA MEMBRANA MÁS PEQUEÑA QUE LA OTRA OFERTA (DE 1,10 M2), SU RANGO TERAPÉUTICO ES LIMITADO, NO PERMITIENDO RANGOS DE FLUJO MAYORES A UN 3,5 L/MIN, NO DANDO COBERTURA A TODO TIPO DE ADULTOS DE PEQUEÑA SUPERFICIE CORPORAL (ENTRE 40 Y 60 KG APROX), POR LO CUAL RESULTA TENER MUCHA MENOR VERSATILIDAD	0	Excluido por no superar umbral mínimo																	
	126	SU.PC.SANI.01.14.02.000003		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO F) ARTERIAL-	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 1 M2 MENOR A 1,4 M2		16	730,537500	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		VKMO 51000	100152666180	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, LA MEMBRANA ES DE 1,9 M2, LO CUAL AL SER SUPERFICIE MÁS ELEVADA QUE LA OTRA OFERTA, PERMITE MAYOR RANGO DE FLUJO, LLEGANDO A UN MÁXIMO DE 5L POR MINUTO, DANDO COBERTURA A TODO TIPO DE ADULTOS DE PEQUEÑA SUPERFICIE CORPORAL (ENTRE 40 Y 60 KG APROX), POR LO CUAL RESULTA MUY EFICAZ DADA SU ALTA VERSATILIDAD	40	605,000000	NO	0	605,000000	NO				17,18 %	40	ORD: 72 H. UFG: 24 H.	15	No aporta documentación	0	95,00	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		
	127	SU.PC.SANI.01.14.02.000003		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO F) ARTERIAL-	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 1,4 M2 MENOR A 1,7 M2		442	453,568500	PALEX MEDICAL, S.A.		427409	100087780762	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	453,568500	NO	0	453,568500	NO												El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	
	128	SU.PC.SANI.01.14.02.000003		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO F) ARTERIAL-	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 1,7 M2 MENOR A 2,5 M2		212	437,941350	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		VKMO 71000	100097921403	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	437,940000	NO	0	437,940000	NO													
	128	SU.PC.SANI.01.14.02.000003		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO F) ARTERIAL-	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 1,7 M2 MENOR A 2,5 M2		212	437,941350	LIVANOVA ESPAÑA, S.L.		950716		LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	436,810000	NO	0	436,810000	NO													Los Certificados válidos aportados Certificado ISO 14001:2015 y EC Certificate no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado
	128	SU.PC.SANI.01.14.02.000003		OXIGENADOR MEMBRANA FIBRA HUECA ABIERTO F) ARTERIAL-	SUPERFICIE DE MEMBRANA MAYOR O IGUAL A 1,7 M2 MENOR A 2,5 M2		212	437,941350	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		BB841	100073559422	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	344,850000	NO	0	344,850000	NO													El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados
	129	SU.PC.SANI.01.14.02.195000		VENTOSA SENSOR NIVEL OXIGENADOR	PARA BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA STOCKERT		600	3,811500	LIVANOVA ESPAÑA, S.L.		23-27-41		LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	3,810000	NO	0	3,810000	NO												Los Certificados válidos aportados Certificado ISO 14001:2015 y EC Certificate no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	
	129	SU.PC.SANI.01.14.02.195000		VENTOSA SENSOR NIVEL OXIGENADOR	PARA BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA STOCKERT		600	3,811500	PALEX MEDICAL, S.A.		270559	100014364999	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	3,811500	NO	0	3,811500	NO													El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado

Código:	6hwMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página:	14/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote (iva incluido)	Importe Oferta Agrupación de lote (iva incluido)	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto		
	130	SU.PC.SANI.01.14.02.300000		EQ. OXIGENADOR PARA DONANTE EN ASITOLIA		DEBERÁ CEDER EN USO UNA CONSOLA PARA ECOM ASISTENCIA CIRCULATORIA COMPATIBLE CON EL MATERIAL FUNGIBLE OFERTADO	34	1,079,925000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		HOV 81500	100089761772	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	1,064,800000	NO	0	1,064,800000	NO			1,40 %		ORD: 72 H. URG: 24 H.	15	No aporta documentación	0	59,06	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		
	131	SU.PC.SANI.01.14.03.000000		LINEA CEBADO RAPIDO EN Y	LONGITUD DE LA LINEA (Ø-250);		1276	8,1312000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		P 1180	100026014875	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, AL DISPONER DE VÁLVULA DE AIRE QUE PERMITE LA PERFUSIÓN DEL SUERO CON TODO TIPO DE FRASCOS DE SUERO, TANTO PLÁSTICO COMO CRISTAL.	40	13,310000	NO	0	13,310000				-63,69 %	Excluido por superar precio de licitación							DESERTO	
	131	SU.PC.SANI.01.14.03.000000		LINEA CEBADO RAPIDO EN Y	LONGITUD DE LA LINEA (Ø-250);		1276	8,1312000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		M999242A	100112262665	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA DEBIDO AL ASPECTO RELATIVO A LA SEGURIDAD DE RESULTADOS, DADO QUE AL NO DISPONER DE VÁLVULA DE AIRE, CUANDO SE HA DE USAR CON FRASCOS DE SUERO DE CRISTAL, IMPOSIBILITA LA PERFUSIÓN DEL SUERO POR HACER VACÍO E IMPEDIR QUE ESTE CAIGA, SIENDO NECESARIO REALIZAR UNA MANIPULACIÓN DEL PROFESIONAL PERFORANDO EL TAPON PARA QUE ENTRE AIRE Y SE LIBERE EL SUERO POR GRAVEDAD	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	132	SU.PC.SANI.01.14.03.500001		EQ. RETORNO VENOSO PARA CONTROL PRESION Y VACIO	LONGITUD DE LA LINEA (Ø-250);		400	37,044000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		LP 4048	100030479370	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	60,500000	NO	0	60,500000				-63,32 %	Excluido por superar precio de licitación								
	132	SU.PC.SANI.01.14.03.500001		EQ. RETORNO VENOSO PARA CONTROL PRESION Y VACIO	LONGITUD DE LA LINEA (Ø-250);		400	37,044000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		M999179A	100153071132	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	37,030000	NO	0	37,030000	NO			0,04 %		ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	55,00			
	132	SU.PC.SANI.01.14.03.500001		EQ. RETORNO VENOSO PARA CONTROL PRESION Y VACIO	LONGITUD DE LA LINEA (Ø-250);		400	37,044000	KLUTER MEDICAL, S.L.		P2730	100015012945	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	34,969000	POR CADA 200 U.D. ADQUIRIDAS SE ENTREGARAN 2 SIN CARGO	4	34,619310	NO			6,55 %		ORD: 24 H. URG: 12 H.	15	No aporta documentación	0	69,00	KLUTER MEDICAL, S.L.		
	133	SU.PC.SANI.01.14.03.700001		FILTRO DE OXIGENO	CON LINEA DE GASES INCLUIDA		776	7,3710000	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		P-0851	100001352763	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	10,890000	NO	0	10,890000				-47,74 %	Excluido por superar precio de licitación							DESERTO	
	134	SU.PC.SANI.01.14.04.000000		EQUIPO CARDIOPLEJIA HEMATICA CON SHUNT	VOLUMEN DE CEBADO ENTRE 35 Y 55 ML.		40	113,709750	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		M944103D	100026233985	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	112,530000	NO	0	112,530000	NO			1,04 %		ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	59,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		
	134	SU.PC.SANI.01.14.04.000000		EQUIPO CARDIOPLEJIA HEMATICA CON SHUNT	VOLUMEN DE CEBADO ENTRE 35 Y 55 ML.		40	113,709750	PALEX MEDICAL, S.A.		401583	100001500969	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	113,703700	NO	0	113,703700	NO			0,01 %		ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00			
	135	SU.PC.SANI.01.14.04.000000		EQUIPO CARDIOPLEJIA HEMATICA CON SHUNT	VOLUMEN DE CEBADO ENTRE 35 Y 55 ML. PARA USO DE MEZCLA DE FLUIDOS TANTO 4:1 COMO 1:4. SE ADJUNTA COMO ANEXO B ESQUEMA GRAFICO DE DISEÑO DEL EQUIPO		632	149,919000	LIVANOVA ESPAÑA, S.L.		AB2830		LA OFERTA NO CUMPLE DADO QUE SE PIDE QUE SIRVA PARA USO DE MEZCLA DE FLUIDOS TANTO DE 4:1 COMO 1:4. Y EN EL ANEXO B DEL PPT SE MUESTRA QUE LA FORMA DE CONSEGUIR QUE SIRVA PARA AMBOS USOS ES MEDIANTE UN SISTEMA DE PINZAS QUE SE PUEDEN ABRIR O CERRAR, CUANDO EN LO OFERTADO POR ESTA EMPRESA NO SE PUEDE CONSEGUIR QUE SEA 1:4 SIN MANIPULACIÓN DEL CIRCUITO, CON LA POSIBLE CONTAMINACIÓN DEL MISMO	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																
	135	SU.PC.SANI.01.14.04.000000		EQUIPO CARDIOPLEJIA HEMATICA CON SHUNT	VOLUMEN DE CEBADO ENTRE 35 Y 55 ML. PARA USO DE MEZCLA DE FLUIDOS TANTO 4:1 COMO 1:4. SE ADJUNTA COMO ANEXO B ESQUEMA GRAFICO DE DISEÑO DEL EQUIPO		632	149,919000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		M940015B		LA OFERTA SE CONSIDERA APTA, DEBIDO A ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE RESULTADOS, DISPONE DE MAYOR VOLUMEN DE CEBADO FRENTE A LA OTRA OFERTA (44 FRENTE A 35), LO CUAL SUPONE QUE NECESITA MAYOR VOLUMEN DE SANGRE EN EL CIRCUITO DE LA CARDIOPLEJIA, AUMENTANDO LA HEMODILUCIÓN, LO CUAL REDUCE EN MENCIÓN SEGURIDAD DE RESULTADOS, ADEMÁS DISPONE DE VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESIÓN, PUDIENDO OCURRIR QUE LA CARDIOPLEJIA ALCANCE NIVELES DE PRESIÓN POR ENCIMA DE LOS LÍMITES DE SEGURIDAD (NIVELES QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA DURANTE EL ACTO QUIRÚRGICO)	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	135	SU.PC.SANI.01.14.04.000000		EQUIPO CARDIOPLEJIA HEMATICA CON SHUNT	VOLUMEN DE CEBADO ENTRE 35 Y 55 ML. PARA USO DE MEZCLA DE FLUIDOS TANTO 4:1 COMO 1:4. SE ADJUNTA COMO ANEXO B ESQUEMA GRAFICO DE DISEÑO DEL EQUIPO		632	149,919000	PALEX MEDICAL, S.A.		530226	100153336956	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE RESULTADOS, DISPONE DE MENOR VOLUMEN DE CEBADO FRENTE A LA OTRA OFERTA (35 FRENTE A 44), LO CUAL SUPONE QUE NECESITA MENOR VOLUMEN DE SANGRE EN EL CIRCUITO DE LA CARDIOPLEJIA, DISMINUYENDO LA HEMODILUCIÓN, LO CUAL REDUCE EN MAYOR SEGURIDAD DE RESULTADOS, ADEMÁS DISPONE DE VÁLVULA DE SEGURIDAD DE SOBREPRESIÓN, IMPIDIENDO QUE LA CARDIOPLEJIA ALCANCE NIVELES DE PRESIÓN POR ENCIMA DE LOS LÍMITES DE SEGURIDAD (NIVELES QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA DURANTE EL ACTO QUIRÚRGICO)	40	149,858500	NO	0	149,858500	NO			0,04 %		ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00	PALEX MEDICAL, S.A.		
	136	SU.PC.SANI.01.14.04.015000		EQUIPO CARDIOPLEJIA HEMATICA	PEDIÁTRICO		96	132,1320000	LIVANOVA ESPAÑA, S.L.		995856		LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	132,130000	NO	0	132,130000	NO			0,00 %		0 72 H.	7,5	Los Certificados válidos aportados Certificado ISO 14001:2015 y EC. Certificates no presentan en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	47,50	LIVANOVA ESPAÑA, S.L.		

Código:	6hwMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página:	15/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote no incluido	Importe Oferta Agrupación de lote no incluido	% Bajada	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto										
	137	SU.PC.SANI.01.14.04.200001		ADAPTADOR DE CARDIOPLEJIA EN Y S/ VENITEO			270	8,400000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		10004D	100021516244	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, SU MEDIDA ES DE 15 CM MENOS DE LA MEDIDA QUE LA OTRA OFERTA, LO CUAL FACILITA SU USO EN EL CAMPO QUIRURGICO	40	7,870000	NO	0	7,870000	NO			6,31 %	14	ORD: 48 H. LFG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	69,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.										
	137	SU.PC.SANI.01.14.04.200001		ADAPTADOR DE CARDIOPLEJIA EN Y S/ VENITEO			270	8,400000	PRIM, S.A.		CA-20010	100021487746	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA DADO QUE PRESENTA UNA LONGITUD DE 50 CM. LO QUE SUPONE DIFICULTAD DE UTILIZACIÓN EN EL CAMPO QUIRURGICO ANTE SU EXCESIVA LONGITUD FRENTE A LA OTRA OFERTA PRESENTADA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																								
	138	SU.PC.SANI.01.14.04.300000		CANULA PERFUSION VASCULAR	Longitud(60-70);Diámetro(3-3);		600	5,590200	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		30001	100014311166	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	5,320000	NO	0	5,320000	NO			4,83 %	10	ORD: 48 H. LFG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.										
	138	SU.PC.SANI.01.14.04.300000		CANULA PERFUSION VASCULAR	Longitud(60-70);Diámetro(3-3);		600	5,590200	PRIM, S.A.		VC-11110	100007285287	AUNQUE EN LA OFERTA NO SE INDICA EL DIAMETRO DE LA CANULA, CONSULTADO EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ES DE 2 F. POR LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE DE 3 F.	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
	138	SU.PC.SANI.01.14.04.300000		CANULA PERFUSION VASCULAR	Longitud(60-70);Diámetro(3-3);		600	5,590200	PRIM, S.A.		VC-11000	100014364494	AUNQUE EN LA OFERTA NO SE INDICA EL DIAMETRO DE LA CANULA, CONSULTADO EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ES DE 2 F. POR LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE DE 3 F. ADEMÁS ES DE 40 MM DE LONGITUD, CUANDO SE SOLICITA ENTRE 60 Y 70 MM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
	138	SU.PC.SANI.01.14.04.300000		CANULA PERFUSION VASCULAR	Longitud(60-70);Diámetro(3-3);		600	5,590200	PRIM, S.A.		VC-11010	100014364595	AUNQUE EN LA OFERTA NO SE INDICA EL DIAMETRO DE LA CANULA, CONSULTADO EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ES DE 2 F. POR LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE DE 3 F.	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
	138	SU.PC.SANI.01.14.04.300000		CANULA PERFUSION VASCULAR	Longitud(60-70);Diámetro(3-3);		600	5,590200	PRIM, S.A.		VC-11100	100014364696	AUNQUE EN LA OFERTA NO SE INDICA EL DIAMETRO DE LA CANULA, CONSULTADO EL CATALOGO SAS SE RECOGE QUE ES DE 2 F. POR LO QUE NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SOLICITARSE DE 3 F. ADEMÁS ES DE 40 MM DE LONGITUD, CUANDO SE SOLICITA ENTRE 60 Y 70 MM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
	139	SU.PC.SANI.01.14.04.500000		AGUIJA DE ASPIRACION DE RAIZ ACORTICA	Longitud(10-15);Diámetro entre 1,25 y 1,35		200	18,870000	PRIM, S.A.		AX-30321	100014362878	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	18,760000	NO	0	18,760000	NO			0,63 %	0	ORD: < 72 H. LFG: < 24H	15	El Certificado válido ISO 14001:2015 no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00	PRIM, S.A.										
	140	SU.PC.SANI.01.14.05.100000		CONEXION CARDIOVASCULAR FLEXIBLE LUER-LOCK	Longitud(12-13);DIAMETRO DE LOS EXTREMOS:14;		870	6,987750	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		10022	1000082738459	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	6,170000	NO	0	6,170000	NO			11,70 %	24	ORD: 48 H. LFG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	79,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.										
	141	SU.PC.SANI.01.14.06.200001		HEMOCONCENTRADOR	SUPERFICIE DE MEMBRANA {0.09-0.4};		150	62,254500	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		P-0420	100001321659	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, LA EXTRACCIÓN DE BICARBONATO ES LA ADECUADA PARA NO COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO	40	121,000000	NO	0	121,000000				-94,36 %	Excluido por superar precio de licitación																
	141	SU.PC.SANI.01.14.06.200001		HEMOCONCENTRADOR	SUPERFICIE DE MEMBRANA {0.09-0.4};		150	62,254500	KLUTER MEDICAL, S.L.		M03320	100119624325	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA DEBIDO A QUE PRODUCE EXCESIVA EXTRACCIÓN DE BICARBONATO AL PACIENTE, LO CUAL AUMENTA EL RIESGO DE ACIDOSIS METABOLICA, LO QUE REDUNDA EN QUE LA SEGURIDAD DE RESULTADOS NO SEA LA ADECUADA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																								
	142	SU.PC.SANI.01.14.06.200001		HEMOCONCENTRADOR	SUPERFICIE DE MEMBRANA {0.8-1.2};		557,04	62,254500	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		P-0410	100000982028	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, LA EXTRACCIÓN DE BICARBONATO ES LA ADECUADA PARA NO COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO	40	121,000000	NO	0	121,000000					-94,36 %	Excluido por superar precio de licitación															
	142	SU.PC.SANI.01.14.06.200001		HEMOCONCENTRADOR	SUPERFICIE DE MEMBRANA {0.8-1.2};		557,04	62,254500	KLUTER MEDICAL, S.L.		M00008	100119372875	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA DEBIDO A QUE PRODUCE EXCESIVA EXTRACCIÓN DE BICARBONATO AL PACIENTE, LO CUAL AUMENTA EL RIESGO DE ACIDOSIS METABOLICA, LO QUE REDUNDA EN QUE LA SEGURIDAD DE RESULTADOS NO SEA LA ADECUADA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																								
	143	SU.PC.SANI.01.14.08.100001		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL BIPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUIJA MIOCARDICA(0.40-0.50);Longitud de la aguja miocárdica(0-30);		1404	36,082200	KLUTER MEDICAL, S.L.		S1220BWTIM	100152969041	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, DADO QUE EL DIAMETRO DE LA AGUIJA ES DE 0.51 MM, CUANDO SE SOLICITABA ENTRE 0.40 Y 0.50 MM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
	143	SU.PC.SANI.01.14.08.100001		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL BIPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUIJA MIOCARDICA(0.40-0.50);Longitud de la aguja miocárdica(0-30);		1404	36,082200	KLUTER MEDICAL, S.L.		S1220BWTM	100152969042	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, DADO QUE EL DIAMETRO DE LA AGUIJA ES DE 0.51 MM, CUANDO SE SOLICITABA ENTRE 0.40 Y 0.50 MM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
	143	SU.PC.SANI.01.14.08.100001		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL BIPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUIJA MIOCARDICA(0.40-0.50);Longitud de la aguja miocárdica(0-30);		1404	36,082200	KLUTER MEDICAL, S.L.		S1220BWTLM	100152975809	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, DADO QUE EL DIAMETRO DE LA AGUIJA ES DE 0.51 MM, CUANDO SE SOLICITABA ENTRE 0.40 Y 0.50 MM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
	143	SU.PC.SANI.01.14.08.100001		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL BIPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUIJA MIOCARDICA(0.40-0.50);Longitud de la aguja miocárdica(0-30);		1404	36,082200	KLUTER MEDICAL, S.L.		S1220BWTVM	100152975909	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, DADO QUE EL DIAMETRO DE LA AGUIJA ES DE 0.51 MM, CUANDO SE SOLICITABA ENTRE 0.40 Y 0.50 MM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								
	143	SU.PC.SANI.01.14.08.100001		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL BIPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUIJA MIOCARDICA(0.40-0.50);Longitud de la aguja miocárdica(0-30);		1404	36,082200	KLUTER MEDICAL, S.L.		S1220BWTZM	100152976010	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, DADO QUE EL DIAMETRO DE LA AGUIJA ES DE 0.51 MM, CUANDO SE SOLICITABA ENTRE 0.40 Y 0.50 MM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																								

Código:	6hwMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1		Fecha	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página	16/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote no incluido	Importe Oferta Agrupación de lote no incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto		
	143	SU.PC.SANI.01.14.08.100001		ELECTRODO EPICARDICO ESTIMULACION CARDIACA TEMPORAL BIPOLAR	DIAMETRO DE LA AGUJA MIOCÁRDICA (0-40-0.50) Longitud de la aguja miocárdica (0-30);		1404	36,062200	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		8495F	100000983937	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	34,360000	NO	0	34,360000	NO			4,77 %	10	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	65,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		8250VIS	100082440238	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		8250VIC	100082450835	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, DISPONE DE CURVA ESPECIFICA PARA EL SENO CORONARIO, EL SISTEMA COMPRENDE DOS CATERETES DIFERENTES CON DISTINTAS CURVATURAS CADA UNO	40	435,600000	NO	0	435,600000	NO			2,04 %	8	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	61,00			
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C3194D0	100028234796	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C3194H0	100028234291	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C3194E5	100028234190	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C315J	100028234695	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C315S10	100028234392	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C315S4	100028234594	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C315S5	100028234493	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C304-XL74	1000118557179	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C304-559	100014358130	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C304-L69	100014358231	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		82270EF	100017539666	ESTA REFERENCIA NO ES LA ADECUADA PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS DE RESINCRONIZACIÓN A TRAVÉS DEL SENO CORONARIO, CON LO CUAL LA DESCARTAMOS FRENTE A LAS MUY ADECUADAS DE ESTA MISMA EMPRESA	0	Excluido por no superar umbral mínimo																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		C304-HS	100141836590	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES UN CATERETER ESPECIFICO PARA ESTIMULACION DE HAZ DE HISO RÍMMA (ZIGUJERDA DEL MISMO, TIENE CURVATURA VARIABLE	40	435,600000	NO	0	435,600000	NO			2,04 %	8	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	61,00			
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		443824	100143015702	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER UNA LONGITUD DE 32 CM, CUANDO SE PIDE DE APPROX 45 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		443825	100143015803	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER UNA LONGITUD DE 39 CM, CUANDO SE PIDE DE APPROX 45 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		451789	100143008519	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER UNA LONGITUD DE 42 CM, CUANDO SE PIDE DE APPROX 45 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		443826	100143015904	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER UNA LONGITUD DE 32 CM, CUANDO SE PIDE DE APPROX 45 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																
	144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000		EQ. INTRODUCOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3. Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventriculo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		443827	100143006115	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER UNA LONGITUD DE 39 CM, CUANDO SE PIDE DE APPROX 45 CM	-	Excluido por no cumplir prescripciones técnicas																

Código:	6hWMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página	17/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lotes no incluido	Importe Oferta Agrupación de lotes no incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto		
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		451790	100143016116	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER UNA LONGITUD DE 42 CM. CUANDO SE PIDE DE APPROX 45 CM	-																	
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		443828	100143006216	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER UNA LONGITUD DE 32 CM. CUANDO SE PIDE DE APPROX 45 CM	-																	
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		443829	100143006418	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER UNA LONGITUD DE 39 CM. CUANDO SE PIDE DE APPROX 45 CM	-																	
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		451791	100143006610	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS AL TENER UNA LONGITUD DE 42 CM. CUANDO SE PIDE DE APPROX 45 CM	-																	
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		375519	100152546370	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA DADO QUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Y NO PRESENTA DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS EN LOS ASPECTOS A VALORAR. AUNQUE RESULTA MENOS ADECUADA QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, DADO QUE ESTÁ MENOS ASEGURADA LA ADECUADA COMPATIBILIDAD CON LOS ELECTRODOS DE SENO CORONARIO DE LA FIRMA MEDTRONIC, QUE SON LOS MAYORTARIAMENTE IMPLANTADOS EN NUESTRO HOSPITAL, AL SER ESTA EMPRESA LA ADJUDICATARIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS MARCAPASOS TRICAMERALES Y DE LOS DESFIBRILADORES BIVENTRICULARES.	20	423,500000	POR CADA 9 UNIDADES FACTURADAS, SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LA SIGUIENTE A COSTE 0,00 EUROS	7	382,326389	NO			14,02 %	30	ORD.-O.- 72H URG.-O.- 24H	15						
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		375523	100152546366	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA DADO QUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Y NO PRESENTA DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS EN LOS ASPECTOS A VALORAR. AUNQUE RESULTA MENOS ADECUADA QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, DADO QUE ESTÁ MENOS ASEGURADA LA ADECUADA COMPATIBILIDAD CON LOS ELECTRODOS DE SENO CORONARIO DE LA FIRMA MEDTRONIC, QUE SON LOS MAYORTARIAMENTE IMPLANTADOS EN NUESTRO HOSPITAL, AL SER ESTA EMPRESA LA ADJUDICATARIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS MARCAPASOS TRICAMERALES Y DE LOS DESFIBRILADORES BIVENTRICULARES.	20	423,500000	POR CADA 9 UNIDADES FACTURADAS, SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LA SIGUIENTE A COSTE 0,00 EUROS	7	382,326389	NO			14,02 %	30	ORD.-O.- 72H URG.-O.- 24H	15						
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		375527	100152546471	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA DADO QUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Y NO PRESENTA DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS EN LOS ASPECTOS A VALORAR. AUNQUE RESULTA MENOS ADECUADA QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, DADO QUE ESTÁ MENOS ASEGURADA LA ADECUADA COMPATIBILIDAD CON LOS ELECTRODOS DE SENO CORONARIO DE LA FIRMA MEDTRONIC, QUE SON LOS MAYORTARIAMENTE IMPLANTADOS EN NUESTRO HOSPITAL, AL SER ESTA EMPRESA LA ADJUDICATARIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS MARCAPASOS TRICAMERALES Y DE LOS DESFIBRILADORES BIVENTRICULARES.	20	423,500000	POR CADA 9 UNIDADES FACTURADAS, SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LA SIGUIENTE A COSTE 0,00 EUROS	7	382,326389	NO			14,02 %	30	ORD.-O.- 72H URG.-O.- 24H	15						
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		375529	100152556765	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA DADO QUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Y NO PRESENTA DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS EN LOS ASPECTOS A VALORAR. AUNQUE RESULTA MENOS ADECUADA QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, DADO QUE ESTÁ MENOS ASEGURADA LA ADECUADA COMPATIBILIDAD CON LOS ELECTRODOS DE SENO CORONARIO DE LA FIRMA MEDTRONIC, QUE SON LOS MAYORTARIAMENTE IMPLANTADOS EN NUESTRO HOSPITAL, AL SER ESTA EMPRESA LA ADJUDICATARIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS MARCAPASOS TRICAMERALES Y DE LOS DESFIBRILADORES BIVENTRICULARES.	20	423,500000	POR CADA 9 UNIDADES FACTURADAS, SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LA SIGUIENTE A COSTE 0,00 EUROS	7	382,326389	NO			14,02 %	30	ORD.-O.- 72H URG.-O.- 24H	15						
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		375531	100152546077	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA DADO QUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Y NO PRESENTA DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS EN LOS ASPECTOS A VALORAR. AUNQUE RESULTA MENOS ADECUADA QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, DADO QUE ESTÁ MENOS ASEGURADA LA ADECUADA COMPATIBILIDAD CON LOS ELECTRODOS DE SENO CORONARIO DE LA FIRMA MEDTRONIC, QUE SON LOS MAYORTARIAMENTE IMPLANTADOS EN NUESTRO HOSPITAL, AL SER ESTA EMPRESA LA ADJUDICATARIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS MARCAPASOS TRICAMERALES Y DE LOS DESFIBRILADORES BIVENTRICULARES.	20	423,500000	POR CADA 9 UNIDADES FACTURADAS, SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LA SIGUIENTE A COSTE 0,00 EUROS	7	382,326389	NO			14,02 %	30	ORD.-O.- 72H URG.-O.- 24H	15						
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		375533	100152546178	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA DADO QUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Y NO PRESENTA DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS EN LOS ASPECTOS A VALORAR. AUNQUE RESULTA MENOS ADECUADA QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, DADO QUE ESTÁ MENOS ASEGURADA LA ADECUADA COMPATIBILIDAD CON LOS ELECTRODOS DE SENO CORONARIO DE LA FIRMA MEDTRONIC, QUE SON LOS MAYORTARIAMENTE IMPLANTADOS EN NUESTRO HOSPITAL, AL SER ESTA EMPRESA LA ADJUDICATARIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS MARCAPASOS TRICAMERALES Y DE LOS DESFIBRILADORES BIVENTRICULARES.	20	423,500000	POR CADA 9 UNIDADES FACTURADAS, SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LA SIGUIENTE A COSTE 0,00 EUROS	7	382,326389	NO			14,02 %	30	ORD.-O.- 72H URG.-O.- 24H	15						
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		375535	100152546279	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA DADO QUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Y NO PRESENTA DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS EN LOS ASPECTOS A VALORAR. AUNQUE RESULTA MENOS ADECUADA QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, DADO QUE ESTÁ MENOS ASEGURADA LA ADECUADA COMPATIBILIDAD CON LOS ELECTRODOS DE SENO CORONARIO DE LA FIRMA MEDTRONIC, QUE SON LOS MAYORTARIAMENTE IMPLANTADOS EN NUESTRO HOSPITAL, AL SER ESTA EMPRESA LA ADJUDICATARIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS MARCAPASOS TRICAMERALES Y DE LOS DESFIBRILADORES BIVENTRICULARES.	20	423,500000	POR CADA 9 UNIDADES FACTURADAS, SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LA SIGUIENTE A COSTE 0,00 EUROS	7	382,326389	NO			14,02 %	30	ORD.-O.- 72H URG.-O.- 24H	15						
144	SU.PC.SANI.01.14.08.500000			EQ. INTRODUCIDOR ELECTRODO SENO CORONARIO	LONGITUD APROXIMADA 45; DIAMETRO ENTRE 2 Y 3.Equipo para introducción por el seno coronario de un electrodo definitivo para estimulación de ventrículo izquierdo en los marcapasos o desfibriladores biventriculares.		72	444,675000	BIOTRONIK SPAIN, S.A.		375537	100152546365	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA DADO QUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Y NO PRESENTA DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS EN LOS ASPECTOS A VALORAR. AUNQUE RESULTA MENOS ADECUADA QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, DADO QUE ESTÁ MENOS ASEGURADA LA ADECUADA COMPATIBILIDAD CON LOS ELECTRODOS DE SENO CORONARIO DE LA FIRMA MEDTRONIC, QUE SON LOS MAYORTARIAMENTE IMPLANTADOS EN NUESTRO HOSPITAL, AL SER ESTA EMPRESA LA ADJUDICATARIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS MARCAPASOS TRICAMERALES Y DE LOS DESFIBRILADORES BIVENTRICULARES.	20	423,500000	POR CADA 9 UNIDADES FACTURADAS, SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LA SIGUIENTE A COSTE 0,00 EUROS	7	382,326389	NO			14,02 %	30	ORD.-O.- 72H URG.-O.- 24H	15						
145	SU.PC.SANI.01.14.10.001000			CAMPANA FUERZA CENTRIFUGA/ adultos	COMPATIBLE CON EL MODELO DE BOMBA CENTRIFUGA STOCKERT		680	228,690000	PALEX MEDICAL, S.A.		375013	100010625133	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA DADO QUE CUMPLE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS, Y NO PRESENTA DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS EN LOS ASPECTOS A VALORAR. AUNQUE RESULTA MENOS ADECUADA QUE LA OFERTA DE MEDTRONIC, DADO QUE ESTÁ MENOS ASEGURADA LA ADECUADA COMPATIBILIDAD CON LOS ELECTRODOS DE SENO CORONARIO DE LA FIRMA MEDTRONIC, QUE SON LOS MAYORTARIAMENTE IMPLANTADOS EN NUESTRO HOSPITAL, AL SER ESTA EMPRESA LA ADJUDICATARIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS MARCAPASOS TRICAMERALES Y DE LOS DESFIBRILADORES BIVENTRICULARES.	40	228,690000	NO	0	228,690000	NO			0,00 %	0	ORD.- 48 H URG.- 24 H	15	El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	55,00	PALEX MEDICAL, S.A.		
146	SU.PC.SANI.01.14.20.002000			TALADRO AORTICO	Módulo punch(4,5-4,8);		80	37,024050	COM MEDCOR, S.L.		PCL45	100006405400	LA OFERTA SE CONSIDERA BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, AL SER DE 4,5 MM SE ESTIMA MENOS ADECUADA QUE LA OTRA OFERTA DE ESTA EMPRESA, QUE ES DE 4,8 MM	20	36,060000	NO	0	36,060000	NO			2,60 %	6	ORD.- 24 H URG.- < 24 H	15	De los documentos aportados, el Certificado de Bureau Veritas y SGS son certificados de los solicitados en los criterios de adjudicación, si bien ninguno presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado en embalajes sea reciclado	0	41,00			

Ninguno de los documentos aportados son certificados válidos solicitados para acreditar el cumplimiento de los criterios de adjudicación.

El Certificado ISO 14001:2015 válido no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado

De los documentos aportados, el Certificado de Bureau Veritas y SGS son certificados de los solicitados en los criterios de adjudicación, si bien ninguno presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado en embalajes sea reciclado

Código:	6hwMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página:	18/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote no incluido	Importe Oferta Agrupación de lote no incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto	
	146	SU.PC.SANI.01.14.20.002000		TALADRO AORTICO	Medida punch:[4.5-4.8];		80	37,024050	COM MEDCOR, S.L.		PCL48	100006406218	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, AL SER DE 4.8 MM SE ESTIMA MÁS ADECUADA QUE LA OTRA OFERTA DE ESTA EMPRESA, QUE ES DE 4.5 MM	40	36,060000	NO	0	36,060000	NO			2,60 %	6	ORD: 24 H. URG: - 24 H.	15	De los documentos aportados, el Certificado de Bureau Veritas y SGS son certificados de los criterios de adjudicación, si bien ninguno presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado en embalajes sea reciclado	0	61,00		
	146	SU.PC.SANI.01.14.20.002000		TALADRO AORTICO	Medida punch:[4.5-4.8];		80	37,024050	KLUTER MEDICAL, S.L.		959.400.014	100152909801	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, SIENDO DE 4.8 MM	40	19,118000	NO	0	19,118000	SI			48,36 %	40	ORD: 24 H. URG: 12 H.	15	No aporta documentación	0	95,00	KLUTER MEDICAL, S.L.	
	146	SU.PC.SANI.01.14.20.002000		TALADRO AORTICO	Medida punch:[4.5-4.8];		80	37,024050	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		APU448	100000991211	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, SIENDO DE 4.8 MM	40	36,300000	NO	0	36,300000	NO			1,96 %	4	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	59,00		
	147	SU.PC.SANI.01.14.20.101000		TORNQUETE VENA CAVA	Longitud:[15-20];Ancho:[1.5-3];		640	8,385300	KLUTER MEDICAL, S.L.		959.300.002	100152946118	LA OFERTA NO CUMPLE PRESCRIPCIONES AL SER DE 12 CM DE LONGITUD, CUANDO SE SOLICITA DE ENTRE 15 Y 20 CM	-																
	147	SU.PC.SANI.01.14.20.101000		TORNQUETE VENA CAVA	Longitud:[15-20];Ancho:[1.5-3];		640	8,385300	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		79010	100000992524	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	8,350000	NO	0	8,350000	NO			0,42 %	0	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicapack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	55,00	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	
	148	SU.PC.SANI.01.14.30.100001		EQ. ASISTENCIA CARDIO-RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN	PARA USO CON CONSOLA DE ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA H.S. CARDIOHELP. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE ESTE LOTE: DIÁMETRO DE LAS LINEAS:3;DIÁMETRO DE LAS CÁNULAS:3;8;		30	5.290,741530	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		BE-HLS 7050	100024391578	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES UN EQUIPO DE 7L/MIN DE FLUJO MÁXIMO, LO QUE RESULTA MUY ADECUADO	40	5.445,000000	NO	0	5.445,000000				-2,86 %								DESERTO
	148	SU.PC.SANI.01.14.30.100001		EQ. ASISTENCIA CARDIO-RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN	PARA USO CON CONSOLA DE ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA H.S. CARDIOHELP. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE ESTE LOTE: DIÁMETRO DE LAS LINEAS:3;8;DIÁMETRO DE LAS CÁNULAS:3;8;		30	5.290,741530	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		BE-HLS 9590	100115744333	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA DADO QUE ES UN EQUIPO DE 5L/MIN DE FLUJO MÁXIMO, NO SIENDO APTO PARA TODAS LAS SUPERFICIES CORPORALES DE ADULTOS	0																
	149	SU.PC.SANI.01.14.30.100001		EQ. ASISTENCIA CARDIO-RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE ESTE LOTE: DIÁMETRO DE LAS LINEAS:3;8;DIÁMETRO DE LAS CÁNULAS:3;8; SE VALORARÁ LA MAYOR DURACIÓN DEL EQUIPO DE ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA (SUPERIOR A 14 DÍAS)	DEBERA CEDER EN USO UNA CONSOLA DE ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA CON HOMOLOGACIÓN PARA USO DURANTE EL TRANSPORTE DE ENFERMOS CRÍTICOS, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA OFERTADOS.	90	5.290,741530	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		BE-HLS 7050	100024391578	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, ES UN EQUIPO DE 7L/MIN DE FLUJO MÁXIMO, LO QUE RESULTA MUY ADECUADO	40	5.445,000000	NO	0	5.445,000000					-2,86 %							DESERTO
	149	SU.PC.SANI.01.14.30.100001		EQ. ASISTENCIA CARDIO-RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN	CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE ESTE LOTE: DIÁMETRO DE LAS LINEAS:3;8;DIÁMETRO DE LAS CÁNULAS:3;8; SE VALORARÁ LA MAYOR DURACIÓN DEL EQUIPO DE ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA (SUPERIOR A 14 DÍAS)	DEBERA CEDER EN USO UNA CONSOLA DE ASISTENCIA CARDIORESPIRATORIA CON HOMOLOGACIÓN PARA USO DURANTE EL TRANSPORTE DE ENFERMOS CRÍTICOS, COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS DE ASISTENCIA OFERTADOS.	90	5.290,741530	GETINGE GROUP SPAIN, S.L.U.		BE-HLS 9590	100115744333	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA DADO QUE ES UN EQUIPO DE 5L/MIN DE FLUJO MÁXIMO, NO SIENDO APTO PARA TODAS LAS SUPERFICIES CORPORALES DE ADULTOS	0																
	150	SU.PC.SANI.01.14.30.100002		OXIGENADOR MEMBRANA DIFUSION P/ASISTENCIA CARDIO-RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN	Equipo asociado:Universal;		10	1.175,212500	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.		14AG70131	100152969140	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, DISPONE DE UN FLUJO DE 7L/MIN Y UNA DURACIÓN DE 14 DÍAS	40	970,000000	NO	0	970,000000	NO			17,46 %	40	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El Certificado DNV-GL FSC Mix y Reciclado a nombre de DS Smith Packaging Harebeite es uno de los certificados válidos solicitados en el criterio de adjudicación. En su alcance refleja específicamente el uso de FSC Mix y reciclado para la fabricación de cartón	3	98,00	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	
	150	SU.PC.SANI.01.14.30.100002		OXIGENADOR MEMBRANA DIFUSION P/ASISTENCIA CARDIO-RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN	Equipo asociado:Universal;		10	1.175,212500	GESTION INTEGRAL DE CLINICAS, S.L.		EU5019	100122762928	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO, DISPONE DE UN FLUJO DE 7L/MIN Y UNA DURACIÓN DE 14 DÍAS	40	1.542,750000	NO	0	1.542,750000					-31,27 %							
	150	SU.PC.SANI.01.14.30.100002		OXIGENADOR MEMBRANA DIFUSION P/ASISTENCIA CARDIO-RESPIRATORIA / LARGA DURACIÓN	Equipo asociado:Universal;		10	1.175,212500	PALEX MEDICAL, S.A.		387177	100097431050	LA OFERTA SE CONSIDERA APTA AL PRESENTAR DIFICULTADES EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE RESULTADOS, AL DISPONER DE UN FLUJO MENOR AL DE LAS OTRAS OFERTAS (5L/MIN) Y UNA DURABILIDAD MUY INFERIOR (DE 5 DÍAS FRENTE A 14)	0																
	151	SU.PC.SANI.01.14.50.500000		EQUIPO COMPLETO EXTRACCION DE VARICES	Longitud:[100-125];Ojivas:[3-3];		172	8,880795	PRIM. S.A		FLV100	100014366816	LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	8,770000	NO ENTREGAMOS UNIDADES ADICIONALES	0	8,770000	NO			1,25 %	4	ORD: < 72 H. URG: < 24H	15	El Certificado válido ISO 14001:2015 no presenta en su alcance el uso de plástico biodegradable en la fabricación de los envases ni que el papel/cartón usado para los embalajes sea reciclado	0	59,00	PRIM. S.A	
	152	SU.PC.SANI.01.14.50.000000		CATERER OCLUSION PEQUEÑOS VASOS	Longitud:[75-100];Diámetro:[6-6];		28	44,340450	SIN OFERTAS																					DESERTO
	153	SU.PC.SANI.01.14.60.000000		SIERRA ESTERION ELECTRICA	COMPATIBLE CON LA SIERRA ELECTRICA REF/SYSTEM 8 STERNUNSAW DE STRYKER		30	97,678290	SIN OFERTAS																					DESERTO

Código:	6hwMS674PFIRMAkiITQ+34fB3V0da1		Fecha:	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		Página:	19/20
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 6/09/2022

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS	CESIÓN DE EQUIPOS	UNIDADES A LICITAR 2 AÑOS	Precio unitario licitación con IVA	Proveedor	Var	Referencia	CIP	INFORME TÉCNICO	Puntos	Precio unitario oferta con IVA	Bonificaciones	Unidades bonificadas	VEUN	BAJA ANORMAL	Importe licitación Agrupación de lote no incluido	Importe Oferta Agrupación de lote no incluido	% Bajas	Puntuación económica	Plazo entrega	Puntuación Plazo de entrega	Criterio Medioambiental	Puntuación criterio medioambiental	Puntuación Total	Adjudicatario propuesto	
	154	SU.PC.SANJ.01.01.50.400007		CV: EXTRACORPÓREA	BIOCOMPATIBLE. LÍNEA ARTERIAL 3/16 Y VENOSA 1/4. VER ESQUEMA GRÁFICO DEL RESTO DE COMPONENTES EN EL ANEXO G DEL PPT		56	240,801750	MEDTRONIC IBERICA, S.A.		M3441308		LA OFERTA SE CONSIDERA MUY BUENA EN TODOS LOS ASPECTOS A VALORAR DE FACILIDAD DE UTILIZACIÓN, SEGURIDAD DE USO Y DE RESULTADOS, RENDIMIENTO Y EFICACIA, SIENDO MUY ADECUADA PARA EL USO AL QUE VA DESTINADO	40	228,690000	NO	0	228,690000	NO				5,03 %	12	ORD: 48 H. URG: 24 H.	15	El certificado de la empresa saicpack y la declaración responsable no son certificados válidos para acreditar el cumplimiento del criterio. El certificado de AENOR válido en gestión ambiental no presenta en su alcance el cumplimiento de ninguno de los criterios solicitados	0	67,03	MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Firmado por la secretaria de la mesa de contratación Eva Rojas Calvo el día 16/01/2023

Código:	6hWMS674PFIRMAkiItQ+34fB3V0da1	Fecha	16/01/2023
Firmado Por	GREGORIO JURADO CALIZ		
Url De Verificación	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	Página	20/20

