

## A C T A

### **MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE CUMPLIMIENTO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y APERTURA DEL SOBRE ELECTRÓNICO Nº 3, RELATIVO A LA OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN AUTOMÁTICOS DEL EXPEDIENTE N.º 836/2022 (PAAM 50/22)**

En Córdoba, siendo las nueve horas y treinta minutos del día 4 de enero de 2023, se reúne la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Reina Sofía, centro donde está ubicada la Central Provincial de Compras de Córdoba, con la asistencia de las personas que a continuación se citan, para proceder al examen y aprobación del Informe Técnico de cumplimiento de prescripciones técnicas, así como proceder a la apertura del sobre electrónico nº 3, que contiene la oferta económica y la documentación técnica para su valoración conforme a criterios de adjudicación automáticos de las empresas ofertantes en el Procedimiento Abierto núm. 836/2022, convocado para la contratación mediante ACUERDO MARCO CON UNA ÚNICA EMPRESA PARA EL SUMINISTRO, DE TRACTO SUCESIVO Y PRECIOS UNITARIOS DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN AGUJAS, CÁNULAS Y CATÉTERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO, CON DESTINO A LOS CENTROS QUE INTEGRAN LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA. (PAAM 50/22)

#### **PRESIDENTA SUPLENTE**

D<sup>a</sup> María Luisa García Alijo  
Subdirectora de Contratación Administrativa HURS

#### **VOCALES**

D. Javier I. Corral Martín  
Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del S.A.S.

D<sup>a</sup> Guadalupe Aguilera Ortiz  
Interventora Provincial

D<sup>a</sup> Teresa Justo Coletto  
Subdirectora de Servicios Generales  
Área de Hostelería

D. Gregorio Jurado Cáliz  
Jefe de Servicio de Contratación Administrativa

#### **SECRETARIA**

D<sup>a</sup> Inmaculada Gómez Crespo  
Técnico de Función Administrativa.

<b>Código:</b>	6hwMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN	<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	1/33



Constituida la Mesa de Contratación, se procede, en primer lugar, a aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión del pasado 30 de septiembre de 2022.

A continuación, la Mesa procede, en sesión privada, al examen del Informe Técnico emitido para la valoración de los criterios dependientes de un juicio de valor de las empresas que han presentado oferta al procedimiento de referencia, acordándose, por unanimidad su aprobación, según Anexo Adjunto a la presente acta.

Quedan admitidas al superar el umbral mínimo de criterios de adjudicación dependientes de juicio de valor, las ofertas presentadas en los lotes a que se hace referencia en el anexo a este acta, de las empresas relacionadas a continuación, y por tanto, pueden continuar en el proceso de valoración de los criterios de adjudicación automáticos:

1. AMEVISA, S.A.
2. B BRAUN MEDICAL, S.A.
3. BECTON DICKINSON, S.A.
4. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
5. EMSOR, S.L.
6. GARRIC MEDICA, S.L.
7. GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.
8. HARMONIUM HEALTHCARE, S.L.
9. IBERIAN CARE 2016, S.L.
10. IMEOS S.L.
11. KLUTER MEDICAL, S.L.
12. LAMBRA, S.L.
13. LELEMAN, S.L.
14. MBA INCORPORADO, S.L.
15. MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.
16. MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.
17. PALEX MEDICAL, S.A.
18. SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.
19. TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.
20. VYGON SAU

Seguidamente, se da entrada en la sesión a los representantes de las empresas licitadoras que acuden al acto público de apertura del sobre n.º 3, quedando constancia en acta la asistencia de las personas que a continuación se relacionan:

- Por parte de GETINGE GROUP SPAIN, S.L., acude en su representación D. José Carmona Goncet.
- Por parte de MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A., acude en su representación D. Ángel Fernández Franco.
- Por parte de B. BRAUN MEDICAL S.A., acude en su representación Dª. Sara Bermejo Peidro.
- Por parte de TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A., acude en su representación Dª. Pilar Sánchez López.

Posteriormente se procede por parte de la Presidenta de la Mesa, a la lectura de la puntuación otorgada en la valoración de los criterios técnicos no automáticos a los representantes de las empresas licitadoras anteriormente mencionadas.

<b>Código:</b>	6hwMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN	<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	2/33





A continuación, la Secretaria procede a la apertura del sobre n.º 3, donde figuran las ofertas económicas y la documentación evaluable mediante criterios de adjudicación automáticos, presentadas por las empresas admitidas, mostrándoles a los representantes de las empresas licitadoras que acuden al acto público, las ofertas económicas.

Finalizado el acto público, ya en acto privado, la Mesa de Contratación prosigue con la calificación del resto de la documentación presentada en el sobre n.º 3, acordando admitir a las siguientes empresas al haber presentado la documentación correctamente:

1. B BRAUN MEDICAL, S.A.
2. BECTON DICKINSON, S.A.
3. EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.
4. GARRIC MEDICA, S.L.
5. HARMONIUM HEALTHCARE, S.L.
6. IBERIAN CARE 2016, S.L.
7. KLUTER MEDICAL, S.L.
8. LELEMAN, S.L.
9. MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.
10. PALEX MEDICAL, S.A.
11. SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.

Asimismo, la Mesa de Contratación acuerda por unanimidad, solicitar subsanación de la documentación presentada a las siguientes empresas:

AMEVISA S.A.

- *“Declaración Responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud, según **anexo VIII** al presente pliego.*
- *Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del presente pliego.*
- *Declaración Responsable conforme al **anexo X**, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen”.*

EMSOR, S.L.

- *“Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del presente pliego”.*

GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.

- *“Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del presente pliego”.*

IMEOS S.L.

- *“Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelo **anexo IX BIS** del presente pliego”.*

Código:	6hwMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN	Fecha	17/01/2023
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	3/33





Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo  
Servicio Andaluz de Salud  
Central Provincial de Compras de Córdoba

LAMBRA, S.L.

- “Declaración Responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud, según **anexo VIII** al presente pliego.
- Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del presente pliego.
- Declaración Responsable conforme al **anexo X**, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen”.

MBA INCORPORADO, S.L.

- “Declaración Responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud, según **anexo VIII** al presente pliego.
- Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del presente pliego.
- Declaración Responsable conforme al **anexo X**, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen”.

MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.

- “Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del presente pliego”.

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.

- “Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del presente pliego.
- Declaración Responsable conforme al **anexo X**, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen”.

YGON S.A.U.

- “Declaración Responsable de la adecuación de los bienes objeto del suministro al cumplimiento de las disposiciones específicas en materia de seguridad y salud, según **anexo VIII** al presente pliego.
- Declaración responsable en materia de prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales, según modelos **anexos IX y IX BIS** del presente pliego.
- Declaración Responsable conforme al **anexo X**, asumiendo el compromiso, en caso de resultar persona adjudicataria, de cumplir las condiciones especiales de ejecución que se recogen en el presente pliego y de aquellas que se establezcan en el apartado 24 del cuadro resumen”.

Código:	6hwMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN	Fecha	17/01/2023
Firmado Por	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
Url De Verificación	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	Página	4/33





Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo  
Servicio Andaluz de Salud  
Central Provincial de Compras de Córdoba

Se deja constancia en acta que, cada uno de los miembros asistentes a la Mesa de Contratación, manifiesta la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación, de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta de la Mesa de Contratación levantó la sesión a las once horas y cincuenta y cinco minutos del día indicado al principio del acta.

De todo lo anterior, yo, la Secretaria, doy fe.

Vº Bº  
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

GOMEZ CRESPO  
INMACULADA -  
30953855H

Firmado digitalmente por GOMEZ  
CRESPO INMACULADA - 30953855H  
Fecha: 2023.01.13 13:59:19 +01'00'

<b>Código:</b>	6hwMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN	<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	<b>Página</b>	5/33



CPC CÓRDOBA

**OBJETO DEL CONTRATO:** MATERIAL GENERICO DE PUNCIÓN AGUJAS, CANULAS Y CATETERES (SUBGRUPO 01.03 DEL CATÁLOGO S.A.S.), CON DISPONIBILIDAD DE USO DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO

**Nº de EXPEDIENTE:** 836/2022 (PAAM 50/22)

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
Agrupación 1	1	SU.PC.SANI.01.03.15.400000		EQ. CATÉTER ARTERIAL MEDICIÓN VOLUMÉTRICA	LONGITUD:[100-200];DIÁMETRO:[5-5]	Compatibles con monitores HEMOSPHERE	80	21 %	236,250000	285,862500	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		REF: VLVR5205 CIP: 10007827949	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y, rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20
Agrupación 1	2	SU.PC.SANI.01.03.16.100011		CATÉTER ARTERIA PULMONAR + PRESIÓN AD + GASTO CARDIACO CONTINUO Y OXIMETRIA/ adultos	LONGITUD:[100-150];DIÁMETRO:[7.5-7.5]	Compatibles con monitores HEMOSPHERE	240	21 %	178,500000	215,985000	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		REF: 774F75 CIP: 100100031428	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y, rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO.no;			75.000	21 %	0,123900	0,149919	GREINER BIO-ONE ESPAÑA, S.A.U.		REF: 395213 CIP: 100120413002	Oferta buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta menos ergonómico porque no dispone de ningún resalte ni zona estriada para facilitar el uso de los profesionales, y no es tan pequeña como la oferta de Iberian o Harmonium. Además precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades móviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, además el residuo es mayor dado su tamaño, por lo que se necesitan más contenedores de residuos punzantes. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	20
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO.no;			75.000	21 %	0,123900	0,149919	HARMONIUM HEALTHCARE, SL		REF: DD601324080001 CIP: 100155806309	Oferta muy buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta ergonómico para profesionales al ser más pequeña resulta más cómodo para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades móviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, además al ser más pequeña el residuo es menor por lo que se necesitan menos contenedores de residuos punzantes por lo que contribuye al medio ambiente. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	40
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO.no;			75.000	21 %	0,123900	0,149919	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: XLIL-2118 CIP: 100155906915	Oferta muy buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta ergonómico para profesionales al ser más pequeña resulta más cómodo para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades móviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, además al ser más pequeña el residuo es menor por lo que se necesitan menos contenedores de residuos punzantes por lo que contribuye al medio ambiente. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	40
	3	SU.PC.SANI.01.03.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO.no;			75.000	21 %	0,123900	0,149919	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: NA-24 CIP: 100155465759	Oferta buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta menos ergonómico porque no dispone de ningún resalte ni zona estriada para facilitar el uso de los profesionales, y no es tan pequeña como la oferta de Iberian o Harmonium. Además precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades móviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, además el residuo es mayor dado su tamaño, por lo que se necesitan más contenedores de residuos punzantes. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	20

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	6/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	3	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,123900	0,149919	LAMBRA, S.L.		REF: 395213 CIP: 10015541606 7	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el mecanismo de disparo es duro y el protector de seguridad cuesta trabajo quitarlo, además el tamaño es mayor por lo que es menos ergonómico y en el uso continuado puede generar molestias a los profesionales. Además precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades móviles con espacio limitado. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales, y el mayor tamaño genera mayor residuo y una mayor necesidad de contenedores de residuos punzantes a transportar y . Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	3	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,123900	0,149919	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.		REF: SLN2118 CIP: 10015569618 6	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el protector de seguridad cuesta trabajo quitarlo, por lo que es menos ergonómico y en el uso continuado puede generar molestias a los profesionales. Además precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades móviles con espacio limitado. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	3	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,123900	0,149919	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.		REF: 29030 CIP: 10008088087 6	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el protector de seguridad cuesta trabajo quitarlo, no dispone de ningún resalte ni zona estriada para facilitar el uso de los profesionales, por lo que es menos ergonómico y en el uso continuado puede generar molestias a los profesionales. Además precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades móviles con espacio limitado. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	3	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100003	C26288	LANCETA DE PUNCIÓN /ACTIVACIÓN POR CONTACTO C/SISTEMA DE SEGURIDAD-Diámetro:[21-21];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			75.000	21 %	0,123900	0,149919	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3768,00 CIP: 10011724377 9	Oferta buena, la oferta cumple las características solicitadas, en cuanto a facilidad de utilización resulta menos ergonómico, y no es tan pequeña como la oferta de Iberian o Harmonium. Además precisan de mayor espacio para su transporte ya que va destinado a los desplazamiento de recolecta de sangre en unidades móviles con espacio limitado. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgo ni para pacientes ni profesionales, además el residuo es mayor dado su tamaño, por lo que se necesitan más contenedores de residuos punzantes . Y en cuanto a rendimiento y eficacia son óptimos.	20
	4	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	27,300000	33,033000	BECTION DICKINSON, S.A.U.		REF:1810MS CIP:10010013 2943	Oferta muy buen, cumple prescripciones técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es ergonómica fácil de utilizar tatno en la obtención de la muestra como en la carga, lo que logra la obtención de muestra suficiente para su análisis. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo conseguido.	40
	4	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	27,300000	33,033000	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: SBN-1810C CIP:10015590 6410	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo dispone de un introductor de diámetro superior provocando una mayor lesión en la piel. Es poco ergonómico a la hora de la carga por la dureza de los botones pudiendo ocasionar mayor lesion en el sitio de la obtención de la muestra. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	4	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetracion ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	27,300000	33,033000	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:PM18-15 CIP:10015592 9240	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dificultad y resistencia a la hora de la carga y de la obtención de la muestra ya que requiere usar las dos manos, pudiendo ocasionar lesiones en la zona al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimas.	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	7/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	4	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	27,300000	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A186 CIP: 10013445614 1	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	4	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	27,300000	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A189 CIP: 10013445624 2	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	4	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	27,300000	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1811 CIP:10013445 5434	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	4	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	27,300000	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT186 CIP: 10014379608 3	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	4	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	27,300000	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1811 CIP:10014378 6981	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	4	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60522	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[18-18];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		60	21 %	27,300000	33,033000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MS18100-02 CIP: 10013260020 5	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	5	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	27,300000	33,033000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:2010MS CIP:10010013 3155	Oferta muy buen, cumple prescripciones técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es ergonómica fácil de utilizar tanto en la obtención de la muestra como en la carga, lo que logra la obtención de muestra suficiente para su análisis. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo conseguido.	40
	5	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	27,300000	33,033000	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: SBN- 2010C CIP: 10015589751 0	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo dispone de un introduccion de diámetro superior provocando una mayor lesión en la piel. Es poco ergonómico a la hora de la carga por la dureza de los botones pudiendo ocasionar mayor lesión en el sitio de la obtención de la muestra. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	8/33
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	5	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	27,300000	33,033000	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:PM20-15 REF:1001559 30554	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dificultad y resistencia a la hora de la carga y de la obtención de la muestra ya que requiere usar las dos manos, pudiendo ocasionar lesiones en la zona al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimas.	0
	5	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	27,300000	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A209 CIP: 10013445694 9	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	5	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	27,300000	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A2011 CIP: 10013445634 3	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	5	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	27,300000	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A189 CIP: 10013445624 2	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	5	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	27,300000	33,033000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT2011 CIP: 10014378739 5	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	5	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60460	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[20-20];Longitud de corte:[20-20];	Profundidad de penetración ajustable (de 10 a 20 mm), marcas centimétricas y que sea ligera de peso.		80	21 %	27,300000	33,033000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MS20080-02 CIP: 10013260101 3	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	6	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	38,277273	46,315500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MQ1410 CIP:10011238 6910	Oferta muy buen, cumple prescripciones técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es ergonómica fácil de utilizar tanto en la obtención de la muestra como en la carga, lo que logra la obtención de muestra suficiente para su análisis. Seguridad de uso y resultado no presenta riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo conseguido.	40
	6	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO-Longitud:[40-120];Diámetro :[14-14];Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	38,277273	46,315500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: SBN- 1410C CIP: 10015590722 8	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo dispone de un introductor de diámetro superior provocando una mayor lesión en la piel. Es poco ergonómico a la hora de la carga por la dureza de los botones pudiendo ocasionar mayor lesión en el sitio de la obtención de la muestra. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	9/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	6	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro {14-14};Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	38,277273	46,315500	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:PM14-15 CIP:10015593 9443	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dificultad y resistencia a la hora de la carga y de la obtención de la muestra ya que requiere usar las dos manos, pudiendo ocasionar lesiones en la zona al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimas.	0
	6	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro {14-14};Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	38,277273	46,315500	IMEOS, S.L.		REF: PSS- 1410-S CIP: 10014640574 4	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es cómoda y manejable para la carga pero a la hora de la obtención de la muestra rebotan los tejidos densos y no permite varios agarres. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados.	20
	6	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro {14-14};Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	38,277273	46,315500	LELEMAN SL		REF: ACE- 140752 CIP: 10000491474 2	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es cómoda y manejable para la carga pero a la hora de la obtención de la muestra rebotan los tejidos densos y no permite varios agarres. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados.	20
	6	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro {14-14};Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	38,277273	46,315500	LELEMAN SL		REF: ACE- 141152 CIP: 10000127023 0	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es cómoda y manejable para la carga pero a la hora de la obtención de la muestra rebotan los tejidos densos y no permit varios agarres. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son adecuados.	20
	6	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F56996	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro {14-14};Longitud de corte:[22-22];			240	21 %	38,277273	46,315500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML- ABG2020140 100 CIP: 10011359249 7	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas y no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta dificultad y resistencia a la hora de la carga y de la obtención de la muestra ya que requiere usar las dos manos, pudiendo ocasionar lesiones en la zona al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimas.	0
	7	SU.PC.SANI.01.0 3.11.100000		CATETER CENTRAL SIN GUIA / pediátrico	Longitud:[0-30];Período de permanencia:< 1 mes;Diámetro interno 1º luz:[27-27];Diámetro interno 2º luz:[0-0];28 G		640	21 %	22,680000	27,442800	VYGON SAU		REF: 126120 CIP: 10000005516 6	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20
	8	SU.PC.SANI.01.0 3.11.100013		CATETER CENTRAL EPICUTANEO SIN GUIA / LARGA DURACION	Longitud mayor a 30 e inferior a 60;Período de permanencia:3 a 6 meses;Diámetro interno 1º luz:[23-23];Diámetro interno 2º luz:[0-0]; 24G		1.050	21 %	28,455000	34,430550	VYGON SAU		REF: 218400 CIP: 10000005324 7	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20
	9	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100002	F28750	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO.no;			19.300	21 %	0,630000	0,762300	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: HB-1,00 CIP: 10015590681 4	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20
	9	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100002	F28750	LANCETA DE CORTE AUTOMATICA C/ SIST. PROTECCION / NEONATOS-Medida de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO.no;			19.300	21 %	0,630000	0,762300	LAMBRA, S.L.		REF: 333313 CIP: 10015541666 3	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20

20

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	10/33
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	9	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100002	F28750	LANCETA DE CORTE AUTOMÁTICA C/ SIST. PROTECCIÓN / NEONATOS- Medida de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE FUNCION ASOCIADO.no;			19.300	21 %	0,630000	0,762300	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: BN1815 CIP: 100090081018	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20
	9	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100002	F28750	LANCETA DE CORTE AUTOMÁTICA C/ SIST. PROTECCIÓN / NEONATOS- Medida de corte:[2.50-2.50];BOLIGRAFO DE FUNCION ASOCIADO.no;			19.300	21 %	0,630000	0,762300	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3962 CIP:100147597279	Oferta buena cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, rendimiento y eficacia.	20
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	734756	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MS14100-02 CIP: 100132598870	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MQ1410 CIP:100112386910	Oferta buena la aguja ofertada cumple las prescripciones técnicas exigidas en cuanto a la toma de muestras de forma automática o semiautomática según las características de la lesión y la elección del operador. En cuanto a facilidad de utilización el agarre y el mecanismo de disparo están colocados en una disposición que resulta fácil de usar independientemente del agarre y de la vía de abordaje. El bisel afilado permite atravesar la mama independientemente de la dureza del tejido. El mecanismo de disparo es eficaz. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. No aparece efecto rebote. Y su rendimiento y eficacia son óptimos obteniendo muestras de gran calidad y de gran tamaño, por lo que cumplen con el objetivo perseguido.	20
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1411 CIP: 100134313602	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1415 CIP: 100134303601	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1420 CIP: 100134313905	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	11/33
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A146 CIP: 10013443341 2	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A149 CIP: 10013443361 4	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1611 CIP: 10013445412 1	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1615 CIP: 10013445442 4	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1620 CIP: 10013445472 7	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A166 CIP: 10013445482 8	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	12/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A169 CIP:100134455232	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1815 CIP: 100134455636	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1820 CIP: 100134455737	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A1825 CIP: 100134456040	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A2015 CIP: 100134464425	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO / AUTOMÁTICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: A2020 CIP: 100134456545	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	13/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: BA1211 CIP:100134756373	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: BA129 CIP: 100134756979	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: BA1411 CIP: 100134757484	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: BA149 CIP: 100134757787	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1411 CIP: 100143716580	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1415 CIP: 100143786082	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	14/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1420 CIP: 10014379587 1	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT146 CIP: 10014378638 5	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1611 CIP: 10014378648 6	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1615 CIP: 10014378658 7	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1620 CIP: 10014378668 8	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT166 CIP: 10014378688 0	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO			
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		<b>Página</b>	15/33



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1815 CIP: 10014378709 2	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT1820 CIP: 10014378719 3	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT2015 CIP: 10014379618 4	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU		REF: TT2020 CIP: 10014378759 7	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:PX14-15 CIP:10015593 9645	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre.	
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	IMEOS, S.L.		REF: EBIPHC14100 T	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	16/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACION DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	10	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021		AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO	Aguja para biopsia con sistema de corte con función semiautomática y automática. Longitud de 90 a 110 mm. Diámetro 14G. Longitud de corte entre 19 y 22 mm.		3.000	21 %	30,979339	37,485000	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG-2020140100 CIP: 100155898924	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras son de menor calidad lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía más segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0
	11	SU.PC.SANI.01.0 3.04.300004	F73010	AGUJA AGUJA / CÁNULA INTRODUCCIÓN MARCADOR RECOLOCABLE-Diámetro de la aguja/cánula:[20-21];Longitud de la aguja/cánula:[90-120];Forma del marcador:Estérilico;			640	21 %	33,571364	40,621350	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:GS20-15 CIP:100155939847	La oferta no cumple el producto ofertado es una aguja de biopsia y el producto solicitado es un arpón para marcaje de lesiones antes de la cirugía.	
	11	SU.PC.SANI.01.0 3.04.300004	F73010	AGUJA AGUJA / CÁNULA INTRODUCCIÓN MARCADOR RECOLOCABLE-Diámetro de la aguja/cánula:[20-21];Longitud de la aguja/cánula:[90-120];Forma del marcador:Estérilico;			640	21 %	33,571364	40,621350	LELEMAN SL		REF: 271464 CIP: 100096491651	La oferta es buena cumple las características técnicas requeridas, En cuanto a facilidad de utilización permite marcar con seguridad las lesiones y su recolocación para correcciones. En cuanto a seguridad de uso y resultados el bisel afilado permite atravesar de forma segura los tejidos y las lesiones. Es seguro para los cirujanos y pacientes. Y rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo perseguido.	20
	12	SU.PC.SANI.01.0 3.04.300005	F57576	EQ. INTRODUCCIÓN MARCADOR SEMIAUTOMATICO-Diámetro de la aguja/cánula:[9-10];Longitud de la aguja/cánula:[120-150];Forma del marcador:Recto;	Compatible con la aguja EVIVA 0913-20		1.000	21 %	95,655000	115,742550	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:SMEV9C CIP:100081702283	La oferta es buena, cumple las prescripciones técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización el material ofertado permite la visualización con mamografía de la lesión, el componente reabsorbible disminuye la posibilidad de migración tras su colocación. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgo asociado ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo perseguido.	20
	12	SU.PC.SANI.01.0 3.04.300005	F57576	EQ. INTRODUCCIÓN MARCADOR SEMIAUTOMATICO-Diámetro de la aguja/cánula:[9-10];Longitud de la aguja/cánula:[120-150];Forma del marcador:Recto;	Compatible con la aguja EVIVA 0913-20		1.000	21 %	95,655000	115,742550	EMSOR, S.L.		REF: SMARK-EVIVA-13 CIP: 100088230314	La oferta es buena, cumple las prescripciones técnicas en cuanto a facilidad de utilización el material ofertado permite la visualización con mamografía de la lesión, el componente reabsorbible disminuye la posibilidad de migración tras su colocación. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgo asociado ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo perseguido.	20
	13	SU.PC.SANI.01.0 3.04.300005		EQ. INTRODUCCIÓN MARCADOR SEMIAUTOMATICO	Diámetro de la aguja [14-15) y longitud de la aguja: [120-150)		600	21 %	105,000000	127,050000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:UCTW17 CIP:100112522499	Oferta es apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el marcador no es visible en mamografía, por lo que la visualización en ecografía es muy limitada, lo que dificulta la posibilidad de intervencionismo por ecografía guiados por este marcador. No presenta riesgo asociados ni para pacientes ni profesionales. Y su rendimiento y eficacia son adecuados.	0
	13	SU.PC.SANI.01.0 3.04.300005		EQ. INTRODUCCIÓN MARCADOR SEMIAUTOMATICO	Diámetro de la aguja [14-15) y longitud de la aguja: [120-150)		600	21 %	105,000000	127,050000	LELEMAN SL		REF:4010-02-15-T3 CIP:100069729536	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el marcador tiene un componente de gel que es fácil de visualizar en ecografía y en resonancia. El componente de titanio es fácil de visualizar en mamografía y la capacidad de este material de ser visible en varias técnicas facilita la identificación en las mismas, la colocación de arpones, etc. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos, consiguiendo la finalidad perseguida.	20

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	17/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	14	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	24,150000	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1816 CIP:10000069905	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20
	14	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	24,150000	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG2020180 200 CIP: 100120534024	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras son de mucha menor calidad que las de otros productos ofertados, lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0
	14	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	24,150000	29,221500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: ABN-1816C CIP: 100155896308	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso es ergonómico y dispone de un mango ligero. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales y además dispone de un coaxial incorporado lo que no requiere de su compra independiente a diferencia de otras ofertas. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el objetivo perseguido.	40
	14	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	24,150000	29,221500	IMEOS, S.L.	BASE	REF: TYQ1820	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	14	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	24,150000	29,221500	IMEOS, S.L.	VAR	REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	14	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	24,150000	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.		REF: ABN-1816 CIP: 100155295732	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	18/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	14	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46617	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut. Tamaño de muestra igual o mayor a 20 mm.		420	21 %	24,150000	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU18160-00 CIP: 100144231189	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	15	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	38,27273	46,315500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MQ1810 CIP:100112403992	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango muy ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas consiguiendo una muestra de calidad y cantidad.	20
	15	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	38,27273	46,315500	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		REF:GS18-15 CIP:100155930059	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre	
	15	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	38,27273	46,315500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: SBN-1810C CIP:100155906410	Oferta no cumple las características técnicas solicitadas, no permite la toma de biopsia de forma automática. Solo permite la toma semiautomática. Esta limitación obliga a avanzar la aguja de forma manual en la lesión, lo que con mucha frecuencia no es posible, aumenta el riesgo de desplazamiento de la misma y aumenta el riesgo de procedimiento fallido. La aguja tiene una forma de sujetarse para la obtención de muestras que impide el abordaje desde múltiples accesos, con distintas posturas de agarre	
	15	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	38,27273	46,315500	IMEOS, S.L.		REF: MBN-1810-C CIP: 100146485944	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es menos ergonómica que la oferta presentada por Becton porque dispone de un mango muy pesado lo que puede dificultar la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas.	20
	15	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	38,27273	46,315500	LELEMAN SL		REF: ACE-180751 CIP: 100004916267	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es menos ergonómica que la oferta presentada por Becton presenta un mango muy pesado lo que puede dificultar la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas.	20
	15	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300021	F60355	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO SEMIAUTOMATICO / AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];Longitud de corte:[11-11];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		240	21 %	38,27273	46,315500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG-2030180100 CIP: 100155899136	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras pueden ser de menor calidad , lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	19/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	16	SU.PC.SANI.01.0 3.02.510000		EQUIPO BIOPSIA TRANSYUGULAR DE HIGADO / RENAL	Aguja de corte biselada tipo Quick Core de 2 cm. Cánula de refuerzo incorporada de 14G Diámetro de la aguja de biopsia;[19-19];Longitud de la aguja de biopsia;[0-80];		30	21 %	627,826500	759,670065				DESIERTO	
	17	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	24,150000	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1616 CIP:10000007 0118	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20
	17	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	24,150000	29,221500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: ABN-1616C CIP: 10015589640 9	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso es ergonómico y dispone de un mango ligero. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales y además dispone de un coaxial incorporado lo que no requiere de su compra independiente. Rendimiento y eficacia son adecuados consiguiendo el objetivo perseguido.	40
	17	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	24,150000	29,221500	IMEOS, S.L.	BASE	REF: TYQ1820	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	17	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	24,150000	29,221500	IMEOS, S.L.	VAR	REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	17	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	24,150000	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF:ML-ABG-2020-16-0200 CIP: 10011551360 3	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras pueden ser de menor calidad, lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumenta la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0
	17	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	24,150000	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.		REF: ABN-1616 CIP: 10015528593 3	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20
	17	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	D46613	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[160-200];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		300	21 %	24,150000	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU16160-00 CIP: 10014423097 7	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje. Seguridad de uso y resultados es óptima. Y rendimiento y eficacia son óptimas.	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	20/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	18	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	24,150000	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1610 CIP:10000007 0219	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20
	18	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	24,150000	29,221500	IMEOS, S.L.	BASE	REF: TYQ1820	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	18	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	24,150000	29,221500	IMEOS, S.L.	VAR	REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	18	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	24,150000	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG- 2040-16-0100 CIP: 10015589923 7	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras son de mucha menor calidad que las de otros productos ofertados, lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0
	18	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	24,150000	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.	BASE	REF: ABN- 1610 CIP: 10015529614 6	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20
	18	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	24,150000	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.	VAR	REF: ABN- 1608 CIP: 10015529604 5	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20
	18	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B39580	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [16-16];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		230	21 %	24,150000	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU16100-00 CIP: 10014423067 4	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0
	19	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	24,150000	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1810 CIP:10000006 9602	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto a facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	21/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	19	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	24,150000	29,221500	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: ABN-1810C CIP: 100155896500	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas. En cuanto a facilidad de utilización no presenta dificultades para su uso es ergonómico y dispone de un mango ligero. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales y además dispone de un coaxial incorporado lo que no requiere de su compra independiente. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el objetivo perseguido.	40
	19	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	24,150000	29,221500	IMEOS, S.L.	BASE	REF: TYQ1820	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	19	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	24,150000	29,221500	IMEOS, S.L.	VAR	REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	19	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	24,150000	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG-2020-18-0100 CIP: 100089700463	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de disparo no es eficaz, con muestras con frecuencia insuficientes. Las muestras pueden ser de menor calidad, lo que puede originar estudios no diagnósticos. El agarre y el mecanismo de disparo no son ergonómicos, impidiendo en muchas ocasiones el disparo, obligando a elegir agarres y puntos de acceso que pueden no corresponder a la vía mas segura. En cuanto a seguridad de uso y resultados prolongan el procedimiento por lo que disminuye la seguridad para el paciente y aumentan la posibilidad de estudios no diagnósticos. En cuanto a rendimiento puede ocasionar la utilización de mas unidades. Eficacia es óptima.	0
	19	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	24,150000	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.	BASE	REF: ABN-1810 CIP: 100155286145	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20
	19	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	24,150000	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.	VAR	REF: ABN-1808 CIP: 100155286044	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas. En cuanto en facilidad de utilización es muy ergonómica presenta un mango ligero lo que facilita la obtención de la muestra con control del TAC. No presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes, pero no trae coaxial incorporado respecto a la oferta de IBERIAN que si lo trae, por lo que habrá que comprarlo de forma independiente. Rendimiento y eficacia son óptimas, cumple con la finalidad perseguida.	20
	19	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	B44904	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:[40-120];Diámetro [18-18];	Sistema de "doble disparador". 2 cm de avance de la aguja. Aguja de corte biselada tipo Tru-cut		280	21 %	24,150000	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU18100-00 CIP: 100144246332	Oferta apta, la oferta cumple las características técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, el mecanismo de carga tiene unas alas que puede dificultar el procedimiento de la biopsia, porque choca con la superficie del paciente según la angulación de abordaje, haciendo menos ergonómico. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimas	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	22/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	20	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:{250-300};Diámetro {18-18};	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	24,150000	29,221500	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MC1825 CIP:10000666 8153	Oferta buena, la oferta cumple las prescripciones técnicas solicitadas, aportando ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola es cómoda y muy ergonómica se puede utilizar con una sola mano, pero el peso del dispositivo en la mano dificulta la obtención de la muestra, por lo que pierde certeza y precisión en el corte con el disparo. Obteniendo muestras a veces insuficientes para su análisis. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados para pacientes ni profesionales. Su rendimiento y eficacia es óptimo consiguiendo la finalidad perseguida.	20
	20	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:{250-300};Diámetro {18-18};	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	24,150000	29,221500	IMEOS, S.L.		REF: TYQ1825	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	20	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:{250-300};Diámetro {18-18};	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	24,150000	29,221500	LELEMAN SL		REF: PRM-182502 CIP: 10012714549 6	Oferta buena, cumple las prescripciones técnicas aportando ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo es ergonómico en la mano, pero a la hora de la obtención de la muestra es incómoda pues la dureza de los botones y el peso de la misma dificulta la obtención y precisión a la hora del disparo y de obtención de la muestra. En seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Su rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo la finalidad perseguida.	20
	20	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:{250-300};Diámetro {18-18};	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	24,150000	29,221500	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG2040180 250 CIP: 10011552380 6	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, considerando que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo no es nada intuitivo en su utilización, los botones de carga y disparo están muy duros y hay que realizar fuerza para la obtención de muestra por lo que puede distorsionar el punto de obtención de muestras ya que no da precisión en el disparo y puede ocasionar dolor al paciente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para paciente ni profesionales. En cuanto al rendimiento puede que sea necesario la utilización de mas de una unidad para la finalidad perseguida. La eficacia es adecuada.	0
	20	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:{250-300};Diámetro {18-18};	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	24,150000	29,221500	MERMAID MEDICAL IBERIA, S.L.		REF: ABN-1825 CIP: 10015529634 8	Oferta muy buena, cumple las características técnicas solicitadas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización presenta un diseño muy ergonómico facilitando su manejo, que lo hace muy cómodo ya que permite un mayor control y minimiza el movimiento de la aguja durante el guiado por imagen. Su carga es en dos tiempos y con poco esfuerzo y permitiendo manejarlo con una sola mano. En cuanto a seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni para profesionales. Su rendimiento es adecuado consiguiendo muestra suficiente con una sola unidad, y su eficacia es adecuada asegurando la consecución de una muestra de alta calidad sin comprometer en la potencia del disparo con una alta precisión.	40
	20	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300017	F21729	AGUJA BIOPSIA CON DISPOSITIVO AUTOMATICO-Longitud:{250-300};Diámetro {18-18};	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		1.400	21 %	24,150000	29,221500	IZASA HOSPITAL, S.L.U.		REF: MU18250-00 CIP:10014423 1381	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, considerando que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el dispositivo no es nada intuitivo en su utilización, presenta dificultad en la carga y en disparo, en el momento de obtener la muestra no se consigue realizar ninguna captura de tejido, por lo que hay que realizar varios intentos para su obtención, además la muestra obtenida no es idónea al ser escasa y de poca calidad. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para paciente ni profesionales. En cuanto al rendimiento puede que sea necesario la utilización de mas de una unidad para la finalidad perseguida. La eficacia es adecuada.	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO			
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		<b>Página</b>	23/33



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	21	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300018	B55521	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro [16-16];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		100	21 %	20,475000	24,774750	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MN1820 CIP:10000006 7884	Oferta buena, cumple las prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola es cómoda de usar con una mano pero el peso del dispositivo dificulta la obtención de la muestra, a pesar del diseño ergonómico. La situación del botón de disparo en la parte de arriba de la pistola facilita realizarlo con una sola mano y darle precisión en el corte obteniendo muestra suficiente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el fin perseguido.	20
	21	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300018	B55521	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro [16-16];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		100	21 %	20,475000	24,774750	GRIFOLS MOVACO, S.A.		REF: 287510 CIP: 10013537330 6	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola no es muy cómoda de utilizar con una sola mano, pues el peso del dispositivo dificulta la obtención de la muestra, además la situación del botón de disparo en la parte trasera de la pistola dificulta la certeza y precisión del corte pudiendo obtener muestras insuficientes para su análisis. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	21	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300018	B55521	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro [16-16];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		100	21 %	20,475000	24,774750	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML- ABG2020160 200 CIP: 10015591570 4	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola no es cómoda y requiere ser utilizada con dos manos, lo que la hace menos ergonómica y dificulta la certeza y precisión del corte y la obtención de la muestra pudiendo ser insuficiente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	22	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300018	B40096	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro [18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		460	21 %	20,475000	24,774750	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:MN1820 CIP:10000006 8197	Oferta buena, cumple las prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola es cómoda de usar con una mano pero el peso del dispositivo dificulta la obtención de la muestra, a pesar del diseño ergonómico. La situación del botón de disparo en la parte de arriba de la pistola facilita realizarlo con una sola mano y darle precisión en el corte obteniendo muestra suficiente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos consiguiendo el fin perseguido.	20
	22	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300018	B40096	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro [18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		460	21 %	20,475000	24,774750	GRIFOLS MOVACO, S.A.		REF: 287505 CIP: 10013537299 2	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola no es muy cómoda de utilizar con una sola mano, pues el peso del dispositivo dificulta la obtención de la muestra, además la situación del botón de disparo en la parte trasera de la pistola dificulta la certeza y precisión del corte pudiendo obtener muestras insuficientes para su análisis. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	22	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300018	B40096	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro [18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		460	21 %	20,475000	24,774750	IMEOS, S.L.		REF: 1504182031	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	22	SU.PC.SANI.01.0 3.02.300018	B40096	AGUJA BIOPSIA PARA PISTOLA AUTOMATICA-Longitud:[200-250];Diámetro [18-18];	Desechable: de un solo uso. No con mango reutilizable		460	21 %	20,475000	24,774750	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-ABG- 2040-180200 CIP: 10015591580 5	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas pero no presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la pistola no es cómoda y requiere ser utilizada con dos manos, lo que la hace menos ergonómica y dificulta la certeza y precisión del corte y la obtención de la muestra pudiendo ser insuficiente. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados ni para profesionales ni pacientes. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	23	SU.PC.SANI.01.0 3.16.105000	B38102	CATETER ARTERIA PULMONAR + PRESION AD + GASTO CARDIACO-LONGITUD:[100-150];DIAMETRO:[7-7];			400	21 %	22,680000	27,442800	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.		REF: 131F7P CIP: 10010003162 0	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20

<b>Código:</b>	6hwms864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	24/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	24	SU.PC.SANI.01.0 3.19.100005	D46890	EQ. CATETER BALON DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO :[7.5-7.5];CAPACIDAD DEL BALON:[40-45];	Capacidad el balon 40. Compatible con equipo datascop y arrow		40	21 %	661,500000	800,415000				DESIERTO	
	25	SU.PC.SANI.01.0 3.20.201000		EQ. CATETER PERICARDIOCENTESIS / adultos	Sistema de fácil penetración en el pericardio		120	21 %	168,000000	203,280000				DESIERTO	
	26	SU.PC.SANI.01.0 3.21.100001	B47420	CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[4-4];			50	21 %	170,994444	206,903277	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:006172P CIP:10000128 1241	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20
	26	SU.PC.SANI.01.0 3.21.100001	B47420	CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[4-4];			50	21 %	170,994444	206,903277	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: ESB1 CIP: 10008695250 6	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20
	27	SU.PC.SANI.01.0 3.21.100001	B42065	CATETER ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL/con balón-LONGITUD:[100-125];Diámetro:[5-5];			400	21 %	72,922500	88,236225	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: ESB2 CIP: 10008695088 9	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20
	28	SU.PC.SANI.01.0 3.21.200000		CATETER DE ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL REFORZADO	LONGITUD:[100-125];Diámetro:[5-5];		40	21 %	210,000000	254,100000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:007150P CIP:10000373 1490	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20
	29	SU.PC.SANI.01.0 3.21.200000		CATETER DE ESTIMULACION BIPOLAR TEMPORAL REFORZADO	LONGITUD:[100-125];Diámetro:[6-6];		100	21 %	210,000000	254,100000	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:007152P CIP:10000373 1692	Oferta buen, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados, y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20
	30	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100000		AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,130000	13,467300	AMEVISA, S.A		REF:BI1625/9 0 CIP:10000719 4965	Oferta muy buena, cumple las característica técnicas requeridas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización la extracción de la guía es muy fácil pues no presenta a penas resistencia por lo que favorece la agilidad del procedimiento y evita dolor al paciente. En seguridad y resultados no presenta riesgo asociados a pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	40
	30	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100000		AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,130000	13,467300	IMEOS, S.L.	BASE	REF: MALB1630-2	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	30	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100000		AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,130000	13,467300	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: ST 16-47 CIP: 10013651524 0	Oferta buena, cumple las característica técnicas requeridas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la extracción de la guía es mas dura que la oferta de Amevisa presenta algo de resistencia por lo que puede dificultar la agilidad del procedimiento y producir mas dolor al paciente. En seguridad y resultados no presenta riesgo asociados a pacientes y profesionales. Rendimiento y eficacia son óptimos.	20
	30	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100000		AGUJA ASPIRACION MEDULA OSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,130000	13,467300	IMEOS, S.L.	VAR	REF: BNST16-40	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	25/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	30	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100000		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA LONGITUD VARIABLE	Diámetro de la aguja 16. Longitud de entre 8 y 45 mm. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		200	21 %	11,130000	13,467300	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		REF: ML-BOY1080160 075 CIP: 10015592590 7	Oferta apta, cumple características técnicas en cuanto a facilidad de uso el mecanismo para su realización es mas laborioso porque tiene un sistema de cierre que incluye giro y esto puede ser lesivo para los pacientes y ralentizar el procedimiento. No dispone de riesgos asociados a pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	31	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a aguja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	8,400000	10,164000	AMEVISA, S.A		REF:BI1525/9 0 CIP:10000660 2298	Oferta buena, cumple las característica técnicas requeridas y presenta ventajas destacables.En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente es mas suave que las otras ofertas, lo que hace la técnica sea mas ágil y menos dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos.	20
	31	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a aguja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	8,400000	10,164000	IMEOS, S.L.		REF: TPSR1845-2	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	31	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a aguja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	8,400000	10,164000	KLUTER MEDICAL S.L.		REF: ST 15-47 CIP: 10014674628 3	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	31	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a aguja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	8,400000	10,164000	LELEMAN SL		REF: RN1525 CIP: 10000614668 6	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	31	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a aguja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	8,400000	10,164000	LELEMAN SL		ref.: RN1540 CIP: 10000614719 1	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	31	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a aguja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	8,400000	10,164000	LELEMAN SL		ref.: RN1555 CIP: 10000614709 0	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	31	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 15. Longitud de a aguja 23, 43 y 60 mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la guía		1.300	21 %	8,400000	10,164000	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML-BOW1070150 068 CIP: 10014000641 5	Oferta apta, cumple características técnicas en cuanto a facilidad de uso el mecanismo para su realización es mas laborioso porque tiene un sistema de cierre que incluye giro y esto puede ser lesivo para los pacientes y ralentiza el procedimiento. No dispone de riesgos asociados a pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO			
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		<b>Página</b>	26/33



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	32	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la aguja.		200	21 %	9,345000	11,307450	AMEVISA, S.A		REF:BI1825/90 CIP:100155907723	Oferta buena, cumple las características técnicas requeridas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente es mas suave que las otras ofertas, lo que hace la técnica sea mas ágil y menos dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	20
	32	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la aguja.		200	21 %	9,345000	11,307450	IMEOS, S.L.		ref.: MALB1225-2	No se valora no dispone de CIP. cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	32	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la aguja.		200	21 %	9,345000	11,307450	KLUTER MEDICAL S.L.		ref.: ST18-30 CIP: 100134813056	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	32	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la aguja.		200	21 %	9,345000	11,307450	LELEMAN SL		ref.: RN1825 CIP: 100006144969	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	32	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la aguja.		200	21 %	9,345000	11,307450	LELEMAN SL		ref.: RN1840 CIP: 100119704333	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	32	SU.PC.SANI.01.0 3.03.100002		AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA ÓSEA ESTERNAL O ILIACA	Diámetro de la aguja 18. Longitud de la aguja mayor o igual a 5mm y menor o igual a 30mm. 45. Debe disponer de guía y de seguro a la hora de introducir la aguja.		200	21 %	9,345000	11,307450	LELEMAN SL		ref.: RN1855 CIP: 100006145171	Oferta apta, cumple las características técnicas solicitadas, no aporta ventajas. En cuanto a facilidad de utilización el sistema giratorio de introducción y retracción de la aguja en el paciente ofrece resistencia, lo que hace que se ralentice la técnica y sea mas dolorosa para el paciente. Seguridad de uso y resultados no dispone de riesgos asociados. Rendimiento y eficacia son óptimos.	0
	33	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];			100	21 %	17,325000	20,963250	AMEVISA, S.A		REF:HM1110-00 CIP:100116094369	Oferta muy buena, cumple características técnicas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, ligera lo que ayuda a tener mayor precisión en la biopsia y no presenta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que es mas precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	40

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	27/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin IVA	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	33	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];			100	21 %	17,325000	20,963250	AMEVISA, S.A		REF:OBLT11 10 CIP:10008036 5379	Oferta muy buena, cumple características técnicas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, ligera lo que ayuda a tener mayor precisión en la biopsia y no presenta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que es mas precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	40
	33	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];			100	21 %	17,325000	20,963250	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		ref.: CS11-10 CIP: 10015594015 1	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	33	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];			100	21 %	17,325000	20,963250	IMEOS, S.L.		ref.: BNB011- 10	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	33	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];			100	21 %	17,325000	20,963250	LELEMAN SL		ref.: ULSEC1110C CIP: 10012030531 4	Oferta buena, cumple características técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, menos ligera que las ofertas de AMEVISA lo que puede disminuir la precisión en la biopsia y presenta cierta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	20
	33	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F20879	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];			100	21 %	17,325000	20,963250	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML-BOW- 1060110100 CIP: 10015592621 0	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	34	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	21,000000	25,410000	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		ref.: CS11-15 CIP: 10015594035 3	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	34	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	21,000000	25,410000	IMEOS, S.L.	BASE	ref.: TBM40100-2	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	34	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	21,000000	25,410000	IMEOS, S.L.	VAR	ref.: BW1110	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	34	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	21,000000	25,410000	IMEOS, S.L.	VAR	ref.: PS1110	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	34	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	21,000000	25,410000	LELEMAN SL		ref.: FU1115 CIP: 10000490919 5	Oferta buena, cumple características técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, menos ligera que las ofertas de AMEVISA lo que puede disminuir la precisión en la biopsia y presenta cierta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	20
	34	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22967	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[150-225];			30	21 %	21,000000	25,410000	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML- BOW1060110 150 CIP: 10012258876 8	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO			
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>		<b>Página</b>	28/33



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	35	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	E56800	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[13-13];Longitud de la aguja:[70-100];			50	21 %	17,325000	20,963250	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		ref.: CS13-15 CIP: 10015593015 0	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	36	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	17,325000	20,963250	AMEVISA, S.A		REF:HM0815- 00 CIP:10008036 5177	Oferta muy buena, cumple características técnicas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, ligera lo que ayuda a tener mayor precisión en la biopsia y no presenta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que es mas precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	40
	36	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	17,325000	20,963250	AMEVISA, S.A		ref.:OBLT0815 CIP:10012713 2960	Oferta muy buena, cumple características técnicas y presenta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, ligera lo que ayuda a tener mayor precisión en la biopsia y no presenta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que es mas precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	40
	36	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	17,325000	20,963250	DISTRIBUCIONES LEVANTINAS SANITARIAS,S.L.		ref.: CS08-15 CIP: 10015594045 4	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	36	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	17,325000	20,963250	IMEOS, S.L.		ref.: BNB7008- 10	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	36	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	17,325000	20,963250	LELEMAN SL		ref.: ULSEC0815C CIP: 10012030561 7	Oferta buena, cumple características técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, menos ligera que las ofertas de AMEVISA lo que puede disminuir la precisión en la biopsia y presenta cierta resistencia en cuanto al manejo de las guías por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados a pacientes ni profesionales. Y en rendimiento y eficacia son óptimos.	20
	36	SU.PC.SANI.01.0 3.03.200000	F22478	EQUIPO DE BIOPSIA ÓSEA- Diámetro de la aguja de biopsia:[8-8];Longitud de la aguja:[150-225];			370	21 %	17,325000	20,963250	MEDICINA ANALÍTICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML- BOW1060080 150 CIP: 10012053513 5	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas, pero no presenta ventajas. En cuanto a facilidad de uso y resultados es mas pesada por lo que dificulta su manejo, presenta mas resistencia en la realización de la técnica por lo que puede ser menos precisa. No presenta riesgos asociados ni para pacientes y profesionales. Y el rendimiento y eficacia es adecuado.	0
	37	SU.PC.SANI.01.0 3.99.900000	E92373	CABLE ECG PARA CONTROL DE POSICIÓN DE CATETER VENOSO CENTRAL-GC			940	21 %	10,500000	12,705000	VYGON SAU		ref.: 9164002 CIP: 10000656995 1	Oferta muy buena, cumple características técnicas solicitadas, y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización es versátil y compatible con cualquier dispositivo, su funcionamiento es a través de columna de salino lo que hace mas preciso el procedimiento y no es necesario la utilización de otro tipos de guías. No presenta riesgos asociados para profesionales ni pacientes. Y rendimiento y eficacia son óptimos.	40
	38	SU.PC.SANI.01.0 3.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraido y de seguro para la hora de introducir el insert.		160	21 %	25,515000	30,873150	AMEVISA, S.A		REF:BL1110 CIP:10000009 7584	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta en el extremo distal foros por lo que la extracción de medula puede ser de menor calidad y cantidad. No dispone de doble bolsa que garantiza la esterilidad en quirófano. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados.	0
	38	SU.PC.SANI.01.0 3.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA ÓSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraido y de seguro para la hora de introducir el insert.		160	21 %	25,515000	30,873150	IMEOS, S.L.	BASE	ref.: TBM40100-2	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	29/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación sin Iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	38	SU.PC.SANI.01.0 3.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rasor.		160	21 %	25,515000	30,873150	IMEOS, S.L.	VAR	ref.: BW1110	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	38	SU.PC.SANI.01.0 3.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rasor.		160	21 %	25,515000	30,873150	IMEOS, S.L.	VAR	ref.: PS1110	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	38	SU.PC.SANI.01.0 3.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rasor.		160	21 %	25,515000	30,873150	LELEMAN SL		ref.: OBE1111TC CIP: 10015552596 7	Oferta buena, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es fácil de usar, presenta en el extremo distal foros que permiten extracción de medula ósea en la técnica de Harvest. Es ergonómico dispone de doble bolsa que garantiza la esterilidad en quirófano. El sistema de aspirado es fácil y cómodo. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son óptimos.	20
	38	SU.PC.SANI.01.0 3.03.000005	F20978	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA-Diámetro de la aguja de biopsia:[11-11];Longitud de la aguja:[100-120];	Debe disponer de guía para medir la longitud de la muestra, de sierra para cortar el cilindro extraído y de seguro para la hora de introducir el rasor.		160	21 %	25,515000	30,873150	MEDICINA ANALITICA CONSUMIBLES MAC, S.A.		ref.: ML- BOW1060110 100 CIP: 10013999578 6	Oferta apta, cumple características técnicas solicitadas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización no presenta en el extremo distal foros por lo que la extracción de medula puede ser de menor calidad y cantidad. No dispone de doble bolsa que garantiza la esterilidad en quirófano. No presenta riesgos asociados ni para pacientes ni profesionales. Y rendimiento y eficacia son adecuados.	0
	39	SU.PC.SANI.01.0 3.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,055965	0,067718	B. BRAUN MEDICAL, S.A.		REF:4550400-01 CIP:100102944643	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado.	20
	39	SU.PC.SANI.01.0 3.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,055965	0,067718	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:303129 CIP:100029329758	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado.	20
	39	SU.PC.SANI.01.0 3.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,055965	0,067718	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: BN38G8 CIP: 10015412693 6	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas solicitadas, considerando que no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización el color malva del racor de la aguja puede ocasionar confusión dado que los profesionales tienen asociado este tipo de aguja con el color rojo. Seguridad de uso y resultados puede ocasionar errores debido al color malva que puede llevar a su utilización para un uso no destinado. Rendimiento debido al color es posible el uso de mas de una unidad. En eficacia el material puede conseguir los efectos buscados.	0
	39	SU.PC.SANI.01.0 3.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,055965	0,067718	GARRIC MEDICA, S.L.		REF: 110022 CIP: 10010721245 3	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado.	20
	39	SU.PC.SANI.01.0 3.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,055965	0,067718	IMEOS, S.L.		REF: PR1840	No se valora no dispone de CIP, cuando este es obligatorio según cláusula 1.2.3 del PCAP y 19.5 del Cuadro resumen	
	39	SU.PC.SANI.01.0 3.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,055965	0,067718	LAMBRA, S.L.		REF:CH18112 BF CIP: 10012736389 2	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado.	20

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	30/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
39		SU.PC.SANI.01.0 3.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,055965	0,067718	PALEX MEDICAL, S.A.		REF: 495945 CIP: 10012973303 3	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado.	20
39		SU.PC.SANI.01.0 3.00.100000	D91470	AGUJA HIPODÉRMICA DE PUNTA ROMA-Longitud:(25-50);Diámetro:[1.2-1.2];	Se valorará longitud mayor o igual a 40		4.600.000	21 %	0,055965	0,067718	SMITHS MEDICAL ESPAÑA		REF: 1052N CIP:10012014 3974	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia, siendo de color rojo. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado.	20
40		SU.PC.SANI.01.0 3.01.100007	D48742	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		14.000	21 %	1,953000	2,363130	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:402050 CIP:10000008 4654	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja no dispone de introductor por lo que dificulta la punción lumbar, pudiendo provocar que se doble. En cuanto a seguridad de uso y resultados al poderse malear la aguja por no tener introductor se puede partir ocasionando riesgos al paciente y dificultando la técnica. En rendimiento al no disponer de introductor puede ser necesario el uso de mas unidades. Y en eficacia todo lo comentado hace que la técnica pueda ser menos exitosa.	0
40		SU.PC.SANI.01.0 3.01.100007	D48742	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		14.000	21 %	1,953000	2,363130	MBA INCORPORADO, S.L.		REF: SW25092-21 CIP: 10011361290 4	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja se ajusta perfectamente al mismo, su punta biselada facilita el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es mas ergonómico por su forma que lo hace mas fácilmente agarrable. Además el tamaño del introductor va en función del tamaño de la aguja por eso se ajusta mejor.En seguridad de uso y resultados al disponer en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica hace que no falle en la medida. En cuanto a rendimiento se consigue la finalidad perseguida con una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	40
40		SU.PC.SANI.01.0 3.01.100007	D48742	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		14.000	21 %	1,953000	2,363130	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: TSPPK2590 CIP: 10015472710 8	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja no se ajusta tan bien al mismo como la oferta de MBA, su punta biselada no facilita tanto el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es menos ergonómico por su forma que lo hace menos cómodo en su agarre. Además solo dispone de un tamaño del introductor por eso se ajusta menos.En seguridad de uso y resultados no dispone en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica por lo que se puede fallar en la elección de la medida. En cuanto a rendimiento todo esto puede implicar la utilización de mas de una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	20
41		SU.PC.SANI.01.0 3.01.100007	D87623	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[27-27];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		1.400	21 %	2,415000	2,922150	BECTON DICKINSON, S.A.U.		REF:402051 CIP:10000006 9208	Oferta apta, cumple prescripciones técnicas solicitadas, pero no aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización la aguja no dispone de introductor por lo que dificulta la punción lumbar, pudiendo provocar que se doble. En cuanto a seguridad de uso y resultados al poderse malear la aguja por no tener introductor se puede partir ocasionando riesgos al paciente y dificultando la técnica. En rendimiento al no disponer de introductor puede ser necesario el uso de mas unidades. Y en eficacia todo lo comentado hace que la técnica pueda ser menos exitosa.	0
41		SU.PC.SANI.01.0 3.01.100007	D87623	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[27-27];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		1.400	21 %	2,415000	2,922150	MBA INCORPORADO, S.L.		REF: SW27092-21 CIP: 10011361311 6	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja se ajusta perfectamente al mismo, su punta tribiselada facilita el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es mas ergonómico por su forma que lo hace mas fácilmente agarrable. Además el tamaño del introductor va en función del tamaño de la aguja por eso se ajusta mejor.En seguridad de uso y resultados al disponer en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica hace que no falle en la medida. En cuanto a rendimiento se consigue la finalidad perseguida con una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	40

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO			
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/		<b>Página</b>	31/33



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	41	SU.PC.SANI.01.0 3.01.100007	D87623	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / corta-Longitud:[90-100];Diámetro :[27-27];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		1.400	21 %	2,415000	2,922150	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: TSPPK2790 CIP: 10015472730 0	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja no se ajusta tan bien al mismo como la oferta de MBA, su punta biselada no facilita tanto el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es menos ergonómico por su forma que lo hace menos cómodo en su agarre. Además solo dispone de un tamaño del introductor por eso se ajusta menos.En seguridad de uso y resultados no dispone en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica por lo que se puede fallar en la elección de la medida. En cuanto a rendimiento todo esto puede implicar la utilización de mas de una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	20
	42	SU.PC.SANI.01.0 3.01.100009	B43726	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga-Longitud:(100-130);Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		2.000	21 %	1,953000	2,363130	IBERIAN CARE 2016 S.L.		REF: TSPPK25120 CIP: 10015590712 7	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja no se ajusta tan bien al mismo como la oferta de MBA, su punta biselada no facilita tanto el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es menos ergonómico por su forma que lo hace menos cómodo en su agarre. Además solo dispone de un tamaño del introductor por eso se ajusta menos.En seguridad de uso y resultados no dispone en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica por lo que se puede fallar en la elección de la medida. En cuanto a rendimiento todo esto puede implicar la utilización de mas de una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	20
	42	SU.PC.SANI.01.0 3.01.100009	B43726	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ / larga-Longitud:(100-130);Diámetro :[25-25];	Con adecuada conexión Luer que impida la pérdida de líquido.		2.000	21 %	1,953000	2,363130	MBA INCORPORADO, S.L.		REF:SW2511 0-21 CIP: 10011362321 6	Oferta muy buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas y aporta ventajas muy destacables. En cuanto a facilidad de utilización dispone de introductor y la aguja se ajusta perfectamente al mismo, su punta tribiselada facilita el acceso al canal medular y el mango del cabezal de la aguja es mas ergonómico por su forma que lo hace mas fácilmente agarrable. Además el tamaño del introductor va en función del tamaño de la aguja por eso se ajusta mejor.En seguridad de uso y resultados al disponer en el mandril el diámetro de la aguja de forma numérica hace que no falle en la medida. En cuanto a rendimiento se consigue la finalidad perseguida con una unidad y en cuanto a su eficacia es adecuada para el uso al que va destinada.	40
	43	SU.PC.SANI.01.0 3.04.200005	B39912	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA- Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[0-15];			14	21 %	102,900000	124,509000				DESIERTO	
	44	SU.PC.SANI.01.0 3.04.200005	D98891	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA- Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[16-25];			80	21 %	102,900000	124,509000				DESIERTO	
	45	SU.PC.SANI.01.0 3.04.200005	E48250	AGUJA PARA TERAPIA INTRAOSEA PARA PISTOLA- Diámetro de la aguja:[15-15];Longitud de la aguja:[45-45];			80	21 %	102,900000	124,509000				DESIERTO	
	46	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100004	F26349	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL P/ DISP. AUTOMÁTICO- Diámetro:[30-30];			444.000	21 %	0,028875	0,034939	HARMONIUM HEALTHCARE, SL		REF: 84370202904 87 CIP: 10015581589 5	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20
	46	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100004	F26349	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL P/ DISP. AUTOMÁTICO- Diámetro:[30-30];			444.000	21 %	0,028875	0,034939	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.		REF: 42124 CIP: 10002193951 9	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20
	46	SU.PC.SANI.01.0 3.99.100004	F26349	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL P/ DISP. AUTOMÁTICO- Diámetro:[30-30];			444.000	21 %	0,028875	0,034939	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3762,00 CIP: 10011725296 2	Oferta buena, cumple prescripciones técnicas solicitadas, y aporta ventajas destacables en cuanto a facilidad de utilización, seguridad de uso y resultados y rendimiento y eficacia. Se ajusta adecuadamente a la necesidad asistencial a la que va destinado	20

<b>Código:</b>	6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN		<b>Fecha</b>	17/01/2023
<b>Firmado Por</b>	MARIA LUISA GARCIA ALIJO		<b>Página</b>	32/33
<b>Uri De Verificación</b>	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/			



ANEXO AL ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN DE FECHA 4 DE ENERO DE 2023

Agrupación	Lote	Clasificación	GC	Denominación	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	DISPONIBILIDAD DE USO DE EQUIPOS	Cantidad TOTAL 2 AÑOS	%Iva	Precio licitación s/iva	Precio unitario con IVA	Proveedor	Var	Referencia	INFORME TÉCNICO	Puntos
	47	SU.PC.SANI.01.0 3.19.100005	E00129	EQ. CATÉTER BALÓN DE CONTRAPULSACION-DIAMETRO [7-7];CAPACIDAD DEL BALÓN[40-45];	Capacidad del balón 40. Compatible con equipo datascop		12	21 %	819,000000	990,990000				DESIERTO	
	48	SU.PC.SANI.01.0 3.99.103000	C27745	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL AUTOMÁTICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[23-23];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			1.276.000	21 %	0,036750	0,044468	HARMONIUM HEALTHCARE, SL		REF: 8437020290463 CIP: 100155796893	Oferta no cumple, se pide lanceta punción digital automática con sistema de seguridad, y la oferta presentada no dispone de sistema de seguridad	
	48	SU.PC.SANI.01.0 3.99.103000	C27745	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL AUTOMÁTICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[23-23];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			1.276.000	21 %	0,036750	0,044468	LAMBRA, S.L.		REF: 379213 CIP: 100155416764	Oferta buen, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy intuitiva porque su mecanismo de apertura es de fácil retirada y fácil activación. Se activa por presión en el dispositivo y no sobre el paciente, lo que genera menos disconfort en el mismo. Es muy ergonómica. Su rendimiento se consigue con una unidad y su eficacia es adecuada se consiguen los efectos perseguidos	20
	48	SU.PC.SANI.01.0 3.99.103000	C27745	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL AUTOMÁTICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[23-23];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			1.276.000	21 %	0,036750	0,044468	MENARINI DIAGNOSTICOS, S.A.		REF: 42122 CIP: 100021939711	Oferta buen, cumple prescripciones técnicas y presenta ventajas destacables. En cuanto a facilidad de utilización es muy intuitiva porque su mecanismo de apertura es de fácil retirada y fácil activación. Se activa por presión en el dispositivo y no sobre el paciente, lo que genera menos disconfort en el mismo. Es muy ergonómica. Su rendimiento se consigue con una unidad y su eficacia es adecuada se consiguen los efectos perseguidos	20
	48	SU.PC.SANI.01.0 3.99.103000	C27745	LANCETA PUNCIÓN DIGITAL AUTOMÁTICA C/ SIST. SEGURIDAD-Diámetro:[23-23];BOLIGRAFO DE PUNCIÓN ASOCIADO:no;			1.276.000	21 %	0,036750	0,044468	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, S.A.		REF: 3765,00 CIP: 100115222664	Oferta apta cumple prescripciones técnicas. En cuanto a facilidad de utilización es menos intuitiva que las otras ofertas en cuanto a su apertura. Su funcionamiento se activa haciendo sobre el paciente y no sobre el dispositivo lo que puede ocasionar disconfort. Seguridad de uso y resultados no presenta riesgos asociados. Rendimiento se puede conseguir su finalidad con una unidad y en cuanto a su eficacia se consiguen los efectos perseguidos	0

Córdoba, 22 de diciembre de 2022

Cada uno de los componentes de la presente comisión técnica, firmantes del presente informe, manifiestan la ausencia de conflicto de intereses en la presente licitación de acuerdo al artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Jefe servicio Urología HIM

Enfermero encargado recursos materiales HIM

Enfermero encargado Recursos Materiales HIM

Enfermero Bloque quirúrgico HURS

Coordinación económica servicio de Anestesia y Reanimación HURS

Facultativo especialista área Anestesia y reanimación HIM

FEA Hematología

Supervisora Hematología

EPA Accesos Vasculares

FEA Hematología

FEA Hematología

Jefe de Sección Radiología de mama

Jefe de Sección Radiología Vascolar

Supervisora CTTC HURS

Enfermero CTTC HURS

Supervisora UCI neonatal

Supervisor Nenonatos

Jefe de servicio UGC Hemodinámica

FEA UGC hemodinámica

GOMEZ CRESPO  
INMACULADA -  
30953855H

Firmado digitalmente por  
GOMEZ CRESPO  
INMACULADA - 30953855H  
Fecha: 2023.01.13 14:00:08  
+01'00'



Código:

6hWMS864PFIRMAummdUcIjD5THMEvN

Fecha

17/01/2023

Firmado Por

MARIA LUISA GARCIA ALIJO

Uri De Verificación

<https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/>

Página

33/33