



INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS

RELATIVO AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Número de expediente : CCA: 6.69WFKGE con número interno 033_22. SUMINISTRO, por procedimiento ABIERTO, DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN GUÍAS, INTRODUCIDORES Y DILATADORES, PARA LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, y correspondiente al Catálogo de Bienes y Servicios del S. A. S.,Subgrupo SU.PC.SANI.01.04

<i>Índice</i>	<i>Página</i>
❖ 1. ANTECEDENTES	1
❖ 2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS	6
❖ 3. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	7
❖ 4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS	11
❖ 5. RESUMEN-CONCLUSIONES VALORACIÓN AGRUPACIÓN Y LOTES	11

1.- ANTECEDENTES. -

Procedimiento abierto para la contratación del **SUMINISTRO DE MATERIAL GENÉRICO DE PUNCIÓN GUÍAS, INTRODUCIDORES Y DILATADORES, PARA LOS CENTROS SANITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ, PERTENECIENTES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD** y correspondiente al Catálogo de Bienes y Servicios del S. A. S.,Subgrupo SU.PC.SANI.01.04.

Número de expediente : CCA: 6.69WFKGE
REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN INTERNO: 033_22

Los 37 lotes de productos objeto de la licitación se encuentran en el ANEXO I del Pliego de Prescripciones Técnicas de éste expediente.y se reproducen a continuación.

ANEXO I PPT
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERICO DE PUNCION GUIAS, INTRODUCIDORES Y DILATADORES,

Numero de Lote	Clasificación Universal	Genérico de Centro (GC)	Nombre	PRESCRIPCIONES TECNICAS ADICIONALES
1	SU.PC.SANI.01.04.01.000010	D47949	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035" / estándar-Longitud : (260-500);Tipo de punta:recta;Composición : acero inoxidable y nitinol;Flexibilidad de la punta:flexible;Longitud del tramo flexible:[10-10];	Guías radiopacas -- longitud 450
2	SU.PC.SANI.01.04.01.000010	E18367	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035" / estándar-Longitud : (200-260);Tipo de punta:en j;Composición :acero inoxidable grado medico;Flexibilidad de la punta:flexible;Longitud del tramo flexible:[7-7];	Guías radiopacas -- descriptivo GC
3	SU.PC.SANI.01.04.01.000010	E32463	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035" / estándar-Longitud : [100-150];Tipo de punta:en j;Composición :acero inoxidable grado medico;Flexibilidad de la punta:flexible;Longitud del tramo flexible:[7-7];	Guías radiopacas -- Longitud 150 grado de angulación: 3º
4	SU.PC.SANI.01.04.01.000010	E38353	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035" / estándar-Longitud : (150-200);Tipo de punta:en j-1.5mm;Composición :ACERO INOX. RECUBIERTO PTFE;Flexibilidad de la punta:extrarrígida;Longitud del tramo flexible:[0-0];	Guías radiopacas -- descriptivo GC
5	SU.PC.SANI.01.04.01.000010	E56596	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035" / estándar-Longitud : [100-150];Tipo de punta:preformable;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[5-5];	Guías radiopacas -- Longitud 150
6	SU.PC.SANI.01.04.01.000010	E76276	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA 0.035" / estándar-Longitud : (200-260);Tipo de punta:en j;Composición :acero inoxidable grado medico;Flexibilidad de la punta:rígida;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- descriptivo GC
7	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	D43804	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.035" / estándar-Longitud : [100-150];Tipo de punta:recta;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:flexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- Longitud 150
8	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	E76030	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.035" / estándar-Longitud : (200-260);Tipo de punta:recta;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- Longitud 260
9	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	E76804	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.035" / estándar-Longitud : (200-260);Tipo de punta:angulada;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- Longitud 260
10	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	E77002	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.035" / estándar-Longitud : [100-150];Tipo de punta:angulada;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- Longitud 150
11	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	E77003	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.035" / estándar-Longitud : (150-200);Tipo de punta:angulada;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- Longitud 180
12	SU.PC.SANI.01.04.02.000010	F31820	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA 0.035" / estándar-Longitud : (200-260);Tipo de punta:angulada;Composición :acero inoxidable y nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[5-5];	Guías radiopacas -- Longitud 260
13	SU.PC.SANI.01.04.03.000014	D44231	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE ALTO SOPORTE 0.035" / estandar-Longitud : (200-260);Tipo de punta:en j;Composición :ptfe;Flexibilidad de la punta:standard;Longitud del tramo flexible:[6-6];	Guías radiopacas -- Longitud 260
14	SU.PC.SANI.01.04.03.000014	D77872	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA RECUBIERTA DE ALTO SOPORTE 0.035" / estandar-Longitud : (200-260);Tipo de punta:angulada;Composición :ACERO INOX. RECUBIERTO PTFE;Flexibilidad de la punta:flexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- Longitud 260
15	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	D42774	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035" / estandar-Longitud : [100-150];Tipo de punta:preformable;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- Longitud 150
16	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	D59088	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035" / estandar-Longitud : [100-150];Tipo de punta:angulada;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- Longitud 150, soporte: Alto,
17	SU.PC.SANI.01.04.03.100021	D66736	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA HIDROFILICA DE ALTO SOPORTE 0.035" / estandar-Longitud : (200-260);Tipo de punta:angulada;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	Guías radiopacas -- Longitud 260
18	SU.PC.SANI.01.04.06.000000	E05873	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.025"-LONGITUD:[260-500];Tipo de punta:recta;Composición :nitinol recubrimiento hidrofílico;	Guías radiopacas -- Longitud 450



19	SU.PC.SANI.01.04.06.000002	E76594	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035"-LONGITUD:[260-500];Tipo de punta:recta;Composición :acero inoxidable;	Guías radiopacas -- Longitud 260, lazo punta: NO.
20	SU.PC.SANI.01.04.06.000002	E77946	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035"-LONGITUD:[260-500];Tipo de punta:recta;Composición :Acero inoxidable recubierto PTFE;	Guías radiopacas -- Longitud 450
21	SU.PC.SANI.01.04.10.000007	E48456	EQ. INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	-- Longitud 10-11 para guía de 0,038
22	SU.PC.SANI.01.04.10.000009	D69638	EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	-- Longitud 10-11 para guía de 0,038
23	SU.PC.SANI.01.04.10.000009	D89450	EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	-- Longitud 10-11 para guía de 0,038
24	SU.PC.SANI.01.04.10.000009	D90355	EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	-- Longitud 10-11 para guía de 0,038
25	SU.PC.SANI.01.04.10.000009	D97165	EQ. INTRODUTOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	-- Longitud 10-11 para guía de 0,038
26	SU.PC.SANI.01.04.10.000011	D87964	EQ. INTRODUTOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	-- Longitud 10-11 para guía de 0,018
27	SU.PC.SANI.01.04.10.000011	D87975	EQ. INTRODUTOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	-- Longitud 9-11 para guía de 0,018 Introductor transradial, con mini guía, línea lateral y llave de 3 vías con válvula anti reflujo
28	SU.PC.SANI.01.04.10.100002	B54234	EQ. INTRODUTOR CATETER DOS LUCES-Longitud:[0-30];Diámetro del introductor:[9-9];	-- Longitud 10
29	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	D76341	EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	-- Longitud 13-16
30	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	D86106	EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	-- Longitud 13-16
31	SU.PC.SANI.01.04.10.400002	D87849	EQ. INTRODUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	-- Longitud 13-16
32	SU.PC.SANI.01.04.10.800031	E53095	INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	-- Longitud 10-11 para guía de 0,018 y 45 cm
33	SU.PC.SANI.01.04.10.800031	F20015	INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[30-60];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[16-16];	-- Longitud 33, sin línea lateral
34	SU.PC.SANI.01.04.10.800031	F20017	INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[30-60];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[18-18];	-- Longitud 33, sin línea lateral
35	SU.PC.SANI.01.04.10.800031	F20018	INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[30-60];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[20-20];	-- Longitud 33, sin línea lateral
36	SU.PC.SANI.01.04.10.800031	F38458	INTRODUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	-- Longitud 10-11 para guía de 0,018 y 45 cm
37	SU.PC.SANI.01.04.12.110000	D99999	EQ. INTRODUTOR CATETER NO VASCULAR-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	-- Longitud 19, Marcas radiopacas, 1 guía de nitinol de 60-65 cm y 0,018 con punta flexible de 6cm- punta en j de 3mm. Aguja de 21-22G

Al objeto de valorar los criterios no automáticos, la Mesa de Contratación nombra a los siguientes integrantes:

Belén Muñoz Bañón	Jefe de bloque de RR.MM.- Hosp.I Punta Europa de Algeciras- AGSCG-O
Manuela Soriano Blanco	Coordinadora referente de RR.MM. Hospital de La Línea - AGSCG-E
Eva Escuer Poveda	Supervisora RR. MM.- AGSNC
M ^a Carmen Santos Millán Enfermera Coordinadora	Coordinadora Provincial RR.MM. .- Central de Compras Prov. Cádiz.

Requerida la Comisión Técnica para la valoración de los criterios no automáticos (Sobre 2) de las ofertas presentadas para el contrato referenciado, de acuerdo con los aspectos técnicos detallados en las mismas se procede a la emisión del presente **INFORME**, en función del análisis inicial de la documentación presentada por las empresas licitadoras en función de los criterios de adjudicación establecidos en el Anexo A al Cuadro Resumen 1, con el siguiente tenor literal:

“
OFERTA TÉCNICA: NIVEL DE VALORACIÓN FUNCIONAL

NIVEL VALORACIÓN FUNCIONAL

En este criterio se valorará con un total de 40 puntos los siguientes parámetros técnicos funcionales, en relación a la mejora sobre los aspectos indicados para cada lote en el PPT. Cada uno de estos parámetros tendrá la siguiente ponderación:

2.1.- Facilidad de utilización: En este parámetro se valorarán las condiciones del producto que hagan sencilla su utilización y la rapidez de programación: 15 puntos.

Escala de puntuación:

EXCELENTE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 9 puntos y hasta 15 puntos.

BUENA: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta alguna ventaja respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 1 punto e inferior a 9 puntos.

BÁSICA: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.
0 puntos.

2.2.- Seguridad: En este parámetro se valorará la ausencia de riesgo asociada a los productos en todas sus dimensiones (usuarios y profesionales): 15 puntos.

Escala de puntuación:

EXCELENTE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 9 puntos y hasta 15 puntos.

BUENA: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 1 punto e inferior a 9 puntos.

BÁSICA: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.
0 puntos.

2.3.- Envasado y etiquetado: Fácil apertura en el momento del uso. Presentación. Identificación externa donde aparezca nombre del artículo, fecha de caducidad, nº de lote y referencia.. Facilidad de apertura, embalajes: 10 puntos.

EXCELENTE: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta ventajas muy significativas respecto a los parámetros objeto de valoración.
Igual o superior a 6 puntos y hasta 10 puntos.

BUENA: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y presenta algunas ventajas respecto al parámetro objeto de valoración.
Igual o superior a 1 punto e inferior a 6 puntos.

BÁSICA: La oferta cumple las características técnicas solicitadas en el PPT y no presenta ventajas destacables respecto al parámetro objeto de valoración.
0 puntos.

Umbral mínimo : Aquellas ofertas que no alcancen el umbral mínimo de 20 puntos, en los criterios basados en juicio de valor, quedarán excluidas y no serán considerados en la fase de valoración de criterios automáticos.

Si la oferta no es adecuada a las características técnicas recogidas en el Cuadro Resumen, el PCAP o el PPT, quedará excluida de la licitación. “



2. EMPRESAS LICITADORAS ADMITIDAS.

Las empresas licitadoras con ofertas que se reciben para su análisis son :

N.º LICITADOR	LICITADOR	OFERTAS
1	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	15
2	B. BRAUN SURGICAL	5
3	BOSTON SCIENTIFIC	7
4	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	25
5	CARDIVA 2, S.L.	1
6	COOK ESPAÑA S.L.	1
7	GRIFOLS MOVACO, S.A.	4
8	INTERSURGICAL ESPAÑA	3
9	IZASA	2
10	MEDTRONIC	6
11	MERIT MEDICAL	13
12	OLIMPUS	3
13	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA, SL	5
14	TELEFLEX	10
15	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	16
16	TORROVAL	7
Total Resultado		123



3. ANÁLISIS INICIAL DE LA DOCUMENTACIÓN, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES EXIGIDAS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

El PPT establece que dado que los productos objeto de licitación corresponden a Códigos del Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud para cuya adquisición se ha declarado la obligatoriedad de uso del "Código de Identificación del Producto" (CIP), para poder participar en el presente procedimiento es imprescindible disponer de éste, con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

El CIP identifica de manera unívoca al producto con el Código del Catálogo del SAS y el Genérico de Centro al que ha quedado adscrito, y que emite el Banco de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud de forma automática, y sin previa evaluación, una vez que la empresa ha completado el procedimiento de inscripción previsto en la Resolución de 3 de noviembre de 2010 (BOJA nº 2 de 4 de enero).

Para la identificación de los productos ofertados, la presentación de ofertas, de los productos se identificarán por su denominación, referencia comercial, Código CIP, Genérico de Centro correspondiente.

En el punto 7.1.3. del P.C.A.P. se establece en su párrafo segundo que "en caso de tratarse de productos para cuya adquisición se haya declarado el uso obligatorio del CIP, el órgano encargado de la valoración o unidad técnica procederá a comprobar la correcta asociación del producto al genérico de centro objeto de la licitación en el Catálogo de Bienes y Servicios. Del mismo modo se verificará que la ficha técnica y logística del proveedor cumple con los requisitos establecidos para los productos objeto de la licitación. En caso de que no corresponda, el citado órgano. Indicará a la persona licitadora los códigos correctos a los cuales debe asociar los productos previamente a la licitación. "

Respecto de la correspondencia entre el GC del CIP de las referencias ofertadas y el código genérico de centro GC licitado en cada lote se comprueba dicha correspondencia.

3.1.- Análisis de fichas técnicas ofertadas en relación al cumplimiento de las características técnicas exigidas en el PPT.

Analizadas las ofertas presentadas por cada una de las empresas licitadoras recibidas se comprueba que a los siguientes lotes NO se presentan ofertas de licitadores:

Lotes 6, 14, 33, 34 y 35.

Conforme a lo anterior se exponen a continuación las ofertas recibidas y la comprobación de la asociación del código GC de las ofertas con la de los lotes a los que se presentan.



LOTE	GC LOTE LI	LICITADOR	CIP – LICITADOR	OBSERVA3 – GC de la REF FAB	INCIDENCIA EN GC
1	D47949	BOSTON SCIENTIFIC	100004704024	D47949	SIN INCIDENCIA
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100005655121	D82385	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
2	E18367	TORROVAL	100153775889	NO TIENE GC	SIN GC
3	E32463	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100000278714	E32463	SIN INCIDENCIA
			100000283260	E33218	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
			100000284775	E33221	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
		TORROVAL	100153775980	NO TIENE GC	SIN GC
4	E38353	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100005654818	E38353	SIN INCIDENCIA
		TORROVAL	100153776596	NO TIENE GC	SIN GC
5	E56596	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100005664516	E62271	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
			100007002431	NO TIENE GC	SIN GC
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	100006770184	C29882, E56596	SIN INCIDENCIA
7	D43804	BOSTON SCIENTIFIC	100015042443	D43804	SIN INCIDENCIA
		CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100079829455	E49699	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
		MERIT MEDICAL	100145905995	D43804	SIN INCIDENCIA
		OLIMPUS	100100754026	D43804	SIN INCIDENCIA
		SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOG	100146317654	D43804	SIN INCIDENCIA
		TORROVAL	100153777001	NO TIENE GC	SIN GC
8	E76030	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100000313879	E76030	SIN INCIDENCIA
9	E76804	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100000323274	E76804	SIN INCIDENCIA
		TORROVAL	100153777203	NO TIENE GC	SIN GC
10	E77002	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100021870210	F71668	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
			100079829556	E93037	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
		MERIT MEDICAL	100030588270	E77002, C25414	SIN INCIDENCIA
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100000323375	E77002, C25414	SIN INCIDENCIA
		TORROVAL	100153777405	NO TIENE GC	SIN GC
11	E77003	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100021870513	D31892	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
			100021870311	D31892	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
		IZASA	100115333180	E77003, C25414	SIN INCIDENCIA
		MERIT MEDICAL	100030594039	E77003, C25414	SIN INCIDENCIA
		SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOG	100146286934	E77003, C25414	SIN INCIDENCIA
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100000293665	E77003, C25414	SIN INCIDENCIA
		TORROVAL	100153777708	NO TIENE GC	SIN GC
12	F31820	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100021870614	F43082	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
			100021870816	E72407	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100086569739	F31820	SIN INCIDENCIA
13	D44231	BOSTON SCIENTIFIC	100000298019	D44231	SIN INCIDENCIA
15	D42774	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100000308626	D42774, C25262	SIN INCIDENCIA
16	D59088	OLIMPUS	100081394969	D59088	SIN INCIDENCIA
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100000308929	D59088	SIN INCIDENCIA
17	D66736	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100000309030	D66736, C28810	SIN INCIDENCIA
18	E05873	BOSTON SCIENTIFIC	100149255722	E05873	SIN INCIDENCIA
		OLIMPUS	100021754248	E05873	SIN INCIDENCIA
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100028175297	E05873	SIN INCIDENCIA
19	E76594	BOSTON SCIENTIFIC	100097161326	E76594	SIN INCIDENCIA
20	E77946	BOSTON SCIENTIFIC	100097365689	E77946	SIN INCIDENCIA
21	E48456	MERIT MEDICAL	100134843352	E48456	SIN INCIDENCIA
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100096978871	E48456	SIN INCIDENCIA
22	D69638	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100000282553	D69638	SIN INCIDENCIA
			100005660374	D69638	SIN INCIDENCIA
		IZASA	100130455733	D69638	SIN INCIDENCIA
		MERIT MEDICAL	100126183075	D87802	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
		SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOG	100153458281	D69638	SIN INCIDENCIA
		TELEFLEX	100006797752	D69638	SIN INCIDENCIA
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100006796742	100000307515 100090093130	D69638 D69638 D69638
23	D89450	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100000625022	D89450	SIN INCIDENCIA
			100005659767	D89450	SIN INCIDENCIA
		MERIT MEDICAL	100126174185	D87975	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI
		SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOG	100153458180	D89450	SIN INCIDENCIA
		TELEFLEX	100000289725	D89450	SIN INCIDENCIA
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100000321052	100090093433	D89450 D89450



LOTE	GC LOTE LI	LICITADOR	CIP – LICITADOR	OBSERVA3 – GC de la REF FAB	INCIDENCIA EN GC	
24	D90355	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100000286492	D90355	SIN INCIDENCIA	
			100005659363	D90355	SIN INCIDENCIA	
			100095103742	E81461	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI	
		MERIT MEDICAL	100126174680	NO TIENE GC	SIN GC	
		TELEFLEX	100000286391	D90355	SIN INCIDENCIA	
25	D97165	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	100000316001 100090093231	D90355 D90355	SIN INCIDENCIA	
			100000624911	D97165	SIN INCIDENCIA	
		TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	1000006070013	D97165	SIN INCIDENCIA	
26	D87964	B. BRAUN SURGICAL	100126174084	D87964	EL GC NO COINCIDE CON GC LOTE LI	
			100000318122 100090081412	D97165 D97165	SIN INCIDENCIA	
			100000287109	D87964	SIN INCIDENCIA	
27	D87975	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	1000006070619	D87964	SIN INCIDENCIA	
			MERIT MEDICAL	100151706890	D87964	SIN INCIDENCIA
			TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	100005658151	D87964	SIN INCIDENCIA
			B. BRAUN SURGICAL	100000274572	D87975	SIN INCIDENCIA
			MERIT MEDICAL	100151707507	D87975	SIN INCIDENCIA
			SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOG	100153458382	D87975	SIN INCIDENCIA
			TELEFLEX	100000279724	D87975	SIN INCIDENCIA
			100006793611	D87975	SIN INCIDENCIA	
100014866868	D87975	SIN INCIDENCIA				
100153457473	D87975	SIN INCIDENCIA				
100005657545	D87975	SIN INCIDENCIA				
28	B54234	TELEFLEX	100009636638	B54234	SIN INCIDENCIA	
29	D76341	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	100006819885	D76341	SIN INCIDENCIA	
			100080367591	D76341	SIN INCIDENCIA	
			100123971637	D76341	SIN INCIDENCIA	
			100145026816	D76341	SIN INCIDENCIA	
			100145027028	D76341	SIN INCIDENCIA	
		B. BRAUN SURGICAL	100000290231	D76341	SIN INCIDENCIA	
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	100095582972	D76341	SIN INCIDENCIA	
		INTERSURGICAL ESPAÑA	100006758061	D76341	SIN INCIDENCIA	
		MEDTRONIC	100006992621	D76341	SIN INCIDENCIA	
		100101972524	D76341	SIN INCIDENCIA		
MERIT MEDICAL	100111802628	D76341	SIN INCIDENCIA			



LOTE	GC LOTE LI	LICITADOR	CIP – LICITADOR	OBSERVA3 – GC de la REF FAB	INCIDENCIA EN GC
30	D86106	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	100007012836	D86106	SIN INCIDENCIA
			100080367490	D86106	SIN INCIDENCIA
			100123972243	D86106	SIN INCIDENCIA
			100144316642	D86106	SIN INCIDENCIA
			100144316743	D86106	SIN INCIDENCIA
		B. BRAUN SURGICAL	100000276198	D86106	SIN INCIDENCIA
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	100095580952	D86106	SIN INCIDENCIA
		INTERSURGICAL ESPAÑA	100006757758	D86106	SIN INCIDENCIA
		MEDTRONIC	100006992227	D86106	SIN INCIDENCIA
			100101972322	D86106	SIN INCIDENCIA
MERIT MEDICAL	100111802527	D86106	SIN INCIDENCIA		
31	D87849	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	100006758465	D87849	SIN INCIDENCIA
			100021758086	D87849	SIN INCIDENCIA
			100123971536	D87849	SIN INCIDENCIA
			100145026210	D87849	SIN INCIDENCIA
			100145026513	D87849	SIN INCIDENCIA
		B. BRAUN SURGICAL	100000274279	D87849	SIN INCIDENCIA
		GRIFOLS MOVACO, S.A.	100095582871	D87849	SIN INCIDENCIA
		INTERSURGICAL ESPAÑA	100006755233	D87849	SIN INCIDENCIA
		MEDTRONIC	100021755955	D87849	SIN INCIDENCIA
			100101982323	D87849	SIN INCIDENCIA
MERIT MEDICAL	100111793122	D87849	SIN INCIDENCIA		
32	E53095	TELEFLEX	100073141502	E53095	SIN INCIDENCIA
36	F38458	TELEFLEX	100073141704	F38458	SIN INCIDENCIA
37	D99999	BOSTON SCIENTIFIC	100000318829	D99999	SIN INCIDENCIA
		CARDIVA 2, S.L.	100142316246	D99999	SIN INCIDENCIA
		COOK ESPAÑA S.L.	100028728080	D99999	SIN INCIDENCIA

4. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS DE LAS LICITADORAS DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN NO AUTOMÁTICOS.

El cuadro con la valoración por lotes de las ofertas se muestra en el ANEXO I de éste Informe.. Se han analizado todas las ofertas recibidas, incluidas aquellas con incidencias en los Gcs comprobándose sus fichas técnicas y logísticas del del licitador y el cumplimiento de las características técnicas del lote al que se presenta cada una de ellas.

Respecto de dicha valoración resaltar que, tras analizar las muestras presentadas y la documentación técnica, han quedado excluidas de valoración aquellas ofertas que:

-

- No cumplen las Prescripciones Técnicas, incluidas las características adicionales recogidas en el Anexo I del PPT..

- No presentan muestras de producto, como se exige en el punto 6 del PPT..

5- RESUMEN-CONCLUSIONES VALORACIÓN LOTES.-

A efectos de eventuales aclaraciones posteriores a este informe que pudiese solicitar el Órgano de Contratación, los miembros de esta Comisión Técnica delegan la realización de las mismas en D^a María del Carmen Santos Millán.

El resumen de resultados finales de la evaluación funcional realizada de las ofertas analizadas se muestra en las páginas siguientes.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE INTERNO 033_22
Número de expediente : CCA: 6.69WFKGE

Página 12

Resumen de la puntuación resultante de la valoración de los criterios de valoración no automáticos



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	PUNTOS: MAX. 10	
1	1	D47949	BOSTON SCIENTIFIC	M00557641	100004704024		15	15	6	36
2	1	D47949	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502555	100005655121					NO CUMPLE PPT- CARACTERISTICAS TCAS.
3	2	E18367	TORROVAL	J3-C-035-260	100153775889					NO CUMPLE PPT- CARACTERISTICAS TCAS.
4	3	E32463	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502521	100000278714		15	15	0	30
5	3	E32463	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502589	100000283260	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
6	3	E32463	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502535	100000284775	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
7	3	E32463	TORROVAL	J3-C-035-150	100153775980					NO CUMPLE PPT- CARACTERISTICAS TCAS.
8	4	E38353	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502717	100005654818		15	15	0	30
9	4	E38353	TORROVAL	J1.5-C-035-150	100153776596					NO CUMPLE PPT- CARACTERISTICAS TCAS.



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
10	5	E56596	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502581	100007002431					NO CUMPLE PPT-CARACTERISTICAS TCAS.
11	5	E56596	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502571	100005664516					NO CUMPLE PPT-CARACTERISTICAS TCAS.
12	5	E56596	GRIFOLS MOVACO, S.A.	1125-0130	100006770184		15	15	0	30
13	7	D43804	BOSTON SCIENTIFIC	M0066703081	100015042443		15	15	6	36
14	7	D43804	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3515RSS	100079829455					NO CUMPLE PPT-CARACTERISTICAS TCAS.
15	7	D43804	MERIT MEDICAL	MSWSTDS35150	100145905995		0	0	0	0
16	7	D43804	OLIMPUS	EGGWH3505R	100100754026		0	0	0	0
17	7	D43804	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	HG353SF	100146317654		0	0	0	0
18	7	D43804	TORROVAL	HY-N-S-ST-035-D-150	100153777001					NO CUMPLE PPT-CARACTERISTICAS TCAS.



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
19	8	E76030	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*GS35263M	100000313879		15	15	6	36
20	9	E76804	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*GA35263M	100000323274		15	15	6	36
21	9	E76804	TORROVAL	HY-N-A-ST-035-D-260	100153777203					NO CUMPLE PPT- CARACTERISTICAS TCAS.
22	10	E77002	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3515RSA	100079829556	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
23	10	E77002	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3515SSA	100021870210	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
24	10	E77002	MERIT MEDICAL	LWSTDA35150	100030588270		15	15	6	36
25	10	E77002	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*GA35153M	100000323375		15	15	6	36
26	10	E77002	TORROVAL	HY-N-A-ST-035-D-150	100153777405					NO CUMPLE PPT- CARACTERISTICAS TCAS.
27	11	E77003	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	=	100021870311	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
28	11	E77003	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3518SSA	100021870513	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
29	11	E77003	IZASA	10A13518	100115333180		0	0	0	0
30	11	E77003	MERIT MEDICAL	LWSTDA35180	100030594039		0	0	0	0
31	11	E77003	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	HG354AF	100146286934		0	0	0	0
32	11	E77003	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*GA35183M	100000293665		15	15	6	36
33	11	E77003	TORROVAL	HY-N-A-ST-035-D-180	100153777708					NO CUMPLE PPT-CARACTERISTICAS TCAS.
34	12	F31820	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3526RSA	100021870816					NO CUMPLE PPT-CARACTERISTICAS TCAS.
35	12	F31820	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3526SSA	100021870614	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
36	12	F31820	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RA*CA35265CM	100086569739		15	15	6	36



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
37	13	D44231	BOSTON SCIENTIFIC	M001465020	100000298019		15	15	0	30
38	15	D42774	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*PS35153M	100000308626		15	15	6	36
39	16	D59088	OLIMPUS	EG43BX	100081394969	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
40	16	D59088	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*PA35153M	100000308929		15	15	6	36
41	17	D66736	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*PA35263M	100000309030		15	15	6	36
42	18	E05873	BOSTON SCIENTIFIC	M00557041	100149255722					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
43	18	E05873	OLIMPUS	N3622330	100021754248		15	15	6	36
44	18	E05873	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	NV-PS25453M	100028175297		15	15	6	36
45	19	E76594	BOSTON SCIENTIFIC	5600	100097161326		15	15	0	30



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
46	20	E77946	BOSTON SCIENTIFIC	5658	100097365689		15	15	6	36
47	21	E48456	MERIT MEDICAL	PID6F11021SC	100134843352		0	0	0	0
48	21	E48456	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RM*RS6F10PQ	100096978871		15	15	6	36
49	22	D69638	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	402607X	100005660374					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
50	22	D69638	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504607X	100000282553	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
51	22	D69638	IZASA	98070111	100130455733		8	0	0	8
52	22	D69638	MERIT MEDICAL	PSI-7F-11-038	100126183075		0	0	0	0
53	22	D69638	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	SCW-42.09.10003	100153458281		0	0	0	0
54	22	D69638	TELEFLEX	CP-08703	100006797752					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
55	22	D69638	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RS*B70K10MQ , RS*B70N10MQ, RS*B70N10MRD.	100006796742 100000307515 100090093130	SIN MUESTRA= RS*B70K10MQ , RS*B70N10MRD MUESTRA VALORADA= RS*B70N10MQ	15	15	6	36
56	23	D89450	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	402606X	100000625022		14	7	0	21
57	23	D89450	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504606X	100005659767	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
58	23	D89450	MERIT MEDICAL	PSI-6F-11-038	100126174185		0	0	0	0
59	23	D89450	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	SCW-42.09.10002	100153458180		0	0	0	0
60	23	D89450	TELEFLEX	CP-08603	100000289725		14	7	0	21
61	23	D89450	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RS*B60N10MQ RS*B60N10MRD	100000321052 100090093433	SIN MUESTRA= RS*B60N10MQ MUESTRA VALORADA= RS*B60N10MRD	15	15	6	36



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
62	24	D90355	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	402608X	100005659363					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
63	24	D90355	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504608X	100000286492	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
64	24	D90355	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504658X	100095103742	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
65	24	D90355	MERIT MEDICAL	PSI-8F-11-038	100126174680		0	0	0	0
66	24	D90355	TELEFLEX	CP-08803	100000286391					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
67	24	D90355	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RS*B80N10MQ RS*B80N10MRD;	100000316001 100090093231	SIN MUESTRA= RS*B80N10MRD; MUESTRA VALORADA= RS*B80N10MQ	15	15	6	36
68	25	D97165	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	402605X	100006070013		0	0	0	0
69	25	D97165	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504605X	100000624911	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
70	25	D97165	MERIT MEDICAL	PSI-5F-11-038	100126174084		0	0	0	0
71	25	D97165	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RS*B50N10MQ RS*B50N10MRD;	100000318122 100090081412	SIN MUESTRA= RS*B50N10MRD MUESTRA VALORADA= RS*B50N10MQ	15	15	6	36
72	26	D87964	B. BRAUN SURGICAL	5210615	100000287109	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
73	26	D87964	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504615Z	100006070619		0	0	0	0
74	26	D87964	MERIT MEDICAL	PRO-5F-11MT	100151706890		0	0	0	0
75	26	D87964	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RT-R50A10PQ	100005658151		15	15	6	36
76	27	D87975	B. BRAUN SURGICAL	5210062	100000274572	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
77	27	D87975	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504616Z	100000636639		0	0	0	0



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
78	27	D87975	MERIT MEDICAL	PRO-6F-11MT	100151707507					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
79	27	D87975	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES	SCW-42.10.10006	100153458382		0	0	0	0
80	27	D87975	TELEFLEX	AA-15611-3	100153457473		0	0	0	0
81	27	D87975	TELEFLEX	AA-15611-S	100014866868		0	0	0	0
82	27	D87975	TELEFLEX	CW-08603	100006793611					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
83	27	D87975	TELEFLEX	SI-09600	100000279724					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
84	27	D87975	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RT-R60A10PQ	100005657545		15	15	6	36
85	28	B54234	TELEFLEX	SI-11142	100009636638		15	15	0	30
86	29	D76341	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	1000093-011	100145026816	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
87	29	D76341	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405116	100006819885		0	0	0	0
88	29	D76341	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405147	100123971637	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
89	29	D76341	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405416	100080367591	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
90	29	D76341	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	EXT-1000093-004	100145027028		8	15	10	33
91	29	D76341	B. BRAUN SURGICAL	5210330	100000290231		0	0	0	0
92	29	D76341	GRIFOLS MOVACO, S.A.	08.8309D	100095582972		0	0	0	0
93	29	D76341	INTERSURGICAL ESPAÑA	BJF0901	100006758061		0	0	0	0
94	29	D76341	MEDTRONIC	6209-S1	100006992621		0	0	0	0
95	29	D76341	MEDTRONIC	SS9	100101972524		15	15	10	40



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
96	29	D76341	MERIT MEDICAL	PLS-1009	100111802628		8	8	10	26
97	30	D86106	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405108	100007012836	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
98	30	D86106	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	1000093-009	100144316642	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
99	30	D86106	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405154	100123972243	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
100	30	D86106	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405408	100080367490		0	0	0	0
101	30	D86106	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	EXT-1000093-002	100144316743		8	15	10	33
102	30	D86106	B. BRAUN SURGICAL	5210593	100000276198		0	0	0	0
103	30	D86106	GRIFOLS MOVACO, S.A.	08.8307D	100095580952		0	0	0	0
104	30	D86106	INTERSURGICAL ESPAÑA	BJF0701	100006757758		0	0	0	0



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
105	30	D86106	MEDTRONIC	6207-S1	100006992227		0	0	0	0
106	30	D86106	MEDTRONIC	SS7	100101972322		15	15	10	40
107	30	D86106	MERIT MEDICAL	PLS-1007	100111802527		8	8	10	26
108	31	D87849	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405112	100006758465		0	0	0	0
109	31	D87849	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	1000093-010	100145026210	NO PRESENTA MUESTRAS				NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
110	31	D87849	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405145	100123971536		0	0	0	0
111	31	D87849	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405412	100021758086		0	0	0	0
112	31	D87849	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	EXT-1000093-003	100145026513		8	15	10	33
113	31	D87849	B. BRAUN SURGICAL	5210321	100000274279		0	0	0	0



ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
114	31	D87849	GRIFOLS MOVACO, S.A.	08.8308D	100095582871		0	0	0	0
115	31	D87849	INTERSURGICAL ESPAÑA	BJF0801	100006755233		0	0	0	0
116	31	D87849	MEDTRONIC	6208S1	100021755955		0	0	0	0
117	31	D87849	MEDTRONIC	SS8	100101982323		15	15	10	40
118	31	D87849	MERIT MEDICAL	PLS-1008	100111793122		8	8	10	26
119	32	E53095	TELEFLEX	AA-10611-1	100073141502		15	15	6	36
120	36	F38458	TELEFLEX	AA-10511-1	100073141704		15	15	6	36
121	37	D99999	BOSTON SCIENTIFIC	20-710	100000318829		15	15	10	40
122	37	D99999	CARDIVA 2, S.L.	35-511	100142316246		0	0	0	0



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

INFORME TÉCNICO
EXPEDIENTE INTERNO 033_22
Número de expediente : CCA: 6.69WFKGE

Página 27

ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD	SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD	SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETAD	TOTAL PUNTOS
							3.1.- PUNTOS: MAX. 15	3.2.-PUNTOS: MAX. 15	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	
123	37	D99999	COOK ESPAÑA S.L.	NPAS-100-RH-NT	100028728080		0	8	0	8

Y no habiendo más documentación a valorar ni asuntos que informar, se extiende el presente Informe que firman los componentes de la Comisión Técnica indicados anteriormente en la fecha de la firma.

Belén Muñoz Bañón
Jefe de bloque de RR.MM.- Hosp.I Punta Europa de Algeciras- AGSCG-O

Manuela Soriano Blanco
Coordinadora referente de RR.MM. Hospital de La Línea - AGSCG-E

Eva Escuer Poveda
Supervisora RR. MM.- AGSNC

M^a Carmen Santos Millán Enfermera Coordinadora
Coordinadora Provincial RR.MM. - Central de Compras Prov. Cádiz.

									PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION						
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERISTICAS TECNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION	
1	1	D47949	(260-500);Tipo de punta:recta;Composición :acero inoxidable y nitinol;Flexibilidad de la punta:Flexible;Longitud del tramo flexible:[10-10];	BOSTON SCIENTIFIC	M00557641	100004704024		SI	15	EXCELENTE.- LA LONGITUD DEL ARTICULO SE ADECUA DE FORMA OPTIMA A LA TECNICA ASISTENCIAL	15	EXCELENTE.- LA LONGITUD DEL ARTICULO SE ADECUA DE FORMA OPTIMA A LA SEGURIDAD REQUERIDA EN LA TECNICA.	6	EXCELENTE.- LA PRESENTACION INFLUYE MUY POSITIVAMENTE EN LA GESTION DE RESIDUOS AL PRESENTAR DOS ENVASES EN UNA SOLA CAJA DE CARTON	36
2	1	D47949	(260-500);Tipo de punta:recta;Composición :acero inoxidable y nitinol;Flexibilidad de la punta:Flexible;Longitud del tramo flexible:[10-10];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502555	100005655121		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO; NO CUMPLE CARACTERISTICAS TECNICAS; SU COMPOSICION DE ACERO INOXIDABLE Y TEFLON EN LUGAR DEE ACERO INOXIDABLE Y NITINOL REQUERIDO EN EL LOTE							NO CUMPLE PPT.- CARACTERISTICAS TCAS.
3	2	E18367	(200-260);Tipo de punta:en j;Composición :acero inoxidable grado medico;Flexibilidad de la punta:Flexible;Longitud del tramo flexible:[7-7];	TORROVAL	J3-C-035-260	100153775889		SIN GC –NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS, SU LONGITUD DEL TRAMO FLEXIBLE ES 4,5 EN LUGAR DE 7 REQUERIDA EN EL LOTE							NO CUMPLE PPT.- CARACTERISTICAS TCAS.
4	3	E32463	[100-150];Tipo de punta:en j;Composición :acero inoxidable grado medico;Flexibilidad de la punta:Flexible;Longitud del tramo flexible:[7-7];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502521	100000278714		SI	15	EXCELENTE. OFRECE UNA BUENA NAVEGABILIDAD Y UN BUEN SOPORTE	15	EXCELENTE.- MANTIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS ESTABLES A LO LARGO DEL PROCEDIMIENTO, SIN DEFORMAR., TIENE PUNTA ATRAUMÁTICA.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	30
5	3	E32463	[100-150];Tipo de punta:en j;Composición :acero inoxidable grado medico;Flexibilidad de la punta:Flexible;Longitud del tramo flexible:[7-7];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502589	100000283260		NO PRESENTA MUESTRAS		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO; NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
6	3	E32463	[100-150];Tipo de punta:en j;Composición :acero inoxidable grado medico;Flexibilidad de la punta:Flexible;Longitud del tramo flexible:[7-7];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502535	100000284775		NO PRESENTA MUESTRAS		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO; NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
7	3	E32463	[100-150];Tipo de punta:en j;Composición :acero inoxidable grado medico;Flexibilidad de la punta:Flexible;Longitud del tramo flexible:[7-7];	TORROVAL	J3-C-035-150	100153775980		SIN GC –NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS EN EL LOTE, (su longitud del tramo flexible es 4,5 en lugar de 7 del lote).							NO CUMPLE PPT.- CARACTERISTICAS TCAS.
8	4	E38353	[150-200];Tipo de punta:en j-1.5mm;Composición :ACERO INOX. RECUBIERTO PTFE;Flexibilidad de la punta:extrarrigida;Longitud del tramo flexible:[0-0];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502717	100005654818		SI	15	EXCELENTE.- OFRECE UNA BUENA NAVEGABILIDAD Y UN BUEN SOPORTE	15	EXCELENTE. MANTIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS ESTABLES A LO LARGO DEL PROCEDIMIENTO, SIN DEFORMAR., TIENE PUNTA ATRAUMÁTICA.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	30
9	4	E38353	[150-200];Tipo de punta:en j-1.5mm;Composición :ACERO INOX. RECUBIERTO PTFE;Flexibilidad de la punta:extrarrigida;Longitud del tramo flexible:[0-0];	TORROVAL	J1.5-C-035-150	100153776596		SIN GC –NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS EN EL LOTE (su longitud del tramo flexible es 4,5 en lugar de 0 del lote)							NO CUMPLE PPT.- CARACTERISTICAS TCAS.
10	5	E56596	0.035" / estándar-Longitud : [100-150];Tipo de punta:preformable;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[5-5];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502581	100007002431		SIN GC- NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS. SU COMPOSICION ES DE ACERO INOXIDABLE EN LUGAR DE NITINOL REQUERIDA EN EL LOTE.							NO CUMPLE PPT.- CARACTERISTICAS TCAS.
11	5	E56596	0.035" / estándar-Longitud : [100-150];Tipo de punta:preformable;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[5-5];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	502571	100005664516		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO- NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TCAS DE COMPOSICION: SU COMPOSICION ES DE ACERO EN LUGAR DE NITINOL REQUERIDA EN EL LOTE.							NO CUMPLE PPT.- CARACTERISTICAS TCAS.
12	5	E56596	0.035" / estándar-Longitud : [100-150];Tipo de punta:preformable;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[5-5];	GRIFOLS MOVACO, S.A.	1125-0130	100006770184		SI	15	EXCELENTE. OFRECE UNA BUENA NAVEGABILIDAD Y UN BUEN SOPORTE	15	EXCELENTE.- MANTIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS ESTABLES A LO LARGO DEL PROCEDIMIENTO, SIN DEFORMAR., TIENE PUNTA ATRAUMÁTICA.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	30

										PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION					
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERISTICAS TECNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION	
13	7	D43804	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta:recta; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:flexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	BOSTON SCIENTIFIC	M0066703081	100015042443		SI	15	EXCELENTE. ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TRABAJAR CON URETEROSCOPIO	15	EXCELENTE. PRESENTA UNA PUNTA PROXIMAL FLEXIBLE PARA EVITAR DAÑOS EN URETOSCOPIO.	6	EXCELENTE.-IDENTIFICACION PRECISA, FACIL APERTURA, OCUPA POCO ESPACIO DE EMBALAJE	36
14	7	D43804	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta:recta; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:flexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3515RSS	100079829455		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO- NO CUMPLE;- LA FLEXIBILIDAD DEL PRODUCTO NO COINCIDE CON LA SOLICITADA EN EL LOTE							NO CUMPLE PPT- CARACTERISTICAS TCAS.
15	7	D43804	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta:recta; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:flexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	MERIT MEDICAL	MSWSTD535150	100145905995		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
16	7	D43804	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta:recta; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:flexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	OLIMPUS	EGGWH3505R	100100754026		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
17	7	D43804	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta:recta; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:flexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA, SL	HG353SF	100146317654		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
18	7	D43804	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta:recta; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:flexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	TORROVAL	HY-N-S-ST-035-D-150	100153777001		SIN GC –NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS EN EL LOTE LICITADO, (su longitud del tramo flexible es 4,5 en lugar de 3 del lote)							NO CUMPLE PPT- CARACTERISTICAS TCAS.
19	8	E76030	0.035" / estándar-Longitud : (200-260); Tipo de punta:recta; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:extraflexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*GS35263M	100000313879		SI	15	EXCELENTE. EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION. SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE.- AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
20	9	E76804	0.035" / estándar-Longitud : (200-260); Tipo de punta:angulada; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:extraflexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*GA35263M	100000323274		SI	15	EXCELENTE.- EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION. SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE. AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
21	9	E76804	0.035" / estándar-Longitud : (200-260); Tipo de punta:angulada; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:extraflexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	TORROVAL	HY-N-A-ST-035-D-150	100153777203		SIN GC –NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS EN EL LOTE, (su longitud del tramo flexible es 4,5 en lugar de 3 del loteC)							NO CUMPLE PPT- CARACTERISTICAS TCAS.
22	10	E77002	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta:angulada; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:extraflexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3515RSA	100079829556		NO PRESENTA MUESTRAS		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO; NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
23	10	E77002	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta:angulada; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:extraflexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3515SSA	100021870210		NO PRESENTA MUESTRAS		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO; NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
24	10	E77002	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta:angulada; Composición :nitinol; Flexibilidad de la punta:extraflexible; Longitud del tramo flexible:[3-3];	MERIT MEDICAL	LWSTDA35150	100030588270		SI	15	EXCELENTE.- EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION . SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE.- AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36

									PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION						
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERISTICAS TECNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION	
25	10	E77002	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta: angulada; Composición : nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [3-3];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*GA35153M	100000323375		SI	15	EXCELENTE.- EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION. SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE.- AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
26	10	E77002	0.035" / estándar-Longitud : [100-150]; Tipo de punta: angulada; Composición : nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [3-3];	TORROVAL	HY-N-A-ST-035-D-150	100153777405		SIN GC –NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS EN EL LOTE (su longitud del tramo flexible es 4,5 en lugar de 3 del lote)							NO CUMPLE PPT.- CARACTERISTICAS TCAS.
27	11	E77003	0.035" / estándar-Longitud : [150-200]; Tipo de punta: angulada; Composición : nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [3-3];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.		100021870311		NO PRESENTA MUESTRAS		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO: NO PRESENTA MUESTRA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
28	11	E77003	0.035" / estándar-Longitud : [150-200]; Tipo de punta: angulada; Composición : nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [3-3];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3518SSA	100021870513		NO PRESENTA MUESTRAS		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO; NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
29	11	E77003	0.035" / estándar-Longitud : [150-200]; Tipo de punta: angulada; Composición : nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [3-3];	IZASA	10A13518	100115333180		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
30	11	E77003	0.035" / estándar-Longitud : [150-200]; Tipo de punta: angulada; Composición : nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [3-3];	MERIT MEDICAL	LWSTDA35180	100030594039		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
31	11	E77003	0.035" / estándar-Longitud : [150-200]; Tipo de punta: angulada; Composición : nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [3-3];	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA, SL	HG354AF	100146286934		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
32	11	E77003	0.035" / estándar-Longitud : [150-200]; Tipo de punta: angulada; Composición : nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [3-3];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*GA35183M	100000293665		SI	15	EXCELENTE.- EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION. SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE.- AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
33	11	E77003	0.035" / estándar-Longitud : [150-200]; Tipo de punta: angulada; Composición : nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [3-3];	TORROVAL	HY-N-A-ST-035-D-	100153777708		SIN GC –NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS EN EL LOTE (su longitud del tramo flexible es 4,5 en lugar de 3 del lote)							NO CUMPLE PPT.- CARACTERISTICAS TCAS.
34	12	F31820	[200-260]; Tipo de punta: angulada; Composición : acero inoxidable y nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [5-5];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3526RSA	100021870816		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO NO CUMPLE . LA FLEXIBILIDAD NO COINCIDE CON LA SOLICITADA EN EL LOTE							NO CUMPLE PPT.- CARACTERISTICAS TCAS.
35	12	F31820	[200-260]; Tipo de punta: angulada; Composición : acero inoxidable y nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [5-5];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	C3526SSA	100021870614		NO PRESENTA MUESTRAS		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO; NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
36	12	F31820	[200-260]; Tipo de punta: angulada; Composición : acero inoxidable y nitinol; Flexibilidad de la punta: extraflexible; Longitud del tramo flexible: [5-5];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RA*CA35265CM	100086569739		SI	15	EXCELENTE.- EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION. SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE.-AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36

									PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION						
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION	
37	13	D44231	estandar-Longitud :{200-260};Tipo de punta:en ;Composición :pffe;Flexibilidad de la punta:standard;Longitud del tramo flexible:[6-6];	BOSTON SCIENTIFIC	M001465020	100000298019		SI	15	EXCELENTE. OFRECE UNA BUENA NAVEGABILIDAD Y UN BUEN SOPORTE	15	EXCELENTE.- MANTIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS ESTABLES A LO LARGO DEL PROCEDIMIENTO, SIN DEFORMAR,, TIENE PUNTA ATRAUMÁTICA.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	30
38	15	D42774	estandar-Longitud :{100-150};Tipo de punta:preformable;Composición :nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*PS35153M	100000308626		SI	15	EXCELENTE.- EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION. SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE. AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
39	16	D59088	estandar-Longitud :{100-150};Tipo de punta:angulada;Composición : nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	OLIMPUS	EG438X	100081394969	NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.							NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
40	16	D59088	estandar-Longitud :{100-150};Tipo de punta:angulada;Composición : nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*PA35153M	100000308929		SI	15	EXCELENTE. EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION. SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE. AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
41	17	D66736	estandar-Longitud :{200-260};Tipo de punta:angulada;Composición : nitinol;Flexibilidad de la punta:extraflexible;Longitud del tramo flexible:[3-3];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RF*PA35263M	100000309030		SI	15	EXCELENTE. EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION. SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE.- AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
42	18	E05873	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.025"-LONGITUD:[260-500];Tipo de punta:recta;Composición :niti nol recubrimiento hidrofilico;	BOSTON SCIENTIFIC	M00557041	100149255722		NO		OBSERVACION DE VALORACION DE LA OFERTA - NO CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT, EN CONCRETO LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ADICIONALES. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
43	18	E05873	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.025"-LONGITUD:[260-500];Tipo de punta:recta;Composición :niti nol recubrimiento hidrofilico;	OLIMPUS	N3622330	100021754248		SI	15	EXCELENTE. LA LONGITUD DEL ARTICULO SE ADECUA DE FORMA OPTIMA A LA TECNICA ASISTENCIAL	15	EXCELENTE. LA LONGITUD DEL ARTICULO SE ADECUA DE FORMA OPTIMA A LA SEGURIDAD REQUERIDA EN LA TECNICA.	6	EXCELENTE.- LA PRESENTACION INFLUYE POSITIVAMENTE EN LA GESTION DE RESIDUOS AL PRESENTAR DOS ENVASES EN UNA SOLA CAJA DE CARTON	36
44	18	E05873	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.025"-LONGITUD:[260-500];Tipo de punta:recta;Composición :niti nol recubrimiento hidrofilico;	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	NV-PS25453M	100028175297		SI	15	EXCELENTE.EL RECUBIERTO HIEROFILICO FACILITA LA NAVEGACION. SU LONGITUD ES MUY ADECUADA PARA LA TOTALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.	15	EXCELENTE.- AL SER RADIOOPACA FACILITA SU VISIBILIDAD Y CONTROL EN TODA SU TRAYECTORIA	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
45	19	E76594	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035"-LONGITUD:[260-500];Tipo de punta:recta;Composición :acer o inoxidable;	BOSTON SCIENTIFIC	5600	100097161326		SI	15	EXCELENTE.- OFRECE UNA BUENA NAVEGABILIDAD Y UN BUEN SOPORTE	15	EXCELENTE.- MANTIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS ESTABLES A LO LARGO DEL PROCEDIMIENTO, SIN DEFORMAR,, TIENE PUNTA ATRAUMÁTICA.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	30
46	20	E77946	GUIA P/ INTERVENCION PERCUTANEA NO VASCULAR 0.035"-LONGITUD:[260-500];Tipo de punta:recta;Composición :Acer o inoxidable recubierto PTFE;	BOSTON SCIENTIFIC	5658	100097365689		SI	15	EXCELENTE.- LA LONGITUD DEL ARTICULO SE ADECUA DE FORMA OPTIMA A LA TECNICA ASISTENCIAL	15	EXCELENTE.- LA LONGITUD DEL ARTICULO SE ADECUA DE FORMA OPTIMA A LA SEGURIDAD REQUERIDA EN LA TECNICA.	6	EXCELENTE- LA PRESENTACION INFLUYE MUY POSITIVAMENTE EN LA GESTION DE RESIDUOS AL PRESENTAR DOS ENVASES EN UNA SOLA CAJA DE CARTON	36
47	21	E48456	EQ. INTRODUCUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	MERIT MEDICAL	PID6F11021SC	100134843352		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
48	21	E48456	EQ. INTRODUCUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RM*RS6F10PQ	100096978871		SI	15	EXCELENTE.- EL SISTEMA DE CONEXION DEL DILATADOR AL INTRODUCUTOR ES MUY EFICIENTE FACILITANDO EL MANEJO AL PROFESIONAL PERMITE LA INSERCIÓN DE GUIAS DE DIFERENTE CALIBRE.	15	EXCELENTE.- DISPONE DE UN SISTEMA QUE PERMITE SABER QUE EL PUERTO ESTA ABIERTO O CERRADO LO QUE REPERCUTE EN SU MAYOR SEGURIDAD.	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36

									PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION						
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION	
49	22	D69638	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	402607X	100005660374		NO		OBSERVACION DE VALORACION DE LA OFERTA : NO CUMPLE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT, EN CONCRETO LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ADICIONALES. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
50	22	D69638	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504607X	100000282553		NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.						NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
51	22	D69638	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	IZASA	98070111	100130455733		SI	BUENA.- CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y ADICIONALMENTE PRESENTA UN BISTURI Y UNA AGUJA DE PUNCIÓN		0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	8
52	22	D69638	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	MERIT MEDICAL	PSI-7F-11-038	100126183075		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO		0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	0
53	22	D69638	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA, SL	SCW-42.09.10003	100153458281		SI	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.		0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
54	22	D69638	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	TELEFLEX	CP-08703	100006797752		NO	Dilatador del introductor es muy rígido						NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
55	22	D69638	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RS*B70K10MQ, RS*B70N10MQ, RS*B70N10MRD.	100006796742 100000307515 100090093130	SIN MUESTRA= RS*B70K10MQ, RS*B70N10MRD MUESTRA = RS*B70N10MQ.	LAS REFERENCIAS SIN MUESTRA NO CUMPLEN EL PPT Y NO SE VALORAN- SOLO SE VALORA LA REFERENCIA CON MUESTRA	EXCELENTE.- EL SISTEMA DE CONEXION DEL DILATADOR AL INTRODUCOR ES MUY EFICIENTE FACILITANDO EL MANEJO AL PROFESIONAL PERMITE LA INSERCIÓN DE GUÍAS DE DIFERENTE CALIBRE.		15	EXCELENTE.- DISPONE DE UN SISTEMA QUE PERMITE SABER QUE EL PUERTO ESTA ABIERTO O CERRADO LO QUE REPERCUTE EN SU MAYOR SEGURIDAD.	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
56	23	D89450	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	402606X	100000625022		SI	EXCELENTE.- LA TRANSICION DEL DILATADOR AL INTRODUCOR ES SUAVE Y PROGRESIVA LO QUE FACILITA LA INTRODUCCION DEL DILATADOR		7	BUENA – PRESENTA FACILIDAD A LA HORA DE INTRODUCIR EL CATÉTER EN LA PIEL Y VASO SANGUÍNEO, CON MENOR RIESGO DE DISECCION DEL VASO SANGUÍNEO.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	21
57	23	D89450	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504606X	100005659767		NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.						NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
58	23	D89450	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	MERIT MEDICAL	PSI-6F-11-038	100126174185		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO		0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	0
59	23	D89450	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA, SL	SCW-42.09.10002	100153458180		SI	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.		0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
60	23	D89450	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	TELEFLEX	CP-08603	100000289725		SI	EXCELENTE.- LA TRANSICION DEL DILATADOR AL INTRODUCOR ES SUAVE Y PROGRESIVA LO QUE FACILITA LA INTRODUCCION DEL DILATADOR		7	BUENA – PRESENTA FACILIDAD A LA HORA DE INTRODUCIR EL CATÉTER EN LA PIEL Y VASO SANGUÍNEO, CON MENOR RIESGO DE DISECCION DEL VASO SANGUÍNEO.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	21

										PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION						
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERISTICAS TECNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS	
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION		
61	23	D89450	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RS*B60N10MQ	100000321052	SIN MUESTRA= RS*B60N10MQ	LAS REFERENCIAS SIN MUESTRA NO CUMPLEN EL PPT Y NO SE VALORAN- SOLO SE VALORA LA REFERENCIA CON MUESTRA	15	EXCELENTE.- EL SISTEMA DE CONEXION DEL DILATADOR AL INTRODUCOR ES MUY EFICIENTE FACILITANDO EL MANEJO AL PROFESIONAL PERMITE LA INSERCIÓN DE GUÍAS DE DIFERENTE CALIBRE.	15	EXCELENTE.- DISPONE DE UN SISTEMA QUE PERMITE SABER QUE EL PUERTO ESTA ABIERTO O CERRADO LO QUE REPERCUTE EN SU MAYOR SEGURIDAD.	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36	
62	24	D90355	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	402608X	100005659363		NO		OBSERVACION DE VALORACION DE LA OFERTA : NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT, EN CONCRETO LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS ADICIONALES. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.	
63	24	D90355	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504608X	100000286492	NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.								NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
64	24	D90355	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504658X	100095103742	NO PRESENTA MUESTRAS	EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO; NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA.								NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
65	24	D90355	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	MERIT MEDICAL	PSI-8F-11-038	100126174680		SIN GC- revisado, REVISAR REF	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	
66	24	D90355	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	TELEFLEX	CP-08803	100000286391		NO		OBSERVACION DE VALORACION DE LA OFERTA - NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT, EN CONCRETO LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS ADICIONALES. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE PPT- PRESCRIP. TCAS. ADIC.	
67	24	D90355	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RS*B80N10MQ	100000316001	RS*B80N10MRD	LAS REFERENCIAS SIN MUESTRA NO CUMPLEN EL PPT Y NO SE VALORAN- SOLO SE VALORA LA REFERENCIA CON MUESTRA	15	EXCELENTE.- EL SISTEMA DE CONEXION DEL DILATADOR AL INTRODUCOR ES MUY EFICIENTE FACILITANDO EL MANEJO AL PROFESIONAL PERMITE LA INSERCIÓN DE GUÍAS DE DIFERENTE CALIBRE.	15	EXCELENTE.- DISPONE DE UN SISTEMA QUE PERMITE SABER QUE EL PUERTO ESTA ABIERTO O CERRADO LO QUE REPERCUTE EN SU MAYOR SEGURIDAD.	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36	
68	25	D97165	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	402605X	100006070013		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	
69	25	D97165	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504605X	100000624911	NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.								NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
70	25	D97165	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	MERIT MEDICAL	PSI-5F-11-038	100126174084		EL GC NO COINCIDE CON GC LICITADO	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	
71	25	D97165	EQ. INTRODUCOR CATETER S/ AGUJA-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RS*B50N10MQ	100000318122	SIN MUESTRA= RS*B50N10MRD	LAS REFERENCIAS SIN MUESTRA NO CUMPLEN EL PPT Y NO SE VALORAN- SOLO SE VALORA LA REFERENCIA CON MUESTRA	15	EXCELENTE.- EL SISTEMA DE CONEXION DEL DILATADOR AL INTRODUCOR ES MUY EFICIENTE FACILITANDO EL MANEJO AL PROFESIONAL PERMITE LA INSERCIÓN DE GUÍAS DE DIFERENTE CALIBRE.	15	EXCELENTE.- DISPONE DE UN SISTEMA QUE PERMITE SABER QUE EL PUERTO ESTA ABIERTO O CERRADO LO QUE REPERCUTE EN SU MAYOR SEGURIDAD.	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36	
72	26	D87964	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	B. BRAUN SURGICAL	5210615	100000287109	NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.								NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA

									PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION						
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERISTICAS TECNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION	
73	26	D87964	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504615Z	100006070619		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
74	26	D87964	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	MERIT MEDICAL	PRO-5F-11MT	100151706890		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
75	26	D87964	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RT-R50A10PQ	100005658151		SI	15	EXCELENTE.- EL SISTEMA DE CONEXION DEL DILATADOR AL INTRODUCOR ES MUY EFICIENTE FACILITANDO EL MANEJO AL PROFESIONAL PERMITE LA INSERCIÓN DE GUÍAS DE DIFERENTE CALIBRE.	15	EXCELENTE.- DISPONE DE UN SISTEMA QUE PERMITE SABER QUE EL PUERTO ESTA ABIERTO O CERRADO LO QUE REPERCUTE EN SU MAYOR SEGURIDAD.	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36
76	27	D87975	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	B. BRAUN SURGICAL	5210062	100000274572		NO PRESENTA MUESTRAS		NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
77	27	D87975	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	CARDINAL HEALTH SPAIN 511 S.L.	504616Z	100000636639		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
78	27	D87975	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	MERIT MEDICAL	PRO-6F-11MT	100151707507		NO		OBSERVACION DE VALORACION DE LA OFERTA : NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT, EN CONCRETO LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS ADICIONALES. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE PPT.- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
79	27	D87975	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	SAHAJANAND MEDICAL TECHNOLOGIES IBERIA, SL	SCW-42.10.10006	100153458382		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
80	27	D87975	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	TELEFLEX	AA-15611-3	100153457473		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
81	27	D87975	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	TELEFLEX	AA-15611-S	100014866868		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
82	27	D87975	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	TELEFLEX	CW-08603	100006793611		NO		OBSERVACION DE VALORACION DE LA OFERTA : NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT, EN CONCRETO LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS ADICIONALES. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE PPT.- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
83	27	D87975	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	TELEFLEX	SI-09600	100000279724		NO		OBSERVACION DE VALORACION DE LA OFERTA : NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT, EN CONCRETO LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS ADICIONALES. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE PPT.- PRESCRIP. TCAS. ADIC.
84	27	D87975	EQ. INTRODUCOR CATETER / adulto < 7FR-Longitud:[8.0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	TERUMO EUROPE ESPAÑA SL	RT-R60A10PQ	100005657545		SI	15	EXCELENTE. EL SISTEMA DE CONEXION DEL DILATADOR AL INTRODUCOR ES MUY EFICIENTE FACILITANDO EL MANEJO AL PROFESIONAL PERMITE LA INSERCIÓN DE GUÍAS DE DIFERENTE CALIBRE.	15	EXCELENTE.- DISPONE DE UN SISTEMA QUE PERMITE SABER QUE EL PUERTO ESTA ABIERTO O CERRADO LO QUE REPERCUTE EN SU MAYOR SEGURIDAD.	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36

									PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION						
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERISTICAS TECNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION	
85	28	B54234	EQ. INTRODUCOR CATETER DOS LUCES-Longitud:[0-30];Diámetro del introductor:[9-9];	TELEFLEX	SI-11142	100009636638		SI	15	EXCELENTE.- LA PRESENTACION EN BANDEJA PERMITE UNA FACIL VISUALIZACION DEL LOS COMPONENTES, SU ACCESO Y UTILIZACION	15	EXCELENTE.- COMBINA LAS CARACTERISTICAS DE UN CATETER DE TERMODILUCCION CON LAS VERSATILIDAD DE USO DE UN CATETER MULTILINEA	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	30
86	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	1000093-011	100145026816		NO PRESENTA MUESTRAS		NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
87	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405116	100006819885		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
88	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405147	100123971637		NO PRESENTA MUESTRAS		NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
89	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405416	100080367591		NO PRESENTA MUESTRAS		NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.					NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
90	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	EXT-1000093-004	100145027028		SI	8	BUENA.- PRESENTA UNA VALVULA QUE AL IMPEDIR EL REFLUJO FACILITA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO.	15	EXCELENTE.- AL POSEER VALVULA QUE IMPIDE EL SANGRADO MEJORA LA HEMODINAMICA DEL PACIENTE	10	EXCELENTE.- FACIL APERTURA, FACIL IDENTIFICACION DEL CONTENIDO DEL ENVASE	33
91	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	B. BRAUN SURGICAL	5210330	100000290231		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
92	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	GRIFOLS MOVACO, S.A.	08.8309D	100095582972		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
93	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	INTERSURGICAL ESPAÑA	BJF0901	100006758061		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
94	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	MEDTRONIC	6209-S1	100006992621		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
95	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	MEDTRONIC	SS9	100101972524		SI	15	EXCELENTE.- PRESENTA UNA VALVULA QUE AL IMPEDIR EL REFLUJO FACILITA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO Y ADEMAS PRESENTA PUERTO LATERAL QUE FACILITA LA INSERCIION Y ADMINISTRACION DE MEDICACION SI SE REQUIERE.	15	EXCELENTE.- AL POSEER VALVULA QUE IMPIDE EL SANGRADO MEJORA LA HEMODINAMICA DEL PACIENTE	10	EXCELENTE.- FACIL APERTURA, FACIL IDENTIFICACION DEL CONTENIDO DEL ENVASE	40
96	29	D76341	EQ. INTRODUCOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[9-9];	MERIT MEDICAL	PLS-1009	100111802628		SI	8	BUENA.- PRESENTA UNA VALVULA QUE AL IMPEDIR EL REFLUJO FACILITA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO	8	BUENA.- AUNQUE PRESENTA VALVULA ANTIRREFLUJO QUE IMPIDE EL SANGRADO CARECE DE PUERTO LATERA	10	EXCELENTE.- FACIL APERTURA, FACIL IDENTIFICACION DEL CONTENIDO DEL ENVASE	26

										PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION					
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERISTICAS TECNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION	
97	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405108	100007012836	NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.							NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
98	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	1000093-009	100144316642	NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.							NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
99	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405154	100123972243	NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA.. NO SE EVALUA.							NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
100	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405408	100080367490		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
101	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	EXT-1000093-002	100144316743		SI	8	BUENA.- PRESENTA UNA VALVULA QUE AL IMPEDIR EL REFLUJO FACILITA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO.	15	EXCELENTE.- AL POSEER VALVULA QUE IMPIDE EL SANGRADO MEJORA LA HEMODINAMICA DEL PACIENTE	10	EXCELENTE.- FACIL APERTURA, FACIL IDENTIFICACION DEL CONTENIDO DEL ENVASE	33
102	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	B. BRAUN SURGICAL	5210593	100000276198		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
103	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	GRIFOLS MOVACO, S.A.	08.8307D	100095580952		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
104	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	INTERSURGICAL ESPAÑA	BJF0701	100006757758		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
105	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	MEDTRONIC	6207-51	100006992227		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
106	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	MEDTRONIC	557	100101972322		SI	15	EXCELENTE.- PRESENTA UNA VALVULA QUE AL IMPEDIR EL REFLUJO FACILITA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO Y ADEMÁS PRESENTA PUERTO LATERAL QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y ADMINISTRACION DE MEDICACION SI SE REQUIERE.	15	EXCELENTE.-AL POSEER VALVULA QUE IMPIDE EL SANGRADO MEJORA LA HEMODINAMICA DEL PACIENTE	10	EXCELENTE.- FACIL APERTURA, FACIL IDENTIFICACION DEL CONTENIDO DEL ENVASE	40
107	30	D86106	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[7-7];	MERIT MEDICAL	PLS-1007	100111802527		SI	8	BUENA.- PRESENTA UNA VALVULA QUE AL IMPEDIR EL REFLUJO FACILITA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO	8	BUENA.- .- AUNQUE PRESENTA VALVULA ANTIRREFLUJO QUE IMPIDE EL SANGRADO CARECE DE PUERTO LATERA	10	EXCELENTE.- FACIL APERTURA, FACIL IDENTIFICACION DEL CONTENIDO DEL ENVASE	26
108	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405112	100006758465		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0

									PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION							
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERISTICAS TECNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		TOTAL PUNTOS	
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION		
109	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	1000093-010	100145026210	NO PRESENTA MUESTRAS	NO CUMPLE EL PPT, AL NO PRESENTAR MUESTRA. NO SE EVALUA.								NO CUMPLE EL PPT AL NO PRESENTAR MUESTRA
110	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405145	100123971536		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	0
111	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	405412	100021758086		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	0
112	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	EXT-1000093-003	100145026513		SI	8	BUENA.-PRESENTA UNA VALVULA QUE AL IMPEDIR EL REFLUJO FACILITA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO.	15	EXCELENTE.- AL POSER VALVULA QUE IMPIDE EL SANGRADO MEJORA LA HEMODINAMICA DEL PACIENTE	10	EXCELENTE.- FACIL APERTURA, FACIL IDENTIFICACION DEL CONTENIDO DEL ENVASE	33	
113	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	B. BRAUN SURGICAL	5210321	100000274279		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	0
114	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	GRIFOLS MOVACO, S.A.	08.8308D	100095582871		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	0
115	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	INTERSURGICAL ESPAÑA	BJF0801	100006755233		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	0
116	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	MEDTRONIC	6208S1	100021755955		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	0
117	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	MEDTRONIC	558	100101982323		SI	15	EXCELENTE.- PRESENTA UNA VALVULA QUE AL IMPEDIR EL REFLUJO FACILITA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO Y ADEMÁS PRESENTA PUERTO LATERAL QUE FACILITA LA INSERCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN SI SE REQUIERE.	15	EXCELENTE.- AL POSER VALVULA QUE IMPIDE EL SANGRADO MEJORA LA HEMODINAMICA DEL PACIENTE	10	EXCELENTE.- FACIL APERTURA, FACIL IDENTIFICACION DEL CONTENIDO DEL ENVASE	40	
118	31	D87849	EQ. INTRODUCUTOR CATETER PELABLE-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[8-8];	MERIT MEDICAL	PLS-1008	100111793122		SI	8	BUENA.-PRESENTA UNA VALVULA QUE AL IMPEDIR EL REFLUJO FACILITA LA VISIBILIDAD DEL CAMPO	8	BUENA.- AUNQUE PRESENTA VALVULA ANTIRREFLUJO QUE IMPIDE EL SANGRADO CARECE DE PUERTO LATERA	10	EXCELENTE.- FACIL APERTURA, FACIL IDENTIFICACION DEL CONTENIDO DEL ENVASE	26	
119	32	E53095	INTRODUCUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[8,0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	TELEFLEX	AA-10611-1	100073141502		SI	15	EXCELENTE EL SISTEMA DE CONEXION DEL DILATADOR AL INTRODUCUTOR ES MUY EFICIENTE FACILITANDO EL MANEJO AL PROFESIONAL PERMITE LA INSERCIÓN DE GUÍAS DE DIFERENTE CALIBRE.	15	EXCELENTE.- LA PRESENTACION DEL ARTICULO EN BANDEJA FAVORECE LA SEGURIDAD DEL MANEJO DEL MISMO	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36	
120	36	F38458	INTRODUCUTOR CATETER HIDROFILICO-Longitud:[8,0-12];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[5-5];	TELEFLEX	AA-10511-1	100073141704		SI	15	EXCELENTE EL SISTEMA DE CONEXION DEL DILATADOR AL INTRODUCUTOR ES MUY EFICIENTE FACILITANDO EL MANEJO AL PROFESIONAL PERMITE LA INSERCIÓN DE GUÍAS DE DIFERENTE CALIBRE.	15	EXCELENTE.- LA PRESENTACION DEL ARTICULO EN BANDEJA FAVORECE LA SEGURIDAD DEL MANEJO DEL MISMO	6	EXCELENTE.- EL ENVASADO FACILITA LA VISIBILIDAD Y SU PRESENTACION DISMINUYE LA GENERACION DE RESIDUOS	36	

PUNTUACION CRITERIOS DE ADJUDICACION										TOTAL PUNTOS					
ORDEN	LOTE	GC LOTE LICITADO	DESCRIPCION GC LICITADO	LICITADOR	REFERENCIA FABRICANTE	CIP – LICITADOR	MUESTRA	CUMPLE PPT – CARACTERISTICAS TECNICAS	SUBCRITERIO 3.1.- FACILIDAD DE UTILIZACION		SUBCRITERIO 3.2.- SEGURIDAD		SUBCRITERIO 3.3.- ETIQUETADO Y ENVASADO		
									3.1.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.2.- PUNTOS: MAX. 15	MOTIVACION	3.3.- PUNTOS: MAX. 10	MOTIVACION	
121	37	D99999	EQ. INTRODUCUTOR CATETER NO VASCULAR-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	BOSTON SCIENTIFIC	20-710	100000318829		SI	15	EXCELENTE .- LA VISIBILIDAD DE LA MARCA RADIOOPACA PERMITE UNA PERFECTA VISUALIZACION DE LA MARCA RADIOOPACA DISTAL QUE PERMITE IDENTIFICAR LA POSICION ANATOMICA DEL DISPOSITIVO. GRAN FACILIDAD DE INTERCAMBIO DE LAS DIFERENTES GUÍAS.	15	EXCELENTE.- SUAVE TRANSICION ENTRE EL INTRODUCUTOR Y EL DILATADOR QUE PERMITE ALOJAR ADECUADAMENTE EL DISPOSITIVO SIN LESIONAR EL PARENQUIMA ADYACENTE	10	EXCELENTE. TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO VIENE EN UN SOLO PAQUETE.	40
122	37	D99999	EQ. INTRODUCUTOR CATETER NO VASCULAR-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	CARDIVA 2, S.L.	35-511	100142316246		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	0
123	37	D99999	EQ. INTRODUCUTOR CATETER NO VASCULAR-Longitud:[12-30];Tamaño:adulto;Diámetro del introductor:[6-6];	COOK ESPAÑA S.L	NPAS-100-RH-NT	100028728080		SI	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	8	BUENA- LA HIDROFILIA DEL INTRODUCUTOR PERMITE UN FACIL MANEJO Y APORTA SEGURIDAD	0	BÁSICA.- LA OFERTA CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PPT Y NO PRESENTA VENTAJAS DESTACABLES RESPECTO AL PARAMETRO OBJETO DE VALORACION.	8

Belén Muñoz Bañón

Jefe de bloque de RR.MM.- Hosp.I Punta Europa de Algeciras- AGSCG-O

Manuela Soriano Blanco

Coordinadora referente de RR.MM. Hospital de La Línea - AGSCG-E

Eva Escuer Poveda

Supervisora RR. MM.- AGSNC

Mª Carmen Santos Millán Enfermera Coordinadora

Coordinadora Provincial RR.MM. - Central de Compras Prov. Cádiz.